

Consultas Realizadas

Licitación 451013 - Adquisición de Equipos Odontológicos

Consulta 1 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
FAVOR CONSIDERAR QUE AL SER: " Sistema de Adjudicación : Total " LIMITA LA PARTICIPACION DE POTENCIALES OFERENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SUTITUIR EL SISTEMA DE ADJUDICACION POR ITEMS.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
Respondiendo a la consulta, se menciona que el sistema de Adjudicación adoptado responde a las experiencias de ésta convocante; ya que en cuanto a variaciones de marcas de los mismos entre partes, componentes no se garantiza el buen funcionamiento de los mismos, son necesidades urgentes y de uso diario. Los oferentes dedicados al rubro cuentan con todos los ítems solicitado en el presente procedimiento, y se aclara que se realizaron las consultas pertinentes previas del mismo a los potenciales oferentes (precios referenciales, stock de productos); así también el plazo de plan de entrega de bienes.		

Consulta 2 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Favor considerar aumentar el tiempo de entrega en 60 días, considerando que algunos ítems pueden requerir importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
Según consultas realizadas de antemano a la convocatoria el tiempo establecido se ajusta en caso de realizar pedidos de equipos a ser importados, cabe mencionar que estamos con mucha necesidad de los mismos para uso de los estudiantes para este segundo semestre, motivo por el cuál no podemos extender a más el plazo por lo que se ajusta y no es limitante para potenciales oferentes el plazo.		

Consulta 3 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
El PBC establece sistema de adjudicación por el total. Solicitamos amablemente modificar la adjudicación, que sea por ítem. El pedido obedece a que son solo 4 ítems, cuyos costos ameritan la presentación de oferentes para cada ítem y el total lo que hace es limitar la presencia de varios oferentes..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
Respondiendo a la consulta, se menciona que el sistema de Adjudicación adoptado responde a las experiencias de ésta convocante; ya que en cuanto a variaciones de marcas de los mismos entre partes, componentes no se garantiza el buen funcionamiento de los mismos, son necesidades urgentes y de uso diario. Los oferentes dedicados al rubro cuentan con todos los ítems solicitado en el presente procedimiento, y se aclara que se realizaron las consultas pertinentes previas del mismo a los potenciales oferentes (precios referenciales, stock de productos).		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
1. Donde dice Brazo de soporte del paciente fijo, Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos que cuenten con un brazo de soporte fijo y otro rotatable. El punto quedaría de la siguiente manera: Brazo de soporte del paciente fijo (opcional un brazo rotatable)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
se permitirá soporte de brazo rotatable.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Altura mínima: 36,5cm (+-1), Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Altura mínima: de 40 (+-5cm), esta solicitud no afecta la funcionalidad del equipo, y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Altura máxima: 68,5cm (+-1), se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Altura máxima: 70(+8cm), Esta solicitud no afecta la funcionalidad del equipo y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Altura máxima: 68,5cm (+-1), se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Altura máxima: 70(+8cm), esta solicitud no afecta la funcionalidad del equipo y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Sistema de lavado para desinfección interna de mangueras. Es muy necesario por cuestiones de bioseguridad. Depósito de 1000ml. Se solicita a la convocante permitir ofertar el Sistema de lavado con depósito de 600ml. Esto permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
En la sección Reflector donde dice: Cabezal fabricado en material resistente, con giro de 620º, se solicita a la convocante permitir ofertar sistemas con giro de 360º. Esto dará apertura a mayor variedad de equipos y permitirá la participación de mayores oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX (elección de intensidad por pedal), Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con control de intensidad por medio de botones o medios alternativos. Esto dará apertura a mayor variedad de equipos y permitirá la participación de mayores oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2024
De acuerdo a lo consultado con el técnico de la unidad requirente, se manifiesta que las especificaciones técnicas elaboradas se mantienen de acuerdo a cubrir con las exigencias de calidad requerido en las clínicas. Cabe mencionar que todas las especificaciones fueron realizadas y basadas de acuerdo a las experiencias de las clínicas con la que se cuenta en funcionamiento.		

Consulta 11 - Ítem Nº 4 UNIDAD DENTAL PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Unidad Odontológica Portátil 5 soporte de puntas, Eyector tipo venturi o bomba al vacío, Jeringa triple, terminal de alta rotación, terminal micromotor, cuerpo de la unidad dental, tapa de la unidad dental, tapa presurizadora de agua. 1 pedal comando neumático. Se refiere a una unidad Odontológico Portátil eléctrico o Impulsado a aire de un compresor si puede aclarar la convocante, así también recomendamos con 4 puntas incluyendo el eyector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
Se aclara que la unidad Odontológico Portátil solicitado es a aire de compresor, se mantiene lo solicitado en cuanto a 5 soporte de puntas, ya que es lo solicitado por el técnico responsable de la unidad requirente.		