Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 451954 - ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR PARA LA SEDECO.

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024

DONDE DICE:

Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 270 jules.

FAVOR MODIFICAR A:

Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 200J +- 15%

Lo solicitado, es con el objeto de contar con mayor pluralidad de postores, y no limitar el llamado a una marca específica. Con la modificación solicitada se posibilitará mayor competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia, y además, sin afectar la calidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2024

Buenos dias, favor, remitirse al pliego de bases y condiciones

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024

DONDE DICE:

Encendido automático al abrir la tapa

FAVOR MODIFICAR A:
Encendido automático al abrir la tapa (opcional)

Lo solicitado, es con el objeto de contar con mayor pluralidad de postores, y no limitar el llamado a una marca específica. Con la modificación solicitada se posibilitará mayor competencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante, en concordancia con el principio de economía, eficacia y eficiencia, y además, sin afectar la calidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2024

Buenos dias, favor, remitirse al pliego de bases y condiciones

Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024

Se sugiere incluir Autorización del Fabricante para acreditar contar con el respaldo técnico necesario de fábrica.

En el caso de oferentes que no son los representante, debe acreditar toda la cadena de autorizaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2024

Buenos dias, favor, remitirse al pliego de bases y condiciones

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice "Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 270 jules" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 150 jules" Lo solicitado obedece a que cada modelo de DEA tiene sus propios parámetros de energía, y el parámetro de salida de energía entre 50 y 150 jules es el estándar en la mayoría de los Desfibriladores Externos Automáticos bifásicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: Forma de Onda rectilinea con salida de energía entre 50 y 270Jules, solicitamos modificar por Forma de onda rectilinea bifásica con salida de energía entre 50J o menos y 200J (+/-5%) o mayor, de manera a permitir mayor participación de oferentes, favor tener en cuenta que las marcas de DEA americanas y europeas por lo general entregan hasta 200J (+/-5%) ya que este nivel de shock es suficiente y niveles mayores de descarga puede generar quemaduras al paciente Además tener en cuenta que modificar este punto no impedirá que participen los DEA que que alcancen niveles mayores a 200J		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 6 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
solicitan 1 Software en español que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG, Solicitamos que este punto sea opcional ya que incluir el software lector de ECG implica un costo adicional por lo que saldriamos del precio referencial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 7 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Solicitan 10 días corridos luego de la firma del contrato, solicitamos diga: Plan de entrega: 30 días corridos luego de la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 8 - Especificaciones Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Donde dice: 1 Software en español que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG favor aclarar si se refiere al software para instalar en una PC para asi luego poder descargar y revisar el evento reciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice "5 pares de electrodos/parches para adultos (de al menos 2 años de vida útil)" solicitamos a la convocante modificar este punto a "5 pares de electrodos/parches para adultos (de al menos 2 años de vida útil) o cinco pares de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 años de vida útil." Lo solicitado se debe a que varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice "3 pares de electrodos/parches pediátricos (de al menos 2 años de vida útil)" solicitamos a la convocante modificar este punto a "3 pares de electrodos/parches pediátricos (de al menos 2 años de vida útil) o 3 pares de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 años de vida útil." Lo solicitado se debe a que varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice "Guía de instrucciones rápidas impresa Encendido automático al abril la tapa" solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, debido a que el Encendido automático al abrir la tapa es una característica constructiva que varía de acuerdo con el diseño de cada fabricante. Por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice "Debe incluir capacitación en la entrega, de mínimo 5 horas en lugares de Asunción a determinar" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Debe incluir capacitación en la entrega, con entrenamiento y capacitación en el manejo de técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) básica, conforme a normas técnicas dictadas por organismos competentes, de mínimo 5 horas en lugares de Asunción a determinar" Lo solicitado se debe a que según la Ley 5578/16 "Toda persona física o jurídica que comercialice un DEA ofrecerá, a su costo, la enseñanza de Resucitación Básica Pulmonar a por lo menos cuatro funcionarios de la empresa o institución adquirente, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 13 - Fecha de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 10 DIAS CORRIDOS LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 15 DIAS CORRIDOS posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 14 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Considerando que los productos a ser adquiridos son Dispositivos Médicos, solicitamos a la Convocante que requiera a los potenciales oferentes la Carta de Autorización del Fabricante debidamente apostillada y/o legalizada en origen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 15 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice “El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: NO APLICA” solicitamos a la convocante modificar este punto a “El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 30 días a partir de la notificación expresa al proveedor”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice: Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 270 jules. Solicitamos se puedan cotizar equipos con forma de onda exponencial truncada con salida de energía de 50 a 180 Joules, considerando que esta forma de onda permite aplicar menor energía con menos daño al corazón		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde solicitan 1 software en español que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG. Como este equipo no va a ser utilizado en un entorno médico, solicitamos que sea considerado opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice: Auto chequeo automático programable, sugerimos que no sea programable sino totalmente automático preconfigurado de fábrica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde solicitan: 5 pares de electrodos/parches para adultos (de al menos 2 años de vida útil), considerando el bajo precio referencial, solicitamos se entregue 1 par de electrodos/parches para adultos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
EL MISMO SE HA ADENDADO.		

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
onde solicitan: 3 pares de electrodos/parches pediátricos (de al menos 2 años de vida útil), considerando el bajo precio referencial, solicitamos se entregue 1 par de electrodos/parches pediátrico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
LA MISMA HA SIDO ADENDADA.		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
En el punto donde solicitan Dispositivo con protección IP 55 o superior solicitamos se puedan cotizar equipos con protección IPx1 contra goteos e IPx2 contra sólidos, considerando el uso previste estos niveles de protección son suficientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Donde dice: Encendido automático al abril la tapa, solicitamos que esta especificación sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 23 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, solicitamos a la Convocante considerar los siguientes índices para medir la Capacidad Financiera: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años [años 2021, 2022, 2023) b. Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años [años 2021, 2022, 2023] c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los en los [años 2021, 2022, 2023], no deberá ser negativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 24 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Solicitamos a la Convocante requerir lo siguiente: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en la provisión de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en los últimos dos años (2022-2023).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
FAVOR, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 25 - Reajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024

Al tratarse de la adquisición de Bienes Importados; solicitamos a la Convocante considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes importados licitados en esta convocatoria. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))
Donde;
P= Precio Reajustado a la Oferta
Po= Precio Original de la Oferta
Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.
Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.
Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.
Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024

FAVOR, REMITIRSE AL PBC

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 150 Jules.
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Forma de onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 50 y 200 Jules

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024

FAVOR REMITIRSE AL PLIEGO

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

En una parte de las especificaciones técnicas dice: 1 baterías no recargable con autotomía de al menos 5 años.
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: 1 baterías no recargable con autotomía de al menos 4 años o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024

FAVOR REMITIRSE AL PLIEGO

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En una parte de las especificaciones técnicas dice: 5 pares de electrodos/parches para adultos (de al menos 2 años de vida útil) o cinco pares de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 años de vida útil. 3 pares de electrodos/parches pediátricos (de al menos 2 años de vida útil)" solicitamos a la convocante modificar este punto a "3 pares de electrodos/parches pediátricos (de al menos 2 años de vida útil) o 3 pares de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 años de vida útil. Solicitamos a la convocante aclarar: en el caso de proveer los electrodos/parches Adultos/pediátricos, la cantidad de los mismos seria de 5 unidades o 8?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
FAVOR REMITIRSE AL PLIEGO		

Consulta 29 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con onda rectilínea bifásica con salida de energía entre 150 – 200 J, el cual es el rango de energía normalmente utilizado en la secuencia de energías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2024
Favor remitirse al pliego		

Consulta 30 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Donde dice: 1 Software en español que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG. Se solicita amablemente a la convocante permitir ofertar equipos con Software intuitivo en inglés, esto no limitará la capacidad del equipo y permitirá una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2024
Favor remitirse, al pliego		

Consulta 31 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
En el punto donde dice: Software en español en su última versión disponible servicio de atención telefónica post venta durante la garantía. Auto chequeo automático programable, diario/semanal/mensual de buen funcionamiento, se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Software intuitivo en inglés, que ofrezca soporte en línea. Esta modificación no afectará la funcionalidad del equipo, garantizará la disponibilidad de soporte postventa, y facilitará la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2024
Favor remitirse al pliego.		

Consulta 32 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Donde dice: Guía de instrucciones rápidas impresa Encendido automático al abril la tapa. Solicitamos amablemente a la convocante que considere hacer estas características opcionales. Estas funcionalidades no son esenciales para el funcionamiento del equipo y permitirán una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2024
Favor remitirse al pliego		