

Consultas Realizadas

Licitación 445754 - LPN Nº 76/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (CPRE) PARA EL HOSPITAL DE LUQUE

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos a la convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 2 - EETT - ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO: ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 6 FRENCH. Precurvado; Doble Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable		
CONSULTA: Se podría ofertar ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO: ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 6 a 7 FRENCH. Precurvado; Doble o triple Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 3 - EETT - ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: LIGADOR DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA: SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA. Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13mm, con 6 bandas c/ barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.		
CONSULTA: Se podría ofertar LIGADOR DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA: SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA. Con mango de ligador, 1 ó 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13mm, con 6 bandas c/ barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 4 - EETT - ITEM 37

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: PINZA PARA BIOPSIA: PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS. Vía Endoscópica, DESCARTABLE, SIN Estilete de 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5) CONSULTA: Favor aclarar si lo que se pretende adquirir son Pinzas para biopsia o para extracción de cuerpos extraños, que son cosas diferentes también aclarar si son para el tubo digestivo alto o bajo, que también son cosas diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 5 - EETT - ITEM 36

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: PINZA PARA BIOPSIA: PINZA P/BIOPSIA DE LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO, Y EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS. Vía Endoscópica, DESCARTABLE, SIN Estilete de 2,3 - 2,5 mm de diámetro y Largo 230 cm (+ - 5). CONSULTA: Favor aclarar si lo que se pretende adquirir, es pinza de Biopsia o para Extracción de cuerpos extraños, son cosas diferentes, además aclarar si es para la mucosa del tubo digestivo alto o bajo, que también son cosas diferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 6 - EETT - ITEM 34

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES. Largos del dren a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm CONSULTA: Se puede ofertar "con orificios laterales": Favor aclarar cuantas unidades de cada medida hay que ofertar, cada longitud solicitada es un item diferente, está mal redactado, favor aclarar y corregir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 7 - EETT - ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES. Largos del dren a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm CONSULTA: Se puede ofertar "con orificios laterales" Favor aclarar cuantas unidades de cada longitud hay que ofertar, cada longitud es un item diferente, está mal redactado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 8 - EETT - ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPIA: Cepillo de limpieza descartable para limpieza del endoscopio. Catéter para canales de trabajo de 2.0 mm de 240cm de largo o mas.		
CONSULTA: Se puede ofertar CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPIA: Cepillo de limpieza descartable para limpieza del endoscopio. Catéter para canales de trabajo de 2.8 mm de 220cm de largo o mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 9 - EETT - ITEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN: Canastillas (de 3 x 6 cm con alambre multifilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm		
CONSULTA: "FUSION" Es una marca y modelo fabricado por WILSON COOK, por favor describir y ampliar las EETT evitando nombrar la marca y modelo, se puede ofertar Canastillas (de 3 x 5,5 a 6 cm con alambre multifilamento o monofilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 200 a 220 Cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 10 - EETT - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN: Canastillas (de 2,5 x 5 cm con alambre multifilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm		
CONSULTA: "FUSION" Es una marca y modelo fabricado por WILSON COOK, por favor describir y ampliar las EETT evitando nombrar la marca y modelo, se puede ofertar Canastillas (de 2,5 x 5 cm con alambre multifilamento o monofilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 200 a 220 Cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 11 - EETT - ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN: Canastillas (de 2 x 4 cm con alambre multifilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm		
CONSULTA: "FUSION" Es una marca y modelo fabricado por WILSON COOK, por favor describir y ampliar las EETT evitando nombrar la marca y modelo, se puede ofertar Canastillas (de 2 x 4 a 4,5 cm con alambre multifilamento o monofilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 200 a 220 Cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 12 - EETT- ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
<p>DICE: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN: Canastillas (de 1,5 x 3,5 cm con alambre multifilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm</p> <p>CONSULTA: "FUSION" Es una marca y modelo fabricado por WILSON COOK, por favor describir y ampliar las EETT evitando nombrar la marca y modelo, se puede ofertar Canastillas (de 1,5 x 3,5 a 4 cm con alambre multifilamento o monofilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 200 a 220 Cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 13 - EETT- ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
<p>DICE: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr Punta Distal. Triple lumen. Calibre 6 a 7 Fr. 200 cm para usar con guía de 0.035".Mismo balón permite inflar 8,5 - 10 - 12 y 15 mm. De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.-</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr Punta Distal. Triple lumen. Calibre 6 a 7 Fr. 200 cm para usar con guía de 0.035".Mismo balón permite inflar 8,5 a 9 - 10 a 12 y 15 mm. De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 14 - EETT - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
<p>DICE: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple lumen. Mismo balón permite inflar 12 -15 - 18 y/o 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.-</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El catéter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple lumen. Mismo balón permite inflar 12 -15 - 18 y/o 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Ajustarse al PBC. La consulta es una copia exacta de lo establecido en el PBC		

Consulta 15 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
<p>DICE: DICE: BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón multietapa de 10-11-12mm y 3 a 4 cm de longitud. Catéter de 180 cm o más de largo. ¿La guía debe estar incluida?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 16 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo. CONSULTA: Se puede ofertar BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón multietapa de 8-9-10mm y 3 a 4 cm de longitud. Catéter de 180 cm o más de largo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 17 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: ASA PARA POLIPECTOMÍA: Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: mini, standard de Multifilamento 7 Fr. 230 cm ó más.- CONSULTA: ¿Cuál sería el tamaño del asa mini? 10 o 15 mm? Es asa fría o asa caliente lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 18 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
DICE: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 220 a 240 cm de largo CONSULTA: Se podría ofertar AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 22 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 a 2,8 mm y 220 a 240 cm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 19 - PRECIOS DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Solicitamos a la convocante verificar nuevamente el precio de referencia de todos los Items, ya que para la estimación de precios se han tomado los precios en licitaciones del 2018, 2019, y 2022 esos precios ha variado considerablemente después de 6 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2024
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - Cronograma de Entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante se pueda modificar el cronograma de entrega de la siguiente manera, atendiendo los tiempos de importación de los productos.</p> <p>1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de Compra deberá ser emitida dentro los primeros 30 días posteriores a la firma del contrato, condición compelida por la Resolución S.G Nº 034/2023. El proveedor tendrá hasta los 15 (quince) días hábiles para la entrega, contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES, según necesidad y stock del Servicio.</p> <p>2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato, condición compelida por la Resolución S.G Nº 034/2023. El proveedor tendrá hasta los 20 (veinte) días hábiles para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES, según necesidad y stock del Servicio.</p> <p>Saldo de la cantidad mínima: La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato, condición compelida por la Resolución S.G Nº 034/2023. El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días hábiles para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES, según necesidad y stock del Servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 21 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2024
Favor ajustarse al PBC a fin de evitar ambigüedades		

Consulta 22 - ITEM 4: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
<p>Donde dice: Aguja p/esclerosis endoscópicas p/lesiones sangrantes de "23 a 25G" - "para canal de trabajo de 2.0mm"</p> <p>CONSULTA: Primero: las medidas deben ser de 23 o 25G, no pueden ser ambas, ¿es decir podría presentar solo la de 23G?</p> <p>- Segundo: el canal de trabajo debe ser 2.8mm para el Hospital de Luque, salvo cuenten con endoscopios pediátricos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 23 - ITEM 5: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Donde dice: Aguja p/esclerosis endoscópicas p/lesiones sangrantes de "25G"		
Favor considerar que sea "desde 23G hasta 25G", la de 23G sería la medida standard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 24 - ITEM 6: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Donde dice: Punta flexible y con "20 a 30 cm de cubierta hidrofílica". Con marcas indicadoras endoscópicas. Descartable Se solicita para permitir mayor concurrencia, y no cerrar a una sola marca, modificar las medidas de la cubierta hidrofílica, que sean "desde 7cm o más en adelante", las medidas solicitadas no son determinantes a la hora de los procedimientos, y de esta manera tienen más opciones para la elección del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 25 - ITEM 7: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Donde dice: alambre guías biliares para endoscopia digestiva, N° 0,035 "480cm de largo"		
Favor considerar desde 450cm de largo, medidas más que suficiente para los procedimientos solicitados, de esta manera tienen más opciones para la elección del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 26 - ITEM 12: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Donde dice: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El "catéter de 6 a 7Fr" y "200cm" Triple lumen. Mismo balón permite inflar "12-15-18-20mm";		
Se consulta:		
Primero: Favor considerar el catéter "desde 4,5Fr en adelante", y que sean "desde 190cm o más" Medidas suficientes para los procedimientos solicitados.		
Segundo: Que el inflado del balón sea "desde 15, 18 y hasta 20mm", ya que en el ítem siguiente vuelven a solicitar la de 12mm.		
Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 27 - ITEM 13: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
<p>Donde dice: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El "catéter de 6 a 7Fr" punta distal. Triple lumen. Calibre de 6 a 7Fr. "200cm" para usar con guía de 0.035. mismo balón "permite inflar 8,5-10-12 y 15mm. "</p> <p>Se consulta: Primero: Favor considerar el catéter "desde 4,5Fr en adelante", y que sean "desde 190cm o más" Medidas suficientes para los procedimientos solicitados.</p> <p>Segundo: Que el inflado del balón sea "desde 8,5-11,5, y hasta 15mm", de esta manera no se repiten las medidas solicitadas en el ítem anterior.</p> <p>Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 28 - ITEM 24: CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
<p>Donde dice: Cateter para canales de trabajo de 2.0mm de "240cm de largo o más".</p> <p>CONSULTAR: Primeramente, debe ser "cepillo para canales" no "catéter", Segundo, favor modificar la medida a "220cm o más".</p> <p>Con lo solicitado se evita que el ítem se declare desierto.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 29 - ITEM 25: CESTA PARA TRITURAR CALCULOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
<p>Donde dice: Cesta para extracción y litotricia de cálculos, alambre multifilamento con "catéter de 10Fr". "De 200cm o más de largo".</p> <p>FAVOR MODIFICAR A: "Catéter de 8.5 Fr. o más en adelante, desde 195cm o más de largo"</p> <p>Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 30 - ITEM 26: CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Donde dice: "Clip endoscópico de 15 a 16 mm"		
FAVOR MODIFICAR A:		
"Clip endoscópico de 11 a 16 mm en adelante"		
Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 31 - ITEM 35: PINZA PARA BIOPSIA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
DONDE DICE: Para canales de trabajo de 2,8mm y "160 a 180cm de largo"		
FAVOR MODIFICAR A: Para canales de trabajo de 2,8mm "desde 155 a 180cm de largo"		
Esta modificación de 5cm, no modifica en absoluto la forma de trabajo ni afecta la calidad al producto ofertado.		
Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 32 - ITEM 42: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, "VAINA DE 6 FRENCH" , Precurvado; "doble lumen".		
CONSULTA: Para dar más participación a otros oferentes, y no dirigir a una sola marca, que "la Vaina sea desde 4.5Fr. en adelante", esta es una mejor medida que la solicitada para realizar el procedimiento necesario, también considerar presentar que sea "triple lumen" pues de esta manera el Especialista tendrá más opciones a la hora de los procedimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 33 - ITEM 43: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, "VAINA DE 7 FRENCH" , Precurvado; "doble lumen".		
FAVOR MODIFICAR A: "Vaina de 4.5Fr. en adelante", esta es una mejor medida que la solicitada para realizar el procedimiento necesario.		
Con lo solicitado se permite mayor concurrencia y mejores posibilidades de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 34 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Favor aceptar que en el caso de ofertar 2 o más ítems, en el que la diferencia solo radica en la medida, que se pueda presentar uno solo de ellos como muestra.		
En ese caso, se solicita agregar en el apartado de muestras el siguiente texto:		
"Si el oferente cotizara en diferentes ítems del mismo material y/o insumo, pero de distintas dimensiones, se aceptará la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2024
Favor ajustarse al PBC a fin de evitar ambigüedades.		

Consulta 35 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante retirar la ampliación de rango que se hizo en la ultima adenda. Item 4 se refiere a una pinza fina y para videoendoscopios pediátricos o casos especiales en CPRE , es por eso que piden para canales de 2.0mm . Ahora con el rango que pusieron de 2.0 a 2.8 se repiten los item entre el Item 4 e Item 5 . por lo que solicitamos dejar en 2.0mm: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 22 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 230 cm (+ - 10) de largo. Para canales de trabajo de 2,0 mm, catéter de la aguja De 230 cm (+ - 10) de largo. Descartable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2024
Favor ajustarse al PBC. No contamos con equipos pediátricos		

Consulta 36 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Con la nueva adenda están cambiando las EETT y dirigiendo solo a una marca , solicitamos ampliar los rangos para evitar posibles protestas. Por lo que donde dice: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 470 cm (+ - 10) de largo, con punta recta. Punta flexible y con 25 cm (+ - 5) de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscópicas. Descartable. DEBE de DEBIR: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 470 cm (+ - 10) de largo, con punta recta. Punta flexible y con 5 a 25 cm de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscópicas. Descartable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 37 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante a aclarar si se trata de un asa de polipectomía calientes y si es así ampliar los rangos para tener mayor participación de oferentes y evitar posibles protestas: Donce dice: ASA PARA POLIPECTOMÍA: Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: mini 10 mm, standard de Multifilamento 7 Fr. 230 cm como mínimo. Debe de decir: ASA PARA POLIPECTOMÍA: Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: mini 10 a 15 mm x 30 mm, standard 2 a 2.5 x 5.5 de Multifilamento 7 Fr. 230 cm como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 38 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que según ultima adenda han cambiado a otro tipo de balon . Se solicita un balon únicamente biliar . por lo que las eett deberían de ser cambiadas. DONDE DICE : BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón multietapa de 8 mm y 3 a 4 cm. Catéter de 180 cm como mínimo. Con guía 0,035". Descartable, estéril. DEBE DE DECIR: BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilataciónbiliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 3 A 4 cm.Catéter de 180 cm o más de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2024
Favor ajustarse al PBC. El PBC cumple con lo solicitado		

Consulta 39 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante verificar las nuevas eett ya que con la consulta que hizo algún proveedor , esto cambio a otro tipo de balon y lo que la convocante esta pidiendo es un balon de dilatación biliar. por lo que solicitamos mantener las eett con el rango solicitado de 3 a 4 . DONDE DICE: BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón multietapa de 10mm y 3 a 4 cm de longitud. Catéter de 180 cm o más de largo como minimo. Con guia 0,035 descartable estéril. DEBE DE DECIR: BALÓN PARA DILATACIÓN BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 10mm y 3 a 4 cm. Catéter de 180 cm o más de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2024
Favor ajustarse al PBC. El PBC cumple con lo solicitado		

Consulta 40 - Item 34

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que con una consulta estratégicamente las eett estan dirigidas DONDE DICE: DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. CON ORIFICIOS LATERALES. Largo del dren a ofertar 5 a 12 cm DEBE DE DECIR : DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. CON o SIN ORIFICIOS LATERALES. Largo del dren a ofertar 5 a 10 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 41 - Item 33

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que con una consulta estratégicamente o involuntariamente se esta dirigiendo a una sola marca. DONDE DICE : DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. CON ORIFICIOS LATERALES. Largo del dren a ofertar 5 a 12 cm DEBE DE DECIR: DREN BILIAR: DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. CON o SIN ORIFICIOS LATERALES. Largo del dren a ofertar 5 a 10 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 42 - Item 42

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante revisar las EETT ya que con la consulta el Item 42 y 43 se repiten. En caso de ser asi verificar si se trata de un Esfinteromo PRE- CORTE . Y por ende cambiar las EETT a : ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO: Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm. Catéter doble lúmen 5 Fr. y 200 cm. descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 43 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante volver a ampliar los rangos según Adenda 3 Donde dice : AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 230 cm (+ - 10) de largo. DEBE DE DECIR: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 230 cm (+ - 10) de largo. (se aclara que se pide aguja fina)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2024
Favor ajustarse al PBC. El item 3 corresponde a un adaptador de endoscopios		

Consulta 44 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos ampliar los rangos , ya que en el PBC versión 3 quedaron involuntariamente dirigiendo a una sola marca. DONDE DICE : AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 a 2,8 mm y 230 cm (+ - 10) de largo. Para canales de trabajo de 2,0 mm, catéter de la aguja De 230 cm (+ - 10) de largo. Descartable. DEBE DE DECIR: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 a 25 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 230 cm (+ - 10) de largo. Para canales de trabajo de 2,0 mm, catéter de la aguja De 230 cm (+ - 10) de largo. Descartable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 45 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que involuntariamente en el PBC versión 3 quedó dirigido a una sola marca :</p> <p>DONDE DICE: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 470 cm (+ - 10) de largo, con punta recta. Punta flexible y con 7 cm como mínimo de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscópicas. Descartable. DEBE DE DECIR: Alambre guía biliar p/endoscopía digestiva de 0.035", de 470 cm (+ - 10) de largo, con punta recta. Punta flexible y con 5 cm como mínimo de cubierta hidrofílica. Con marcas indicadoras endoscópicas. Descartable.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 46 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que en el PBC versión 3 quedo involuntariamente dirigido a una sola marca.</p> <p>DONDE DICE: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,8mm y 230 cm de largo. Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango. DEBE DE DECIR: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 a 25G, para canal de trabajo de 2,8mm y 230 cm de largo. Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 47 - ITEM 6: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
<p>ITEM 6: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Donde dice: Alambre Guía Biliar/endoscópica digestiva de 0.035", de 470cm (+-10) de largo CONSULTA: Para dar más participación a otros oferentes, favor considerar "de 450cm o más de largo" de esta manera no se dirige a una sola marca," las medidas solicitadas no son determinantes a la hora de los procedimientos, y de esta manera tienen más opciones para la elección del producto.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 48 - ITEM 12: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
<p>ITEM 12: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Donde dice: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. Mismo balón permite inflar "12-15-18-20mm" CONSULTA: Que el inflado del balón sea "desde 15, 18 y hasta 20mm", ya que en el ítem siguiente vuelven a solicitar la de 12mm. De esta manera abrimos para que ingresen más oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 49 - ITEM 13: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
ITEM 13: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Donde dice: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. "200cm para usar con Guía 0.035". Mismo balón "permite inflar 8,5-10-11.52- 12-15 y 20mm. " CONSULTA: Primero: Favor considerar que sean "desde 190cm o más" Medidas suficientes para los procedimientos solicitados. Segundo: Que el inflado del balón sea "desde 8,5-11,5, y hasta 15mm", de esta manera no se repiten las medidas solicitadas en el ítem anterior. Y así abrimos el ítem para que ingresen más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 50 - ITEM 24: CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
ITEM 24: CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPIA: Donde dice: "Cepillo para canales de trabajo de 2.8mm". CONSULTAR: Considerar por favor "Cepillo para canales de trabajo de 2.0mm o más"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 51 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que involuntariamente en el PBC versión 3 se esta cambiaron las EETT dirigiendo solo a una marca: DONDE DICE: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 4.5 Fr como mínimo. Calibre 4.5 Fr. 200 cm para usar con guía de 0.035".Mismo balón permite inflar 8,5 -10-11.5-12-15 y20mm. De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.- DEBE DE DECIR: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES: Balón de extracción p/cálculos biliares c/múltiples tamaños. El catéter de 4.5 Fr como mínimo. Triple lumen. Mismo balón permite inflar 8,5 -10-11.5-12-15mm o 8,5 -10-12-15mm . De triple lumen con inyección de contraste por la punta. Descartable.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 52 - Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Solicitamos ala convocante revisar el cambio de rango, ya que varias marcas son las que tienen apertura del clip en 16 mm. y cuanto mejor se abre mas tipo de lesiones (de tamaño) se pueden agarrar. Solicitamos que las EETT sean : CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA: CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA: Clip endoscópico de 16 mm como minimo (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip), rotatable Catéter de 230 cm de largo como minimo, para canales de trabajo de 2.8 mm. Descartable, con su sistema de liberación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 53 - ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar los rangos ya que en el PBC versión 3 se esta dirigiendo solo a una marca.
DONDE DICE: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO: ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 4,5 FRENCH. Precurvado; Doble o triple Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable
DEBE DE DECIR: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO: ESFINTERÓTOMOS PARA ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA, VAINA DE 4,5 A 7 FRENCH. Precurvado; Doble o triple Lúmen; Para Guías De 0,035 Pulgadas. Con Punta Radiópaca. Desechable

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2024
-----------	--------------------	------------

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta 54 - EETT - ITEM 6: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: alambre guía biliar/endoscopia digestiva de 0,035 "470cm (+-10) de largo con punta recta"
CONSULTA:

Primero: si pudieran considerar diciendo "450cm de largo o más", medidas más que suficientes para los procedimientos solicitados y de esta manera tienen más opciones para la elección del producto y accedemos a competir más oferentes.

Segundo: en el ítem 7, también se solicita "Punta Recta", está debería de ser "Punta angulada". Favor aclarar este ítem de lo contrario se repiten el ítem 6 y 7.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-12-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión del PBC, los mismos cumplen con las necesidades del Servicio

Consulta 55 - EETT - ITEM 12: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES:

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Mismo balón permite inflar "12-15-18-20mm"
CONSULTA: Primero: Que el inflado del balón sea "desde 12 o 15-18-20mm", ya que en el ítem siguiente vuelven a solicitar la de 12mm. De esta manera abrimos para que ingresen más oferentes y no se repiten las medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-12-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión del PBC, los mismos cumplen con las necesidades del Servicio

Consulta 56 - EETT - ITEM 13: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES:

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "200cm para usar con guía de 0.035". mismo balón "permite inflar 8,5-10-12 y 15mm. "
CONSULTA: Primero: Favor que sean "desde 190cm o más" Medidas suficientes para los procedimientos solicitados.
Segundo: Que el inflado del balón sea "desde 8,5-11,5, y hasta 15mm", de esta manera no se repiten las medidas solicitadas en el ítem anterior. Y así abrimos el ítem para que ingresen más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-12-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión del PBC, los mismos cumplen con las necesidades del Servicio