

Consultas Realizadas

Licitación 452231 - ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA

Consulta 1 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2024
Solicitamos a la convocante de proveernos de la planilla de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC y a la ley 7021/22 y sus reglamentaciones.		

Consulta 2 - Item 230 - Lámina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar sin separadores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 3 - Item 233 - Láminas esmeriladas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar sin separadores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SE REQUIERE QUE LA OFERTA SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 4 - Ítem 270 - Pipeta Automática con volumen variable

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con volumen de 5- 50 ul? El mismo cumple con el rango solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 5 - Ítem 272 - Pipeta Automática con volumen variable

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con volumen de 100-1000 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 6 - Ítem 293 - Punta para pipeta Automática

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con volumen de 0,5- 20 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
SE SOLICITA QUE LA OFERTA SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO AL PBC		

Consulta 7 - Ítem 299 - Punta para pipeta Automática

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con volumen de 2- 200 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características		

Consulta 8 - Ítem 300 - Punta para Pipeta Automática

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con volumen de 2-200 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 9 - Ítem 311 - Reactivo para UREA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
¿Podemos ofertar con una presentación de 400 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
Si los reactivos R1, R2 y R3 definidos en las especificaciones están por separados, se puede aceptar una presentación de menor cantidad de determinaciones.		

Consulta 10 - ítem Nº 70 Banda Adhesiva

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
¿Podemos ofertar con un vencimiento mínimo de 1 año?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 11 - Ítem Nº 90 Colorante Giemsa

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
¿Podemos ofertar en presentación de frasco de material PP, herméticamente cerrada y sellada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 12 - MODALIDAD DE LICITACION

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
----------	-------------------	------------

Podrian Aclarar la modalidad de esta licitación? Ya que en la pagina de la DNCP aparece como una LPN convencional , pero aparece una ventanilla de carga Electronica.
Seria una entrega normal de carpeta de oferta o una carga electronica de ofertas ???

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
-----------	--------------------	------------

Corresponde a una Licitación Pública Nacional con presentación de ofertas electrónicas, de acuerdo a lo publicado en el portal de la DNCO y a lo establecido en la ley 7021/22 y sus reglamentaciones.

Consulta 13 - ítem 312 - Reactivo TP

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría ofertar kit que provee reactivo liofilizado, a ser reconstituido con agua bidestilada o desionizada?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se podria aceptar solo si con el kit ofertado proveen de un kit de agua destilada, esteril para inyección de 5 a 10 ml cada uno en cantidad suficiente para reconstituir toda la caja que ofrecen, pues para este reactivo el agua de calidad es limitante para la preparación del reactivo a ser utilizado.

Consulta 14 - ítem 3 - Agar base columbia

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
----------	-------------------	------------

REQUERIRIAN TAMBIEN LA SANGRE DE CARNERO??

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

El ítem 3 corresponde ACIDO ACETICO GLACIAL, Y NO AGAR BASE COLUMBIA EN ESTA LICITACION NO SE SOLICITA LA SANGRE DE CARNERO

Consulta 15 - ítem 91- Colorante Wrigh

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podria admitir frasco de 1000mL?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
-----------	--------------------	------------

SE REQUIERE QUE LA OFERTA SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC

Consulta 16 - ítem 102 - Control para coagulacion

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si el nivel uno sería el equivalente al control normal. Se podría aceptar en presentación de 6 viales x 1 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
-----------	--------------------	------------

El nivel 1 es equivalente a control normal. Se podría aceptar 2 cajas de 6 viales x 1ml, para respetar la cantidad solicitada para 1 año que son de 12 viales.

Consulta 17 - ítem 157 - Disco EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
SE PODRIA ESPECIFICAR LA CONCENTRACION DE EDTA REQUERIDAD. SE PODRIA ADMITIR CONCENTRACION DE 750ug O DE 930ug ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
La concentración mínima del EDTA requerida es 372 ug, por lo tanto se acepta concentraciones superiores.		

Consulta 18 - Ítem 191 - Frasco esteril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Se podría aceptar frasco de 60 ml de capacidad? Se puede aceptar paquete x 5 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 19 - Ítem 194 - Frascos para cultivo celular

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Se podría aceptar frasco de 650 ml de capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características		

Consulta 20 - ítem101- Control para coagulacion

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Favor aclarar si el nivel dos sería el equivalente al control patológico. Se podría aceptar en presentación de 6 viales x 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
El nivel 2 sería equivalente a control patológico. Si se podría aceptar 2 cajas de 6 viales x 1ml, para respetar la cantidad solicitada para 1 año que son de 12 viales.		

Consulta 21 - Ítem 216 - Kit de Diagnostico Enfermedad de Transmicion Sexual

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
SE PODRIA ADMITIR PRESENTACIONES DE 48 DETERMINACIONES Y COMPLETAR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		

Consulta 22 - ítem 103- CRIOVIALES DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

SE PODRIA ADMITIR PRESENTACION DE BOLSA X 200. SE PODRIA ADMITIR TUBOS DE 2mL?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
------------------	---------------------------	------------

SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS

Consulta 23 - ítem 216 - Kit de Diagnostico Enfermedad de Transmicion Sexual

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

SE PODRIA ADMITIR PRESENTACIONES DE 48 DETERMINACIONES Y COMPLETAR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Sí es posible admitir presentaciones de 48 det. y completar según requerimiento.

Consulta 24 - ítem 199 - Hemoglobina Glicosilada

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

SE PODRIA ADMITIR UN EQUIPO CON METODOLOGIA HPLC. A QUE SE REFIERE CON DISQUETTE Y CEBADOR DE SANGRE.??

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Se puede admitir uno con metodología HPLC. El disquette o CD- ROM se refiere al disco que posee los datos del nuevo lote de reactivo, instrucciones de uso, guía rápida de uso etc. El cebador de sangre o primer es un reactivo que permite la puesta a punto al cebar un nuevo lote de reactivos en el equipo previo a la calibración del mismo.

Consulta 25 - ítem 270 - Pipeta automatica con volumen variable

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar una micropipeta de volumen variable de 5 - 50 ul

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
------------------	---------------------------	------------

SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS

Consulta 26 - ítem 273 - Pipeta pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar una pipeta pasteur de 160 mm de largo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
------------------	---------------------------	------------

SE SOLICITA QUE LA OFERTA SE AJUSTE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC PUBLICADO

Consulta 27 - ítem 327 - Tapa para Tubo de Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar presentación de 120 tiras de tubos + 120 tapas por bolsa?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
------------------	---------------------------	------------

SERAN TENIDAS EN CUENTA OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDA COMO MINIMO A BOLSAS DE 300 TIRAS

Consulta 28 - ítem 332- Tiempo Parcial de Tromboplastina

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar presentación para 150 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
------------------	---------------------------	------------

SE REQUIERE QUE LAS OFERTAS SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL PBC

Consulta 29 - ítem 346- Tubo de centrifuga conicos de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

SE PODRIA ADMITIR PRESENTACIONES DE 25 UNIDADES?

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.

Consulta 30 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante analizar y replantear el porcentaje de multa, estableciendo a por lo menos 0,01%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC.

Consulta 31 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicitará muestras de los ítems correspondientes a INSUMOS DE LABORATORIO que serán determinados por el Comité de Evaluación, con posterioridad a la presentación de las ofertas. Solicitamos a la Convocante aclarar a qué ítems se refiere INSUMOS DE LABORATORIO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Corresponde a los ítems de material de descartable, de plástico, metal, acero inoxidable, policarbonato, vidrio, etc. que no sean reactivos, medicamentos, soluciones químicas, etc.

Consulta 32 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>El PBC establece Para todos los ítems la fecha final de entrega de los bienes será hasta 60 (sesenta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra, la cual será remitida al correo electrónico declarado en su formulario de oferta, en la División de Suministro del IICS-UNA. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a por lo menos 120 días calendarios para la entrega de los bienes, teniendo en cuenta el tiempo de importación y tramites administrativos de los bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
<p>Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 33 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>El PBC establece Copia de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y recepciones finales, de reactivos químicos y/o insumos de laboratorio y/o productos radiofármacos, en los tres (3) últimos años (años 2021, 2022 y 2023) de instituciones públicas y/o privadas, cuyos montos representen en promedio como mínimo el 30 % (treinta por ciento) del monto total de la oferta presentada por el Oferente en la presente Licitación. Solicitamos a la Convocante eliminar la palabra promedio y a fin de brindar mayor oportunidad de participación, otorgue que la experiencia a ser demostrada sea la sumatoria de los documentos en el periodo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>SE PROCEDERA A EMITIR UNA ADENDA AL RESPECTO</p>		

Consulta 34 - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Solicitamos a la Convocante en virtud a los nuevos procedimientos de la Oferta Electrónica, teniendo en cuenta que ya no se realiza la apertura física de los documentos, INDICAR como la Convocante realizara el pedido de documentos formales y/o aclaración sobre la oferta, y el medio por el cual deberá responder el oferente. Favor detallar el procedimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
<p>Se procederá a solicitar los documentos formales faltantes en su oferta, y a solicitar pedidos de aclaración/insertos/catálogos/muestras, a la dirección de correo electrónico declarado por ustedes en el Registro de Proveedores de la DNCP.</p> <p>El medio de respuesta será indicado en el pedido realizado, dependiendo de la solicitud la respuesta puede ser vía correo electrónico o en forma física.</p>		

Consulta 35 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>En el apartado de plan de entrega de los bienes se expresa "Para todos los ítems la fecha final de entrega de los bienes será hasta 60 (sesenta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra, la cual será remitida al correo electrónico declarado en su formulario de oferta, en la División de Suministro del IICS-UNA." Se solicita amablemente a la convocante, extender el plazo en 90 días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra. Esta solicitud se fundamenta en los tiempos requeridos para la fabricación, logística de importación y trámites de despacho en aduana, que fácilmente podría exceder los 2 meses. Además, esto garantizará que todos los oferentes compitan en igualdad de condiciones, evitando que se favorezca a aquellos proveedores que ya disponen de los productos solicitados en stock, y asegurando así un proceso de selección justo para todos los participantes. Por lo expuesto, solicitamos que dicha solicitud quede redactada de la siguiente manera: "Para todos los ítems la fecha final de entrega de los bienes será hasta 90 (noventa) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra, la cual será remitida al correo electrónico declarado en su formulario de oferta, en la División de Suministro del IICS-UNA."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
<p>Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 36 - Otros criterios que la convocante requiera

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
<p>Solicitamos a la Convocante aclarar el medio por el cual el Proveedor presentará la Planilla de Precios en planilla de precios en formato electrónico (Excel). ¿La Convocante habilitará algún correo electrónico para enviar dicho requisito posterior al acto de apertura de sobre, o bien esta información deberá ser presentada conjuntamente con la oferta en CD?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
<p>Se procederá a solicitar los documentos formales faltantes en su oferta, y a solicitar pedidos de aclaración/insertos/catálogos/muestras, a la dirección de correo electrónico declarado por ustedes en el Registro de Proveedores de la DNCP.</p> <p>El medio de respuesta será indicado en el pedido realizado, dependiendo de la solicitud la respuesta puede ser vía correo electrónico o en forma física.</p>		

Consulta 37 - Vencimientos de Reactivos Elisa

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
<p>¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 9 meses? Aclaremos que normalmente el vencimiento de este reactivo Elisa no suele alcanzar 1 año.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
<p>Se considera que debe ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 38 - PRESENTACION DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar ¿Cuál sería la forma de la presentación de la oferta ?. Dicha consulta obedece que en el SICP expresa que la presentación de la oferta será en la Plataforma del SICP "OFERTA ELECTRONICA", mientras que en el PBC expresa en el punto Método de presentación de la oferta será por SOBRE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
-----------	--------------------	------------

La oferta deberá ser presentada en formato electrónico, con la carga de los datos solicitados en la plataforma del SICP. El método de presentación de oferta ya está preestablecido en la proforma publicada del PBC, por lo cual solo nos permite como convocante escoger entre 1 sobre y 2 sobres.

Para los documentos formales faltantes en su oferta, y los pedidos de aclaración/insertos/catálogos/muestras, se procederá a solicitarlos a la dirección de correo electrónico declarado por ustedes en el Registro de Proveedores de la DNCP.

El medio de respuesta será indicado en el pedido realizado, dependiendo de la solicitud la respuesta puede ser vía correo electrónico o en forma física.

Consulta 39 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante establecer un cronograma de entrega, planificado en cuanto a cantidades y plazo de entrega.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
-----------	--------------------	------------

El plazo de entrega se encuentra establecido en el PBC el cual se contabiliza a partir de la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

Las Ordenes de Compra serán emitidas de acuerdo a los Ítems adjudicados y a la disponibilidad presupuestaria que se cuenta para el periodo 2024 y para el periodo 2025 atendiendo a que esta Licitación es de carácter Plurianual

Consulta 40 - DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante establecer los criterios de la oferta electrónica, y aclarar si el mismo tendrá o no apertura física de los documentos? y el medio por el cual serán remitidos los documentos de carácter formal solicitados en el pliego de bases y condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
-----------	--------------------	------------

La oferta deberá ser presentada en formato electrónico, con la carga de los datos solicitados en la plataforma del SICP. Según la reglamentación ya no se realiza apertura física de los documentos.

Para los documentos formales faltantes en su oferta, y los pedidos de aclaración/insertos/catálogos/muestras, se procederá a solicitarlos a la dirección de correo electrónico declarado por ustedes en el Registro de Proveedores de la DNCP.

El medio de respuesta será indicado en el pedido realizado, dependiendo de la solicitud la respuesta puede ser vía correo electrónico o en forma física.

Consulta 41 - Requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante establecer y listar los números de ítems que son considerados como insumos y que deben tener registro sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
Los números de ítems correspondiente a Insumos son los siguientes: 21, 22, 23, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 93, 94, 103, 104, 105, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 191, 192, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 240, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 326, 327, 333, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354.		

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 68 - Banda adhesiva

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Favor indicar que clase de banda adhesiva necesitan si las alargadas o redondas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
Se solicita bandas adhesivas redondas según lo especificado		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 258- Papel de Filtro

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Favor aclarar si son diámetro mínimo de 10 mm o de 10 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
Aclaración el diámetro mínimo es de 100 mm o 10 cm, Se aceptan las ofertas de 12,5 cm o 125 mm, pues es como mínimo 100 mm o 10 cm.		

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 258 - Papel de Filtro

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se podría cotizar papel de filtro cualitativo de 12,5 cm de diámetro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
Aclaración el diámetro mínimo es de 100 mm o 10 cm, Se aceptan las ofertas de 12,5 cm o 125 mm, pues es como mínimo 100 mm o 10 cm.		

Consulta 45 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el apartado de plan de entrega de los bienes se expresa "Para todos los ítems la fecha final de entrega de los bienes será hasta 60 (sesenta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra, la cual será remitida al correo electrónico declarado en su formulario de oferta, en la División de Suministro del IICS-UNA." Se solicita amablemente a la convocante, extender el plazo en 90 días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra. Esta solicitud se fundamenta en los tiempos requeridos para la fabricación, logística de importación y trámites de despacho en aduana, que fácilmente podría exceder los 2 meses. Además, esto garantizará que todos los oferentes compitan en igualdad de condiciones, evitando que se favorezca a aquellos proveedores que ya disponen de los productos solicitados en stock, y asegurando así un proceso de selección justo para todos los participantes. Por lo expuesto, solicitamos que dicha solicitud quede redactada de la siguiente manera: "Para todos los ítems la fecha final de entrega de los bienes será hasta 90 (noventa) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra, la cual será remitida al correo electrónico declarado en su formulario de oferta, en la División de Suministro del IICS-UNA."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
<p>Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 46 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS para el ítem 335 (Tiras Reactivas de Orina) se solicita una presentación "KIT - JUEGO". Se solicita amablemente la inclusión de la presentación en "FRASCO x 100 unidades", ya que esta es la presentación más comúnmente disponible en el mercado para este tipo de productos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "FRASCO x 100 unidades"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
<p>Se puede aceptar frascos conteniendo un mínimo de 100 tiras reactivas, kit o juegos de mínimo 100 tiras reactivas.</p>		

Consulta 47 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el apartado de MUESTRAS donde dice: "Se solicitará muestras de los ítems correspondientes a INSUMOS DE LABORATORIO que serán determinados por el Comité de Evaluación, con posterioridad a la presentación de las ofertas. Las mismas serán requeridas por medio de notas vía correo electrónico, y tendrán un plazo máximo de entrega en 1 (un) día hábil, contado a partir de la fecha de recepción del pedido, en el Dpto. de Contrataciones (DC), sito en Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA San Lorenzo, desde las 08:00 hs. hasta las 13:00 hs." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega de muestras en 10 días como mínimo, ya que los productos serán importados desde fábrica, y de esta manera no favorecer a oferentes que ya cuenten con estos productos en stock, y dar oportunidad a potenciales oferentes que tienen la capacidad de proveer los insumos solicitados. Por lo expuesto solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Se solicitará muestras de los ítems correspondientes a INSUMOS DE LABORATORIO que serán determinados por el Comité de Evaluación, con posterioridad a la presentación de las ofertas. Las mismas serán requeridas por medio de notas vía correo electrónico, y tendrán un plazo máximo de entrega en 10 (diez) días, contado a partir de la fecha de recepción del pedido, en el Dpto. de Contrataciones (DC), sito en Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA San Lorenzo, desde las 08:00 hs. hasta las 13:00 hs."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
<p>Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 48 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 251(Microtubo) se solicita: "Microtubos de polipropileno para uso en biología molecular. Autoclavables. Paredes delgadas. De 1,5 mL. Tapa plana. Libre de DNasas y RNasas. Debe presentarse muestras. Con certificado de calidad del país de origen y experiencia satisfactoria de uso en el laboratorio por un periodo no menor a 1 año." Se solicita a la convocante que se considere aceptar únicamente el certificado de calidad del producto emitido en su país de origen como requisito para la convocatoria. Dado que se trata de un insumo de laboratorio, creemos que el certificado de calidad del fabricante es suficiente para garantizar que el producto cumple con los estándares de calidad necesarios y asegura su fiabilidad. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Microtubos de polipropileno para uso en biología molecular. Autoclavables. Paredes delgadas. De 1,5 mL. Tapa plana. Libre de DNasas y RNasas. Debe presentarse muestras. Con certificado de calidad del país de origen."

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
-----------	--------------------	------------

Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 347 (Tubo de polipropileno) se solicita: "Tubo de plástico de polipropileno de fondo redondo, 12 x 75 mm, con tapa, para el almacenamiento de suero contemplado dentro del sistema automático." Se solicita a la convocante aclarar el volumen requerido, para garantizar de esta manera propuestas que se ajusten a las necesidades de esta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
-----------	--------------------	------------

El volumen requerido es de 5 ml para esas medidas de tubos de plástico.

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS para los ítems 286,287 y 289 (Punta para pipeta automática) solicitamos amablemente a la convocante admitir la entrega de las puntas para pipetas automáticas en presentaciones en rack o por unidad. En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), se solicita presentación en CAJA con una cantidad fija de racks, sin embargo, esto varía entre los diferentes fabricantes, ya que no todos ofrecen una cantidad estándar de 10 racks por caja. De esta manera no se limitaría la participación de potenciales oferentes que disponen de productos que cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas, pero que presentan variaciones en el embalaje. Asimismo, con esta modificación se garantizaría el respeto a la cantidad total de puntas solicitadas, sin que ello afecte la calidad o disponibilidad del producto

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se admitirá sin inconveniente la entrega de puntas para pipetas automáticas en rack, siempre que se cumpla con la cantidad total solicitada.

Consulta 51 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica en el punto PARA OFERENTES DE REACTIVOS donde dice: "Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos de uso in vitro, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o certificado actualizado (máximo 6 meses) de que se encuentra en trámite de renovación." Solicitamos a la convocante admitir Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos de uso in vitro, emitido por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), ya que es actualmente el ente regulador responsable de la autorización y control de la importación de productos destinados al diagnóstico in vitro en nuestro país. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos de uso in vitro, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), o certificado actualizado (máximo 6 meses) de que se encuentra en trámite de renovación."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2024
Serán tenidas en cuenta ofertas que presenten el certificado de habilitación expedido por DINAVISA.		

Consulta 52 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 273 (Pipeta Pasteur) se solicita: "Pipeta Pasteur de polietileno transparente, graduada hasta 3 ml, punta gruesa, de 154 mm de largo con vulvo de 3ml, no estéril." Se solicita a la convocante admitir un rango de largor de 150 mm a 160 mm, ya que éste oscila entre ese rango para el volumen requerido y varía dependiendo del fabricante. Por lo expuesto, solicitamos que quede de la siguiente forma: "Pipeta Pasteur de polietileno transparente, graduada hasta 3 ml, punta gruesa, de 150 a 160 mm de largo con vulvo de 3ml, no estéril."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
SERAN TENIDAS EN CUENTAS OFERTAS CON ESAS CARACTERISTICAS		