

Consultas Realizadas

Licitación 452439 - Adquisición de Reactivos e Insumos descartables para Laboratorio

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 30 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. NOTA: La solicitud se debe a que muchos de los reactivos e insumos requieren ser importados del exterior (con su posterior despacho en aduanas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Debido a la necesidad de urgencia con que cuenta el área de laboratorio remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Ítem Nº 41 Tubo Separadores

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Favor aclarar si están precisando 10 cajitas x 100 = 1.000 unidades ó si están precisando 10 caja 12 x 100 = 12.000 unidades de Tubos separadores. Nota: El precio referencial prácticamente corresponde a la presentación de cajita x 100 unidades de tubos separadores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se aclara que lo solicitado es Caja mínimo de 100 unidades cada una por cantidad 10, en total 1000 unidades.		

Consulta 3 - Ítem Nº 54 Laminas PortaObjeto

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
¿Podemos ofertar las láminas portaobjetos sin separadores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
No, porque las posibles rayaduras interfieren para la observación.		

Consulta 4 - ITEM 25 tiras de orina

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir unas tiras de orina con rango de urobilinógeno: hasta 2,5 mg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 5 - ITEM 25 tiras de orina con rango de sangre Hidroperóxido -5

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de sangre Hidroperóxido 4,0 mg BLO 3,3',5,5'-Tetrametilbencidina 3,7 mg?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 6 - ITEM 25 tira de orina sin creatinina-4

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir una tira de orina sin creatinina, microalbumina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 7 - ITEM 25 tiras de orina con rango de cetonas Nitroprusiato -3

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de cetonas Nitroprusiato de sodio 20,0 mg KET Sulfato de magnesio 246,5 mg?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 8 - ITEM 25 tiras de orina con rango de proteínas-6

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se puede admitir unas tiras de orina con rango de proteínas: Azul de tetrabromofenol 0,3 mg PRO Ácido cítrico 110,0 mg Citrato trisódico 46,0 mg?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 9 - ITEM 25 tiras de orina con rango de leucocitos-7

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de leucocitos: Derivado de éster LEU pirazol aminoácido 1,0 mg Sal de diazonio 0,7 mg?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 10 - ITEM 25 tiras de orina con rango de glucosa-8

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de glucosa: Glucosa oxidasa 4,51 unidades GLU Peroxidasa 1,86 unidades Ioduro de potasio 10,0 mg?"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 11 - ITEM 25 tiras de orina con rango de densidad-10

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de densidad: Azul de bromotimol 1,2 mg SG Polielectrolito 12,0 mg?"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 12 - ITEM 43 gradilla de plástico

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir una gradilla de plástico para 50 tubos de ensayo como mínimo?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 13 - ITEM 26 panotico con colorantes componentes-2

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir un reactivo panotico con los sgtes colorantes componentes: solución de triarilmetano, solución de xantenos, solución de tiazinas?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
No se podrá admitir, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - ITEM 28 solución de lugol compuesta

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir una solución de lugol compuesta de solución acuosa de yodo 0,5% y yoduro de potasio 1,5%?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 15 - ITEM 2 colorante de Wright

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir un colorante de Wright con composición de wright y metanol en presentación de 1000 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se admite, ya que lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones es de presentación de 1 litro equivalente a 1000 ml.		

Consulta 16 - ITEM 25 tiras de orina con rango de bilirrubina-2

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de bilirrubina: 2,4-Diclorofenildiazonio 3,0 mg BIL Ácido oxálico 30,0 mg?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 17 - ITEM 40 tubo con EDTA K2

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir tubo con EDTA K2?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 18 - ITEM 30 punteras de 200 a 1000 ul

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir unas punteras de 200 a 1000 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
No se podrá admitir, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - ITEM 53 hisopo esteril

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir un hisopo esteril en tubo en presentación de 100 x paquete?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
No se podrá admitir, ya que la cantidad solicitada es en total 150 unidades, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - ITEM 26 reactivo panotico en presentación de kit

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir un reactivo panotico en presentación de kit de 3 botellas x 500 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 21 - ITEM 35 tubos con o sin anticoagulante

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a tubos con o sin anticoagulante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se aclara que los tubos solicitados son sin anticoagulante.		

Consulta 22 - ITEM 25 tiras de orina con rango de acido ascórbico-9

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
"Se podría admitir unas tiras de orina con rango de acido ascórbico 2,6-Diclorofenol 1,6 mg AA indofenol?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 23 - ITEM 41 tubo con gel separador de coágulos

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir tubo con gel separador de coágulos de 3 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 24 - ITEM 54 láminas esmeriladas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir unas láminas esmeriladas con las sgtes medidas: 25,4 x 76,2mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 25 - ITEM 54 láminas esmeriladas en presentación-2

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se podría admitir unas láminas esmeriladas en presentación de 72 láminas como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se podrá admitir.		

Consulta 26 - ITEM 54 láminas con borde mate o borde esmerilado-3

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a láminas con borde mate o borde esmerilado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se podrá admitir láminas con borde mate o láminas con borde esmerilado por igual.		

Consulta 27 - Items 17 al 24

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
Se solicita amablemente a la convocante que se especifique las características técnicas del equipo automatizado de química clínica, porque solo se puede encontrar el del contador hematológico		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se especifica que las características técnicas son las siguientes: FOTOMETRO DE FILTRO MARCA BIOSYSTEMS - MODELO BTS 350 - PROCEDENCIA ESPAÑA. ACLARACIÓN: Se adjuntarán más datos en el apartado de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se solicita amablemente a la convocante que se especifique las características técnicas del equipo automatizado de química clínica, porque solo se puede divisar el del contador hematológico en las especificaciones técnicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se especifica que las características técnicas son las siguientes: FOTOMETRO DE FILTRO MARCA BIOSYSTEMS - MODELO BTS 350 - PROCEDENCIA ESPAÑA. ACLARACIÓN: Se adjuntarán más datos en el apartado de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - Items 17 al 24

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Los ítems del 17 al 24 hace referencia a un equipo de química automatizado, se solicita amablemente especificar con que equipo cuenta la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Se especifica que las características técnicas son las siguientes: FOTOMETRO DE FILTRO MARCA BIOSYSTEMS - MODELO BTS 350 - PROCEDENCIA ESPAÑA. ACLARACIÓN: Se adjuntarán más datos en el apartado de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 22 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. REF: La solicitud se debe a que varios de los reactivos e insumos requieren ser importados del exterior. Esto posibilitara obtener una mayor cantidad de oferentes y mejores precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Reiteramos que, debido a la necesidad de urgencia con que cuenta el área de laboratorio solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		