

Consultas Realizadas

Licitación 452581 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONACYT PINV01-889 Y CONACYT PINV01-685

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2024
En relación con los ítems 16 y 17, en la que se solicita láminas portaobjetos y láminas cubreobjetos, respectivamente, solicitamos amablemente a la convocante una aclaración respecto a la presentación requerida en el PBC. En la página de la DNCP se indica que la unidad de medida es "por unidad", y se solicita únicamente 10 unidades de cada uno. Consideramos que esto podría no ser correcto, dado que el precio unitario indicado no parece corresponder con lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Se solicita láminas portaobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 50 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA. Se solicita láminas cubreobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 100 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA.		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2024
En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 18 se solicita "Placas de Petri descartable: De plástico descartable de 90 ml de diámetro para medio de cultivo". Se solicita a la convocante aclarar este punto, ya que el diámetro común para una placa de Petri es de 90mm, no de 90 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2024
En el apartado de de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 30 se solicita Tiras reactivas de orina. Se solicita amablemente a la convocante que aclare cuántas determinaciones se requieren por tira. Esta información es crucial para poder ofrecer una propuesta adecuada que cumpla con sus necesidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 4 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2024
En el apartado de plan de entrega de los bienes, se solicita en la columna "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes" para los items del 1 al 31 un plazo de entrega de "10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR". Se solicita amablemente a la convocante que el plazo de entrega sea de por lo menos 45 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, esto considerando el tiempo que tarda la importación de los productos, y el despacho de los mismos, para aquellos proveedores que no cuentan con stock de los productos solicitados, y de esta manera asegurar un proceso justo y equitativo para todos los oferentes, y no solo favorecer a los oferentes que cuentan con stock de los productos. Por lo expuesto solicitamos que dicha solicitud quede de la siguiente manera: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes : "45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item 7 - Disco EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se puede aceptar Disco de EDTA de 750 ug?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - item 12 - Kits de Purificación de ADN

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se podría aceptar cajas de 50 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 7 - item 13 - Tubo para PCR

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si el tubo debe ser óptico (tapa o tubo) o si es para PCR convencional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Se aclara que los tubos de PCR son para PCR convencional y que las Especificaciones Técnicas son correctas ya que no contiene el requerimiento de tubo óptico, ni tapa, ni tubo.		

Consulta 8 - item 26 - Tarjetas de sensibilidad para bacterias

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se podría aceptar que la detección de Gram negativas se haga en dos tarjetas? Una de enterobacterias y otra de no fermentadoras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - ítem 26 - Tarjetas de sensibilidad para bacteria

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se podría aceptar que la detección de Gram negativas se haga en dos tarjetas? Una de enterobacterias y otra de no fermentadoras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - ítem 31 - Kits para coloracion gra

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante considerar si podrían aceptar kits de 250ml y compensar otorgando el doble de kits para completar volumen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - ítem 26 al 30 - equipos

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se podría aceptar 3 equipos que incluyen, el turbidímetro, el equipo de automuestreado, y el lector?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - EETT ítem 16 y 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
En relación con los ítems 16 y 17, en la que se solicita láminas portaobjetos y láminas cubreobjetos, respectivamente, solicitamos amablemente a la convocante una aclaración respecto a la presentación requerida en el PBC. En la página de la DNCP se indica que la unidad de medida es "por unidad", y se solicita únicamente 10 unidades de cada uno. Consideramos que esto podría no ser correcto, dado que el precio unitario indicado no parece corresponder con lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Se solicita láminas portaobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 50 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA. Se solicita láminas cubreobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 100 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA.		

Consulta 13 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 18 se solicita "Placas de Petri descartable: De plástico descartable de 90 ml de diámetro para medio de cultivo". Se solicita a la convocante aclarar este punto, ya que el diámetro común para una placa de Petri es de 90mm, no de 90 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 14 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el apartado de de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 30 se solicita Tiras reactivas de orina. Se solicita amablemente a la convocante que aclare cuántas determinaciones se requieren por tira. Esta información es crucial para poder ofrecer una propuesta adecuada que cumpla con sus necesidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda del PBC.

Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el apartado de plan de entrega de los bienes, se solicita en la columna "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes" para los ítems del 1 al 31 un plazo de entrega de "10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR". Se solicita amablemente a la convocante que el plazo de entrega sea de por lo menos 45 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, esto considerando el tiempo que tarda la importación de los productos, y el despacho de los mismos, para aquellos proveedores que no cuentan con stock de los productos solicitados, y de esta manera asegurar un proceso justo y equitativo para todos los oferentes, y no solo favorecer a los oferentes que cuentan con stock de los productos. Por lo expuesto solicitamos que dicha solicitud quede de la siguiente manera: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes : "45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16 - LOTES 22 al 29

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Segun el lugar de entrega de reactivos, se puede entender que el procesamiento de las muestras se llevara a cabo en el Laboratorio de Microbiología del hospital de Clínicas, favor aclarar si es esto correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Si, es correcto, el procesamiento de las muestras se realizará en las instalaciones del Hospital de Clínicas, por disponibilidad de espacio físico y ante el convenio del proyecto de investigación, las muestras se procesarán en la Unidad de Microbiología, en el Hospital de Clínicas.

Consulta 17 - LOTES 22 al 29

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se verifica que solo se solicitan Reactivos para Equipos Automatizados tanto para ID y ATB
Favor Aclarar si los reactivos solicitados deben ser compatibles y de la misma marca que los Equipos Automatizados con que cuenta la institución actualmente en el Laboratorio de Microbiología

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda del PBC.
Como se aclara, se procesarán las muestras microbiológicas en la Unidad de Microbiología del Hospital de Clínicas. Los reactivos solicitados deben ser compatibles con VITEK MS para identificación y VITEK 2 COMPACT para sensibilidad, utilizados actualmente en la institución.

Consulta 18 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS para el ítem 14 (Tubos de centrifuga cónicos de vidrio): "Tubos cónicos de vidrio de 10 cm de largo y 1,5 cm de diámetro como mínimo". Se solicita amablemente a la convocante aceptar un diámetro de 1,4 cm de diámetro como mínimo, ya que la diferencia en términos de diámetro es mínima, por lo que no se vera afectada el rendimiento o la funcionalidad del tubo dentro de los parámetros de uso normal en la mayoría de las aplicaciones de laboratorio. Además, los tubos con un diámetro de 1,4 cm son completamente compatibles con la mayoría de los rotores y soportes de centrifugación estándar. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Tubos cónicos de vidrio de 10 cm de largo y 1,4 cm de diámetro como mínimo"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 19 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS para el ítem 16 (Láminas Portaobjeto): "Tamaño 76 x 26 mm". Se solicita amablemente a la convocante admitir un rango de tamaño para este ítem, ya que cada marca puede tener ligeras variaciones en las dimensiones sin afectar la funcionalidad del insumo. Estas diferencias son mínimas y no comprometen el desempeño del producto. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede de la siguiente manera: "tamaño 76-78 x 24-26 mm"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 20 - EETT ítem 16 y 17

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En relación con los ítems 16 y 17, en la que se solicita láminas portaobjetos y láminas cubreobjetos, respectivamente, solicitamos amablemente a la convocante una aclaración respecto a la presentación requerida en el PBC. En la página de la DNCP se indica que la unidad de medida es "por unidad", y se solicita únicamente 10 unidades de cada uno. Consideramos que esto podría no ser correcto, dado que el precio unitario indicado no parece corresponder con lo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Se solicita láminas portaobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 50 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA. Se solicita láminas cubreobjetos con una presentación en caja o paquete como mínimo de 100 unidades. SE DEBE COTIZAR POR CAJA.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS en el ítem 18 se solicita "Placas de Petri descartable: De plástico descartable de 90 ml de diámetro para medio de cultivo". Se solicita a la convocante aclarar este punto, ya que el diámetro común para una placa de Petri es de 90mm, no de 90 ml.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
Remitirse a la Adenda del PBC.		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado de de Especificaciones técnicas - CPS en el item 30 se solicita Tiras reactivas de orina. Se solicita amablemente a la convocante que aclare cuántas determinaciones se requieren por tira. Esta información es crucial para poder ofrecer una propuesta adecuada que cumpla con sus necesidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda del PBC.

Consulta 23 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado de plan de entrega de los bienes, se solicita en la columna "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes" para los items del 1 al 31 un plazo de entrega de "10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR". Se solicita amablemente a la convocante que el plazo de entrega sea de por los menos 45 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, esto considerando el tiempo que tarda la importación de los productos, y el despacho de los mismos, para aquellos proveedores que no cuentan con stock de los productos solicitados, y de esta manera asegurar un proceso justo y equitativo para todos los oferentes, y no solo favorecer a los oferentes que cuentan con stock de los productos. Por lo expuesto solicitamos que dicha solicitud quede de la siguiente manera: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes : "45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR"

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.