

## Consultas Realizadas

# Licitación 453129 - CVE 20-24 ADQUISICION URGENTE DE VALVULA AORTICA TRANSCATETER TAVI, CON KIT DE INSUMOS COMPLETO PARA SU INTERVENCION PARA LA SRA. SEVERIANA ORTIZ VDA DE NUÑEZ CON C.I. N° 401.019 - AMPARO JUDICIAL

### Consulta 1 - ID\_453129 - CVE 20-24\_IPS\_TAVI - CONSULTAS

Consulta	Fecha de Consulta
	29-08-2024
<p>Se le consulta y solicita a la convocante sobre VENCIMIENTO MINIMO REQUERIDO. PBC DICE: 26. Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: El vencimiento mínimo de los Insumos no deberá ser inferior a 18 meses (dieciocho), a partir de la entrega del bien en el Departamento de Administración de Suministros Médicos.....</p> <p>Dado que se trata de una resolución por amparo judicial y de "URGENTE" adquisición para la SRA. SEVERIANA ORTIZ VDA DE NUÑEZ CON C.I. N°401.019 Se infiere una vez adquirida la prótesis se implantará inmediatamente. POR LO QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE a la CONVOCANTE que modifique el requisito de vencimiento mínimo y lo exprese de la siguiente manera: ".....vencimiento mínimo de los Insumos no deberá ser inferior a 6 meses (seis)....."</p>	

### Consulta 2 - MEDIDA

Consulta	Fecha de Consulta
	30-08-2024
<p>Solicitamos a la convocante aclarar la medida de la válvula a ser utilizada.</p>	

### Consulta 3 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta
	30-08-2024
<p>Considerando que el producto es de alto costo, habitualmente importado para cada caso solicitamos extender el plazo de entrega en forma prudencial.</p>	

### Consulta 4 - CERTIFICACION REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta
	02-09-2024
<p>El PBC, en la página 18, establece "Debera presentar Copia autenticada del Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea (traducido al español).-</p> <p>La expresión "tales como" expresa en forma clara un requisito abierto admitiendo la presentación de Certificados de otras agencias y organismos competentes, como es el caso, a vía de ejemplo, DINAVISA de la República del Paraguay; ANVISA de la República Federativa del Brasil, ANMATT de la Argentina, etc, etc.-</p> <p>La expresión "TALES COMO" obliga a la convocante a no interpretar restrictivamente este requisito y deberá admitir certificaciones de demás Organismos competentes y prestigiosos tales como los mencionados.-</p> <p>Se solicita aclarar debidamente este concepto.-</p>	

## Consulta 5 - EETT - ADQUISICION URGENTE DE VALVULA AORTICA TRANSCATETER TAVI

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Favor informar si la Válvula Aortica Transcatéter TAVI requerida debe ser EXPANDIBLE POR BALÓN.		