

## Consultas Realizadas

# Licitación 453472 - ADQUISICION DE DETECTORES DE RADIACION IONIZANTE PARA LA ARRN

### Consulta 1 - /\*SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Sugerimos a la convocante realizar el cambio del sistema de adjudicación al sistema: "por Ítems", a fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
SE HA MODIFICADO EL SISTEMA DE ADJUDICACION A ITEMS A FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES		

### Consulta 2 - /\*Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Dentro de las EETT en los REQUISITOS TECNICOS DEL OFERENTE mencionan: "El PROVEEDOR, dentro de un plazo no mayor de 60 (Sesenta) días hábiles, a computar desde el siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra/servicio emitido por el fiscal designado". y en el Plazo de entrega de los bienes mencionan: "60 días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra" Solicitamos a la convocante mantener el plazo de entrega de los bienes en 60 dias hábiles para permitir el mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Favor adecuarse al PBC establecido por la convocante		

### Consulta 3 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
1. En el Pliego de Bases y Condiciones, página 18, ítem "Experiencia requerida" dice: "Demostrar la experiencia en provisión de Equipos de Laboratorios o similares con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022, 2023)." Consultamos si aceptarán ofertas de empresas con mucha experiencia en ventas de equipos electrónicos de medición y monitoreo automático y transmisión de datos de parámetros medioambientales, sobre los cuales puede mostrar facturaciones que documentarán muy bien su experiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si serán consideradas, por eso la convocante puso similar, y al tratarse de equipos de medición será tenido en cuenta como valido para la experiencia		

## Consulta 4 - Consulta 2

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
<p>2. En el Pliego de Bases y Condiciones, página 37, ítem "Requisitos Técnicos del Oferente" dice: "El PROVEEDOR, dentro de un plazo no mayor de 60 (Sesenta) días hábiles, a computar desde el siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra/servicio emitido por el fiscal designado."</p> <p>En la misma página, poco mas abajo, ítem "Plan de entrega de los bienes", columna "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes" dice: "60 días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra".</p> <p>Consultamos si por Orden de Compra debemos entender Orden de Trabajo/Servicio, que es un documento que emitirán en su momento los fiscales asignados a la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
la orden de trabajo será emitida por DGAYF, una vez emitida el CC , de acuerdo al plan de incorporación del bien		

## Consulta 5 - Consulta 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
<p>3. En el Pliego de Bases y Condiciones, página 37, ítem "Requisitos Técnicos del Oferente" dice: "El PROVEEDOR, dentro de un plazo no mayor de 60 (Sesenta) días hábiles, a computar desde el siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra/servicio emitido por el fiscal designado."</p> <p>En la misma página, poco mas abajo, ítem "Plan de entrega de los bienes", columna "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes" dice: "60 días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra".</p> <p>Solicitamos que se consideren 60 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Trabajo/Servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Favor adecuarse al PBC establecido por la convocante		

## Consulta 6 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante exigir la presentación de la Autorización del Fabricante, debidamente legalizado y/o apostillado en origen, de manera a garantizar que los bienes sean proveídos por empresas que puedan proveer el soporte adecuado en cuanto a asistencia técnica y provisión de repuestos durante la vida útil del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
la convocante no exige, a fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes		

## Consulta 7 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Con respecto al punto donde se solicita "Demostrar la experiencia en provisión de Equipos de Laboratorios o similares con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años (2021, 2022, 2023)" Solicitamos a la Convocante confirmar que el monto del 25% en facturación se considerará la sumatoria de los 3 años (2021, 2022, 2023)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Si se considera la sumatoria de los tres años		

## Consulta 8 - Plazo de entrega de los bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Hemos notado una contradicción en dos distintos puntos del PBC con referencia al plazo de entrega. En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios: "El PROVEEDOR, dentro de un plazo no mayor de 60 (Sesenta) días hábiles, a computar desde el siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra/servicio emitido por el fiscal designado" y el apartado Plan de entrega de los bienes dice "60 días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra". Solicitamos a la Convocante aclarar si el plazo es de 60 días corridos o hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
Conforme al plan de incorporacion y entrega de bienes 60 dias corridos		

## Consulta 9 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante exigir a los potenciales oferentes la presentación de la Autorización de la Apertura y Funcionamiento como Representante, Distribuidor, Importador de Equipos de Protección Individual emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
La convocante no cree necesaria ni conveniente, fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes		

## Consulta 10 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante exigir a los potenciales oferentes la presentación de la Autorización de Servicio de Mantenimiento Técnico emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
La convocante no cree necesaria ni conveniente, fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes		

## Consulta 11 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante exigir a los potenciales oferentes la presentación de del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución a nombre del Oferente, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
La convocante no cree necesaria ni conveniente, fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes		

## Consulta 12 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la Convocante contemplar en el PBC la emisión de un Acta de Recepción Definitiva y Conformidad de Ejecución Contractual, posterior a la entrega de los bienes. Además, solicitamos a la Convocante incluir entre los requerimientos para la entrega del bien, la realización de un entrenamiento de uso y cuidados del bien proveído a los usuarios, sin costo adicional para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
El acta de recepción forma parte del proceso de incorporación de bienes del departamento de Patrimonio		

## Consulta 13 - Consulta 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos prolongar el periodo de consultas por 48 hs mas, para buscar una solución técnica mejor y mas actualizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante no cree necesaria ni conveniente, fin de permitir la participación de un mayor numero de oferentes

## Consulta 14 - Formula de Reajuste de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
----------	-------------------	------------

El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$$

Donde;

P= Precio Reajustado a la Oferta

Po= Precio Original de la Oferta

Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.

Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.

Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.

Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2024
-----------	--------------------	------------

El precio del contrato será reajutable, en la medida que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. Los precios reajutados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos

44/52

antes de la verificación del reajuste. Estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = (Px \text{ IPC1}) / \text{IPC0}$$

Donde: Pr = Precio Reajustado.

P = Precio Original de la oferta.

IPC1 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes del pedido de reajuste.

IPC0 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de Apertura de la Oferta

## Consulta 15 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Sistema de Adjudicación: Total. Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de adjudicación POR ÍTEMS con el objeto de NO RESTRIGIR LA PARTICIPACIÓN A LOS POTENCIALES OFERENTES. De mantenerse el sistema de adjudicación por el total se estaría limitando la participación a un gran numero de oferentes, situación totalmente en contravención por la LEY 7021/2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
SE HA MODIFICADO EL SISTEMA DE ADJUDICACION A ITEMS A FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES		

## Consulta 16 - Item 2 - MONITOR DE AREA DE RADIACION MULTIPROPOSITO PARA INSPECCIONES

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Donde dice "Interfaz USB 1.1 de velocidad completa (12 Mbps). La unidad se alimenta desde el cable USB" solicitamos a la convocante considerar este punto a OPCIONAL lo solicitado obedece a que cada fabricante maneja una interfaz propia para el diseño de su equipo, lo cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad del diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2024
Sera analizada por el fiscal, para dar su V° B°		