

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 453868 - LPN N° 119/24 ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL

Consulta 1 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

El PBC solicita analizador "Equipo ion selectivo para determinación de Ca ++ iónico con interfase", pero en los ítems solicitados no se encuentra al Calcio iónico como ítem del lote, favor aclarar dicha especificación ya que no es necesaria para el uso del analizador con los items solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que el Item 25 corresponde a Electrolitos y asociados dentro del cual se incluye el calcio iónico.

#### Consulta 2 - Lote 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

En el PBC se solicita: analizador "Capacidad de carga de muestra: mínimo de 100(cien) por cada equipo y Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 25 (veinte y cinco) por cada equipo", como se solicitan 2 equipos, solicitamos a la convocante aceptar que los equipos cuenten con Capacidad de carga de muestra: mínimo de 70 muestras y Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20 reactivos por cada equipo

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 3 - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Se solicita aclarar: La cantidad de 600 determinaciones/hora solicitada sería para el módulo ISE del auto analizador de química? La misma es para cada equipo por separado, o se podría admitir que entre los dos equipos solicitados se llegue a la cantidad de determinaciones/hora solicitada?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16



#### Consulta 4 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: la velocidad de procesamiento requerida para el auto analizador de calcio iónico por método de ion selectivo.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que la velocidad de procesamiento es de mínimo 60 segundos por muestra.

#### Consulta 5 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Se podría ofertar un auto analizador de química que no cuente con la característica de almacenamiento refrigerado a bordo para controles y calibradores, ya que esta característica corresponde a un equipo determinado, lo cual direcciona las especificaciones técnicas y no permite que mayor cantidad de oferentes puedan participar.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 6 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo analizador de Hemoglobina Glicada por método HPLC; Las "Certificaciones del Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glicosilada de Estados Unidos y de la Federación Internacional de Química Clínica y medicina de laboratorio" serían excluyentes? de manera a que si el equipo ofertado no cuenta con las mismas se rechazará la oferta?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 7 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Equipos de soporte: Se podría aceptar centrífuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor intercambiable; fijo u oscilante para tubos de 15 ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 8 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: en cuanto a los tubos con EDTA para la determinación de Hemoglobina Glicada, podrían aceptarse con capacidad de 2,5 ml o en todo caso aclarar que deben ser compatibles con el equipo ofertado?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que es de 2,5 ml compatible con el equipo ofertado.

08/09/25 08:16



## Consulta 9 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: La determinación Microproteína, se refiere a microalbúmina?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que se refiere a proteínas en LCR y Orina.

#### Consulta 10 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: En la cantidad de 1200 determinaciones/hora solicitada para el auto analizador de química, ya incluye las determinaciones del módulo ISE?.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 11 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: En la cantidad de 1200 determinaciones/hora solicitada para el auto analizador de química, ya incluye las determinaciones del módulo ISE?.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 12 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Se podría ofertar un equipo que no cuente con la característica: "dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre", ya que la contaminación por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 13 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Se podría aceptar centrífuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor intercambiable; fijo u oscilante para tubos de 15 ml?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 3/33



## Consulta 14 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Centrífuga con adaptador de para micromuestras; se podría ofertar un rotor intercambiable para tubos eppendorf?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 15 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Centrífuga con adaptador de para micromuestras; se podría ofertar un rotor intercambiable para tubos eppendorf?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 16 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo auto analizador de inmunoanálisis quimioluminiscente; es una característica excluyente que el mismo sea un "sistema abierto y continuo"? Se podría aclarar a que se refiere específicamente? Ya que la mayoría de los auto analizadores de inmunoanálisis son sistemas cerrados.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 17 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para las determinaciones Dengue IgG/Dengue IgM; se podría ofertar: equipo de ELISA que realice dichas determinaciones de manera completamente automatizada?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 18 - LOTF 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podría admitir; para la determinación de HAV IgM, que sea realizada en el equipo de soporte, junto con la determinación de Chagas, Herpes I/II IgG IgM, SARS-CoV-2, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo de determinaciones

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 4/33



# Consulta 19 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podría ofertar un equipo de soporte que realice la determinación CCP por quimioluminiscencia, en el caso de que el equipo principal ofertado para el lote no realice el total de las determinaciones solicitadas?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

#### Consulta 20 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podría ofertar un equipo que no cuente con la característica de almacenamiento a bordo de controles y calibradores refrigerados? Siendo esta característica una limitante para los oferentes, ya que direcciona las especificaciones técnicas a un equipo determinado.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 21 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Se podría aceptar centrífuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor oscilante con capacidad para 32 tubos de 6 ml? O en todo caso, se podrían ofertar 3 centrífugas con las características mencionadas para poder cumplir con las cantidades solicitadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 22 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Favor aclarar: volumen de los tubos de polipropileno descartables solicitados

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 23 - LOTF 2

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podría admitir; para la determinación de HAV IgM, que sea realizada en el equipo de soporte, junto con la determinación de Chagas, Herpes I/II IgG IgM, SARS-CoV-2, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo de determinaciones.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 5/33



## Consulta 24 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para la determinación de IgE Total; se podría admitir: Realizar la determinación por método inmunoturbidimétrico con un equipo de soporte?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 25 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Para el equipo integrado de química e inmunología; Se podría ofertar un equipo con módulo ISE, que no cuente con la tecnología "ICT para la determinación de electrolitos" ya que dicha característica limita la participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 26 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para la determinación de PCR cuantitativa; se podría ofertar: Reactivo de PCR Ultrasensible?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 27 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo integrado de química e inmunología: donde menciona "Equipo ion selectivo para determinación de Ca iónico con interfase" Se solicita aclarar: si se debe proveer un analizador de electrolitos como equipo de soporte, para la determinación de Ca iónico. En tal caso, cuáles deberían ser las especificaciones del mismo?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que si se debe proveer un analizador de electrolitos ISE directo como soporte.

# Consulta 28 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Se solicita aclarar el volumen de tubos a ser proveídos

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

08/09/25 08:16 6/33



## Consulta 29 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Para la centrífuga; se solicita aclarar: el rango de volumen de tubos que serán procesados en dicho equipo. Se podría aceptar una centrífuga de 5000 RPM con rotor de ángulo fijo de 36 x 8 ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

#### Consulta 30 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Para el equipo de urianálisis, en el módulo lector automatizado de tiras reactivas, se podría aceptar que la determinación de densidad, color y turbidez sea realizada directamente por el equipo y no medido en la tira reactiva

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 31 - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de urianálisis, se podría ofertar tres equipos de menor velocidad (180 test/hora para el módulo de química; 80 Test/hora para el módulo de sedimento), de manera a compensar la velocidad solicitada?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 32 - LOTE 10

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Para el equipo de soporte, Extensor y coloreador de láminas, se podría aceptar, un equipo con una velocidad menor a las solicitada de 20 test/hora, o en todo caso incluir 20 a 100 frotis/hora, de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 33 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

La convocante solicita en el punto "4. Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS". Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa teniendo un retraso importante Dinavisa en la emisión de dicho documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o modificar por el Certificado de libre venta tal y como se está estableciendo en la LPN N° 160/24 – ID N° 454803, LPN SBE 39-23 – ID N° 432638 de la misma convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 7/33



# Consulta 34 - Certificado de Buenas practicas

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

EL pliego de bases y condiciones solicita en la capacidad técnica punto 3: Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y depósito, emitido por el MSP y BS, el cual deberá estar vigente durante toda la duración del contrato. Solicitamos excluir dicho requisito debido a que en un proceso anterior ID N° 435074 y Resolución DNCP N° 2263/24, la convocante ya se ha expedido a dicha solicitud atendiendo a la veracidad de lo expuesto

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 35 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar lo requerido en el punto 10. Constancia emitida por el fabricante, de que los equipos sean nuevos y no remanufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de hasta 5 años. O Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 36 - Especificaciones Técnicas - Lote N° 8 - Ítem n° 31

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante excluir del Lote N° 8 el ítem N° 31 – Orina Automarizada debido a que en licitaciones anteriores la convocante ha permitido la cotización independiente de dicho lote. De esta forma la convocante obtendrá ofertas más competitivas para el citado producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 37 - LOTE 10

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de soporte, Extensor y coloreador de láminas, se podría aceptar, un equipo con una velocidad menor a las solicitada de 20 test/hora, o en todo caso incluir 20 a 100 frotis/hora, de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 8/33



# Consulta 38 - Punto 7 de las especificaciones técnicas, referente a que en el informe debe tener firma electrónica del bioquímico responsable

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

favor realizar la consulta en el punto 7 de las especificaciones técnicas, referente a que en el informe debe tener firma electrónica del bioquímico responsable;

Favor aclarar si en este punto se está haciendo referencia a la firma digitalizada( se incluye en el informe una imagen escaneada de la firma y nro de registro del bioquímico) y no a la firma electrónica, teniendo en cuenta lo siguiente: La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: Identificar al firmante de manera inequívoca. Asegurar la integridad del documento firmado.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que se refiere a la firma digitalizada.

# Consulta 39 - LOTE 6-Especificaciones de los Equipos.

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar el punto donde dice: Capacidad de reactivos mínima: 40 posiciones refrigeradas. Teniendo en cuenta este requerimiento consultamos si esa capacidad deben tener los 3 equipos en conjunto?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

# Consulta 40 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

En el punto A.1: Consultamos a la convocante si se podría ofertar un equipo analizador de Química de Velocidad mínima de cada equipo: 1300 determinaciones/hora con ISE?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS lote 7

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Se podría ofertar un equipo complementario por Metodología Quimioluminiscencia, Electro quimioluminiscencia en el caso que en un solo equipo no se complete la cantidad de reactivos para procesar?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

08/09/25 08:16 9/33



#### Consulta 42 - lote 10 SECCION HEMOGRAMA

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Consultamos a la Convocante si para el parámetro NR/W, es posible presentar una tecnología cuyo equivalente es NRBC% (porcentaje de eritrocitos nucleados) y el NRBC# (número absoluto de eritrocitos nucleados).

Estos parámetros proporcionan información sobre la presencia y la cantidad de eritrocitos nucleados en la sangre periférica, de manera similar al parámetro NR/W?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que debe reportar eritrocitos nucleados (absoluto y %).

# Consulta 43 - lote 10 SECCION HEMOGRAMA

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Consultamos a la Convocante si es válido válido presentar una tecnología que reporta IPF (Fracción de Plaquetas Inmaduras) como equivalente al %rP?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

Se aclara que sí, es válido.

# Consulta 44 - Lote 8, Item 31

Consulta Fecha de Consulta 30-01-2025

Se solicita amablemente a la entidad convocante, con el fin de fomentar la libre competencia, que se separe el ítem 31 del lote 8 (tiras reactivas de orina) y se establezca como un lote único para dicho reactivo.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 45 - lote 8

Consulta Fecha de Consulta 30-01-2025

Se solicita amablemente a la entidad convocante, con el fin de fomentar la libre competencia, aceptar un equipo integrado de química e inmunología totalmente automatizado, con un rendimiento de 750 pruebas por hora en química y 120 pruebas por hora en inmunología.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 46 - LOTE 1 ITEM 1 AL 30 Requerimiento de Controles y calibradores a bordo refrigerados

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante modificar y/o eliminar el requerimiento solicitado de controles y calibradores a bordo refrigerados; ya que la misma limita ampliamente la participación de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 10/33



# Consulta 47 - LOTE 1 ITEM 26 Aclaracion sobre analizador para dosaje de calcio iónico

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar: si es necesario que el analizador para dosaje de calcio iónico debe poseer interfaz bidireccional

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 48 - LOTE 2 ITEM 2 AL 4-11 AL 16-20 AL 22

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante modificar la característica: "dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre", ya que la contaminación por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 49 - LOTE 2 ITEM 2 AL 4-11 AL 16-20 AL 22- 2° auto analizador de inmunoanálisis

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Para el equipo auto analizador de inmunoanálisis quimioluminiscente; es una característica excluyente que el mismo sea un "sistema abierto y continuo"? Se podría aclarar a que se refiere específicamente? Ya que la mayoría de los auto analizadores de inmunoanálisis son sistemas cerrados.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 50 - LOTE 2 ITEM 1- 5 AL 10 - 17 AL 19 SEROLOGÍA - MARCADORES VIRALES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Debido a que las determinaciones: HIV 1/2 Antígeno (Ag) p24 y Anticuerpo (Ac), Hepatitis B (HBs Ag.) y (Anti Core Total), Hepatitis C Anticuerpo (Ac), Chagas (Ac) y Sífilis (Ac). Herpes I y II IgG/ IgM (deben ser de la misma marca), podrían las mismas ser realizadas todas en un equipo de soporte por metodología Quimioluminiscencia?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 51 - LOTE 2 ITEM 23 Y 14 equipo de soporte

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar equipo de soporte que pueda realizar una de las determinaciones por metodología de ELISA

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 11/33



# Consulta 52 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 dispensar las muestras con punteras descartables

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante modificar la característica: "dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre", ya que la contaminación por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 53 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 modificar y/o eliminar el requerimiento solicitado de controles y calibradores-2

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante modificar y/o eliminar el requerimiento solicitado de controles y calibradores a bordo refrigerados; ya que la misma limita ampliamente la participación de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 54 - LOTE 2 ITEM 23 y 24 equipo de soporte

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar equipo de soporte que pueda realizar una de las determinaciones por metodología de ELISA

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 55 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Especificar las acreditaciones que requiere el proveedor de controles Internos y Externos.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que son esquemas de Calidad que estén acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17043/2023, que cumplan con sus alineamientos.

# Consulta 56 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Especificar características técnicas de los controles externos, tipo de matriz, frecuencia de reporte, Inductores estadísticos mínimos.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Requisitos técnicos: Matriz con caracteristicas de estabilidad y homogeneidad de acuerdo a la necesidad de cada lote; Rigurosidad Estadistica: cin inductores de evaluación del desempeño: SDI (Zscore), Target Score (TS), % DESV, INCERTIDUMBRE, Medidas acumulativas, GRAFICOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADOS.

08/09/25 08:16 12/33



#### Consulta 57 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

La convocante aceptaría la suscripción a un Programa de Evaluación Externa de la Calidad mundialmente reconocido cuyo fabricante está acreditado con la ISO 13485: 2003 e ISO 17043: 2010, el cual provee materiales de control de matriz 100% humana, incluyendo asesoría científica para el enrolamiento y configuración de la cuenta para el autoreporte de resultados.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que se aceptarán Programas de Evaluación externa de la Calidad que estén acreditados por los alineamientos de la ISO/ IEC 17043/2023 y la ISO/IEC 17043/2010, cuya matriz se adapte a las necesidades de cada lote.

## Consulta 58 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Especificar características del Software de gestión de datos crudos de Control de Calidad Interno.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 59 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

La convocante aceptaría que el enrolamiento al programa de evaluación externa se lleve a cabo dentro de los 30 días de adjudicación y obviar dicho plazo para la entrega de materiales atendiendo a los tiempos usuales de importación.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 60 - A.1- Especificaciones técnicas de los Equipos autos analizadores de Química:

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicitan equipos de 1200 Det/Hora de química + ISE de 600Det/hora, por lo que se podrían realizar 1200 det/Hora de ISE con ambos equipos, atendiendo que diariamente no llegan a 1200 electrolitos, se podría ofertar equipos de 300Det/Hora de ISE para liberar la participación a otras marcas?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 61 - LOTE 1 ITEM 1 AL 31 centrífuga con velocidad de 500 a 4500 RPM

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se podría aceptar centrífuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor intercambiable; fijo u oscilante para tubos de 15 ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 13/33



# Consulta 62 - LOTE 2 ITEM 1 AL 24 centrífuga cuya velocidad de rotor máxima sea de 4500 rpm

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar centrífuga cuya velocidad de rotor máxima sea de 4500 rpm

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 63 - LOTE 7 ITEM 1 AL 24 centrífuga cuya velocidad de rotor máxima sea de 4500 rpm

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar centrífuga cuya velocidad de rotor máxima sea de 4500 rpm

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 64 - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Modulo ISE para Química Clínica, por favor aclarar a que tipo de muestras se refieren con líquidos Serosos

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que son líquidos corporales que derivan del plasma: pleural, pericárdica y peritoneal.

# Consulta 65 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Modulo ISE para Química Clínicas puede ofertar equipo de química clínica con modulo de ISE con velocidad de procesamiento de 400 determinaciones/hora

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 66 - Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

odría ofertarse equipo con sondas de muestras en lugar de punteras desechables, con el fin de optimizar el pipeteo y reducir la producción de residuos.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 14/33



## Consulta 67 - LOTE 2

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Para la determinación de Dengue, se podría ofertar la determinación por ELISA de captura de anticuerpos IgM, que es la técnica de tamizaje recomendada por OPS/OMS para la vigilancia serológica de Dengue.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 68 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Podría ofertarse equipo con sondas de muestras en lugar de punteras desechables, con el fin de optimizar el pipeteo y reducir la producción de residuos.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 69 - LOTE 8 ORINA

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solcita a la convocante porder aclarar aclarar las características del software de reconocimiento automático de partículas presente en la orina.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 70 - LOTE 8 ORINA

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se solicita a la convocante, aclarar aclarar la muestra especifica referida como "otros Fluidos corporales"

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

## Consulta 71 - lote 9

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

En caso de no contar con controles de calidad de la misma marca de reactivos, permiten el uso de controles internos de tercera opinión?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 15/33



## Consulta 72 - LOTE 9

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

- La convocante aceptaría un equipo automatizado de velocidad min 60 muestras/ hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 73 - LOTE 9

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

La convocante aceptaría un equipo automatizado con capacidad de carga de muestras: mínimo 20 muestras a bordo?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 74 - LOTE 9

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Con respecto a la especificación: En caso de necesitar un equipo soporte por metodología de coagulación para el ítem 3, debe de tener la capacidad suficiente que permita la entrega de los resultados en el día; podrían por favor especificar la capacidad mínima requerida?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 75 - 3.1LOTE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION SEROLOGIA DEL SERVICIO DE BIOQUIMICA CLINICA: MARCADORES INMUNOLOGICOS - GRUPO LOTE 3

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se podría ofertar el reactivo del item 7, con la denominación de Anti RNP, método CLIA, aclarando que en el inserto del reactivo se menciona que dicha denominación ( Anti RNP) corresponde al SnRNP -c, cumpliendo con todas las específicaciones del uso diagnóstico al cual está referido el reactivo solicitado

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que si se podría ofertar

## Consulta 76 - Consulta Lote 4- Sección IFI

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2025

Se podría ofertar un equipo totalmente automatizado, desde la preparación de las láminas de IFI, con dilución automática de las muestras y dispensación automática del medio de montaje, para ser observadas en un equipo con microscopio automatizado, integrado al módulo de preparación de láminas a través de un middleware, con alta resolución de las imágenes y capacidad de auto titulo.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 16/33



# Consulta 77 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 MODIFICACION DE Capacidad de reactivos a bordo

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar el requerimiento: Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 50 (cincuenta) por cada equipo; ya que el listado de determinaciones del lote cuenta con 25 pruebas; Se solicita reducir a como mínimo 25 posiciones por cada equipo. Esto para dar lugar a mayor cantidad de oferentes y no cerrar las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 78 - LOTE 8 ITEM 1 AL 30 equipo integrado con módulo ISE

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante admitir equipo integrado con módulo ISE para la determinación de Electrolitos, ya que ICT integrado es carácterístico de una marca en específico, limitando la participación de potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 79 - LOTE 8 ITEM 11 analizador para dosaje de calcio iónico

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar: si es necesario que el analizador para dosaje de calcio iónico debe poseer interfaz bidireccional

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 80 - LOTE 8 ITEM 31 equipos automatizados para urianálisis

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar tres equipos automatizados para urianálisis: se podría ofertar tres equipos de menor velocidad (180 test/hora para el módulo de química; 80 Test/hora para el módulo de sedimento), de manera a compensar la velocidad solicitada?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 81 - LOTE 8 ITEM 31 color y la turbidez sean medidos en el equipo

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar que el color y la turbidez sean medidos en el equipo y no por la tira reactiva.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 17/33



# Consulta 82 - LOTE 10 ITEM 1 rendimiento promedio a 60 a 120 frotis por

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar: el rendimiento promedio a 60 a 120 frotis por hora, ya que esto permite ofertar equipo con mayor rendimiento .

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que la especificación técnica indica el rendimiento promedio por hora, por lo tanto se puede ofertar un equipo con mayor rendimiento.

# Consulta 83 - LOTE 1 ITEM 23 Acaracion de determinación Microproteína

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita la convocante aclarar: La determinación Microproteína, se refiere a microalbúmina?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que Microproteina se refiere a proteínas en LCR y Orina.

# Consulta 84 - LOTE 2 ITEM 23 determinación DENGUE IgG por metodología ELISA

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante acpetar realizar la determinación DENGUE IgG por metodología ELISA

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 85 - LOTE 2 ITEM 24 determinación DENGUE IgM por metodología ELISA

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante acpetar realizar la determinación DENGUE IgM por metodología ELISA

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 86 - LOTE 7 ITEM 24 determinación IgE por metodología Turbidimétrica

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante permitir realizar la determinación IgE por metodología Turbidimétrica mediante un equipo de soporte.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 18/33



# Consulta 87 - LOTE 8 ITEM 26 Reactivo de PCR Ultrasensible

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se podría ofertar: Reactivo de PCR Ultrasensible?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 88 - LOTE 12 ITEM 1 listado de patógenos solicitados

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar el listado de patógenos solicitados

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 89 - LOTE 8 ITEM 23 ACLARACION: La determinación Microproteína

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita la convocante aclarar: La determinación Microproteína, se refiere a microalbúmina?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que microproteina se refiere a proteínas en LCR y Orina.

# Consulta 90 - LOTE 7 ITEM 25 equipo de soporte para realizar la determinación CCP por metodología quimioluminiscencia

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar un equipo de soporte para realizar la determinación CCP por metodología quimioluminiscencia, o en todo caso trasladar esta determinación al lote de marcadores inmunológicos, ya que la misma no corresponde a hormonas y marcadores tumorales.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 91 - Lote 12

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante considerar la tecnología de PCR multiplex, sin requerimiento de que sea una PCR multiplex anidada, teniendo en cuenta de que solamente el equipo de la marca Biomerieux trabaja con tecnología de PCR multiplex anidada. Además se solicita poder aceptar software intuitivo ya sea en idioma inglés o español.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 19/33



# Consulta 92 - LOTE 12 ITEM 1 equipo con metodología PCR MULTIPLEX

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante admitir equipo con metodología PCR MULTIPLEX, ya que la PCR multiplex ANIDADA implica mayor tiempo de reacción.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 93 - Lote 8; Items 31 (Tiras reactivas de Orina)

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Se solicita a la convocante separar, el ítem 31 en un lote diferente al lote 8, considerando que se pueden obtener mejores ofertas propiciando la participación de mas oferentes, y teniendo en cuenta el histórico de otras licitaciones, claramente este ítems podría realizarse en un lote aparte para Tiras reactivas de orinas.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 94 - Lote 3 EETT

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Permitirá la convocante ofertar equipo con reactivo monotest método Elisa,

Con capacidad de procesamiento hasta 30 muestras por hora.

Test precalibrados. Cartuchos identificados por código de barras donde se incluye todos los reactivos necesarios para cada test.

Sistema de control de calidad integrado al software del equipo.

Posibilidad de programar más de 20 test diferentes, con procesamiento de hasta 30 determinaciones por corrida.

Que permita el procesamiento en simultáneo de las determinaciones solicitadas en un sistema totalmente automatizado por el método de ELISA

Volumen de muestra mínimo requerido para procesar: 20 ul.

Sensor de nivel de líquidos y detector de coágulos.

Con interfaz bidireccional con conexión al LIS

Dos independientes sondas para evitar contaminación por arrastre

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 95 - Lote 7

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Se solicita en el PBC lo siguiente: "con capacidad de mantener a los mismos refrigerados a bordo Controles y calibradores", solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito ya que limita la participación de oferentes.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 20/33



#### Consulta 96 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Se solicita en el PBC lo siguiente: "ICT para la determinación de electrolitos"

Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar un equipo con módulo ISE ya que dicha característica solicitada limita la participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 97 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Se solicita en el PBC lo siguiente: "Debe permitir la diferenciación de eritrocitos intactos y lisados, evitando errores de medición provocados por polvo, escaso volumen de muestra o error en la colocación de la tira reactiva, para asegurar resultados fiables", solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito ya que limita la participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 98 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Se solicita en el PBC lo siguiente: "Equipo ion selectivo para determinación de Ca ++ iónico con interfase", pero en los ítems solicitados no se encuentra al Calcio iónico como ítem del lote, favor aclarar dicha especificación ya que no es necesaria para el uso del analizador con los items solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que el ítem 25 corresponde a Electrolitos y asociados dentro del cual se incluye al calcio iónico.

# Consulta 99 - lote 8

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Requiere: procesamiento de otros fluidos corporales. Nuestra consulta: Resaltando que la metodología recomendada para realizar fluidos corporales es citometría de flujo, y la metodología de lectura del equipo de sedimento de la orina es la microscopia automatizada, solicitamos a la convocante reformular eliminando dicho requerimiento, considerando que un equipo de hemograma es el instrumento indicado para procesar fluidos corporales

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 100 - lote 9

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Permitirá la convocante ofertar equipo totalmente automatizado método Elisa, y un equipo de soporte para el item 3?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 21/33



# Consulta 101 - Lote Nro 1: A- Con respecto a los equipo

Consulta Fecha de Consulta 05-02-2025

Con respecto al siguiente punto:

"Velocidad mínima de cada equipo: 1.200 determinaciones / hora mas ISE."

Con el fin de promover la participación de más oferentes y la posibilidad de mejores ofertas que beneficien al servicio ,¿la convocante aceptaría que los equipos autoanalizadores de química tengan una velocidad de 1900 determinaciones/hora con ISE (Química 1000 test/hora + ISE: 900 test/hora).?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 102 - lote 9

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Permitira la convocante ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacion con capacidad de analisis de 50 test/hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 103 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Consultamos a la Convocante si se podría ofertar un equipo analizador de Química de Velocidad mínima de cada equipo: 1200 determinaciones/hora con ISE a modo de aumentar la cantidad de concursantes?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 104 - lote 6

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se podría ofertar 6 módulos de inmunología con velocidad de 100 tests/hora, a modo de llegar a la velocidad solicitada y también a la cantidad de reactivos abordo, sumando asi 200 tests/hora por sector y también 50 reactivos abordo. Serian así 2 modules de inmunologia por cada sector solicitado (urgencias, UTI y Serología).

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 105 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se podría ofertar un equipo complementario para procesar los item 16, 17 y 24 por Metodología Quimioluminiscencia, Electro quimioluminiscencia? Con el fin de dar participación a más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 22/33



#### Consulta 106 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se podría ofertar un equipo que utiliza sondas con lavado inteligente para evitar arrastres (smartwash)para aumentar los posibles competidores.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 107 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se solicita a la convocante Bajar la cantidad de reactivos a bordo a 45, teniendo en cuenta que lo solicitado está dirigido a un solo oferente y para fomentar la libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 108 - lote 10 1 Para el laboratoro de Hematologia B.3

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

1 Para el laboratoro de Hematologia B.3: la convocante ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacion con capacidad de analisis de 50 test/hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 109 - LOTE 4

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se indica que el equipo debe ser totalmente automatizado desde el inicio hasta la lectura; sin embargo, posteriormente se menciona que la lectura se realiza en un microscopio LED. Se solicita aclarar si el equipo que realiza el proceso es independiente del microscopio LED automatizado.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que el microscopio LED se halla incorporado dentro del equipo.

# Consulta 110 - Lote 5. Puntas desechables

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

¿Permitirán el uso de equipamientos que utilizan puntas descartables?, cuyo costo no incide en el precio final del comodato, con las siguientes Ventajas:

- 1- Se evita contaminaciones por arrastre.
- 2- Mayor rapidez
- 3- Menos uso de agua
- 4- Menos uso de soluciones de lavado
- 5- Menos desecho liquido

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que si se ajusta a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 23/33



# Consulta 111 - Lote 5. Ponchador

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Para el perforado de papeles de filtro con muestras de pacientes ¿aceptará el servicio un ponchador de papel de filtro, incluyendo un software de manejo de muestras, el cual genera una lista de trabajo para el ponchado de papel de filtro con muestras de pacientes, y que posteriormente comunica via propio middleware con el instrumento analizador, evitando errores de carga preanalíticos?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.

# Consulta 112 - Lote 5. Flexibilidad Modular

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Si el instrumento se adapta a diversas cantidades de muestras, aun de menor cantidad de muestras, y siendo que solicitan una plataforma robótica totalmente integrada con incubadora, agitador, lavadora, extractor de disco y lector integrado, ¿será necesario que tenga módulos integrados como instrumento independiente, en caso de tener menor cantidad de muestras?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que si el equipo ofertado se adapta a diferentes cantidades de muestras no se requieren módulos separados de incubador, agitador, lavador, extractor y lector

# Consulta 113 - Lote 5. Carga Continua Reactivos

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Cuando solicitan un sistema que facilite la carga de reactivos, ¿aceptarán que el instrumento realice dilución automática del liquido de lavado dentro del instrumento, con opción de realizarlo desde una línea externa de alimentación de agua desionizada, liberando al operador de cargar agua?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 114 - lote 8

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Modulo lector automatico de tiras reactivas:Solicitamos amablemente a la convocante reformular en lo siguiente con el proposito de evitar inconvenientes al momento de la evaluacion, el parametro solicitado "turbidez" considerando que los diferentes fabricantes este mismo parametro mencionan tanto aspecto como turbidez, indicar en los siguientes terminos "turbidez o aspecto", o establecer en la aclaratoria que la convocante considerara el cumplimiento del parametro en ambos terminos

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

Se aclara que se considerara ambos términos.

08/09/25 08:16 24/33



# Consulta 115 - Lote 5. Desechos

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

¿En caso de disposición automática de desechos líquidos al conectar a una cañeria de desechos externa mediante una conexión de tubos independientes, será aceptado por el servicio?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 116 - Lote 5. Carga Continua Placas

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Al referirse a carga contínua, ¿estará permitido cargar microplacas con el instrumento en funcionamiento y mientras realiza corridas de análisis, sin necesidad de esperar a que finalice dichas corridas?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 117 - condiciones de los equipo (Lote 4)

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

en donde dice: 4. Equipos automatizados son aquellos en los que se coloca la muestra y los reactivos, realizándose el análisis en

forma automática hasta la impresión de los resultados sin que el operador intervenga en ninguna parte del proceso de medición. Todos los equipos deben contar con manual de instrucciones en idioma español o traducido al español si estuviere en otro idioma. El manual de instrucciones debe ser entregado en copia física y digital al jefe de Servicio al momento de la instalación del equipo.

Se solicita a la convocante considerar que dicho punto no aplique al lote 4, teniendo encuenta el tipo de tecnologia que se puede ofertar y la integración por medio de middleware, considerando que el paso previo para la lectura del microspio automatizado de alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 118 - LOTF 7

Consulta Pecha de Consulta 06-02-2025

Solicitamos a la Convocante eliminar la nueva especificación con respecto a los equipos a ser proveídos donde piden "punteras descartables". Ya que se puede solicitar sin dirigir a un solo oferente y que los equipos tengan lavados especiales a fin de evitar la contaminación por arrastre.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 25/33



#### Consulta 119 - LOTE 1

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Solicitamos poder ofertar un equipo analizador de Química con Velocidad mínima de cada equipo: 800 determinaciones/hora con ISE a modo de aumentar la cantidad de concursantes y fomentar la libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 120 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Se solicita a la convocante modificar la especificación : "dispensar las muestras con punteras descartables para evitar contaminación por arrastre", ya que la contaminación por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 121 - Lote nro 8: A.2.1 Especificaciones técnicas de los equipos de Urianalisis

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Con respesto al siguiente punto: "Velocidad: Modo sedimento: 120 pruebas pruebas/hora. Química seca: 240 pruebas hora a velocidad constante y Modo combinado (Sedimento + Química seca): 120 pruebas/hora.

La convocante podria aceptar un equipo para el análisis de sedimento de 100 muestras/hora, Quimica seca: 276 pruebas/hora y en Modo combinado: 100 muestras/hora.

Con el fin de dar participación a más oferentes y con la posibilidad de obtener mejores ofertas que beneficien al servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 122 - lote 10

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

lote 10 1 Para el laboratoro de Hematologia B.3 1 Para el laboratoro de Hematologia B.3: la convocante permitira ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacion con capacidad de analisis de minimo 50 test/hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 123 - lote 3

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

donde dice: Con capacidad de procesamiento mínimo 60 muestras por hora. Se solicita a la convocante ´poder ofertar equipos con capacidad de 30 muestras por hora.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 26/33



#### Consulta 124 - LOTE NRO 10

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2025

Con respecto al siguiente punto: Especificaciones tecnicas de los equipos hematologicos de hemograma/ reticulocitos. "Velocidad de procesamiento: capacidad minima de 110 muestras por hora."

La convocante podria aceptar instrumentos que procesen 100 muestras por hora, con el fin de dar participación a mas oferentes y con la posibilidad de obtener mejores ofertas que beneficien al servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-03-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 125 - Especificaciones Tecnicas lote 2 item 1

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2025

Se solicita a la convocante aceptar hasta dos equipos de soporte para cumplir con las determinaciones solicitadas; se solicita que la metodología de las determinaciones DENGUE IgG, DENGUE IgM pueda ser diferente a CLIA, y pueda aceptarse por ELISA; ya que solamente un proveedor del mercado cuenta con dichas determinaciones por metodología CLIA, lo cual limita injustamente la participación de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 126 - Especificaciones Técnicas Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar cual es la metodología de soporte confirmatoria para Chagas IgG.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 127 - Especificaciones Técnicas Lote 7

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2025

Se solicita a la convocante permitir la presentación de hasta dos equipos de soporte para cumplir con las determinaciones solicitadas, de los cuales uno de ellos pueda realizar metodología de Inmunoturbidimetría. De manera a permitir la mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 128 - Lote 1 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-03-2025

Se consulta a la convocante la posibilidad de ofertar un equipo con capacidad de 1040 test/hora incluido el Modulo ISE, de tal forma a fomentar mayor participación de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 27/33



# Consulta 129 - Lote 1 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

La convocante ha establecido en la respuesta de las consultas 10 y 11, lo siguiente "Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador.". Se consulta amablemente a la convocante si esto implicaría que la capacidad de cada analizador se debe regir por esta nueva consulta, ya que lo solicitado es 1200 test/hora. En caso de que se trate de un error favor aclarar para que los oferentes puedan preparar la oferta correctamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 130 - Lote 1 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

La convocante ha establecido en la respuesta de las consultas 10 y 11, lo siguiente "Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al módulo ISE por cada analizador.". Se consulta a la convocante modificar el requerimiento a equipos automatizados con capacidad de procesar 1000test/hora sin ISE, y 800 test/hora con ISE. Se fundamenta este requerimiento en que, la solicitud de 600 determinaciones por hora para las determinaciones con el modulo ISE, se encuentran muy por debajo del requerimiento solicitado cuando se piden un equipo con Capacidad 1200test/h.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 131 - Capacidad técnica - Para Reactivos

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

La convocante solicita "Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado, o constancia de que se encuentra en trámite de renovación y/o autorización, expedido por DINAVISA o la Autoridad Sanitaria correspondiente.". Solicitamos respetuosamente que, considerando la actual transición administrativa entre el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y DINAVISA en la obtención de Certificado de Registro Sanitario, se admita Constancia de Inicio de Trámite en DINAVISA como documento válido hasta la obtención del registro definitivo. Esta solicitud se fundamenta en precedentes como los llamados LPN N.º 80/2024 ID 445806 y LPN N.º 104/2023 ID 445807, donde se está realizando esta excepción transitoria, ya que nos encontramos con retrasos en la obtención de estos documentos por parte de la entidad regulatoria.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 132 - Requisitos documentales - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

Teniendo en cuenta que al día de hoy, la DINAVISA no expide Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, solicitamos a la convocante excluir este requisito.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 28/33



# Consulta 133 - Lote 3. MARCADORES INMUNOLOGICOS

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

¿Se podrá ofertar un equipo con capacidad para 15 reactivos a bordo?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 134 - Especificaciones Técnicas - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

Lote 8

Se solicita a la convocante admitir indistintamente, (02) equipos automatizados de bioquímica clínica con capacidad 1000test/hora, ya que de los 31 ítems solicitados, 26 de ellos corresponden a determinaciones realizadas por bioquímica clínica. Se afirma así también, que con el equipo de soporte que la convocante admite, se procesarían las 4 determinaciones de Inmunología del Lote

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 135 - Especificaciones Técnicas - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

Se solicita a la convocante admitir indistintamente, (02) equipos automatizados de bioquímica clínica con capacidad 1000test/hora, ya que de los 31 ítems solicitados, 26 de ellos corresponden a determinaciones realizadas por bioquímica clínica. Se afirma así también, que con el equipo de soporte que la convocante admite, se procesarían las 4 determinaciones de Inmunología del Lote. Se sugiere modificarlo de la siguiente manera "(02) equipos integrados de bioquímica clínica e inmunología o (02) equipos integrados de bioquímica clínica. Las determinaciones de Inmunología pueden realizarse en un equipo de soporte."

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 136 - Especificaciones Técnicas - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

Se solicita a la convocante admitir indistintamente, (02) equipos automatizados de bioquímica clínica con capacidad 1000test/hora, ya que de los 31 items solicitados, 26 de ellos corresponden a determinaciones realizadas por bioquímica clínica. Se afirma así también, que con el equipo de soporte que la convocante admite, se procesarian las 4 determinaciones de Inmunología del Lote. Se sugiere modificarlo de la siguiente manera "(02) equipos integrados de bioquímica clínica e inmunología o (02) equipos de bioquímica clínica. Las determinaciones de Inmunología pueden realizarse en un equipo de soporte."

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

08/09/25 08:16



# Consulta 137 - Especificaciones Técnicas - LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

En cuanto al requisito de la entrega de equipos en comodato, las bases y condiciones exige: Numero de Equipos: Dos (02) equipos den comodato totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote.

Al respecto, condicionar la entrega de equipos totalmente integrado limita injustificadamente las posibilidades de participación y concurrencia de potenciales oferentes como en nuestro caso en particular, dado que existen marcas comerciales interesadas en cotizar estos productos con equipos procesadores independientes y no integrados. Por ello solicitamos a la convocante modificar dichas EE.TT. de la siguiente manera:

Dos (02) equipos en comodato totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote. En caso que el oferente no cuente con la posibilidad de cotizar equipos integrados, el mismo podrá ofertar: "(02) equipos de bioquímica clínica. Las determinaciones de Inmunología pueden realizarse en un equipo de soporte." Se realiza este requerimiento, porque de los 31 items solicitados en el lote solamente 4 de ellos corresponden a items realizados por inmunología

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 138 - Lote 3

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2025

Se solicita a la convocante, la confirmación sobre la posibilidad de presentar el método ELISA en lugar de CLIA para el lote 3, considerando que cumple con los mismos estándares de sensibilidad, especificidad y precisión, conforme a normativas internacionales (FDA, CE-IVD, ISO). ELISA es un método validado en laboratorios de referencia y ampliamente utilizado en entornos clínicos de alta exigencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 139 - Lote 1 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

Se solicita amablemente a la convocante, tener en cuenta las especificaciones técnicas del llamado LPN 62/2022 con ID 414464, y solicitar los equipos en comodato de la misma manera: Capacidad de procesamiento: Velocidad mínima 800 determinaciones por hora. Realizamos esta solicitud, considerando que las especificaciones técnicas deben establecerse con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes, y mediante esta modificación se estaría favoreciendo una mayor participación.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 30/33



# Consulta 140 - Lote 8 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

Se solicita respetuosamente a la convocante considerar las especificaciones técnicas establecidas en el último llamado la LPN 62/2022 con ID 414464 y requerir los equipos en comodato bajo la misma modalidad: "4 (cuatro) equipos por separado: Dos (02) equipos automatizados para metodologías fotométricas (punto final, cinéticas, enzimáticas, etc.) turbidimetrías y potenciométrica (MODULO ICT). Dos (02) equipos automatizados para metodología por quimioluminiscencia. Dos (02) equipos automatizados por el método de ISE DIRECTO para el calcio iónico. Obs: Con relación a los dos primeros puntos en caso de contar la empresa con equipos con las cuatro metodologías: fotométrica, turbidimetría, potenciométrica ICE y quimioluminiscencia, será posible ofertar 2 (dos) equipos automatizados totalmente integrados siempre y cuando los dos equipos cumplan con las características anteriores." Se realiza esta solicitud con el fin de promover una mayor participación de los oferentes, ya que la modificación de estos criterios no responde a una necesidad técnica, sino que orienta el llamado hacia un grupo limitado de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

#### Consulta 141 - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 1 se solicita la siguiente Especificación Técnica (EETT): "Velocidad mínima de cada equipo: 1.200 determinaciones/hora más 600 determinaciones ISE. Capacidad de procesamiento: Velocidad mínima 600 determinaciones por hora.". Consideramos, que la exigencia de 600 determinaciones/hora para el módulo ISE podría limitar la participación de diversos oferentes, ya que no todos los equipos disponibles en el mercado cumplen con esta especificación. Sugerimos evaluar la posibilidad de aceptar analizadores con velocidad de determinación 400/hora para el módulo ISE, lo que permitiría una mayor competencia y acceso a tecnologías equivalentes que cumplen con los requerimientos funcionales del proceso.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 142 - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 1 se solicita la siguiente Especificación Técnica (EETT): "Sistema de refrigeración integrado al equipo para la conservación de los reactivos (incluyendo controles y calibradores). Controles y calibradores a bordo listos para utilizar y refrigerados". Esta especificación parece estar dirigida exclusivamente a equipos de la marca SIEMENS, ya que son los únicos que actualmente ofrecen esta característica específica. Solicitamos verificar si esta condición es estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, ya que podría constituir una restricción injustificada que limita la participación de otros proveedores con tecnologías equivalentes y competitivas

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 31/33



#### Consulta 143 - Lote 7

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 7 se solicita la siguiente la siguiente EETT: "Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 50 (cincuenta) por cada equipo". Dado que se solicitan 2 equipos y el total de ítems requeridos es de 25, consideramos que la capacidad mínima de 50 reactivos por equipo podría ser excesiva en relación con las necesidades reales del proyecto. Sugerimos ajustar esta especificación a una capacidad mínima de 25 reactivos a bordo por equipo, lo que se alinearía mejor con los requerimientos técnicos y operativos descritos en los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC).

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 144 - Lote 7

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 7 se solicita la siguiente la siguiente EETT: "Con capacidad de mantener a los mismos refrigerados a bordo: Controles y calibradores.". Esta especificación parece estar orientada exclusivamente a equipos de la marca SIEMENS, ya que son los únicos que actualmente ofrecen esta funcionalidad. Solicitamos verificar si esta condición es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, ya que podría representar una restricción innecesaria que limita la participación de otros proveedores con tecnologías equivalentes y competitivas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 145 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote se solicita la siguiente la siguiente EETT: "Número de equipos: Dos (02) equipos en comodato totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología, y/o un equipo de soporte en el caso de que el equipo principal no realice todas las determinaciones del lote.". Consideramos que los ítems solicitados no justifican la necesidad de equipos totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología, dado que solo 4 de los ítems corresponden a inmunología. Sugerimos evaluar la posibilidad de optar por un equipo dedicado a química clínica y otro para inmunología, por separado, lo que se ajustaría mejor a los requerimientos técnicos y operativos descritos en los PBC, optimizando además los costos y la eficiencia del proceso

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 146 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 8se solicita la siguiente la siguiente EETT: ""ICT integrado para determinación de electrolitos". Esta especificación parece estar dirigida exclusivamente a equipos de la marca ABBOTT, ya que son los únicos que actualmente ofrecen esta funcionalidad. Solicitamos verificar si esta condición es estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, ya que podría constituir una restricción injustificada que limita la participación de otros proveedores con tecnologías equivalentes y competitivas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16 32/33



# Consulta 147 - Lote 8

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2025

Para el Lote 8 se solicita la siguiente la siguiente EETT: ""Dos (02) Equipos ion selectivo con reactivos e insumos en comodato para determinación de Ca++ iónico con interfase". Consideramos que la solicitud de equipos automatizados para la determinación de Calcio iónico no está justificada, ya que esta determinación no se encuentra incluida en los ítems solicitados para el Lote 8. Sugerimos revisar esta especificación para garantizar que los requerimientos técnicos se ajusten a las necesidades reales del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-03-2025

El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

08/09/25 08:16