

## Consultas Realizadas

# Licitación 444790 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Presentacion de Muestras

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. | 10-10-2024        |  |

Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.

| Consulta                     | Fecha de Consulta |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024        |  |

### Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Donde dice: Plazo de reposición de bienes<br>El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:<br>DOS (2) DÍAS HÁBILES. | 10-10-2024        |  |

Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición

| Consulta                     | Fecha de Consulta |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024        |  |

### Consulta 3 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas | 10-10-2024        |  |

| Consulta                     | Fecha de Consulta |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024        |  |

## Consulta 4 - Item 5 – Caja de cirugía menor

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 5 - Item 13 – Caja para sutura

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 6 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 7 - Item 65 - Saturómetro

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| EL SATURÓMETRO CORRESPONDE AL ITEM 66. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 8 - precios referenciales

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente se revisen y modifiquen los precios referenciales de los instrumentales, o reducir las cantidades, de manera a que la institución reciba instrumentales de alta calidad y durabilidad, esto permitirá el rendimiento de la inversión por varios años |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| LOS PRECIOS REFERENCIALES FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS. |                   |            |

## Consulta 9 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato. |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 10 - Porcentaje de multas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso. |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS.<br>FAVOR AJUSTARSE AL PBC. |                   |            |

## Consulta 11 - Muestras

| Consulta   | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos la posibilidad de presentar un lote de 5 (cinco) a 10 (diez) instrumentales de la misma marca y procedencia cotizada, a los efectos de realizar el análisis de calidad, como se ha establecido en llamados similares anteriores. |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 12 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la recepción de la orden de compra |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 13 - Ítem 7 Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la longitud y +/-1mm en el ancho de los instrumentos que componen la caja |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 14 - Ítem 8 Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 15 - Ítem 11 Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 16 - Ítem 12 Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 17 - Ítem 37 Pinza clamp quirúrgica

| Consulta   | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-10mm en la medida |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 16-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 18 - Ítem 44 Pinza Kerrison

| Consulta                                 | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar oblicua de 30º a 40º? |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 19 - Ítem 72 Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 20 - Ítem 84 Trépano quirúrgico

| Consulta                               | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría otorgar un rango de +/-1cm? |                   |            |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta | 14-10-2024 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                    |            |

## Consulta 21 - ITEM 5

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta 16 cm (+ - 2cm).<br>CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER 16 cm (+/- 2cm) |                   |            |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta | 16-10-2024 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                    |            |

## Consulta 22 - MUESTRAS SOLICITADAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.<br>Solicitamos: Respetuosamente a la convocante aceptar que se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental. Con una muestra y catálogo de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado. |                   |            |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta | 14-10-2024 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                    |            |

## Consulta 23 - ITEM 5

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Pinza aro o Forester mediana, de 16cm (+ - 2cm)<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar pinza FOERSTER-BALLENGER RECTA 16cm -/+ 2cm |                   |            |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta | 16-10-2024 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 24 - ITEM 13

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Pinza Kocher con dientes recta 16 cm (+ - 2cm). CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER con dientes 16 cm (+/- 2cm) |                   |            |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta | 16-10-2024 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                    |            |

## Consulta 25 - ITEM 14

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta con dientes 16 cm (+ - 2cm).<br>CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER rectas con dientes 16 cm (+/- 2cm) |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 26 - ITEM 15

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta con dientes 16 cm (+ - 2cm).<br>CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER recta con dientes 16 cm (+/- 2cm) |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 27 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: La primera orden de compra/servicio será emitida dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato.<br>CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días, de modo a no limitar la participación de los potenciales oferentes, considerando el plazo de fabricación de estos productos y así también su importación. |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 28 - Presentación de muestras

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.<br>Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado. |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 29 - Plazo reposicion de bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Donde dice: Plazo de reposición de bienes<br>El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:<br>DOS (2) DÍAS HÁBILES.   | 14-10-2024        |  |
| Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición |                   |  |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta |  |
|------------------------------|--------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024         |  |

## Consulta 30 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas |                   |  |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta |  |
|------------------------------|--------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024         |  |

## Consulta 31 - Item 5 – Caja de cirugía menor

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |  |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 16-10-2024         |  |

## Consulta 32 - Item 13 – Caja para sutura

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |  |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 16-10-2024         |  |

## Consulta 33 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador |                   |  |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 16-10-2024         |  |

## Consulta 34 - Item 65 - Saturómetro

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente | 14-10-2024        |  |

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| EL SATURÓMETRO CORRESPONDE AL ITEM 66. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 14-10-2024        |  |

## Consulta 35 - PBC

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Solicitamos respetuosamente se revisen y modifiquen los precios referenciales de los instrumentales, o reducir las cantidades, de manera a que la institución reciba instrumentales de alta calidad y durabilidad, esto permitirá el rendimiento de la inversión por varios años. | 14-10-2024        |  |

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| LOS PRECIOS REFERENCIALES FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS. | 14-10-2024        |  |

## Consulta 36 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato | 14-10-2024        |  |

| Consulta                    | Fecha de Consulta |  |
|-----------------------------|-------------------|--|
| AVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 14-10-2024        |  |

## Consulta 37 - Porcentaje de multas

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso. | 14-10-2024        |  |

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS. FAVOR AJUSTARSE AL PBC. | 14-10-2024        |  |

## Consulta 38 - ITEM 8

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar con una variación de +/- 5mm o 2mm por lo mínimo así como los demás ítems solicitados, para mas participación de oferentes. | 14-10-2024        |  |

| Consulta                     | Fecha de Consulta |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. | 16-10-2024        |  |

## Consulta 39 - ITEM 8

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 PORTAAGUJAS HEGAR 240MM CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PORTA-AGUJAS MAYOR-HEGAR 23cm con bocas de carburo de tungsteno |                   |            |

| Consulta                     | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 40 - ITEM 8

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 SEPARADOR HUESOS C.MANGO EN T 240MM<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual es el mango T |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SE ACLARA QUE SE SOLICITA SEPARADOR O GANCHO OSEO CON LA FORMA EN MANGO T, CON UN SOLO GARFIO AGUDO DE 240MM (+/-5mm).<br>FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 41 - ITEM 8

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 2 NSTR.DE EXTRACCIÓN P.VÁST.DE PRÓTESES<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante la aclaración del instrumental solicitado ya que por la descripción parece ser sacado de un catalogo |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SE ACLARA QUE SE SOLICITA INSTRUMENTAL DE EXTRACCION PARA VASTAGO DE PROTESIS, LONGITUD 300MM (+/- 5mm).<br>FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA. |                   |            |

## Consulta 42 - Muestras – ITEM 77 - Taladro Traumatológico

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Para el ítem 77 – Taladro Traumatológico:<br>Solicitamos una modificación en el procedimiento de presentación de muestra, considerando la presentación de catálogos técnicos, fichas de productos con documentación gráfica que acrediten las características y especificaciones técnicas del bien ofertado, la misma proporciona información de confiabilidad y detallada. Esta medida permitirá optimizar tiempo, reducir costos, sin comprometer el rigor técnico de evaluación en el proceso. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 21-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| SE DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 43 - Muestras – ITEM 77 - Taladro Traumatólgico

| Consulta   | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para el ítem 77 – Taladro Traumatólgico:<br>Solicitamos una modificación en el procedimiento de presentación de muestra, considerando la presentación de catálogos técnicos, fichas de productos con documentación gráfica que acrediten las características y especificaciones técnicas del bien ofertado, la misma proporciona información de confiabilidad y detallada. Esta medida permitirá optimizar tiempo, reducir costos, sin comprometer el rigor técnico de evaluación en el proceso. |                   |            |
| SE DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC.  |                   |            |

## Consulta 44 - Muestras

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde menciona: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.<br>Solicitamos respetuosamente a la institución convocante la modificación en cuanto a la presentación de muestras, considerando catálogos y fichas técnicas donde se detalle con imágenes ilustrativas las características exactas de lo solicitado en cada ítem específicamente en los ítems 8,11, 30, 32, 38 al 74 y del 76 al 80. Esto proporciona de igual manera información confiable y precisa ayudando a optimizar los tiempos y reducir costos sin comprometer a los instrumentales a las pruebas. |                   |            |
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.   |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 45 - Muestras – Procedimiento de Control de Calidad

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
|  | 17-10-2024        |  |
| Donde menciona en cuanto a Procedimiento de Control de Calidad durante la Evaluación de los Instrumentales:<br>Los instrumentales deberán ser sometidos a las siguientes pruebas:  |                   |  |
| 1. El Dpto. de Enfermería recibirá por nota, las muestras remitidas por la Comisión Evaluadora, y observará las condiciones en las que se encuentra antes del ensayo de esterilización, al que serán sometidos en dependencias del Servicio de Esterilización del Hospital de Trauma, donde será realizado el ensayo de esterilización, conforme al siguiente esquema:<br>1.1 Prelavado con Jabón Enzimático.<br>1.2 Lavado con chorro de agua.<br>1.3 Esterilización a calor Húmedo (Autoclave) a 135°C durante 15 minutos con una frecuencia de 2 veces al día durante 5 días.   |                   |  |
| Los instrumentales sometidos a estas pruebas no deben alterarse en su coloración, aspecto físico-químico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico, según informe del Servicio de Esterilización del Hospital Central, en donde sería realizado el ensayo de esterilización correspondiente.<br>Las características técnicas de los materiales deberían ser las siguientes:<br>Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a agentes corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180° C, sin cambios de color o aspecto.<br>El Hospital de Trauma no se hace responsable, en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso. |                   |  |
| Solicitamos a la institución convocante reducir el tiempo de esterilización ya que según las normas la esterilización por vapor se realiza con vapor saturado a 134/132 grados generalmente a 5min de exposición, también debe garantizarse la calidad de vapor que establece la norma EN285, En caso contrario, podrían aparecer residuos de corrosión en el sistema de conducciones o producir un contenido demasiado alto de ácido silícico causando alteraciones de color en el instrumental.  |                   |  |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta |  |
|---|--------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC. | 21-10-2024         |  |

## Consulta 46 - Precios referenciales

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
|   | 17-10-2024        |  |
| Solicitamos respetuosamente a la institución convocante ampliar el rango de precios, los precios referenciales en los ítems 8, 11, 12, 73 y 74 están por debajo de los costos de muchos proveedores que comercializan productos de buena calidad, con esos precios solo tendrían instrumentales y sets de baja calidad, por ende esos instrumentales durarán poco tiempo por el tipo de material de fabricación de baja calidad e incurrirán en más llamados y compra de los mismos en menor tiempo que de instrumentales de calidad con las Normas requeridas de fabricación de instrumental quirúrgico conforme a las normas EN ISO 7153-1 o EN ISO 16061, y también las normas DIN EN ISO 11607-1 para los contenedores de esterilización. |                   |  |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta |  |
|---|--------------------|--|
| LOS PRECIOS FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES; POR MEDIO DE COTIZACIONES RECIBIDAS DE DISTINTAS FIRMAS DEDICADAS A LA PROVISIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS QUE PERMITIERON DISPONER LOS PRECIOS REFERENCIALES DEL MERCADO. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS. | 21-10-2024         |  |

## Consulta 47 - Muestras

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.<br>Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 48 - Plazo de reposición de bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Plazo de reposición de bienes<br>El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:<br>DOS (2) DÍAS HÁBILES.<br><br>Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición<br>En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 49 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas<br>En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 50 - Item 5 – Caja de cirugía menor

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
|   | 17-10-2024        |  |
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador. |                   |  |
| En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada.  |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
|                                     | 21-10-2024        |  |
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |  |

## Consulta 51 - Item 9- Caja para instrumental

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
|  | 17-10-2024        |  |
| Donde dice: 1 Tijera Lister para vendaje de yeso 28cm de largo, solicitamos se permita cotizar 1 Tijera Bozeman para vendaje de yeso 28 cm de largo, considerando que cumplen la misma función |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
|                                     | 21-10-2024        |  |
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |  |

## Consulta 52 - Item 11 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
|   | 17-10-2024        |  |
| Donde solicitan: 1 PALANCA HUESOS VERBRUGGE-MULLER 44MM, pedimos se puedan cotizar 1 PALANCA HUESOS HOHMANN, considerando que cumplen la misma función. |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
|                                     | 21-10-2024        |  |
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |  |

## Consulta 53 - Item 13 – Caja para sutura

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
|   | 17-10-2024        |  |
| Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador. |                   |  |
| En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada.  |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
|                                     | 21-10-2024        |  |
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |  |

## Consulta 54 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde piden: 1 Separador de Farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador.<br>En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada. |                   |            |

| Respuesta                           | Fecha de Respuesta | 21-10-2024 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 55 - item 66 - Saturómetro

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 21-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 56 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta   | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato.<br>En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 21-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 57 - Condiciones del contrato:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 21-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS.<br>FAVOR AJUSTARSE AL PBC. |                    |            |

## Consulta 58 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| DONDE DICE: EL PLAZO DE ENTREGA S SERA DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.   | 24-10-2024        |  |
| Solicitamos respetuosamente a la convocante volver a ampliar el plan de entregas a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la recepción de la orden de compra, ya que son muchos instrumentales los solicitados. Debido a que será imposible realizar una importación tan rápida. Así aumentar la demanda de ofertas y la libre participación. |                   |  |

| Consulta                                | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. | 29-10-2024        |  |
|   |                   |  |

## Consulta 59 - ITEM 5: CAJA DE CIRUGIA MENOR

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| Donde dice: 1 Pinza aro o Forester mediana, de 16cm (+ - 2cm)   |                   |  |
| Consulta: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar poder ofertarse la pinza foerster a FOERSTER-BALLINGER, ya que ambas son para utilización en sujetar pólipos, tapones y esponjas. Sólo el nombre estaria cambiando. |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 29-10-2024        |  |
|                                     |                   |  |

## Consulta 60 - Item 8: Caja para cadera

| Consulta  | Fecha de Consulta |  |
|---|-------------------|--|
| DONDE DICE: 1 PORTAAGUJAS HEGAR 240MM CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO (+/-5MM)  |                   |  |
| CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PORTA-AGUJAS MAYOR-HEGAR, ya que ambas son para utilización de porta-agujas con bocas de carburo de tungsteno y cumplen la misma función. |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 29-10-2024        |  |
|                                     |                   |  |

## Consulta 61 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta   | Fecha de Consulta |  |
|--|-------------------|--|
| DONDE DICE: 2 PALANCA HUESOS VERBRUGGE-MULLER 44MM(+/-5MM)                                       |                   |  |
| CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PALANCA DE HUESOS O ELEVADORES HOHMANN |                   |  |

| Consulta                            | Fecha de Consulta |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. | 29-10-2024        |  |
|                                     |                   |  |

## Consulta 62 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: SEPARADOR O GANCHO OSEO CON LA FORMA EN MANGO T, CON UN SOLO GARFIO AGUDO DE 240MM (+/- 5mm)                                     |                   |            |
| Consulta: se solicita amablemente a la convocante aclarar cual es el instrumental solicitado o nombrar para que sea mas facil de identificar |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 29-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                    |            |

## Consulta 63 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se agrego el +/- 5mm en la medida del instrumental largo-ancho o los diametros, por favor. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 29-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| LA VARIACION SERIA PARA EL LARGO, ANCHO Y DIÁMETRO |                    |            |

## Consulta 64 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT.(+/-5MM)   |                   |            |
| CONSULTA: Se solicita a la convocante aceptar el OBWEGESER o especificar mejor si es el retractor anillado o el largo |                   |            |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-10-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
| EL LARGO  |                    |            |

## Consulta 65 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 BROCA DE EXTRACCIÓN DE CABEZA FÉMORAL(+/-5MM)                           |                   |            |
| Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre de la broca |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 29-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 66 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 PALANCA DE LUXACIÓN PARA LEVANTAR LA CABEZA DEL FÉMUR 27 MM EN LA PUNTA, LONG 300 MM(+/- 5MM)       |                   |            |
| Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre de la palanca para mejor identificacion |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 29-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                    |            |

## Consulta 67 - ITEM 9: CAJA DE CURACION

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar con una variación de +/- 5mm o 2mm por lo minimo asi como los demás items solicitados, para mas participación de oferentes. |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 68 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 2 INSTRUMENTAL DE EXTRACCION PARA VASTAGO DE PROTESIS, LONGITUD 300MM (+/- 5mm)<br>Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 69 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM(+/-5MM)<br>Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 70 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| donde dice: 1 MARTILLO 580GR, CABEZA DIAM 40MM, LONGITUD 245MM(+/-5MM)<br>Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar MARTILLO OMBREDANNE de 550G, 24,0 CM |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 71 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| donde dice: 1 Tijera Iris 16cm (+ - 2cm)<br>consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar la tijera de iris de 11,5 cm de largo |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 72 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Tijera Lister para vendaje de yeso 28cm de largo<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Tijera Lister de 21,0 cm de largo |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 73 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 11mm<br>Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 74 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 10mm<br>Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 75 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 9mm<br>Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 76 - CAJA DE CURACION N9

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| donde dice: 1 Mango en T para extracción de Shamp con mariposita de 15cm<br>Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 77 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

| Consulta  | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: 1 Tijera Metzembbaum de 15 cm +/- 1 cm recta y curva<br>CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se refiere a opcional o solicitan ambas 1 unidad |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SE SOLICITAN AMBAS 1 UNIDAD. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 78 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| donde dice; 1 Separador de órbita Shuman<br>Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificación |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO. |                   |            |

## Consulta 79 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

| Consulta   | Fecha de Consulta | 25-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| donde dice: 1 Tijera Iris de 12 cm +/- 1 cm recta y curva<br>consulta: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se refiere a opcional o solicitan ambas 1 unidad |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| SE SOLICITAN AMBAS 1 UNIDAD. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 80 - ITEM 81

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: TIJERA DE POTT: TIJERA DE POTT DE 60º DE 17 CM. VARIANTE:+ - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR<br>CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar tambien tijera POTTS-SMITH de 17cm +/- 2cm |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 81 - ITEM 80

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: TIJERA DE POTT: TIJERA DE POTT DE 45º DE 17 CM. VARIANTE:+ - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR<br>CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar tijera POTTS-SMITH 17cm +/-2cm |                   |            |

| Consulta                                | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 82 - CAJA PARA MAXILOFACIAL: ITEM 16

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: 1 Pinza cística 15 cm +/- 1 cm<br>DONDE DICE: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de las medidas aceptar de 22cm |                   |            |

| Consulta                            | Fecha de Consulta | 29-10-2024 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 83 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

| Consulta   | Fecha de Consulta | 31-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| c) Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DINAVISA, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. En caso de que el ítem ofertado no posea dicho certificado, el oferente deberá solicitar a la DNVS una constancia donde conste que el ítem ofertado no requiere de dicha certificación.<br>¿Se podría considerar la constancia de renovación en trámite, para los registros sanitarios que se encuentren vencidos a la fecha de apertura de ofertas y se encuentren en proceso de renovación? |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| LA CONVOCANTE TENDRA EN CONSIDERACION LA CONSTANCIA DE RENOVACION EN TRAMITE EMITIDA POR LA DINAVISA |                   |            |

## Consulta 84 - MUESTRAS SOLICITADAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar si sera con el catalogo como indica el primer reglon de la solicitud o como indica en el segundo.<br>La evaluación se realizará con el catálogo para todos los ítems ofertados, donde deberán estar debidamente individualizados dentro del mismo el N° de ítem a cual corresponde.<br>Asimismo, en caso de ofertar instrumentales médicos, los oferentes deberán presentar muestra de DOS instrumentales que sean de diferentes tipos, de cualquiera de los ítems cotizados, para verificar las características de los materiales y realizar el procedimiento de control de calidad hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Conforme se establece en el PBC se requieren ambos. Por un lado CATALOGO PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS. Por otro lado, solo EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se deberá presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las características del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente. |                   |            |

## Consulta 85 - MUESTRAS SOLICITADAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que en en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada. |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se deberá presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las características del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente. |                   |            |

## Consulta 86 - MUESTRAS SOLICITADAS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: La evaluación se realizará con el catálogo para todos los ítems ofertados, donde deberán estar debidamente individualizados dentro del mismo el N° de ítem a cual corresponde.  |                   |            |
| Asimismo, en caso de ofertar instrumentales médicos, los oferentes deberán presentar muestra de DOS instrumentales que sean de diferentes tipos, de cualquiera de los ítems cotizados, para verificar las características de los materiales y realizar el procedimiento de control de calidad hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. |                   |            |
| CONSULTA: Se solicita respetuosamente en caso de ofertarse en varios lotes el mismo tipo de instrumental, aceptar la presentación de los dos instrumentales para ambos lotes que contegan los mismos instrumentos para el control de calidad.   |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 04-11-2024 |
|--|--------------------|------------|
| EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se deberá presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las características del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente. |                    |            |

## Consulta 87 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT. (+/-5mm), hacemos notar que la descripción de lo solicitado corresponde a la marca Aesculap por lo que pedimos puedan definir de manera general el instrumental necesario. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 07-11-2024 |
|---|--------------------|------------|
| SE REFIERE A UNA PALANCA OSEA, CONOCIDA TAMBIEN COMO SEPARADOR DE HOHMANN |                    |            |

## Consulta 88 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 CUCHILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-2cm). |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 07-11-2024 |
|--|--------------------|------------|
| LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 89 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 CUCHARA CORTANTE 30MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHARA CORTANTE 30MM 300MM (+/-5cm) |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 07-11-2024 |
|--|--------------------|------------|
| LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                    |            |

## Consulta 90 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 2 INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN PARA VÁSTAGO DE PRÓTESIS, LONGITUD 300MM (+/-5mm), podrían aclarar de que trata el instrumental, cual es el tipo de vástago a extraer. |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 07-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO CINCÉL O ESCOPLO PARA EXTRACCION DE TODO TIPO DE VASTAGO. |                   |            |

## Consulta 91 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM (+/-5mm), por favor aclarar que tipo de instrumental se requiere. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 07-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO IMPACTOR PARA LA COLOCACION DE PROTESIS. |                   |            |

## Consulta 92 - Item 66 – Saturómetro

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, por favor aclarar que el funcionamiento con red eléctrica es solo para la carga de la batería. |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 07-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| NO SE SOLICITA EL FUNCIONAMIENTO A RED ELECTRICA, ES A BATERIA RECARGABLE. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 93 - Ítem 74- Caja de traumatología y Ortopedia.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 04-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 1 ESCARIADOR, CON 2 GARGANTAS, 150 mm, 6" (+/- 5mm), por favor aclarar si se trata de un escariador de PERTHES y a que se refieren con doble garganta. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 07-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| NO ES UN ESCARRIADOR DE PERTHES, SE TRATA DE UN ESCARRIADOR RECTO CON DOBLE CANAL (GARGANTA) PARA GENERAR ESPACIO OSEO CON PRECISION. |                   |            |

## Consulta 94 - Item 8 -Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT. (+/-5mm), hacemos notar que la descripción de lo solicitado corresponde a la marca Aesculap por lo que pedimos puedan definir de manera general el instrumental necesario. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 07-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| SE REFIERE A UNA PALANCA OSEA, CONOCIDA TAMBIEN COMO SEPARADOR DE HOHMANN |                   |            |

## Consulta 95 - Item 8 -Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-2cm). |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 96 - Item 8 -Caja de traumatología y ortopedia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM (+/-5mm), por favor aclarar que tipo de instrumental se requiere. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO IMPACTOR PARA LA COLOCACION DE PROTESIS. |                   |            |

## Consulta 97 - Item 66 – Saturometro

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, por favor aclarar que el funcionamiento con red eléctrica es solo para la carga de la batería |                   |            |

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|--|-------------------|------------|
| NO SE SOLICITA EL FUNCIONAMIENTO A RED ELECTRICA, ES A BATERIA RECARGABLE. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC. |                   |            |

## Consulta 98 - Ítem 74- Caja de traumatología y Ortopedia.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 1 ESCARIADOR, CON 2 GARGANTAS, 150 mm, 6" (+/- 5mm), por favor aclarar si se trata de un escariador de PERTHES y a que se refieren con doble garganta. |                   |            |

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-11-2024 |
|---|-------------------|------------|
| NO ES UN ESCARRIADOR DE PERTHES, SE TRATA DE UN ESCARRIADOR RECTO CON DOBLE CANAL (GARGANTA) PARA GENERAR ESPACIO OSEO CON PRECISION. |                   |            |