

Consultas Realizadas

Licitación 444769 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA

Consulta 1 - Fecha de visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2024
Se le solicita amablemente a la convocante considerar una fecha actualizada de visita técnica, ya que la fecha indicada es antes de la fecha de publicación del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 2 - experiencia requerida,

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2024
Establece el PBC "Demostrar la experiencia en la provisión de Equipos Médicos ", se solicita a la convocante modificar este criterio de evaluación a fin de como dice el título del llamado adquisición de equipos médicos y de laboratorio, aquí llamativamente se está dirigiendo toda experiencia al campo de la provisión de equipos médicos sin tener en cuenta que 9 ítems corresponden a equipos de laboratorio, favor agregar experiencia en la provisión de equipos médicos y/o de laboratorio " a fin de no restringir ni dirigir el llamado a una empresa y dar más oportunidad a los posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA,		

Consulta 3 - capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita a la convocante los puntos que tienen que ver con DINAVISA para evaluar los equipos médicos no se tomen en cuenta para los ítems que corresponden a equipos de laboratorio y tal es sabido que para equipos de laboratorio no es necesario registro sanitario, favor considerar que la Resolución S.G N° 669 del MSP y BS del 19/10/2016 que Reglamenta el Art.4° Inciso B) de la Ley 4659/12, en su Art 18 establece la exclusión de Dispositivos Médicos clasificados como instrumentos de laboratorio, entre otros rubros excluidos. Estos no requieren Registro Sanitario para su importación y comercialización y aplica a varios ítem 1)Agitador de tubos para laboratorio ítem 3)Autoclave de esterilización ítem 4)Baño maría para laboratorio ítem 5 y 6)Centrifuga/centrifuga refrigerada ítem 13y 14) Estufa de cultivo / Esterilización ítem 21 y 23) Microscopio y Muñeco de entrenamiento para CPR. DINAVISA no emite Registro sanitario para estos. Favor modificar los puntos 3, 9,10 y 13 de la sección Capacidad Técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 4 - /*Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se menciona el PBC "Demostrar la experiencia en la provisión de Equipos Médicos con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación... Sugerimos a la convocante modificar el requerimiento, a fin de permitir la participación de un mayor nro. de oferentes, quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión de Equipos Médicos y/o Equipos de Laboratorio con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 5 - /*Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
En la Capacidad Técnica se menciona: El encargado del Servicio Técnico deberá ser un Ing. Biomédico con Registro del MSP y BS (en el caso de los equipos médicos). Solicitamos a la convocante excluir el requerimiento ya que el mismo estaría limitando enormemente la participación de potenciales oferentes. En su defecto se podría solicitar que el encargado del Servicio Técnico sea un profesional recibido con certificaciones del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 6 - /*Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
En la Capacidad Técnica se menciona: El encargado del Servicio Técnico deberá ser un Ing. Biomédico con Registro del MSP y BS (en el caso de los equipos médicos). Solicitamos a la convocante especificar a que ítems se aplica lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 7 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos a la convocante actualizar la fecha de la visita tecnica o en todo caso excluir este requisito para aquellos que no requieran visita como lo es el caso del ecografo,desfibrilador y electrobisturí		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 8 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
En el ítem 9 de Especificaciones técnicas solicitan Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 1TGB. Se aceptarán equipos con discos SSD o HDD de al menos 1TB de capacidad de almacenamiento. Favor ampliar el rango a por lo menos 500 GB de esta manera dar apertura a una mayor participación, teniendo en cuenta el bajo costo referencial		

Consulta 9 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitan capacidad de almacenamiento de 1TB. Favor ampliar y solicitar de al menos 500GB, está capacidad ya es suficiente en equipos portátiles y permitirá una mayor participación de oferentes. Favor ajustar el pedido a su precio referencial que en este caso es bajo con respecto a lo que piden		

Consulta 10 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitan rango dinámico de al menos 350 dB +/- 10. Favor solicitar de al menos 280 dB, que es estándar en equipos portátiles y ya cumple con los requisitos, favor al pedir ciertas especificaciones se deben ajustar al precio referencial ya que si solicitan un rango dinámico mayor los costos aumentan son de equipos de alta gama		

Consulta 11 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Las especificaciones del ítem 9 son idénticas a las del ID 436131, donde solo ALTEC S.A. pudo participar, evidenciando que están diseñadas para favorecer exclusivamente a esa marca. Exigimos la ampliación de los requisitos para abrir la competencia y permitir la participación de otros oferentes, evitando así un monopolio disfrazado.		

Consulta 12 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitar transductor de alta frecuencia en vez del palo de hockey, este transductor tienen un costo elevado y considerando el precio referencial está desfasado		

Consulta 13 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitamos que en lugar de solicitar un expansor, se especifique al menos dos puertos para la conexión de transductores o en su defecto, requerir al menos un puerto activo. Esto debe alinearse con el precio referencial establecido, para garantizar la adquisición de equipos que realmente sean de calidad y útiles para el usuario final. No podemos seguir aceptando equipos que supuestamente cumplen los requisitos, pero que en la práctica resultan ser de calidad extremadamente baja. Favor ajustar las especificaciones en consecuencia.		

Consulta 14 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita modificar el tiempo de entrega a 60 días, considerando que hay ítems que requieren importación.		

Consulta 15 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Establece el PBC en Capacidad Técnica, el Punto 15. 15) Deberá contar como mínimo 1 (un) ingeniero Eléctrico Biomédico adiestrado en fábrica con registro del MSP y BS, para la instalación y puesta en marcha, entrenamientos a los operadores y técnicos, servicio post venta del servicio técnico, instalación, adiestramiento y garantía. (ítems 3 y 14) Favor considerar que los equipos del punto 3 (Autoclave) y 14 (Estufa) son equipos de uso general en los laboratorio y como tales, para importar y comercializar no requieren Ingeniero Eléctrico Biomédico en su staff de técnicos. Favor incluir el término - Según corresponda-.		

Consulta 16 - PBC Entrega del bien

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita modificar el tiempo de entrega a 60 días debido a la importación de ítems esenciales. Plazos más cortos son ineficientes y podrían generar demoras, afectando operatividad y costos.		

Consulta 17 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita la exclusión del transductor tipo "palo de hockey" del pedido, o en su defecto, reemplazarlo por un transductor de alta frecuencia. Este tipo de transductor tiene un costo considerablemente elevado y, considerando el precio referencial, no se ajusta a lo requerido. De esta manera, se evitará la adquisición de equipos de menor calidad que, aunque cumplan superficialmente con los requisitos, no garantizan el desempeño adecuado para las necesidades del usuario		

Consulta 18 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
En relación con el ítem 9, que establece "Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes", solicitamos su modificación, ya que la capacidad de almacenamiento en la mayoría de los ecógrafos portátiles es de aproximadamente 100.000 imágenes. Por ello, proponemos que el ítem sea ajustado a "Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de al menos 100.000 imágenes". Esta modificación no solo permitirá una mayor participación de oferentes, fomentando opciones más competitivas, sino que también evitará la limitación a una única marca que, aunque cumpla con este requisito, ofrece equipos de calidad inferior.		

Consulta 19 - ITEM 9 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Rango dinámico de al menos 30~220dB, 39 Pasos. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 20 - ITEM 9 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de 197.887 imágenes, como mínimo. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 21 - ITEM 9 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Peso del equipo desde 6,0 (+/-) 1,5 kg y que las sean opcional. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 22 - ITEM 11 ELECTOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Tamaño diagonal desde 6,2" como mínimo.		

Consulta 23 - ITEM 9 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de 173.242 imágenes, como mínimo.		

Consulta 24 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Despliegue de al menos desde 12 curvas fisiológicas simultáneamente. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 25 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Posibilidad de que la medición del gasto cardíaco (C.O.) sea utilizando el método de termodilución, lo que se realiza de manera invasiva. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 26 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Rango de medición: 0°C a 50°C Para dar mayor participación a oferentes		

Consulta 27 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Rango de medición de presión: -50mmHg~300mmHg, Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 28 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Rango de medición de presión: -50mmHg~300mmHg, Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 29 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la cantidad de canales para el ECG sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 30 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Verificación automática de impedancia y reconocimiento de conjuntos de cables sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 31 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Posibilidad de mediciones de referencia o bipolares opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 32 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 33 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 34 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 35 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que el Rango $\pm 400 \mu\text{V}$ sea opcional, para dar mayor participación a o oferentes.		

Consulta 36 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que el Rango $\pm 400 \mu\text{V}$ sea opcional, para dar mayor participación a o oferentes.		

Consulta 37 - ITEM 11 ELECTOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante admitir Papel tipo Z y/o en rollos. Para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 38 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Resolución 60nV sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 39 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que la Impedancia de entrada $> 8 \text{ M } \Omega$ a 10 Hz sea opcional para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 40 - ITEM 22 MONITOR MULTIPAMÉTRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante que el Nivel de ruido $< 0,5 \mu\text{V rms}$ de 0,5 Hz a 30 Hz CMRR $> 100 \text{ dB}$ a 50 Hz sea opcional, para dar mayor participación a oferentes.		

Consulta 41 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Tipo de Servicio: Todos los días del año (incluyendo domingos y feriados), las 24 horas del día, con 4 (cuatro) horas de respuesta para equipos instalados en el Hospital de Trauma.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este requisito que para los Equipos que no requieren soporte vital, la empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Tipo de Servicio: de lunes a viernes de 8: 00 a 17: 00 hs excluyendo sábados, domingos y feriados, con 4 (cuatro) horas de respuesta para equipos instalados en el Hospital de Trauma.. Este pedido es realizado con el objeto de no encarecer los precios propuestos en la oferta.</p>		

Consulta 42 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el Pbc solicitan de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión de Equipos Médicos con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, en promedio de los últimos 3 (tres) años 2021,2022 y 2023 . En el caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p> <p>Al respecto solicitamos a la convocante modificar este requisito de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión de Equipos Médicos con facturaciones de venta y/o contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, en los últimos 3 (tres) años 2021,2022 y 2023 . En el caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p>		

Consulta 43 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el Pbc se solicita de la siguiente manera:</p> <p>Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Al respecto solicitamos a la convocante modificar este requisito de la siguiente manera: Copia de facturaciones y/o Contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.</p>		

Consulta 44 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el punto 4 se solicitan lo siguiente: Constancia de Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos, emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud , del MSP y BS. Al respecto solicitamos a la convocante excluir este requisito ya el mismo es solicitado en los puntos 9 y 10 teniendo en cuenta que actualmente DINAVISA es el ente encargado de emitir esta documentación</p>		

Consulta 45 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
En el punto 4 se solicitan lo siguiente: Constancia de Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos, emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud , del MSP y BS. Al respecto solicitamos a la convocante excluir este requisito ya el mismo es solicitado en los puntos 9 y 10 teniendo en cuenta que actualmente DINAVISA es el ente encargado de emitir esta documentación.		

Consulta 46 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos a la convocante incluir el requisito del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente.		

Consulta 47 - Indicadores de Cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos a la convocante incluir como indicador de cumplimiento la emisión del acta de recepción final de los bienes adjudicados debidamente firmado por los responsables , teniendo en cuenta en este documento es solicitado en las formas y condiciones de pago.		

Consulta 48 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
donde dice " Pantalla LCD a colores de al menos 5,7" con despliegue de al menos 3 parámetros simultáneos.", solicitamos a la convocante aceptar Pantalla LCD a colores de 5,7" o más " con despliegue de al menos 3 parámetros simultáneos "		

Consulta 49 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
donde dice " Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes o 150 eventos.", solicitamos a la convocante que permita la participación de equipos con capacidad de almacenamiento de 25 registros o más, con la posibilidad de sobrescribir los registros más antiguos, ya que esto favorece una mayor participación de oferentes sin comprometer la funcionalidad del equipo.		

Consulta 50 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Donde dice " Límite superior: 360 Joules para onda exponencial truncada bifásica ó Límite superior: 200 Joules para onda bifásica rectilínea.", solicitamos a la convocante modificar la especificación a: "Límite superior de 230 Joules o más para onda exponencial truncada bifásica o Límite superior de 200 Joules para onda bifásica rectilínea" , lo que permitiría una mayor inclusión de equipos disponibles en el mercado, garantizando al mismo tiempo un desempeño clínico adecuado.		

Consulta 51 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Donde dice Batería "Recargable" solicitamos a la convocante considerar que el equipo cuente con doble compartimento de batería. Esta característica mejoraría la continuidad operativa en situaciones críticas, al permitir un reemplazo rápido y sin interrupciones de la energía, garantizando un funcionamiento más eficiente y seguro durante emergencias		

Consulta 52 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos respetuosamente que se modifique el ítem 10, ya que las especificaciones parecen estar dirigidas exclusivamente al modelo COVIDIEN/VALLEYLAB Force FX. Esto restringe la participación de otros oferentes y no fomenta una competencia justa. Proponemos ajustar las especificaciones para permitir una mayor diversidad de proveedores y asegurar un proceso de licitación equitativo. De no ser atendida esta solicitud, nos veremos obligados a realizar las protestas correspondientes.		

Consulta 53 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Electrocardiógrafo, Donde se menciona "Tamaño diagonal de 8" como mínimo", solicitamos a la convocante considerar "Tamaño diagonal de 7" o más".		

Consulta 54 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Donde dice "Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia", solicitamos a la convocante considerar la detección de al menos 35 arritmias o más		

Consulta 55 - Ítem 20

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Maquina de anestesia donde dice "El circuito deberá poseer un volumen no mayor a 2.8 litros en ventilación mecánica incluyendo el volumen del canister.", consultamos a la convocante la considerar un volumen no mayor a 3 litros en ventilación mecánica incluyendo el volumen del canister.		

Consulta 56 - Ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Ventilador Pulmonar, donde dice "Volumen Corriente VT inspiratorio, Vte espiratorio, Vtspon de 0 a 3500 ml como mínimo", solicitamos a la convocante considerar un rango Vtspon de 10 a 3500 ml o más, ya que un rango de 0 no tiene utilidad clínica		

Consulta 57 - Ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Ventilador Pulmonar, donde dice "Respiración rápida superficial RSBI 0 a 9999 bpm/l", consultamos a la convocante si es posible considerar "RSBI 0 a 999 bpm/l o más".		

Consulta 58 - Ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Ventilador Pulmonar:, donde dice "Pantalla LCD 17" o mayor táctil", consultamos a la convocante considerar una Pantalla LCD de 12" o más.		

Consulta 59 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Monitor Multiparamétrico, Donde se menciona "Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente", solicitamos a la convocante considerar "Despliegue de al menos 13 curvas fisiológicas o más".		

Consulta 60 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Monitor Multiparamétrico , En donde dice "Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3", solicitamos a la convocante considerar el etiquetado "ART, FEM, PA, VCP, LA, RA, RV, LV, UAC, UVC, ICP".		

Consulta 61 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Monitor Multiparamétrico, donde dice " Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC - ET)", consultamos a la convocante incluir mediciones por termodilución con los parámetros CO gasto cardíaco, SV volumen sistólico, CI índice cardíaco, SVI índice de volumen sistólico, Temperatura del bolo y temperatura sanguínea.		

Consulta 62 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Monitor Multiparamétrico , "Cantidad de canales: 8 como mínimo", solicitamos a la convocante considerar "Cantidad de canales: 4 o más".		

Consulta 63 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Monitor Multiparamétrico, "Nivel de ruido < 0,5 μ V rms de 0,5 Hz a 30 Hz", solicitamos a la convocante considerar un "Nivel de Ruido <0,5 μ V rms de 0,5 Hz a 30 Hz o más".		

Consulta 64 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
item 3 Autoclave de 100 litros vertical, donde solicita "Los manípulos que cierran los Autoclaves deben ser desarrollados y estar hechas de latón y recubiertas con baquelita (aislante del calor), proporcionando al operador seguridad y comodidad;", solicitamos amablemente a la convocante requerir este punto de la siguiente manera "Los manípulos que cierran los Autoclaves deben ser desarrollados y estar hechas de latón y recubiertas con baquelita o similar(aislante del calor), proporcionando al operador seguridad y comodidad;", considerando que existen variedades y mejores tipos de materiales para el manipulador o las manijas de la puerta. de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones		

Consulta 65 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
item 3 Autoclave de 100 litros vertical, donde solicita Manipulos en baquelita, solicitamos amablemente a la convocante requerir manipuladores de Baquelita o similar, considerando que existen variedades y mejores tipos de materiales para el manipulador o las manijas de la puerta. de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones		

Consulta 66 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
"Item3 Autoclave de 100 litros vertical Donde solicita temperatura de trabajo 90° a 127°C, solicitamos amablemente a la convocante requerir este punto de la siguiente manera, 90°C o mayor a 127°C o mayor, considerando que el rango de temperatura de esterilización por normativa es a partir de 121°C a 134°C, de esta manera no limitar a potenciales oferentes que quieran ofertar equipos con mejores prestaciones"		

Consulta 67 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item3 Autoclave de 100 litros vertical Donde solicita presión de funcionamiento de 1,0 a 1,6 bar, solicitamos amablemente a la convocante requerir este punto de la siguiente manera, presión de funcionamiento de 1,0 bar o mayor a 1,6 bar o mayor, considerando que el rango de presión de esterilización por normativa es a partir de 1,1 bar a 2,2 bar, de esta manera no limitar a potenciales oferentes que quieran ofertar equipos con mejores prestaciones"</p>		

Consulta 68 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Item 6 Centrifuga de laboratorio refrigerada, donde solicita Unidad de control de temperatura para TC 135S, TC 140G. Favor aclarar este punto a que hace referencia estos modelos, Para evitar una mala interpretación en los requerimientos solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional a la descripción o suprimir directamente el requerimiento</p>		

Consulta 69 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Item 6 Centrifuga de laboratorio refrigerada, donde solicita Refrigerante R600a, solicitamos amablemente a la convocante aceptar refrigerantes R134A, Sugerimos el requisito de la siguiente manera, Refrigerante R600a o R134A, atendiendo a que son similares, cumple las mismas funciones y no afecta a las prestaciones del equipo, además permite la participación de mayor cantidad de oferentes.</p>		

Consulta 70 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item 10.Electrobisturi Donde solicita Modos de salida: monopolar (1 salida), y bipolar (2 Salidas), Solicitamos amablemente a la convocante requerir 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar, considerando que son configuraciones convencionales de estos tipos de dispositivos, además por cuestiones de practicidad y uso las salidas monopolares son mas requeridas que las bipolares durante un procedimiento, creiamos que hubo un error al momento de transcribir el requerimiento solicitado por el servicio"</p>		

Consulta 71 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item 13 Estufa de cultivo ""donde dice Rango de temperatura hasta 80°C"" Solicitamos amablemente a la convocante requerir el punto de la siguiente manera, Rango de temperatura de 65°C o superior, considerando que las temperaturas de incubación oscilan entre 55°C y 65°C, de esta manera permitir la cotización de equipos que cumplan con el proposito de la adquisición y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes."</p>		

Consulta 72 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el Item 9 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 1TGB. Se aceptarán equipos con discos SSD o HDD de al menos 1TB de capacidad de almacenamiento", este punto debe ser modificado, debido a que todos los equipos portátiles disponibles en el mercado cuentan con una capacidad máxima de 500GB, por lo tanto, pedimos que el ítem quede de la siguiente manera "Capacidad de almacenamiento en SSD de al menos 500GB" esto dará apertura al llamado y tendrá una mayor participación de oferentes, resultando la convocante como la única beneficiada.</p>		

Consulta 73 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el ítem 9 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Rango dinámico de al menos 320 db (+/- 10 db)" Este punto debe ser modificado por "Rango dinámico de al menos 270 dB" teniendo en cuenta que el rango normal de un equipo portátil de alta gama es de 270 dB en adelante, por lo tanto, el ajuste de este valor permitiría una mayor concordancia con los estándares y capacidades comunes de los dispositivos portátiles disponibles en el mercado y tener una mayor participación de oferentes, resultando la convocante como la única beneficiada</p>		

Consulta 74 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En relación con el ítem 9, donde se solicita "1 (UN) puerto activo con módulo de expansión para la conexión de al menos 3 transductores", se requiere modificar esta especificación por "Al menos 1 puerto activo para conexión de transductores", excluyendo el expansor, ya que este conlleva un costo adicional significativo. Además, el precio referencial actual no refleja adecuadamente dicho costo. Con esta modificación, se promoverá la participación de un mayor número de oferentes, optimizando la competencia y la viabilidad del proyecto.</p>		

Consulta 75 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>En el ítem 9 en donde dice "Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes", solicitamos su modificación debido a que la capacidad de almacenamiento en la mayoría de los ecógrafos portátiles es de aproximadamente 100.000 imágenes. Por ello, sugerimos que el ítem sea ajustado a "Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de al menos 100.000 imágenes". Esta modificación permitirá una mayor participación de potenciales oferentes, asegurando opciones más competitivas sin sacrificar la calidad o funcionalidad del equipo.</p>		

Consulta 76 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Solicitamos reconsiderar el precio referencial del ítem 9, ya que las especificaciones técnicas actuales corresponden a equipos con un costo significativamente mayor. Proponemos, como alternativa, ajustar o simplificar estas especificaciones para facilitar la adquisición de equipos que cumplan con los requisitos dentro de un rango de costos más alineado al presupuesto. Además, es esencial evitar la limitación a un único equipo que, aunque cumpla con los requisitos a un precio bajo, no garantice la calidad necesaria, que es el aspecto más importante a considerar.</p>		

Consulta 77 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Solicitamos la revisión de las especificaciones del ítem 9, ya que son idénticas a las del ID 436131, donde solo la empresa ALTEC S.A. pudo participar. Esto sugiere que las especificaciones están orientadas a favorecer exclusivamente a esa marca, lo cual limita la competencia. Consideramos fundamental ampliar los requisitos para fomentar una mayor participación de oferentes, garantizando así un proceso más justo y transparente que beneficie a todas las partes involucradas</p>		

Consulta 78 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Ítem 22 Monitor multiparamétrico Donde solicita ""Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación"" solicitamos amablemente a la convocante especificar la salida analógica de ECG que tipo de puerto utiliza, si son RS232, USB, RJ45 etc, además aclarar la función real de la salida, se estima que es para protección de descarga contra desfibrilación, de ser así, requerir protección contra descarga de desfibrilación o exigir este punto como OPCIONAL"</p>		

Consulta 79 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item 22 Monitor multiparametrico Solicitamos amablemente a la convocante requerir 10 curvas fisiológicas simultáneamente o mayor, considerando que en el requerimiento se solicita nada mas que 8 parámetros SPO2, ECG, NIBP, RESP, TEMP, EEG, CO2, PI, de esta manera requerir especificaciones coherentes a lo solicitado, dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, y evitar direccionar el llamados a marcas específicas"</p>		

Consulta 80 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"item 22, monitor multiparametrico Donde solicita ""Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de asimo y Nellcor, solicitamos amablemente a la convocante requerir de la siguiente manera: Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo o Nellcor, considerando que son tecnologías diferentes, son marcas específicas y que cada fabricante tiene su propia tecnología, la compatibilidad con otras marcas no debe afectar a la funcionalidad de la misma."</p>		

Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item 22- Monitor multiparametrico Solicitamos amablemente a la convocante requerir al menos 4 canales de EEG, consideramos suficiente para la función en un monitor multiparametrico de alta complejidad, además la funcion como indica hace referencia a la marca Nihon Kohden de LCM, (8 canales), de esta manera evitar cualquier tipo de protesta por direccionamiento de las especificaciones técnicas requeridas"</p>		

Consulta 82 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>"Item 22- Monitor multiparametrico Donde se requiere 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal, Solicitamos amablemente a la convocante requerir al menos 01 modulo de EEG de 4 canales, consideramos suficiente para la función en un monitor multiparametrico de alta complejidad, además la funcion como indica hace referencia a la marca Nihon Kohden de LCM, (8 canales), de esta manera evitar cualquier tipo de protesta por direccionamiento de las especificaciones técnicas requeridas"</p>		