

Consultas Realizadas

Licitación 454135 - Adquisición de Equipo ONM

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA DE EOUIPOS

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2024

Se solicita a la convocante considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días, ya que los equipos que son solicitados en este llamado requieren de mas tiempo para su fabricación e importación a fin de cumplir con la entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-09-2024

el plazo de entrega no podrá ser extendido ya que el mismo deberá ejecutarse durante el presente ejercicio fiscal

Consulta 2 - EXPERIENCIA REQUERIDA.

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2024

En el punto Requisitos documental, en el sub ítem "EXPERIENCIA REQUERIDA", se recomienda que para una mayor participación de oferentes potenciales extender el requisito exigido y considerar la PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS EN GENERAL de los años ya mencionados (2021, 2022 y 2023)

Respuesta Fecha de Respuesta 24-09-2024

el mismo sera modificado via adenda

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA - ITEM 11

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2024

Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de 60 dias hasta 90 dias inclusive para el item 11.-

Respuesta Fecha de Respuesta 24-09-2024

el plazo de entrega no podrá ser extendido ya que el mismo deberá ejecutarse durante el presente ejercicio fiscal

21/09/25 20:57



Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2024

Solicitamos a la convocante una aclaracion en relacion al montaje del item 11 en lo que respecta a la parte electrica: En las caracteristicas generales y accesorios de la grua menciona que:

DEBE CONTAR CON UN MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 10 HP, 380V Y TABLERO DE ARRANQUE SUAVE MONTADO EN GABINETE METALICO, PROTECCION IP 54 MINIMO.

No menciona como sera alimentado dicho tablero. Aclarar si el oferente debe hacerse cargo de dicha alimentación y en ese caso indicar la distancia que existe desde el tablero donde se puede tomar la energía hasta el lugar donde se debe de montar el tablero de mando del motor de la grua. O si sera la convocante quien se encargara de energizar dicho tablero.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-09-2024

Sobre alimentación de energía:

en dicho lugar ya tiene cableado trifásico que termina en una toma trifásica industrial, donde se puede utilizar dicho terminal.

Distancia desde la toma hasta la zona de posible colocación de tablero son 1 a 1,5m

Actualmente el cableado de la toma trifásica (enchufe) llega desde un tablero que se encuentra aproximadamente 8m de distancia

Consulta 5 - Precio referencial - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 25-09-2024

Teniendo en cuenta lo que expresa el art. 42 de la Ley 7021: "Para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las instituciones públicas contemplarán toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la convocatoria y durante todo el período de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación." Se solicita a la convocante la REVISIÓN del precio referencial del ítem 4, ya que fue tomado como referencia el precio de la página web del fabricante, es decir el precio de lista EN ORIGEN (España) que NO INCLUYEN, flete a Paraguay, seguro por flete, costo financiero, tributos (costos de despacho e IVA) y comisiones al proveedor y por lo tanto, NO REFLEJAN el costo real del bien solicitado según lo exige la Ley e imposibilitan a los oferentes presentar ofertas que se ajusten razonablemente a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

desde la convocante aclara que para dicho items sera modificado en la planilla de precios

Consulta 6 - Precio referencial - ÍTEM 1

Consulta Fecha de Consulta 25-09-2024

Teniendo en cuenta lo que expresa el art. 42 de la Ley 7021: "Para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las instituciones públicas contemplarán toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la convocatoria y durante todo el período de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación." Se solicita a la convocante la REVISIÓN del precio referencial del ítem 1, ya que fue tomado como referencia el precio de la página web del fabricante, es decir el precio de lista EN ORIGEN (Estados Unidos) que NO INCLUYEN, flete a Paraguay, seguro por flete, costo financiero, tributos (costos de despacho e IVA) y comisiones al proveedor y por lo tanto, NO REFLEJAN el costo real del bien solicitado según lo exige la Ley e imposibilitan a los oferentes presentar ofertas que se ajusten razonablemente a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

desde la convocante aclara que para dicho items sera modificado en la planilla de precios

21/09/25 20:57



Consulta 7 - FORMULARIO DE OFERTA

Consulta Fecha de Consulta 27-09-2024

Favor se solicita a la convocante subsanar el error de descarga de dicho formulario, ya que actualmente no permite descargar la misma.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2024

Buenas.. desde la convocante se aclara que la planilla de precios se puede descargar sin inconveniente alguno desde el Portal Web de la DNCP..

Consulta 8 - Item 1 Horno eléctrico para Laboratorio

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2024

Se le solicita amablemente a la convocante indicar aproximadamente de cuántos litros debe ser el horno.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2024

se emitira una adenda

Consulta 9 - Item 1 Horno eléctrico para Laboratorio

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2024

Se le solicita amablemente a la convocante indicar un rango de estabilidad entre las diferentes temperaturas. Puede indicar también cuál sería la temperatura de trabajo?.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2024

se emitira una adenda

Consulta 10 - Item 1 Horno eléctrico para Laboratorio

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2024

Se le consulta amablemente a la convocante si puede aceptar un horno de mayor temperatura a 650°C y con conveccion forzada de aire para mantener la uniformidad? Podría ser opcional que el horno presente bloques ecualizadores?

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2024

Este tipo de hornos de bloque seco no presentan convección forzada de aire. No puede ser opcional que el horno presente bloques.

21/09/25 20:57