

Consultas Realizadas

Licitación 454507 - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA LA DINAC - AD REFERENDUM

Consulta 1 - EETT- ÍTEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none">• EETT- ÍTEM 1: La capacidad de peso dice 150 kg (+/- 10), solicito amablemente a la convocante modificar de 100 a 150 kg de tal modo a garantizar una mayor cantidad de oferentes.• EETT-ÍTEM 1: Proponen que los posa pies sean abatibles y desmontables, solicitamos amablemente a la convocante modificar agregar posa pies fijos, es decir, abatibles, desmontables o fijos, de tal modo a garantizar una mayor cantidad de oferentes.• EETT-ÍTEM 1: Piden una profundidad de asiento: 40cm (+/-4), solicitamos amablemente a la convocante ampliar la profundidad a 45cm (+/-2) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| CAPACIDAD DE PESO: SE SOLICITA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS EE.TT TENIENDO EN CUENTA QUE EL FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS DENTRO DEL AISP SON PERSONAS CORPULENTAS Y EN MAYOR NÚMERO CON SOBREPESO Y LAS SILLAS DE RUEDAS DEBEN SER APTAS PARA SU USO CORRESPONDIENTE. | | |
| POSA PIES: FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP. | | |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO: FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP. | | |

Consulta 2 - Ítem 18 - Silla de ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ítem 18 - Silla de ruedas</p> <p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ancho de asiento: 22 pulgadas</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar para el Ancho de asiento: 22 pulgadas (+/- 3 pulgadas).</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2024 |
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP. | | |