

Consultas Realizadas

Licitación 455242 - LPN Nº 151/2024 "ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"

Consulta 1 - */ ITEM 2 - Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
En los Items Solicitados del portal de la DNCP menciona en cantidad 2.600.000.000, y en precio unitario 1, entendemos que la Cantidad sería 1 y el precio unitario 2.600.000.000, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 2 - /* PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
En el ítem 2 de la Planilla de precios menciona en cantidad 2.600.000.000, entendemos que la Cantidad sería 1 y que la cifra 2.600.000.000 correspondería al precio referencial, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Donde dice: 4.2 Capacidad de la cámara interna: de 560 Litros aprox. Solicitamos a la convocante definir la capacidad mínima de la cámara interna, recomendamos "Capacidad de la cámara interna: de 560 Litros o mayor."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Donde dice: 4.3 Cámaras interna y externa en acero inoxidable 316 o superior y pulido de 0,2 µm. Solicitamos a la convocante dejar como opcional lo referente al pulido de 0.2 µm. Recomendamos solicitar con paredes de espesor de 6mm. "Cámaras interna y externa en acero inoxidable 316 o superior con espesor de 6mm."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Donde dice: 4.5 Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti con un espesor de 10 mm y pulidas en 0.2 µm, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar el espesor solicitado y dejar en 6mm ya que con este espesor ya se asegura la seguridad de contención de la presión y de la temperatura interna del equipo y dejar como opcional el grado del pulido.</p> <p>“Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti con un espesor de 6mm y pulidas de 0.2 µm, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 6 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Donde dice: 5.15 Posibilidad de modificar los parámetros de los ciclos pregrabados o como mínimo dos ciclos programables.</p> <p>Recomendamos a la convocante solicitar como mínimo 8 programas programables y así dar opciones de los ciclos y dar un mejor rendimiento al servicio. “Posibilidad de modificar los parámetros de los ciclos pregrabados o como mínimo 8 ciclos programables.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 7 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Donde dice: 5.27 Control de vapor, aire comprimido, etc. Mediante válvulas solenoides, y/o neumáticas.</p> <p>Recomendamos a la convocante solicitar en este punto solo válvulas neumáticas ya que éstas son de grado médico y presentan con esto muchas mejores prestaciones que otros tipos de válvulas. “Control de vapor, aire comprimido, etc. Mediante válvulas neumáticas.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
<p>Ajustarse al PBC.-</p>		

Consulta 8 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Donde dice: 7.3 El plazo de entrega no deberá ser superior a los 90 días.</p> <p>Solicitamos a la convocante tener en cuenta que los procesos de importación están siendo afectados tanto por la baja del río como también por otros factores por tanto solicitamos encarecidamente modificar el plazo. “El plazo de entrega no deberá ser superior a los 150 días.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
<p>El servicio de Esterilización del Hospital General de Luque requiere con urgencia la adquisición de los equipos, ajustarse al PBC.-</p>		

Consulta 9 - EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos Amablemente a la Convocante compartir los documentos respaldatorios que arbitrariamente los oferentes no presentan en el día de la apertura y así garantizar la trazabilidad entre Registro Sanitario, Datos Garantizados, Catálogos, Registro de importación a los efectos de mantener la transparencia en los procesos licitatorios

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC, en ella se establecen los lineamientos pertinentes al caso.-

Consulta 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS, RINA, ANVISA o TUV al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada.

PODRIA SER: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS, RINA, ANVISA o TUV al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada. O bien la carta de extensión de vigencia por la empresa Certificadora y que la misma sea trazable

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 11 - EETT - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: 5.3 Panel frontal con pantalla táctil a color de 7" o mayor dimensión, indicadora de desarrollo de programa, manómetro y unidad de programación de ciclos con códigos de accesos.

PODRIA SER: Panel frontal con pantalla táctil a color de entre un rango de 5" a 7" o superior dimensión (DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE), indicadora de desarrollo de programa, manómetro y unidad de programación de ciclos con códigos de accesos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 12 - EETT - Item N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

Dispositivo biomédico diseñado para esterilizar por vapor saturado de agua y formaldehído (Equipo Híbrido). - Hacemos constar que el Equipo y Tecnología de esterilización por Formaldehído es altamente tóxico inclusive cancerígeno (a pesar de ser un gran agente de esterilización con efecto Germicida y Esporicida) Esta catalogado en el grupo CANCERIGENO, MUTAGENICO - <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/formaldehido>

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC, la norma ISO 45001 trata del primer documento internacional de gestión de seguridad y salud en el trabajo orientado a transformar las prácticas laborales en todo el mundo. Dicho documento está integrado por normativas sobre gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS 18001) Medioambiental (ISO 14001) y de Calidad (ISO 9001).

Consulta 13 - LUGAR DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
DONDE DICE: Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM). La recepción del Bien será en el horario de 07:00 a 15:00 horas. El oferente deberá presentar Nota de Remisión donde se especifiquen (Marca, Modelo, Procedencia, N° de Serie) del ítem adjudicado. En ese momento se procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria a solo efecto de cortar los plazos de entrega. PODRIA SER: LUGAR DE ENTREGA DIRECTAMENTE EN EL HOSPITAL DE LUQUE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
ITEM 1 Autoclave de esterilización. Donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS, RINA, ANVISA o TUV al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada. Para mayor seguridad de la convocante al momento de evaluar, requerir que dicho documento se encuentre Apostillado o Consularizado debidamente legalizado. Sugerimos de la siguiente manera "Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS, RINA, ANVISA o TUV al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente, apostillado o Consularizado, debidamente legalizado e indicar marca ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Item 1 - Autoclave de Esterilización, "Donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado." Requerimos que este punto se requiera de la siguiente manera "Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar la marca y modelo o naturaleza del bien ofertado. Considerando que la ISO 13485 es norma de fabricación de equipos medicos y naturalmente se emite a la fabrica describiendo el tipo de dispositivo a fabricar. Tambien para mayor seguridad de la convocante al momento de evaluar, requerir que dicho documento se encuentre Apostillado o Consularizado debidamente legalizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Item 1-Autoclave de esterilización, donde dice "Certificado de aprobación de la cámara emitida por la ASME o PED". Solicitamos amablemente a la convocante requerir estos certificados por separados. Esta solicitud se debe a que ASME emite certificado de fabricación de calderas y recipientes a presión acorde a la norma ASME, este certificado hace referencia al fabricante; Sin embargo el Certificado PED emite la Pressure equipment directive por sus siglas (Directiva de equipamientos de presión) quienes determinan que el DISEÑO de los equipos de presión cumplen con las directivas PED e indica la naturaleza, marca y modelo del equipo certificado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

Item 1- Autoclave de esterilización, donde solicita "4.5 Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti con un espesor de 10 mm y pulidas en 0.2 µm, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático." Solicitamos amablemente a la convocante especificar la calidad de acero inoxidable fabricada en 316Ti o 316L sabiendo que son nomenclaturas de calidad de acero inoxidable dependiente de la región o país de fabricación y de esta manera evitar confusión al momento de evaluar la oferta. sugerimos " Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti o 316L con un espesor de 10 mm y pulidas en 0.2 µm, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático."

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 18 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

Donde solicita Plazo de entrega 60 días
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho plazo de entrega a 90 días considerando que estos dispositivos en todos los fabricantes tienen un plazo de fabricación no menor a 50 días, cabe mencionar que el tiempo de transporte vía marítima no es inferior a 45 días dependiendo del país de origen, caso sea mercosur no son menores a 20 días (transporte terrestre), esto sin contar el tiempo de importación y nacionalización de los productos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

El servicio de esterilización del Hospital General de Luque requiere con urgencia la adquisición de los equipos. Ajustarse al PBC.

Consulta 19 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

En el punto 1 de del título en mención solicitamos agregar para fabricantes y/o Representantes Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

En este punto 4.2 Capacidad de la cámara interna: de 560 Litros aprox. Solicitamos permitan ofertar equipos de 500Litros en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

7.3 El plazo de entrega no deberá ser superior a los 90 días. Favor el plazo de tiempo de entrega ampliar a 120 días

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

El servicio de esterilización del Hospital General de Luque requiere con urgencia la adquisición de los equipos. Ajustarse al PBC.-

Consulta 22 - ÍTEM 02: AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

favor permitir equipo de apartir 500 Litros en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

En el 5.31, no ser excluyentes de otras normas similares

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC, la consulta no es especifica.-

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas item 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

en este punto 6.5
Insumos asociados al uso del equipo según recomendación del fabricante; 5
cajas con 24 cartuchos de formaldehido granulado como mínimo. Agregar y/o frascos

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC

Consulta 25 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
----------	-------------------	------------

La entrega a parque de Biomedica con la remisión ya corta el plazo de la multa?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
----------	-------------------	------------

En el ítem 1 donde dice "Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti con un espesor de 10 mm y pulidas en 0.2 µm, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático". Solicitamos amablemente a la convocante aclarar a que se refiere con bloqueo neumático específicamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Consiste en impedir la utilización de una fuente de energía de aire durante una operación.

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante donde dice "Panel frontal con pantalla táctil a color de 7" o mayor dimensión, indicadora de desarrollo de programa, manómetro y unidad de programación de ciclos con códigos de accesos" a que se refiere con Indicadora de Desarrollo de Programa que se encuentra en el ítem 1.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Indicador de desarrollo de programa., que tipo de ciclo se encuentra, en que parte del proceso, entre otros.

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
----------	-------------------	------------

En el ítem 1 donde dice "Control del ciclo de esterilización por presión", solicitamos a la convocante tener en cuenta que los esterilizadores para hospitales hacen los controles de ciclo por temperatura y por presión, y que los esterilizadores que controlan por presión ya son utilizados en las áreas de laboratorio y de desechos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 29 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
----------	-------------------	------------

Item 1 - Autoclave de Esterilización, "Donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado." Requerimos que este punto se requiera de la siguiente manera "Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar la marca y modelo o naturaleza del bien ofertado. Considerando que la ISO 13485 es norma de fabricación de equipos medicos y naturalmente se emite a la fabrica describiendo el tipo de dispositivo a fabricar. Tambien para mayor seguridad de la convocante al momento de evaluar, requerir que dicho documento se encuentre Apostillado o Consularizado debidamente legalizado. Ademas SI LA RESPUESTA SERA AJUSTARSE AL PBC FAVOR JUSTIFICAR DICHA RESPUESTA, ES UN REQUISITO SEGUN LA LEY 7021.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

La ISO 13485 es una norma que hace referencia al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos, el cual debe estar vigente al momento de presentar oferta. Serán consideradas las ISOs que mencionen el producto ofertado, en el alcance del certificado ISO 13485, y que permitan la trazabilidad de la información. Favor Ajustarse al PBC

Consulta 30 - ISO13485

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante una aclaracion formal de que exactamente significa ISO13485 para la misma, con ello lo que buscamos es entender porque solicita dicho documento como si fuese que es del equipo siendo que el certificado es emitido para todas las fabricas en el mundo en razon de la capacidad de produccion de los equipos por su naturaleza y no en especifico por cada modelo que fabrica. Favor realizar las aclaraciones tecnicas correspondientes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
La ISO 13485 es una norma que hace referencia al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos, el cual debe estar vigente al momento de presentar oferta. Serán consideradas las ISOs que mencionen el producto ofertado, en el alcance del certificado ISO 13485, y que permitan la trazabilidad de la informacion. Favor Ajustarse al PBC		

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 6. ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Para el Ítem 1 y 2 en la parte donde dice 6.2 "2 (cuatro) pares de guantes para temperatura por cada equipo" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si serían cuatro unidades de guantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 32 - ITEM 1 autoclave de esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podria admitir un autoclave de esterilizacion con volumen total de 650 litros?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 33 - ITEM 1 autoclave de esterilización con cámara interior-2

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podria admitir un autoclave de esterilización con cámara interior: -0,1/0,3 MPa; Camisa: 0,3 Mpa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 34 - ITEM 1 autoclave de esterilizacion con generador-3

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podria admitir un autoclave de esterilizacion con generador de vapor incorporado de 0,8 Mpa, con temperatura diseñada: 150°C; con presión de trabajo de 0,25 Mpa, con temperatura máxima de trabajo de 134°C?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 35 - ITEM 1 autoclave de esterilización con precisión del control de temperatura-4

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podría admitir un autoclave de esterilización con precisión del control de temperatura de: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; con sistema de vacío: de bomba de vacío con circulación de agua; con material de la cámara de: S30408; con fuente de alimentación: 380 V/50 Hz, con consumo de 56 kVA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 36 - ITEM 1 autoclave de esterilización con carro -5

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podría admitir un autoclave de esterilización con carro, impresora, con cubierta lateral de chapa metálica, compresor de aire?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 37 - ITEM 1 autoclave de esterilización sin sensor PT100-6

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podría admitir un autoclave de esterilización sin sensor PT100, sin cálculo de valor de F0, sin generador de vapor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 38 - ITEM 1 autoclave de esterilización sin puertas automáticas-7

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se podría admitir un autoclave de esterilización sin puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 39 - ITEM 1 equipo de osmosis-8

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar que sería un equipo de osmosis		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Se trata de un sistema de filtración que purifica el agua mediante una membrana semipermeable, a una determinada presión capaz de retener (y separar) cualquier partícula contaminante en suspensión		

Consulta 40 - ITEM 1 autoclave de esterilizacion sin mano vacuometro-9

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podria admitir un autoclave de esterilizacion sin mano vacuometro de camara interna?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 41 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice plazo de reposición de bienes, 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la notificación por escrito por parte de la convocante, Solicitamos sea de al menos 20 días para la reposición

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 42 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 7 de requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica solicitamos sea incluido cualquier documento que sea considerado como constancia de que el equipo este en tramite de registro así como el pago de arancel por el tramite de emisión del registro

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El producto debe contar con registro vigente, aprobado por la autoridad sanitaria, es decir, debe estar aprobado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Favor Ajustarse al PBC

Consulta 43 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.2 de las EETT considerar al menos equipo de 500 Litros en adelante de esta forma permitirá apertura para tener mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
------------------	---------------------------	------------

De acuerdo a la demanda del hospital, que se encuentra en crecimiento, requerimos la capacidad de 550 litros en adelante, favor ajustarse al PBC.

Consulta 44 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.5 de las EETT no limitar a un solo tipo de acero inoxidable, considerar también fabricados en 316L que es de la misma cualidades de las solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 45 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

Plazo de entrega solicitamos sea de 120 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

El servicio de esterilización del Hospital General de Luque requiere con urgencia la adquisición de los equipos. Ajustarse a la última versión del PBC.

Consulta 46 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

En el Punto 4.2 de las EETT del Item 2, considerar equipo de 500 litros en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

De acuerdo a la demanda del hospital, que se encuentra en crecimiento, requerimos la capacidad de 550 litros en adelante, favor ajustarse al PBC.

Consulta 47 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

En el punto 4.3 de las EETT del item 2, considerar que los equipos esten contruidos en 316 / 316L / 316Ti asi no limitara a un solo oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

Solicitamos la fabricación con los mayores estándares de calidad de tal manera a garantizar la durabilidad del equipo y el mayor tiempo operativo dentro del servicio. Favor Ajustarse a la última versión del PBC.

Consulta 48 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

En el item 2, en el punto 4.5 considerar que estén contruidos en 316 / 316L / 316Ti asi dara mayor apertura a oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

Solicitamos la fabricación con los mayores estándares de calidad de tal manera a garantizar la durabilidad del equipo y el mayor tiempo operativo dentro del servicio. Favor Ajustarse a la última versión del PBC.

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

En el punto 5.31 considerar otras normativas similares

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

En el punto 5.31 del ítem 2, considerar otras normativas similares

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 51 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
----------	-------------------	------------

No se visualiza quien se hara cargo de la desinstalacion de los equipos que no estan en funcionamiento asi como adecuacion del sitio

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo establecido en el PBC, el oferente deberá correr con todos los gastos asociados para el traslado e instalación de los equipos (sin costo para el MSPBS). Los nuevos equipos deben ser instalados y dejados en funcionamiento. Favor ajustarse al PBC.

Consulta 52 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: 7. Registro Sanitario para todos los ítems o Constancia de Renovación emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el mismo ente certifique que el/los productos pueden seguir siendo comercializados y/o importados.

Favor considerar que los ítems solicitados son considerados por DINAVISA como equipos de laboratorio, por tanto para DINAVISA no precisan de Registro Sanitario. Recomendamos indicar este punto como opcional posterior a las averiguaciones en la misma DINAVISA. Licitaciones recientes han considerado este punto como opcional para estos mismos tipos de equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 53 - ESPECIFICACION TECNICA - ITEM 2 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION (HIBRIDO)

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: 6.5 Insumos asociados al uso del equipo según recomendación del fabricante; por un periodo de dos años (paquetes o bolsas, agente activador, indicadores químicos y biológicos). Recomendamos se indiquen las cantidades de bolsas, agentes, indicadores y biológicos y cualquier otro accesorio y/o insumos que precise el servicio para este tipo de equipo, de manera a unificar la cotización de todos los oferentes, sino cada quien podría considerar lo que mejor le parezca y eso no hace a la igualdad de participación y competitividad exigida por la Ley de Contrataciones. Además en ningún momento se menciona la cantidad por lo menos en promedio diario de ciclos de vapor y ciclos con formaldehído que se realiza en la institución como para intentar realizar los cálculos para una programación por los 2 (dos) años como se exige.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 54 - ESPECIFICACION TECNICA ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
<p>DONCE SOLICITAN: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Favor considerar que la norma ISO 13485, no certifica por modelo, sino la fabricación de familias de productos, por tanto este punto no es posible de cumplir al exigir ISO 13485 del Modelo. Recomendamos considerarlo como opcional o indicar la correspondencia a la marca y descripción de los equipos cotizados, no especificar modelo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 55 - ESPECIFICACION TECNICA ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
<p>DONDE SOLICITAN: 4.5 Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, fabricadas en 316Ti con un espesor de igual o mayor a 6mm y pulidas de grados opcional, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático. Sobre el punto mencionado, favor aclarar suficientemente la palabra opcional a que hacen mención a que punto en particular hace referencia o si corresponde a todo el punto, no queda claro, podemos considerar que refiere al espesor de igual o mayor a 6mm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 56 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
<p>En el PBC indica No Aplica. Solicitamos a la convocante permita la realización de la visita técnica, que para la envergadura de los equipos se hacen necesarios para una correcta cotización de ambos items. Esta gestión permitiría conocer la necesidad de conexiones eléctricas o no, de adecuación de sala o no, y otras conexiones para la correcta instalación y puesta en marcha de los equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
<p>Ajustarse al PBC.-</p>		

Consulta 57 - Especificaciones técnicas - Apartado 4.5 de características - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
<p>Se solicita amablemente a la convocante, considerar en los ítems 1 y 2, en el apartado 4.5. que el espesor sea de 9 mm como mínimo, debido a que un mayor espesor permitirá mayor temperatura interna en la cámara del autoclave y mayor homogeneidad, así como también no se tendrán fluctuaciones considerables de temperatura, permitiendo mayor ahorro energético. Adicionalmente, solicitamos que la pulida no sea opcional, ya que a mayor grado de espejo (pulida), se facilita la limpieza y evita la formación de colonias o biofilm, por lo que se sugiere que la pulida sea igual o mayor a 0.2 µm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 58 - Especificaciones técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Se solicita amablemente a la convocante, considerar en el ítem 2, en el apartado 6.5. indicar de la siguiente manera "Insumos asociados al uso del equipo según recomendación del fabricante; por un periodo de dos años (cartuchos de formaldehído granulado)", ya que en la descripción del apartado 1.1, solicitan dicho agente esterilizante, a fin de completar de forma eficiente el proceso de esterilización a bajas temperaturas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 59 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Se solicita amablemente a la convocante que en el apartado de Plan de entregas, el plazo máximo se unifique con lo indicado en los apartados 7.3 de especificaciones de los ítems 1y 2, e indicar, plazo de entrega no deberá ser superior a los 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Solicitamos que para ambos item las declaraciones de modelos en la iso13485 sean de carater de naturaleza teniendo en cuenta que ya son varias las consultas que remiten al pliego de bases y condicones sobre este punto. favos tener en cuenta que atenta totalmente con lo establecido en la ley 7021 o aparentemente desconocen el contenido de las ISO13485.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor ajustarse a la versión 5 del PBC que menciona la modificación en dicho apartado. La ISO 13485 debe estar vigente e indicar marca y descripción del producto ofertado.		

Consulta 61 - ITEM 1 autoclave de esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Se podria admitir un autoclave de esterilizacion con volumen total de 650 litros? Inlcuyendo la construccion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor ajustarse a la versión 5 del PBC. La capacidad indicada se encuentra en el rango contemplado en las Especificaciones Técnicas		

Consulta 62 - ITEM 1 autoclave de esterilizacion con bomba de vacio -3

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Se podria admitir un autoclave de esterilizacion con bomba de vacio con circulacion de agua, con tiempo de secado de 0 a 9999 seg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
Favor ajustarse a la versión 5 del PBC		

Consulta 63 - ITEM 1 autoclave de esterilización de 650 litros-4

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un autoclave de esterilización de 650 litros con temperatura máxima de trabajo de 134 grados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC. Rango de temperatura de esterilización variable de 121°C a 134°C o mayor rango.

Consulta 64 - ITEM 1 autoclave de esterilización con temperatura diseñada de 150 grados-5

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un autoclave de esterilización con temperatura diseñada de 150 grados, con generador de vapor de 0,8 Mpa?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC. Rango de temperatura de esterilización variable de 121°C a 134°C o mayor rango.

Consulta 65 - ITEM 1 autoclave de esterilización con provision-6

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un autoclave de esterilización con provision de equipo de osmosis por separado

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC. El equipo de osmosis debe funcionar acorde a los requerimientos del equipo ofertado.

Consulta 66 - ITEM 1 autoclave de esterilización con precisión -7

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un autoclave de esterilización con precisión de temperatura de $\pm 0,2$ grados

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC.

Consulta 67 - ITEM 1 autoclave con puerta automática-2

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un autoclave con puerta automática, con pantalla táctil LCD; con presión de cámara interior: -0,1/0,3 MPa; Camisa: 0,3 Mpa; con presión de trabajo de 0,25 Mpa como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC.

Consulta 68 - VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
----------	-------------------	------------

Nos parece llamativo que no se realice visita al sitio para dimensionar el gasto en la instalación y si se necesita retirar algún equipo inoperativo si lo hubiere para así realizar mejor un costeo adecuado para la instalación de los equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 5 del PBC.

Consulta 69 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
----------	-------------------	------------

En el punto 7 de requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, solicitamos que se admita en trámite de registro con el comprobante de abono de iniciar la gestión en DINAVISA

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pbc, el producto ofertado debe contar con Registro Sanitario vigente, ya que la constancia de que el producto ha sido aprobada por la autoridad sanitaria que regula la comercialización de los dispositivos médicos

Consulta 70 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
----------	-------------------	------------

en el 3.2 de EETT donde solicitan que este descrito el modelo del equipo le recordamos a la convocante que el ISO 13485 es certificación de la Fabrica y no así de los equipos con los modelos por lo que se sugiere eliminar ese dicho.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del Pbc que menciona la modificación en dicho apartado. La ISO debe estar vigente e indicar marca y descripción del producto ofertado