

Consultas Realizadas

Licitación 457629 - Adquisición de Equipamientos Generales, Instrumentales y Equipos Médicos para 162 Unidades de Salud de la Familia - Ad Referéndum al PGN 2025

Consulta 1 - Item 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2024
SISTEMA DE AIREACIÓN FORZADA CON HOMOGENEIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA CÁMARA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO CON SISTEMA DE Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos sin aireación forzada. Es decir homogeneización por convección natural.		

Consulta 2 - Item 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2024
VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 60 LITROS. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 50 LITROS O MAYOR.		

Consulta 3 - Item 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2024
Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar este punto: 10 KITS DE TERMOINDICADORES PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO. ¿será aceptada la presentación de 25 tiras (termoindicadores) por cada kit?		

Consulta 4 - ITEM 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	04-12-2024
Solicita el PBC: 10 KITS DE TERMOINDICADORES PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO. Favor aclarar que debe contener el kit que requieren.		

Consulta 5 - ITEM 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	04-12-2024
Ítem 52 Estufa para esterilización 60 litros: El pliego se solicita capacidad 2- 3 bandejas y luego en los accesorios que debe incluir dice un juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar. Favor confirmar que el total de bandejas requeridas son 2 o 3, según capacidad del equipo.		

Consulta 6 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 47 del PBC dice: La AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR deberá ser presentada para los siguientes ítems: ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 1 BALANZA PARA ADULTOS CON TALLÍMETRO 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO 3 BALANZAS ELECTRONICAS INDUSTRIALES 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS Solicitamos al Convocante aclarar ¿esta solicitud aplica solamente a los Ítems 1,2,3 y 52? o ¿aplica a todos los Ítems? Debería aplicarse a todos los ítems, pues solicitan garantía de fábrica, servicio técnico especializado, etc; los cuales solamente el representante / distribuidor debidamente autorizado puede realizar.		

Consulta 7 - Habilitación vigente expedida por el MSP y BS como importador /Representante/ Distribuidor de dispositivos médicos

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 47 del PBC dice: e) Para licitantes domiciliados en el país del comprador: Copia autenticada de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS como importador /Representante/ Distribuidor de dispositivos médicos. Para oferentes en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación: al menos un socio deberá presentar la documentación, para los siguientes ítems 1, 2,3,52: Solicitamos al Convocante aclarar ¿esta solicitud aplica solamente a los Ítems 1,2,3 y 52? o ¿aplica a todos los Ítems? Debería aplicarse a la totalidad (excepto mobiliarios), ya que la mayoría de los ítems son dispositivos médicos.		

Consulta 8 - Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución).

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 47 del PBC dice: (f) Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución). Para oferentes en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación: al menos un socio deberá presentar la documentación, para los siguientes ítems 1, 2,3,52: Solicitamos al Convocante aclarar ¿esta solicitud aplica solamente a los Ítems 1,2,3 y 52? o ¿aplica a todos los Ítems? Debería aplicarse a la totalidad (excepto mobiliarios), ya que la mayoría de los ítems son dispositivos médicos.		

Consulta 9 - Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS.

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 48 del PBC dice: (g) Para licitantes domiciliados en el país del comprador: Constancia de Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS. Para oferentes en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación: al menos un socio deberá presentar la documentación, para los siguientes ítems1, 2,3,52: Solicitamos al Convocante aclarar ¿esta solicitud aplica solamente a los Ítems 1,2,3 y 52? o ¿aplica a todos los Ítems? Debería aplicarse a todos los dispositivos médicos según criterio de DINAVISA.		

Consulta 10 - (h) Declaración Jurada

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 48 del PBC dice. (h) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010. En la sección IV. Formularios de la Oferta no se encuentra el modelo para esta Declaración Jurada; por ende, solicitamos agregar el modelo en dicha sección.		

Consulta 11 - (i) DECLARACION JURADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2024
En la página 48 del PBC dice. (i) DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS". Para oferentes en Consorcio: Cada socio deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstos en el Artículo 21, Ley N° 7021/22, al tiempo de la presentación de la oferta. En la sección IV. Formularios de la Oferta no se encuentra el modelo para esta Declaración Jurada; por ende, solicitamos agregar el modelo en dicha sección.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 42 CAMILLA GINECOLÓGICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2024
En relación al punto donde se solicita "CERTIFICACIÓN ISO: 9001, 13485 Y/O 14001 VIGENTE," proponemos respetuosamente a la convocante considerar la siguiente redacción: "CERTIFICACIÓN: ISO 9001, ISO 13485, y/o ISO 14001 vigente, o al menos una de ellas." Esta modificación busca otorgar mayor flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos, manteniendo los estándares de calidad exigidos.		

Consulta 13 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la Página 116 del PBC dice: LUGAR DE ENTREGA (162 USF) Solicitamos a la Convocante permitir la entrega de la totalidad de los ítems en la Dirección de la Oficina Regional correspondiente a cada Región Sanitaria. Por ejemplos; Para la 3ra. Región Sanitaria Cordillera, entrega de los ítems en la Oficina regional sito en Tte. Parqueth esquina Concepción de la ciudad de Caacupé; Para la 9na. Región Sanitaria Paraguairí, entrega de los ítems en la Oficina regional sito en General Caballero c/ Pa'í Gómez de la ciudad de Paraguairí; y así sucesivamente. Las direcciones arriba citadas, han sido copias de la página web del MSPyBS.		

Consulta 14 - PBC - IAL 17.2

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la página 50 del PBC - IAL 17.2 (a) dice: "Se requiere la autorización del fabricante: Conforme a lo indicado en las IAL 11.1 (j) punto (d). Solicitamos a la Convocante permita la presentación una documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado. También solicitamos incorporar en el formulario de Autorización del Fabricante lo siguiente: "Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado"		

Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la Página 116 del PBC dice: LUGAR DE ENTREGA (162 USF) OBS: De las 162 USF's beneficiadas, actualmente unas 11 USF's, del orden N°33,35, 82, 84, 97, 106, 125, 128, 159, 160 y 162 se encuentran con probables reemplazos. Solicitamos a la Convocante que los bienes adjudicados, que no cuenten con lugares de entrega confirmados, puedan ser entregados en el Parque Sanitario Venezuela.		

Consulta 16 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la página 60 del PBC dice: Volumen anual de ventas en al menos 2 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2019-2020-2021-2022-2023) deberá ser equivalente, como mínimo: Luego en la página 61 del PBC dice: Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los cinco (5) últimos balances generales de los cinco (5) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante. El monto estimado para este llamado es de 10.590.000.000 aproximadamente. En el caso de que una empresa presente los cinco (5) últimos balances generales, de los cuales en dos años se superan los 11.000.000.000.- ¿ya cumplirían con esta exigencia y podría ofertar por la totalidad de los ítems?		

Consulta 17 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la página 60 del PBC dice: Volumen anual de ventas en al menos 2 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2019-2020-2021-2022-2023) deberá ser equivalente, como mínimo: Luego en la página 61 del PBC dice: Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los cinco (5) últimos balances generales de los cinco (5) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante. El monto total estimado para el ítem 52 es de 2.772.000.000 aproximadamente. En el caso de que una empresa presente los cinco (5) últimos balances generales, de los cuales en al menos dos años se superan los 2.772.000.000.- ¿ya cumplirían con esta exigencia y de esa manera poder cotizar en el ítem 52?		

Consulta 18 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la página 62 y 63 del PBC dice: Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los cinco (5) últimos balances generales de los cinco (5) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta auditados. Los informes de Auditoría, se presentan de manera separada a los Balances ¿será necesaria la presentación copias de dichos informes de Auditoría? Para demostrar el cumplimiento con este requisito.		

Consulta 19 - Constancia de Habilitación de Servicio Técnico

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
En la página 48 del PBC dice: (g) Para licitantes domiciliados en el país del comprador: Constancia de Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS. Para oferentes en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación: al menos un socio deberá presentar la documentación, para los siguientes ítems 1, 2, 3, 52: Solicitamos al Convocante aclarar ¿La licitante podrá presentar la Constancia de Habilitación de Servicio Técnico de una tercera empresa para cumplir con este requisito?		

Consulta 20 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2024
El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 2 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2019-2020-2021-2022-2023) deberá ser equivalente, como mínimo: Solicitamos a la Convocante aclarar ¿Cómo se puede realizar la presentación para este punto, teniendo en cuenta que las ventas se encuentran de forma global en los balances no de forma detallada?		

Consulta 21 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO). En una parte de las especificaciones técnicas dice: Mínimo 6 aperturas. Solicitamos amablemente al convocante permita la cotización como mínimo de 4 aperturas, teniendo en cuenta que el precio referencial no es suficiente para equipos que cumplan con esta exigencia.		

Consulta 22 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO). En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminación distal de fibra óptica con lámpara halógena de alta luminosidad. Solicitamos amablemente al convocante permita la cotización con lámpara halógena o LED.		

Consulta 23 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO).

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO). En una parte de las especificaciones técnicas dice: Control de luminosidad regulable. Solicitamos eliminar este control, ya que no todos los equipos cumplen.		

Consulta 24 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO).

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO). En una parte de las especificaciones técnicas dice: Un mango ergonómico de metal con pilas. Solicitamos al Convocante que aclare, ¿se debe suministrar solamente un mango para los dos cabezales (otoscopio y oftalmoscopio)?		

Consulta 25 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Dice en las especificaciones técnicas: Mínimo 6 aperturas. Solicitamos permita la cotización como mínimo de 3 aperturas.		

Consulta 26 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Dice en las especiaciones técnicas: Iluminación distal de fibra óptica con lámpara halógena de alta luminosidad. Solicitamos Iluminación distal de fibra óptica con lámpara luz halógena de alta luminosidad o LED.		

Consulta 27 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO).

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Dice en las especiaciones técnicas: Control de luminosidad regulable. Solicitamos amablemente al convocante control de luminosidad regulable que se declare opcional ya que el precio referencial no es suficiente para equipos que cumplan con esta exigencia.		

Consulta 28 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO).

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Dice en las especiaciones técnicas: Un mango ergonómico de metal con pilas. Solicitamos amablemente al convocante que se aclare, ¿si quieren solo un mango para los dos cabezales?		

Consulta 29 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	17-12-2024
Anticipo Solicitamos a la Convocante otorgar un Anticipo de al menos 20%, a los efectos de fomentar la participación, especialmente de las MIPYMES, en concordancia con las leyes que promueven la participación de este importante sector de la economía nacional.		

Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2024
Solicitamos amablemente a la entidad convocante considerar la posibilidad de aceptar al menos una de las certificaciones donde solicitan ISO 9001, 13485 y/o 14001 vigentes para el ítem 42, con el fin de fomentar una mayor participación de potenciales oferentes y ampliar la competitividad en el proceso.		

Consulta 31 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2024
En la Pagina 50 del PBC dice: Se requiere una DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. El modelo del documento a ser presentado se encuentra en la SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA del pliego de bases y condiciones: Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta (Página 65) Sin embargo, a través del portal virtual de la DNCP expresa: Tipo de Garantía - Garantía Bancaria, Póliza. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante aclarar cuál de las opciones es la que será aceptada ¿Declaración Jurada o la Garantía Bancaria y/o Póliza?		

Consulta 32 - ÍTEM 4 - AMBU PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 4 - AMBU PEDIATRICO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 635 ml. Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar: Volumen desde 500 ml o mayor.		

Consulta 33 - ÍTEM 5 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 5 - AMBU ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 1475 ml. Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" al volumen solicitado. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Volumen 1475 ml como mínimo.		

Consulta 34 - ÍTEM 16 - ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 16 - ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Estuche de Plástico Solicitamos amablemente al convocante permita la cotización Estuche de Plástico o Estuche blando.		

Consulta 35 - ÍTEM 17 - ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 17 - ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO PEDIATRICO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Estuche de Plástico Solicitamos amablemente al convocante permita la cotización Estuche de Plástico o Estuche blando.		

Consulta 36 - ÍTEM 30 - Caja de Cirugía menor.

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 30 - Caja de Cirugía menor. Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros para los instrumentales.		

Consulta 37 - ÍTEM 31 - Caja para Curaciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 31 - Caja para Curaciones Con todo respeto solicitamos a la Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros para caja.		

Consulta 38 - ÍTEM 32 - Set de Instrumental para insercion de DIU.

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 32 - Set de Instrumental para insercion de DIU. Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 1 cms para los instrumentales		

Consulta 39 - ÍTEM 33 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE.

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
ÍTEM 33 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Medidas aproximadas: 33 cm de diámetro y 16 cm de profundidad". Con todo respeto solicitamos a la Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros.		

Consulta 40 - Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO Donde dice: ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO CROMO O SATINADO CON PINTURA SECADA AL HORNO. Solicitamos se permita cotizar: ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO CROMO O SATINADO CON PINTURA SECADA AL HORNO O ABS.		

Consulta 41 - Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO Donde dice: SISTEMA DE PESAJE DEL TIPO MECÁNICO CON CONTROL DE CALIBRACIÓN INTERNO O PESA DE REFERENCIA Solicitamos se permita cotizar: SISTEMA DE PESAJE DEL TIPO MECÁNICO CON CONTROL DE CALIBRACIÓN INTERNO O PESA DE REFERENCIA O SISTEMA ELECTRONICO.		

Consulta 42 - Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO Donde dice: PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE. Solicitamos se permita cotizar: PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE O ABS DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE		

Consulta 43 - Ítem GALLO

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem GALLO Donde dice: DE PLÁSTICO CON TAPA MEDIDA: ADULTO, ESTÁNDAR. Solicitamos el punto con tapa sea OPCIONAL		

Consulta 44 - Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON)

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON) Donde dice: CONEXIÓN INTERFASE DE SALIDA PARA REGISTRO EXTERNO. Solicitamos el punto con tapa sea OPCIONAL		

Consulta 45 - Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON)

Consulta	Fecha de Consulta	23-12-2024
Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON) Donde dice: 20 POMOS DE GEL PARA ULTRASONIDOS. Solicitamos el punto con tapa sea OPCIONAL		

Consulta 46 - Documentos adicionales de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos aplicar la necesidad de presentar los documentos señalados en los incisos d), e), f) y g) de los DDL para los ítems 9, 10, 11, 30, 32, 33, 49, 50, 51, teniendo en cuenta que se trata de instrumentos médicos que se encuentran regulados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS y requieren de dichos documentos para su comercialización.		

Consulta 47 - Especificaciones Técnicas Ítems 30

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos permitir cotizar instrumentos con un margen de +/-2cm en las medidas		

Consulta 48 - Especificaciones Técnicas Ítem 31

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos permitir cotizar con un margen de +/-2cm en las medidas		

Consulta 49 - Especificaciones Técnicas Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos permitir cotizar instrumentos con un margen de +/-2cm en las medidas		

Consulta 50 - Especificaciones Técnicas Ítem 49, 50 y 51 Pulsioxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
¿Se podría cotizar conectividad RS-232 o USB?		

Consulta 51 - Especificaciones Técnicas Ítem 49, 50 y 51 Pulsioxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
¿Se podría cotizar alimentación eléctrica 100-240VAC, 50/60Hz?		

Consulta 52 - Especificaciones Técnicas Ítem 49 Pulsioxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Favor verificar el tamaño de los sensores solicitados, debería decir 5 (cinco) sensor de saturación de oxígeno tamaño neo		

Consulta 53 - EETT Ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos amablemente a la convocante poder considerar para el ítem 42 camilla ginecológica que sean aceptadas las medidas opcionales de +/-5cm donde dice 1.75 M LARGO X 0.55 M ANCHO X 0.80 M ALTO, CON RELLENO DE 5 CM. pueden ser considerados para un mejor uso. De tal manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Consulta 54 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Favor aclarar si la Lista de Precios a ser utilizado es la que trae el Pliego de Base y Condiciones, Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados, Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados, Bienes fabricados en el País del Comprador o si se va utilizar la que está en el portal virtual de la DNCP en Excel.		

Consulta 55 - Tipo de Garantía

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitan una DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA en el PBC, sin embargo a través del portal virtual de la DNCP expresa Tipo de Garantía - Garantía Bancaria, Póliza. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante aclarar cuál de las opciones es la que será aceptada ¿Declaración Jurada o la Garantía Bancaria y/o Póliza?		

Consulta 56 - EETT Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2024
Solicitamos a la convocante que sean aceptadas en el ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO, que las medidas sean aproximados u tengan +/-5cm. con el fin de fomentar una mayor participación de potenciales oferentes.		

Consulta 57 - EETT - ITEM N° 52

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Donde Solicitan: ESTUFA PARA ESTERILIZACION 60 LITROS. Podría Ser: Autoclave a Vapor de 60Lts, debido a que la tecnología de Estufa esta siendo descontinuada y en la actualidad existen pocos fabricantes		

Consulta 58 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Donde Dice: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 5 (CINCO) años [2019 al 2023] y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios relacionados a este llamado Podría Ser: al menos 3 (TRES) contratos y/o Facturas en los últimos 5 (CINCO) años [2019 al 2023] y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios relacionados a este llamado		

Consulta 59 - EETT - Balanza Item N° 1,2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Donde Solicitan: CERTIFICACIÓN: FDA, CE, ISO 9001, ISO 13.485 O AL MENOS DOS DE ELLAS. Podría Ser: GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS. CERTIFICACIÓN: FDA, CE, ISO 9001, ISO 13.485, MERCOSUR (ANMAT, ANVISA, INMETRO, INTN) O AL MENOS DOS DE ELLAS, considerando que las mismas en varios países no son considerados equipos médicos razón por la que adolecen de ISO 13485, CE o FDA		

Consulta 60 - EETT - Ítem N° 6, 7 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Podrían amablemente solicitar Certificado de Calidad CE, ISO13485 o MERCOSUR a los efectos de garantizar la calidad de los productos a ser provistos		

Consulta 61 - EETT - Desde el Ítem 9 al 14

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Podrían Agregar amablemente como requerimiento presentar certificados de calidad de los productos correspondientes a los ítems citados, a los efectos de garantizar y dar trazabilidad a los productos a ser provistos		

Consulta 62 - EETT - Ítem N° 16, 17 y 18

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Podrían amablemente agregar a las EETT como requisito la presentación de los certificados de Calidad ISO 13485, CE, FDA o MERCOSUR a los efectos de garantizar los productos a ser provistos		

Consulta 63 - GARANTIA DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Donde Dice: En la Pagina 50 del PBC: Se requiere una DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. El modelo del documento a ser presentado se encuentra en la SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA del pliego de bases y condiciones: Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta (Página 65) A LA VEZ en el portal virtual de la DNCP expresa: Tipo de Garantía - Garantía Bancaria, Póliza. Podría la Convocante aclarar cuál de las opciones es la que será aceptada ¿Declaración Jurada o la Garantía Bancaria y/o Póliza?		

Consulta 64 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 1 BALANZA PARA ADULTOS CON TALLÍMETRO Ítem 2 BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO		

Consulta 65 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 4 AMBÚ PEDIÁTRICO Ítem 5 AMBÚ ADULTO Ítem 6 MANÓMETRO		

Consulta 66 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 9 ESPÉCULO VAGINAL (PEQUEÑO) DE ACERO INOXIDABLE Ítem 10 ESPÉCULO VAGINAL (MEDIANO) DE ACERO INOXIDABLE Ítem 11 ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE) DE ACERO INOXIDABLE		

Consulta 67 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON) Ítem 16 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO Ítem 17 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO PEDIÁTRICO		

Consulta 68 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 19 EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO) Ítem 20 TERMÓMETRO DIGITAL Ítem 21 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR Ítem 22 ESTETOSCOPIO DE PINARD Ítem 23 GLUCÓMETRO		

Consulta 69 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 30 CAJA DE CIRUGÍA MENOR Ítem 31 CAJA PARA CURACIONES Ítem 32 SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU Ítem 33 TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE Ítem 34 SILLA DE RUEDAS		

Consulta 70 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Certificado de Registro Sanitario. Muchos de los ítems solicitados en esta licitación son denominados como dispositivos médicos por DINAVISA – MSPyBS. Por tal motivo, a los efectos de cumplir las disposiciones legales que regulan la importación y comercialización de los dispositivos médicos instamos a la Convocante a exigir la presentación del Certificado de Registro Sanitario para los siguientes ítems: Ítem 49 PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) NEONATAL Ítem 50 PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO Ítem 51 PULSIOXÍMETRO ADULTO		

Consulta 71 - ITEM N° 34 - SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Podrían Amablemente agregar al mencionado ITEM el requerimiento de presentar Certificado de Calidad del mismo con el fin de garantizar la calidad		

Consulta 72 - Ítem 49 PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Ítem 49 PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) NEONATAL Donde dice: 5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO NEONATAL. Solicitamos amablemente reducir la cantidad de accesorios solicitados, teniendo en cuenta que el precio referencial es muy bajo para un equipo con las características solicitadas y los accesorios suman el costo aún más. Sugerimos quede: 2 (DOS) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO		

Consulta 73 - Ítem 50 PULSIOXÍMETRO PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Ítem 50 PULSIOXÍMETRO PEDIATRICO Donde dice: 5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO PEDIATRICO. Solicitamos amablemente reducir la cantidad de accesorios solicitados, teniendo en cuenta que el precio referencial es muy bajo para un equipo con las características solicitadas y los accesorios suman el costo aún más. Sugerimos quede: 2 (DOS) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO PEDIATRICO.		

Consulta 74 - Ítem 51 PULSIOXÍMETRO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Ítem 51 PULSIOXÍMETRO ADULTO Donde dice: 5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO ADULTOS. Solicitamos amablemente reducir la cantidad de accesorios solicitados, teniendo en cuenta que el precio referencial es muy bajo para un equipo con las características solicitadas y los accesorios suman el costo aún más. Sugerimos quede: 2 (DOS) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO ADULTOS.		

Consulta 75 - Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON)

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON) Solicitamos amablemente ajustar el precio referencial del ítem, el mismo está completamente desfasado en relación al precio de mercado y más con las especificaciones técnicas solicitadas		

Consulta 76 - Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON)

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Ítem 15 DETECTOR FETAL (ECO SON) Donde dice: 20 POMOS DE GEL PARA ULTRASONIDOS. Solicitamos amablemente reducir la cantidad de geles solicitados, teniendo en cuenta que el precio referencial es muy bajo y los accesorios suman el costo aún más. Sugerimos quede: 2 (DOS) POMOS DE GEL PARA ULTRASONIDOS.		

Consulta 77 - EETT - En General

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
En todas las EETT publicadas las medidas están establecidas como valores absolutos. Solicitamos amablemente establecer un rango de variación de + - 10cm /mm o porcentual de acuerdo a cada ítem		

Consulta 78 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Solicitamos amablemente incluir el requisito de Autorización del Fabricante para todos los Ítems a ser cotizados por los potenciales oferentes		

Consulta 79 - EETT - Certificados de BPAyF

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Solicitamos incluir el requisito de Certificado de BPAyF emitido por el MSP para los muebles a ser fabricados además del registro de marca		

Consulta 80 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
solicitamos que se cumplan con las normativas vigentes para la producción nacional de equipamientos médicos, por lo que solicitamos se incorpore como documento requerido, el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control, emitido por DINAVISA.		

Consulta 81 - EETT - Certificados de Calidad

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Solicitamos amablemente tener en cuenta los nuevos certificados de calidad como ser MDR o UE745		

Consulta 82 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Muestras Para todos los ítems De manera a garantizar la calidad y el cumplimiento de las EETT solicitamos a la Convocante exigir la presentación de muestras de cada ítem (salvo aquellos ítems que difieren en tamaños, ejemplos: los espéculos, los ambués, los oxímetros).		

Consulta 83 - Muatras

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Muestras Solicitamos a la Convocante incluir la presentación de Muestras teniendo en cuenta que es la única forma de poder evaluar que los ítems cotizados reúnan la calidad, cualidad, y garantía que necesita la Convocante.		

Consulta 84 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
Anticipo MIPYMES. En la página web de la DNCP, para este llamado se encuentra en blanco la parte que hace referencia al Anticipo. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante incorporar la figura del Anticipo del 30% para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas.		

Consulta 85 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2024
En la página 63 del PBC dice: (b) Experiencia Especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (TRES) contratos en los últimos 5 (CINCO) años [2019 al 2023] y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares. Solicitamos ala convocante incluir la presentación de bienes que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares o de "MAYOR" capacidad en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios relacionados a este llamado.		

Consulta 86 - ITEM1 BALANZA PARA ADULTOS CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos a la convocante que el rango de medida del altímetro sea considerada desde 60 hasta 210 cm		

Consulta 87 - ITEM 1 Y 2 BALANZAS CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos amablemente a la entidad convocante considerar la posibilidad de aceptar al menos una de las certificaciones donde solicitan ISO 9001, 13485 , ce FDA, con el fin de fomentar una mayor participación de potenciales oferentes y ampliar la competitividad en el proceso		

Consulta 88 - ITEM 2 BALANZA PARA BEBE CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos a la convocante que la plataforma de acero inoxidable de 51x 24 se aplique el rango de medicion +/- 8 cm		

Consulta 89 - ITEM 4 AMBU PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que considere VOLUMEN 200 a 550 ml con dimensiones 146x100		

Consulta 90 - ITEM 5 AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS DIMENSIONES CONSIDEREN DE 600X212X131 Y EL VOLUMEN DE LA BOLSA DEL DEPOSITO DE OXIGENO COMO MINIMO DE 2000 ML, CON CONECTOR ESPIRATORIO 40 A 60 MM		

Consulta 91 - CERTIFICACION MDR

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que considere valido la CERTIFICACION MDR, este documento es en reemplazo del CE en algunos países		

Consulta 92 - ITEM 20 TERMOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
FAVOR ACLARAR DONDE DICE: TIEMPO DE MEDICION 3 SEGUNDOS (24 MEDICIONES POR SEGUNDO??FAVOR ACLARAR		

Consulta 93 - ITEM 20 TERMOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE PILAS ALCALINAS EN REEMPLAZO A LA BATERIA DE LITIO, ADEMAS LAS DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DONDE DICE DIMENSIONES 33X42X143 CONSIDERAR 36.9X43.3X141.1		

Consulta 94 - ITEM 20 TERMOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos a la Convocante que el ambiente de almacenamiento considere de -25°C-55°C		

Consulta 95 - ITEM 34 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SOBRE LOS NEMATICOS DE CAMBIO RAPIDO, ESTO SERIA CUBIERTAS INFLABLES O DE CAUCHO_?		

Consulta 96 - ITEM 34 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE CONSIDEREN EL RANGO DE VARIACION +-5 CM EN LAS RUEDAS POSTERIORES Y CAPACIDAD DE PESO 100 KG		

Consulta 97 - ITEM 52 ESTUFA PARA ESTERILIZACION DE 60 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN DONDE DICE ALARMAS POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEA OPCIONAL		

Consulta 98 - Item 6 Manometro

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
: En este Item solicitan a parte del manometro que cuente también con el Flujometro y el humidificador, solicitamos a la convocante tener en cuenta el precio referencial que esta por debajo de los precios que cuentan con este tipo de producto que ya vienen con dos productos mas a lo solicitado en el titulo del Item, por lo tanto creemos que el precio para este ítems debería ser de 880.000gs		

Consulta 99 - Item 6 Manometro

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Solicitamos a la convocante tener en cuenta también del certificado del MERCOSUR que también es valido ya que con el certificado FDA o Ce solo están permitiendo que entre productos chinos por el costo referencial solicitado		

Consulta 100 - Item 35 Biombo de 3 cuerpo

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Solicitan con dimensiones de 1.5 mts de ancho x 1.70 de alto, solicitamos a la convocante poder cotizar como mínimo de alto 1.6 mts y de ancho como mínimo 1.8 mts		

Consulta 101 - Item 40 Camilla Fija

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Solicitan las camilla con medidas de 1.75 m de largo x 0.55 m de ancho x 0.8 m de alto. Solicitamos a la convocante poder cotizar con medidas de 1.90 m de largo x 0.67 de ancho x 0.76 de alto y espaldar de 74°		

Consulta 102 - Item 42 Camilla Ginecologica

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Solicitan con las medidas de 1.75 m de largo x 0.55 m de ancho y 0.80 de alto, Solicitamos a la convocante poder cotizar con medidas mínimas de 1.74 m de largo x 0.52 de ancho y 0.83 de alto		

Consulta 103 - Item 42 Camilla Ginecologica

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
En las EETT solicitan que sea de estructura de acero inoxidable, solicitamos a la convocante poder cotizar con estructura fabricado en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia. Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación		

Consulta 104 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
El plazo de entrega solicitado por la convocante es de 60 días, solicitamos que se amplie a 90 días desde la recepción de la orden de compra ya que fabricar los equipos a un proveedor tarda por lo menos 30 días y que llegue a nuestro país dependiendo del origen tarda aproximadamente entre 30 a 45 días.		

Consulta 105 - Item 43 camilla movil

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Solicitan con medidas 1.75 m de largo x 0.55 m de ancho y 0.80 m de alto, solicitamos a la convocante poder cotizar con medidas mínimas de 1.85 m de largo x 0.78 m de ancho y 0.84 de alto. .		

Consulta 106 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Se solicita amablemente a la convocante si se podría considerar el plazo de entrega de 120 días hábiles, desde la notificación de la orden de compra en caso de exportación.		

Consulta 107 - ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Se podría aceptar glucometro con las siguientes dimensiones: 50.0x91.5x19.0mm?		

Consulta 108 - ITEM 52 estufa con estructura de acero

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Se podría aceptar: estufa con estructura de acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano, con capacidad de 70 Litros; Rango de temperatura ajustable entre temperatura ambiente +10 °C hasta 300 °C.		

Consulta 109 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
En la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, en el punto 1: Lista de Bienes y Cronograma de Entregas, donde menciona: "Plazo de entrega: 60 DIAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA." Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 90 días, considerando los tiempos necesarios para la fabricación, logística de envío y trámites aduaneros, además del volumen requerido de los bienes. Esta ampliación es indispensable para garantizar una competencia justa, permitiendo la participación de más oferentes con capacidad de suministro. Mantener un plazo restringido para beneficiar de manera desproporcionada a quienes cuentan con producto en stock, comprometiendo la equidad del proceso y limitando la diversidad de propuestas. Por lo expuesto, solicitamos que quede redacto de la siguiente manera: "Plazo de entrega: 90 DIAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA."		

Consulta 110 - ITEM 9 - ESPÉCULO VAGINAL (PEQUEÑO) DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico con tratamiento antireflectivo y que garantice su calidad hasta el término de la vida útil		

Consulta 111 - ITEM 10 - ESPÉCULO VAGINAL (MEDIANO) DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico con tratamiento antireflectivo y que garantice su calidad hasta el término de la vida útil		

Consulta 112 - ITEM 11 - ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE) DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico con tratamiento antireflectivo y que garantice su calidad hasta el término de la vida útil.		

Consulta 113 - ITEM 15 - DETECTOR FETAL (ECO SON)

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil		

Consulta 114 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil.		

Consulta 115 - ITEM 19 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Donde dice: CERTIFICACIÓN ISO: 9001, 13485 Y/O 14001 VIGENTE, sugerimos se mantenga solo el certificado ISO 13485 que es específico para dispositivos médicos		

Consulta 116 - ITEM 22 - ESTETOSCOPIO DE PINARD

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Solicitamos aclarar el material solicitado, en el título que se encuentra en la página de Contrataciones indica de madera y en las especificaciones técnicas se solicita de aluminio.		

Consulta 117 - ITEM 22 - ESTETOSCOPIO DE PINARD

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera que se encuentra por debajo de los precios de mercado.		

Consulta 118 - ITEM 29 - BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico, que garantice su calidad hasta el término de la vida útil.		

Consulta 119 - ITEM 30 - CAJA DE CIRUGIA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Solicitamos se acepten variación en las medidas de los instrumentales de + 2 cm considerando que pueden variar de un fabricante a otro		

Consulta 120 - ITEM 30 - CAJA DE CIRUGIA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico, con tratamiento antireflectivo y que garantice su calidad hasta el término de la vida útil.		

Consulta 121 - ITEM 31 - CAJA PARA CURACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico que garantice su calidad hasta el término de la vida útil		

Consulta 122 - ITEM 32 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Solicitamos se acepten variación en las medidas de los instrumentales de + 2 cm considerando que pueden variar de un fabricante a otro		

Consulta 123 - ITEM 32 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto fabricado en acero inoxidable quirúrgico, con tratamiento antireflectivo y que garantice su calidad hasta el término de la vida útil.		

Consulta 124 - ITEM 33 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil		

Consulta 125 - ITEM 33 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Donde dice: CERTIFICACIÓN ISO: 9001, 13485 Y/O 14001 VIGENTE, sugerimos se mantenga solo el certificado ISO 13485 que es específico para dispositivos médicos		

Consulta 126 - ITEM 49 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Donde dice: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 220V/50 HZ, solicitamos aclarar si se refiere al cargador de la batería reusable, considerando que estos equipos son portátiles y no se utilizan conectados a la corriente.		

Consulta 127 - ITEM 49 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil y teniendo en cuenta la cantidad de sensores adicionales solicitados.		

Consulta 128 - ITEM 50 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Donde dice: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 220V/50 HZ, solicitamos aclarar si se refiere al cargador de la batería reusable, considerando que estos equipos son portátiles y no se utilizan conectados a la corriente		

Consulta 129 - ITEM 50 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil y teniendo en cuenta la cantidad de sensores adicionales solicitados		

Consulta 130 - ITEM 51 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Donde dice: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 220V/50 HZ, solicitamos aclarar si se refiere al cargador de la batería reusable, considerando que estos equipos son portátiles y no se utilizan conectados a la corriente.		

Consulta 131 - ITEM 51 - PULSIOXÍMETRO (OXÍMETRO) ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2025
Para este ítem solicitamos se pueda ampliar el precio referencial de manera a que puedan recibir un producto que garantice su calidad hasta el término de la vida útil y teniendo en cuenta la cantidad de sensores adicionales solicitados.		

Consulta 132 - ITEM 49 -PULSIOMETRO OXIMETRO NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CONECTIVIDAD RS-232 SERIAL SEA OPCIONAL		

Consulta 133 - ITEM 5 AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS DIMENSIONES CONSIDEREN DE 212X131, VOLUMEN TIDAL 600 ML Y EL VOLUMEN DE LA BOLSA DEL DEPOSITO DE OXIGENO COMO MINIMO DE 2000 ML, CON CONECTOR ESPIRATORIO DESDE 30 A 60 MM		

Consulta 134 - ITEM 43 GALLO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA TAPA Y MEDIDA SEA OPCIONAL		

Consulta 135 - ITEM 20 TERMOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE QUE LAS MEDICIONES CONSIDEREN DESDE 2.000 , Y EL PESO HASTA Y EL PESO NETO SEA HASTA 90 GR		

Consulta 136 - ITEM 50-51PULSIOMETRO ADULTO-PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CONECTIVIDAD RS-232 SERIAL SEA OPCIONAL		