

Consultas Realizadas

Licitación 457895 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025

Consulta 1 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 5 AGUJA INTRAVENOSA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 220 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 2 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 6 AGUJA INTRAVENOSA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 220 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 3 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 7 AGUJA INTRAVENOSA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 220 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 4 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 137 TEST DE BOWIE DICK: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 33.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

19/07/25 02:01 1/16



Consulta 5 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 193 CATETER DE ASPIRACION: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 2.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 6 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 194 CATETER DE ASPIRACION: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 2.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 7 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 195 CATETER DE ASPIRACION: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 2.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 8 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 196 CATETER DE ASPIRACION: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 2.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

Consulta 9 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

ITEM 197 CATETER DE ASPIRACION: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 2.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, YA QUE EL CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO FUE REALIZADO A BASE DE LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN N° 454/2024

19/07/25 02:01 2/16



Consulta 10 - MUESTRAS

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante aclarar cuanto sigue.

Que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al item para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem correspondiente; de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Esto a fin de agilizar a la comisión evaluadora la verificación de los productos debido a la cantidad de ítems requeridos en el presente llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC, SE SOLICITA UNA MUESTRA POR CADA ITEM

Consulta 11 - EXPERIENCIA REQUERIDA Y REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En el punto donde la convocante solicita: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Al respecto solicitamos a la convocante INCLUIR ademas la presentación de contratos a fin de validar la experiencia requerida, por lo cual recomendación reformular este punto de la siguiente manera: Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 12 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Para el apartado de DISPOSITIVOS MEDICOS donde dice: REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA DINAVISA., SEGÚN CORRESPONDA, EXCEPTO PARA LOS ÍTEMS, 14, 48, 74, 83, 135, 157 Y 168.

Cumplimos en aclarar que, para los ítems Nº 83 PAPEL PARA ESTERILIZACION Y 135 PAPEL PARA ECOGRAFO, la DINAVISA si emite los correspondientes Registros Sanitarios por lo tanto solicitamos que para los mismos sea exigencia la presentación del referido documento a fin de que la convocante pueda acreditar debidamente la calidad y seguridad de estos productos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

REMITIRSE A LA ADENDA

19/07/25 02:01 3/16



Consulta 13 - EETT ITEM 41 CINTA PARA AUTOCLAVE

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En las especificaciones técnicas solicita de la siguiente manera: CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE (VAPOR) DE 18MMX50MTS.COMO MÍNIMO EJ: COLOR INICIAL INDISTINTO, COLOR FINAL INDISTINTO. DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ISO 11140-1 CLASE 1 MATERIAL LIBRE DE PLOMO.

Al respecto solicitamos a la convocante reformular las EETT de la siguiente manera: CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE (VAPOR) DE 18(+-1) MM X 50 MTS.COMO MÍNIMO EJ: COLOR INICIAL INDISTINTO, COLOR FINAL INDISTINTO. DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ISO 11140-1 CLASE 1 MATERIAL LIBRE DE PLOMO.

Esta solicitud lo hacemos teniendo en cuenta que el llamado anterior LPN Nº 02/2024 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024 ID: 437754 la convocante solicito las mismas EETT hoy recomendadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 14 - EETT ITEM 25 CANULA DE OXIGENO ADULTO

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si la canula es de material siliconado 100%. En caso afirmativo, solicitamos ajustar las especificaciones técnicas y el precio referencial a Gs. 74.180, tal cual como se encuentran los ítems 23 y 24 Canula de oxigeno pediatrico.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

SE REFIERE A TUBO O MANGUERA EN PVC GRADO MEDICO

Consulta 15 - EETT ITEM 27 CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL PEDIATRICO

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En las respectivas especificaciones técnicas, descripción del producto se solicita de la siguiente manera: CATETER VIA CENTRAL 2 LUMEN NEONATAL 3 FR DE 16CM DE LARGO ,CON INTRODUCTOR + JERINGA 5 ML Y EXTENSOR CON CLAMP.

Al respecto solicitamos ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: CATETER VIA CENTRAL 2 LUMEN NEONATAL 3 a 3,5 FR DE 16CM DE LARGO ,CON INTRODUCTOR + JERINGA 5 ML Y EXTENSOR CON CLAMP. A fin de contar con mayor participación de potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 4/16



Consulta 16 - EETT ITEM 83 PAPEL PARA ESTERILIZACION

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En las respectivas especificaciones técnicas, descripción del producto se solicita de la siguiente manera: PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN 140 CM X 140 CM + - 10 CM DE POLIPROPILENO

Al respecto solicitamos ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN 140 CM X 140 CM (+ - 20 CM) DE POLIPROPILENO. A fin de contar con mayor participación de potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 17 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Para el apartado PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL donde dice: REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA DINAVISA PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y PERFUMES PARA LOS ÍTEMS 143, 144 Y 145.

Solicitamos a la convocante que para los referidos ítems se solicite indistintamente REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA DINAVISA PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL O COSMÉTICOS Y PERFUMES o REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA DINAVISA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS ya que en el mercado local existen varios producto autorizados por DINAVISA ya sea como higiene o como dispositivo medico.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 18 - Paño para baño seco. Item 144

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En las especificaciones técnicas, solicitamos ampliar de la siguiente manera: PAÑO SECO CON CLORHEXIDINA AL 2% DE 20CM \times 20 CM \times 1.5 GRAMOS CADA UNO, CON AGENTE DE LIMPIEZA. Con el fin de permitir una mayor participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 5/16



Consulta 19 - EE.TT. ÍTEM 66 - Integrador para control de proceso de autoclave por vapor

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Con respecto al PBC en la Sección Detalle de los bienes y/o servicios, Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas, Especificaciones técnicas, ítem 66 "Tiras integradoras de área (8cm de superficie reactiva) para control de proceso de autoclave por vapor clase 5 con un color inicial indistinto y color final indistinto" 121° C - 20 min. 135° C-3.5min. Debe cumplir con la Normativa ISO 11140-1 Clase 1, Material Libre de Plomo. -" Se solicita a la convocante considerar modificar en la descripción del bien a "Tiras integradoras de área (8 \pm 1cm de superficie reactiva) para control de proceso de autoclave por vapor clase 5 con un color inicial indistinto y color final indistinto" 121° C - 15 ± 5 min. $135 \pm 1^{\circ}$ C-3.5min. Debe cumplir con la Normativa ISO 11140-1 Clase 1, Material Libre de Plomo. -" de modo a incluir al integrador de procesos de esterilización fabricado con base en parámetros similares, que cumplen con la misma función de lo solicitado, inclusive se podría optimizar el tiempo requerido para la esterilización a 121° C.

Al admitir la cotización de los integradores de procesos de esterilización con parámetros similares, se estandarizan los criterios de clasificación conforme a las Normas Técnicas Internacionales que rigen la materia, lo que facilita una mayor participación de proveedores en base al principio de igualdad y libre competencia, permitiendo a la convocante más oportunidades de obtener mejores condiciones de contratación en términos de precio y calidad para la entidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 20 - EE.TT. ÍTEM 67 - Integrador para control de proceso de autoclave por vapor

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Con respecto al PBC en la Sección Detalle de los bienes y/o servicios, Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas, Especificaciones técnicas, ítem 67 "tiras indicadoras de dos puntos reactivos para control de proceso de autoclave por vapor clase 4. Con un color inicial indistinto y color final indistinto 121°C-20 min. 134°C-3.5min. Debe cumplir con la Normativa ISO 11140-1 Clase 1, Material Libre de Plomo.-"

Se solicita a la convocante considerar modificar en la descripción del bien a "tiras indicadoras de dos puntos reactivos para control de proceso de autoclave por vapor clase 4. Con un color inicial indistinto y color final indistinto $121^{\circ}\text{C}-15 \pm 5$ min. $135 \pm 1^{\circ}\text{C}-3.5$ min. Debe cumplir con la Normativa ISO 11140-1 Clase 1, Material Libre de Plomo.-" de modo a incluir al indicador de procesos de esterilización fabricado con base en parámetros similares, que cumplen con la misma función de lo solicitado, inclusive se podría optimizar el tiempo requerido para la esterilización a 121°C .

Al aceptar la cotización de los indicadores de los procesos de esterilización con parámetros similares, se estandarizan los criterios de clasificación de acuerdo con las Normas Técnicas Internacionales pertinentes. Esto fomenta una mayor participación de proveedores, garantizando el principio de igualdad y libre competencia. A su vez, ofrece a la entidad convocante más oportunidades para obtener mejores condiciones de contratación en cuanto a precio y calidad.

RespuestaFecha de Respuesta29-01-2025AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 6/16



Consulta 21 - EE.TT. ÍTEM 137 - Test de Bowie Dick

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

Con relación al PBC en la Sección Detalle de los bienes y/o servicios, Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas, Especificaciones técnicas, ítem 137, solicitamos respetuosamente a la convocante la consideración de permitir la oferta de la presentación del Test de Bowie Dick en las medidas $12 \text{cm} \times 12 \pm 2 \text{cm} \times 1.5$ de espesor, como mínimo.

Además de permitir la presentación sin papel crepado sellado, puesto que existen otras alternativas en las presentaciones como por ejemplo que el indicador químico esté ubicado en el centro de un paquete entre hojas de papel poroso (cartulina con peso controlado) y empacado en una caja de cartón con etiqueta de proceso, si bien esta presentación es distinta, cumple con la misma funcionalidad, asegurando el control adecuado de los procesos de esterilización.

Al permitir la cotización de los indicadores de los procesos de esterilización con parámetros similares, se unifican los criterios de clasificación conforme a las Normas Técnicas Internacionales correspondientes. Esto promueve una mayor participación de los proveedores, asegurando el principio de igualdad y libre competencia. Además, brinda a la entidad convocante mayores posibilidades de conseguir condiciones más favorables en términos de precio, calidad y seguridad en el proceso de contratación.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 22 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En el punto PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO donde dice: REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR DINAVISA O CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DEL MSP Y BS VIGENTE, PARA EL ITEM 15

Solicitamos a la convocante que acepte indistintamente el REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR DINAVISA O CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO o bien el CERTIFICADO DE VENTA LIBRE DEL PAÍS DE ORIGEN. Esto en consideración de que la reglamentación sobre registro sanitarios para PDIV es nueva y varios proveedores se encuentran en proceso de cambio entre laboratorio central y DINAVISA, por consiguiente la cantidad de solicitudes diarias y la falta de recursos humanos por parte de la DINAVISA genera un considerable retraso en los trámites y emisión de los Registros Sanitarios o sus constancias.

En consecuencia solicitamos quede de la siguiente manera: REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR DINAVISA O CERTIFICADO DE VENTA LIBRE DEL PAÍS DE ORIGEN, PARA EL ITEM 15.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 23 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2024

En los requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica donde solicitan REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA DINAVISA PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS Y PERFUMES PARA LOS ITEMS 143, 144 Y 145. Aclaramos a la convocante que no corresponde dicha solicitud para el ítem 144, teniendo en cuenta la resolución 243/2021 de la DINAVISA MENCIONA QUE SON CONSIDERADOS PRODUCTOS COSMETICOS LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN CLORHEXIDINA EN CONCENTRACIONES MENORES O IGUALES A 0.3%. Por lo tanto solicitamos a la convocante excluir el ítem 144 en el punto mencionado.

 Respuesta
 Fecha de Respuesta
 29-01-2025

 AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 7/16



Consulta 24 - ITEM 80 - MICRONEBULIZADOR ADULTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2024

Favor aclarar si el micronebulizador incluye máscara.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 25 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 09-01-2025

En el apartado de 'Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica', donde dice: "Registro Sanitario Vigente expedido por la DINAVISA, En caso de que los documentos expedidos por DINAVISA se encuentre vencida deberá acompañar de un certificado que exprese que mientras dure el proceso de renovación, los bienes pueden seguir siendo fabricados, importados o comercializados". Se solicita amablemente a la convocante excluir de este criterio a los ítems: 46 (Frasco recolector) y 74 (Laminas Esmeriladas), ya que se trata de insumos generales de laboratorio, y según la resolución N° 266/22 no requieren de registro sanitario para su importación y comercialización.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 26 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 09-01-2025

En el apartado de 'Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica', se solicita amablemente a la convocante aclarar a qué tipo de productos se refieren los ítems 46 (Frasco recolector) y 74 (Láminas esmeriladas), ya que dichos artículos corresponden a insumos generales de laboratorio. Estos no se alinean con ninguna de las categorías mencionadas en el pliego, tales como: "productos de higiene personal", "dispositivos médicos" o "reactivos de uso in vitro". Solicitamos una aclaración para asegurar una correcta interpretación y cumplimiento de los requisitos establecidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 27 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 09-01-2025

En el apartado de 'Plan de entrega de los bienes', en el punto de CRONOGRAMA DE ENTREGAS, donde dice: "Dentro de los 15 días hábiles posterior a la emisión de la Orden de Compra". Se solicita amablemente a la convocante la extensión del plazo de entrega a 40 días hábiles, ya que el plazo establecido actualmente no refleja los tiempos reales requeridos para la fabricación, importación y despacho de los productos solicitados. De no modificarse este plazo, se estaría favoreciendo únicamente a los oferentes que ya disponen de los productos en stock, lo que podría limitar la participación de otros proveedores en condiciones equitativas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-01-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 8/16



Consulta 28 - MUESTRAS

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Solicitamos a la convocante que la devolución de las muestras sea de la siguiente manera (YA QUE NO QUEDA CLARO LA FORMA DE DEVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS ADJUDICADAS: PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: Las muestran presentadas quedaran en resguardo en la Farmacia del Hospital de Clínicas, en las debidas condiciones de almacenamiento. En caso que la empresa fuere adjudicada, podrán formar parte del lote adjudicado. Si la empresa no fuere adjudicada, la misma podrá solicitar el retiro de las muestras en el plazo de 5 días hábiles posteriores a la Resolución de adjudicación vía nota a la administración. Vencido el plazo quedaran como donación a la FCM UNA.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 29 - Item 135 Cateter para hemodialisis En catálogo: Cateter para Hemodialisis

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Por favor, aclaren si desean un kit que contenga jeringas de 5 ml o de 10 ml, o si el kit debe incluir ambas opciones. iGracias!

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 30 - item 47 compresa de vientre

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Solicitamos aclaracion de cuantos hilos debera tener la compresa.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 31 - item 47 compresa de vientre

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Favor aclarar cuando se refiere a linea radiopaca se refieren a hilo radiopaco o al lazo azul detectable?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 32 - Item 80 Kit para nebulizacion adulto

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Favor aclarar Material de fabricación y Longitud del tubo.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

19/07/25 02:01 9/16



Consulta 33 - item 83 Papel de Esterilizacion

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Favor aclarar tipo de material y gramaje.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 34 - item 93 Sistema Colector de orina

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

favor aclarar si el colector de orina debe ser en circuito cerrado y escala medidora del urinometro.

Debera medir cantidad de orina y el horario en que se produce?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 35 - item 136 Aerocamara

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

Favor aclarar si es tamaño pediatrico o adulto. aclarar si deben ser anti-estaticas.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 36 - Item 170 Regla de PVC

Consulta Fecha de Consulta 28-01-2025

favor aclarar medida de extension del tubo, la graduacion del manometro y el tipo de conexion.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-02-2025

REMITIRSE A LA ADENDA.

Consulta 37 - EETT ITEM 28 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar las EETT de la siguiente manera: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G X 3/4". CON 0,7MM DE LUZ INTERNA Y 19MM (+-1) DE LONGITUD, DE RESINA DE POLIURETANO 100% (BIOMATERIAL) LIBRE DE DEHP (DETILHEXIL-FTALATO), RADIOPACO, ESTÉRIL, QUE PERMITA FLUJOS A 20 ML /MIN COMO MINIMO, CON BISEL BI-ANGULADO Y TRIFACETADO, HEMOCOMPATIBLE, TROMBO RESISTENTE, TERMOSENSIBLE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIPINCHAZO DE ACTIVACIÓN PASIVA EN SOBRE INDIVIDUALES ESTÉRILES POR ÓXIDO DE ETILENO a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que dichas especificaciones técnicas corresponden a la marca INTROCAN ® CERTO// INTROCAN ® SAFETY / B. BRAUN

RespuestaFecha de Respuesta06-02-2025AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 10/16



Consulta 38 - EETT ITEM 29 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar las EETT de la siguiente manera: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1". CON 0,9MM DE LUZ INTERNA Y 25MM (+-1) DE LONGITUD, DE RESINA DE POLIURETANO 100% (BIOMATERIAL) LIBRE DE DEHP (DETILHEXIL-FTALATO), RADIOPACO, ESTÉRIL, QUE PERMITA FLUJOS A 33 ML /MIN COMO MINIMO, CON BISEL BI-ANGULADO Y TRIFACETADO, HEMOCOMPATIBLE, TROMBO RESISTENTE, TERMOSENSIBLE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIPINCHAZO DE ACTIVACIÓN PASIVA. EN SOBRE INDIVIDUALES ESTÉRILES POR ÓXIDO DE ETILENO a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que dichas especificaciones técnicas corresponde a la marca INTROCAN ® CERTO// INTROCAN ® SAFETY / B. BRAUN

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 39 - EETT ITEM 192 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar las EETT de la siguiente manera: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4". CON 1,1MM DE LUZ INTERNA Y 32MM (+-1) DE LONGITUD, DE RESINA DE POLIURETANO 100% (BIOMATERIAL) LIBRE DE DEHP (DETILHEXIL-FTALATO), RADIOPACO, ESTÉRIL, QUE PERMITA FLUJOS A 60 ML /MIN COMO MINIMO, CON BISEL BI-ANGULADO Y TRIFACETADO, HEMOCOMPATIBLE, TROMBO RESISTENTE, TERMOSENSIBLE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIPINCHAZO DE ACTIVACIÓN PASIVA. EN SOBRE INDIVIDUALES ESTÉRILES POR ÓXIDO DE ETILENO a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que dichas especificaciones técnicas corresponde a la marca INTROCAN ® CERTO// INTROCAN ® SAFETY / B. BRAUN

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 40 - EETT ITEM 204 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante modificar las EETT de la siguiente manera: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G X 1 1/4". CON 1,3MM DE LUZ INTERNA Y 32MM (+-1) DE LONGITUD, DE RESINA DE POLIURETANO 100% (BIOMATERIAL) LIBRE DE DEHP (DETILHEXIL-FTALATO), RADIOPACO, ESTÉRIL, QUE PERMITA FLUJOS IGUALES A 95 ML /MIN COMO MINIMO, CON BISEL BI-ANGULADO Y TRIFACETADO, HEMOCOMPATIBLE, TROMBO RESISTENTE, TERMOSENSIBLE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIPINCHAZO DE ACTIVACIÓN PASIVA. EN SOBRE INDIVIDUALES ESTÉRILES POR ÓXIDO DE ETILENO; a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que dichas especificaciones técnicas corresponde a la marca INTROCAN ® CERTO// INTROCAN ® SAFETY / B. BRAUN

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 41 - EETT ITEM 86 PROLONGADOR DE VIA

Consulta Pecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar si el Prolongador de vía deberá ser de desplazamiento neutro?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE DEBE SER DE DESPLAZAMIENTO NEUTRO

19/07/25 02:01 11/16



Consulta 42 - Vencimiento insumos no estériles

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

El PBC requiere vencimiento mínimo no inferior a 1 año de los insumos cotizados.

Los insumos no estériles no tienen vencimiento, por lo que se consulta si no habrá inconvenientes para la entrega en caso de ser adjudicados, considerando que la etiqueta no indica vencimiento al no ser estériles.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 43 - Ítem N° 167: Pasta p/ Electroencefalograma.-

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

En las Especificaciones Técnicas dice: "Certificado de Calidad: FDA y/o CE. Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo y electromiógrafo, composición como mínimo con agua, vaselina, PEG-60 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de socio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de socio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor"

Se describen características técnicas muy específicas que no permitirán la participación de más de un oferente. Por tal motivo, solicitamos utilizar la misma descripción de la anterior Licitación Pública Nacional N° 04-2022 con ID 406185, realizada por esta misma Convocante. También es importante citar otros llamados, tales como ID 398929 del MSPyBS y ID 414932 de la Policía Nacional. En estos casos, se utilizan descripciones de las especificaciones técnicas no restrictivas. Por lo expuesto, sugerimos la siguiente especificación técnica:

Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo en pote de 200 gramos como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 44 - Ítem N° 85: Placa para electrobisturi con cable.-

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

En las Especificaciones Técnicas dice: "placa para electrobisturi con cable" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar con o sin cable.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 45 - Ítem N° 85: Placa para electrobisturi con cable.-

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

En las Especificaciones Técnicas dice: "placa para electrobisturi con cable" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar con o sin cable.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 12/16



Consulta 46 - Plan de entrega

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

En la Página 38 del PBC dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado dentro de los 15 días hábiles posterior a la emisión de la Orden de Compra.

Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea de 45 días hábiles posterior a la emisión de la Orden de Compra teniendo en cuenta la cantidad solicitada y que en su mayoría debe ser importada.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 47 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Certificado de Registro Sanitario dice:

Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS.

Solicitamos que, para el Ítem 146 Chata de plástico, se exima la presentación de esta solicitud ya que se trata de un elemento de venta libre en las farmacias.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 48 - Ítem N° 108: Termómetro axilar-.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

En las Especificaciones Técnicas dice: "termómetro axilar de mercurio"

Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar termómetro axilar de mercurio o digital con las siguientes características:

Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos, que despliega el símbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0,1 grado.- Resolución: Incrementos y decrementos de 0,1 °C.- Precisión: \pm 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C).- Rango de medición: entre 32,0 °C a 42,0 °C.- Batería interna: de 1.5Volt.-

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 49 - Ítem 81 Papel para electrocardiograma

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas. Solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar al último llamado adjudicado a por lo menos Gs. 62.000 (guaraníes sesenta y dos mil), realizada por esta misma Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 13/16



Consulta 50 - Ítem 82 Papel para electrocardiograma

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas. Solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar al último llamado adjudicado a por lo menos Gs. 62.000 (guaraníes sesenta y dos mil), realizada por esta misma Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 51 - Experiencia requerida.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Demostrar experiencia en [Provisión de insumos médicos descartables] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los [3] años (2021,2022,2023). Se considerará sumatoria de los años citados.

Solicitamos a la Convocante se incluya la presentación de contratos para demostrar la experiencia. De ser así quedaría redactado de la siguiente manera: Demostrar experiencia en [Provisión de insumos médicos descartables] con CONTRATOS, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los [3] años (2021,2022,2023). Se considerará sumatoria de los años citados.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 52 - Registro Sanitario Vigente.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Registro Sanitario Vigente expedido por la DINAVISA., según corresponda, excepto para los Ítems, 14, 46, 48, 74, 157 y 168.

Solicitamos a la Convocante que requieran la presentación del Registro Sanitario Vigente expedido por la DINAVISA para todos los ítems

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 53 - Hilo para sutura acido poliglicolico Item 58 Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: SUTURA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO DE MEDIANO PLAZO DE ABSORCION. CALIBRE 2/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, ATRAUMATICA, PUNTA REDONDA DE 26 MM (+-1) Y LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM COMO MINIMO. Para fomentar mayor participación de potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

AJUSTARSE AL PBC

19/07/25 02:01 14/16



Consulta 54 - EETT ITEM 101 Sonda Nasogastrica pediátrico

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar si la Sonda Nasogastrica pediátrico corresponde a una cobertura siliconada o material de silicona 100%. En caso de ser cobertura silicona favor detallar el tipo de material.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE ES MATERIAL 100 % SILICONADO

Consulta 55 - EETT ITEM 102 Sonda Nasogastrica pediátrico

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar si la Sonda Nasogastrica pediátrico corresponde a una cobertura siliconada o material de silicona 100%. En caso de ser cobertura silicona favor detallar el tipo de material.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE ES MATERIAL 100 % SILICONADO

Consulta 56 - EETT ITEM 103 Sonda Nasogastrica pediátrico

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar si la Sonda Nasogastrica pediátrico corresponde a una cobertura siliconada o material de silicona 100%. En caso de ser cobertura silicona favor detallar el tipo de material.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE ES MATERIAL 100 % SILICONADO

Consulta 57 - EETT ITEM 104 Sonda Nasogastrica pediátrico

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante aclarar si la Sonda Nasogastrica pediátrico corresponde a una cobertura siliconada o material de silicona 100%. En caso de ser cobertura silicona favor detallar el tipo de material.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE ES MATERIAL 100 % SILICONADO

Consulta 58 - EETT ITEM 58 HILO PARA SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Solicitamos a la convocante aclarar si dicho ítem corresponde a Hilo para sutura acido poliglicolico o sutura de poliglactina, ya que corresponden a materiales distintos y poder unificar criterios.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

SE ACLARA QUE CORRESPONDE A HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA

19/07/25 02:01 15/16



Consulta 59 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2025

Se solicita a la convocante agregar en la solicitud de registro sanitario lo siguiente: "Registro Sanitario Vigente expedido por la DINAVISA, En caso de que los documentos expedidos por DINAVISA se encuentre vencida deberá acompañar de un certificado que exprese que mientras dure el proceso de renovación, los bienes pueden seguir siendo fabricados, importados o comercializados." Con el fin de homogeneizar criterios con respecto al apartado de CAPACIDAD TÉCNICA donde expresa lo mismo.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-02-2025

ESTA ESTABLECIDO EN EL PBC, APARTADO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PÁG. 18

19/07/25 02:01 16/16