

Consultas Realizadas

Licitación 458698 - LPN N° 24/2025 - SERVICIO DE ESTERILIZACION PARA EL MSPBS

Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
Se solicita modificar el sistema de adjudicación conforme a lo siguiente: Lote 1: Servicios de Esterilización y Provisión de Packs para el Hospital del Trauma Lote 2: Servicios de Esterilización y Provisión de Packs para el Hospital General de Luque Un oferente podrá adjudicarse solo hasta un lote. Lo solicitado se debe a que, según los datos recabados en la visita técnica realizada, los tipos de servicios quirúrgicos que se realizan en cada centro asistencial abarcan distintas especialidades y el objetivo de cada hospital es diferente, al ser uno de trauma y el otro un hospital general, afectando el tipo de servicio de esterilización requerido para cada uno. De mantenerse el sistema de adjudicación por el total, el servicio de esterilización no será eficiente debido a las distintas necesidades de cada uno de los centros asistenciales. Al separar por Lotes los servicios, la empresa adjudicada optimizará la provisión del servicio de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, considerando que se contemplo en el PBC las exigencias técnicas a través de las responsabilidades y obligaciones de la empresa adjudicada donde se expresa claramente la exigencia de la capacidad mínima requerida a ser instalada para centralizar y abastecer la demanda de ambos hospitales, precautelando así la optimización y eficiencia de los servicios de esterilización de todos los dispositivos médicos a realizar en métodos de Alta y Baja Temperatura independientemente a las especialidades que pueda tener cada nosocomio.		

Consulta 2 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
Al no ser posible para la convocante proveer una sala para el servicio de esterilización dentro de cada centro asistencial, se sugiere que el sistema de adjudicación sea por Lote (un centro asistencial por cada lote) e incluir entre los requerimientos de capacidad técnica como un criterio de evaluación excluyente o como criterio sustentable, que el centro de esterilización externo se encuentre a una distancia no mayor a 5 km, de manera a prestar respuesta oportuna al servicio requerido.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, la empresa adjudicada deberá tomar los recaudos necesarios con las inversiones correspondientes que garanticen una respuesta oportuna del servicio requerido		

Consulta 3 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
EN EL PARÁMETRO DE EVALUACIÓN “TRAZABILIDAD” – DONDE DICE: Software Utilizado durante al menos 3 años Favor aclarar lo siguiente: Considerando que la tecnología avanza exponencialmente cada año, se consulta el motivo por el cual un software de 03 años de antigüedad sería mejor que uno desarrollado y actualizado 01 año atrás. Así también, solicitamos modificar el requisito, y no requerir antigüedad de uso del software sino indicar las funcionalidades con las que debe contar, y el soporte técnico que debe respaldarlo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, se exige una experiencia mínima en la utilización del software de trazabilidad con el fin de garantizar los procesos de los equipos médicos en tiempo real dentro de la CEyE asegurando así los servicios de esterilización a ser prestados por la empresa adjudicada, este último se debe encargar de gestionar el soporte técnico y las actualizaciones correspondientes al software que permitan un correcto funcionamiento.		

Consulta 4 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
Se observa que el parámetro de evaluación “PRECIO”, es el único en el que se estableció cómo se determinará la obtención del total de puntos (12) o menor cantidad de puntos. Se solicita indicar claramente los criterios a ser tomados para evaluar los demás parámetros (Calidad; Experiencia ; Condiciones de Entrega ; Innovación), y aclarar si se podrá obtener un puntaje inferior al total o no, porque si solamente se puede obtener el total, no tienen ningún sentido incluirlos para una evaluación por multiplicidad de criterios, porque sería simplemente un cumple o no cumple. Por ejemplo en la experiencia: Establecer si se acredita la facturación como mínimo del 35% del monto máximo, se obtienen 20 puntos ; con el 30% de facturación 15 puntos, y así sucesivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 5 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS – CRITERIO DE INNOVACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
Se otorgan 13 puntos a la “Innovación”, sin embargo, la redacción del requisito de acreditación es el siguiente: “Materiales Audiovisuales, fotografías e infografía de la Central de Esterilización donde serán prestados los Servicios donde conste la totalidad mínima de equipamientos e infraestructura solicitados en el PBC”. En el caso de una planta que se encuentre operando (que necesariamente debe ser así por la redacción del criterio), los equipos utilizados no serán nuevos, tendrán un desgaste importante, y no contarán con prestaciones de última tecnología. Conforme a lo expuesto se consulta: ¿Cuál sería el aporte en “Innovación” el contar con equipamiento usado? Tampoco se establecen criterios para obtener menos puntos que el total, por lo que se solicita analizar nuevamente el punto, y modificarlo para que el valor por dinero en “INNOVACIÓN” se corresponda realmente a la implementación de nuevas tecnologías y/o procesos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, la innovación consiste en mejoras continuas mediante actualización de la tecnología instalada que permita mejorar la calidad.		

Consulta 6 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
En el criterio de: EXPERIENCIA DEL OFERENTE O DE SU EQUIPO DE TRABAJO. Se entiende que para la obtención de los 10 puntos asignados se debe contar con “...Contratos Laborales o Constancias de IPS donde conste la antigüedad igual o superior a 2 años de al menos 20 personas...”, sin prever la calificación técnica para el servicio que deben prestar, un absurdo. Favor modificar el punto, y definir un equipo de trabajo mínimo, con el perfil profesional/técnico y de experiencia de cada uno, y establecer una escala para otorgar los puntos en el presente criterio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 7 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
EN EL PARÁMETRO DE EVALUACIÓN “TRAZABILIDAD” – DONDE DICE: Software Utilizado durante al menos 3 años Se solicita lo siguiente: Favor indicar el documento por el cual se acredita que el software ofertado fue utilizado durante 03 años. También se solicita aclarar si el uso de 03 años, se refiere a los últimos 3 años de uso, o 3 años de uso continuado en cualquier rango de años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: a. Acreditar al menos 3 años de existencia en el mercado prestando servicios de esterilización en el mercado local; Entre los documentos para acreditar la experiencia se menciona la Constancia de RUC y facturas, contratos y actas. Sobre el punto se consulta: Cuál de los datos que contiene el RUC se considerará para acreditar la experiencia, teniendo en cuenta que no existe una actividad económica específica para “servicios de esterilización de materiales hospitalarios”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 9 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: d. El oferente deberá acreditar que cuenta con la cantidad de, al menos, 20 empleados asegurados en la seguridad social, con una antigüedad mínima de 2 años cada uno. Se consulta lo siguiente: ¿en qué forma va a mejorar o modificar la calidad de servicio prestado si una empresa cuenta o no con esa cantidad de empleados en relación de dependencia con antigüedad de 02 años?, la empresa puede poseer personal de gran capacidad y no necesitar específicamente de "20" empleados como mínimo, considerando además que estos 20 empleados pueden ser administrativos y de apoyo, que nada tiene que ver con el servicio de esterilización. La cantidad de 20 empleados (que no aclara si son especialistas en el servicio o personal administrativo o de apoyo) y con 02 años de antigüedad en la nómina del oferente, no constituye una condición técnica indispensable para el cumplimiento de un servicio de calidad, y representa un limitación a la libre concurrencia comprometiendo el principio de igualdad y libre competencia, disminuyendo las posibilidad de mejores condiciones de contratación para la convocante, en detrimento del principio de economía, eficacia y eficiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, para garantizar un servicio eficiente la convocante exige un mínimo de funcionarios con el expertise requerido, las especialidades exigidas están establecidas en los puntos a y b del apartado Recursos Humanos, mientras que la calidad del servicio exige capacitaciones constantes del personal técnico en los puntos c, d y e		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: "Asegurar y validar los procesos de esterilización de acuerdo a normas nacionales e internacionales..." SE SOLICITA LO SIGUIENTE: Favor especificar las "NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES" para asegurar y validar el proceso de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ver resolución SG N° 234/2017 - Normas de Procedimiento, Métodos de Esterilización y Desinfección		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ORGANIZACIÓN DE LA CENTRAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: "La Central de Esterilización dispondrá de un Manual de Procedimientos de los servicios prestados elaborado por la empresa adjudicada, ajustado al estricto cumplimiento de las NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES, relacionadas al proceso de esterilización..." SE SOLICITA LO SIGUIENTE: Favor especificar las "NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES" vigentes para el Manual de Procedimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ver resolución SG N° 234/2017 - Normas de Procedimiento, Métodos de Esterilización y Desinfección		

Consulta 12 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: Certificación ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad vigente. Favor modificar a: Compromiso de Certificación de Gestión de Calidad al servicio específico a ser prestado en el objeto del presente llamado, mediante declaración jurada. Lo solicitado se requiere por lo siguiente: En primer lugar, la Certificación específica requerida de ISO, resulta limitante, considerando que se podría certificar la gestión de la calidad, mediante otras normas, nacionales y/o internacionales. En segundo lugar, un oferente que en la actualidad cuente con la Certificación vigente, deberá adecuar sus procedimientos al servicio requerido, es decir, sus procesos y procedimiento actuales no se encuentran ajustados al servicio a ser prestado, por lo cual no puede ser aplicado. La gestión de la calidad debe certificarse al proceso a ser realizado, por lo cual la redacción sugerida es la correcta, y no limita la participación de los que cuentan con una certificación en la actualidad, ni de otro potencial oferente que tenga la intención de certificar los procesos y procedimientos para el objeto del presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 13 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: j Para los materiales e Instrumentos quirúrgicos requeridos para la prestación del Servicio. Registros Sanitarios para los instrumentales quirúrgicos que componen las cajas en comodato, así como también para los equipos de esterilización (de alta y baja temperatura también para los equipos de esterilización (de alta y baja temperatura). SE SOLICITA LO SIGUIENTE: Favor proveer una lista con cada uno de los materiales e Instrumentos quirúrgicos que componen las cajas en comodato, de manera a poder identificar los registros sanitarios de los mismos. En el PBC no se visualizada el detalle de instrumentales ni motores en comodato ni sus especificaciones técnicas y cantidades requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, según el Plan de Prestación de Servicios detallados en el PBC se indica que la empresa adjudicada deberá constituirse en los servicios de los Hospitales Designados por el MSPyBS a fin de realizar el relevamiento en forma conjunta con los responsables de cada servicio, con el personal propio de cada hospital autorizado por la Dirección Médica. Se deberá poner a disposición de cada hospital, en un periodo no mayor a 180 días desde la firma del contrato los instrumentales según relevamiento realizado		

Consulta 14 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUACIÓN BASADA EN MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
En el criterio de calidad, en el Parámetro “Sistema de Gestión de Calidad”, se prevén 20 puntos para el que cuente con un certificado ISO 9001 o similar, pero no se prevé puntajes para otros de certificaciones y/o un puntaje menor, o los casos en el que otorgarán menos de 20 puntos. Favor establecer una escala mínima y máxima de puntos (20) indicando sin lugar a interpretaciones, las condiciones que deben cumplirse para obtener, 5, 10, 15 o 20 puntos. Así también, se solicita aclarar, en qué tipo de procesos o servicio se debe contar con el certificado ISO 9001, porque se podría contar con un certificado ISO 9001, que nada tiene que ver con el objeto del llamado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 15 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: Provisión de Servicios de Esterilización en Alta Temperatura (Vapor presurizado) y Baja Temperatura (Vapor de Peróxido de Hidrogeno-Plasma y/o Vapor de Formaldehido) Provisión de Comodatos de Instrumental Quirúrgico y Motores Quirúrgicos, Provisión de Comodatos de Instrumental Quirúrgico y Motores Quirúrgicos, Provisión de Pack Quirúrgico, esterilizados en Alta y Baja Temperatura. Todos los objetos, son del presente llamado y para su comprobación ser requiere presentar documentos como: contratos, facturaciones de venta y recepciones finales a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente a 35% del monto máximo del presente llamado dentro de los últimos 3 años (2021, 2022, 2023). Sera considerado valido el haber alcanzado el porcentaje en cualquiera de los años. FAVOR ACLARAR LO SIGUIENTE: El 35% del monto máximo requerido debe ser de cada tipo de provisión? ¿O en caso de contar con la experiencia en uno de ellos será tomado como válida?; o se considerará un porcentaje mínimo en cada uno de los tipos de provisión hasta sumar el 35%?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Todos los objetos, son del presente llamado y para su comprobación ser requiere presentar documentos como: contratos, facturaciones de venta y recepciones finales a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente a 35% del monto máximo del presente llamado dentro de los últimos 3 años (2021, 2022, 2023)		

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PUNTO 1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: 1. Para el caso del sistema en comodato los instrumentales y motores quirúrgicos están enunciados en el Pliego. SE SOLICITA LO SIGUIENTE: No se visualiza el detalle de los instrumentales y motores quirúrgicos que deben proveerse, solo se menciona el tipo de caja con la cantidad de instrumentales, pero no el detalle de los instrumentales y motores quirúrgicos en comodato. Favor proveer el listado de instrumentales y motores quirúrgicos, con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas, de manera a realizar una cotización adecuada. Se recuerda a la convocante que las especificaciones técnicas deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, según el Plan de Prestación de Servicios detallados en el PBC se indica que la empresa adjudicada deberá constituirse en los servicios de los Hospitales Designados por el MSPyBS a fin de realizar el relevamiento en forma conjunta con los responsables de cada servicio, con el personal propio de cada hospital autorizado por la Dirección Médica. Se deberá poner a disposición de cada hospital, en un periodo no mayor a 180 días desde la firma del contrato los instrumentales según relevamiento realizado		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PUNTO 2 RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIALES.

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: 1 Procesos Administrativos: “La Empresa deberá proveer un sistema informático de gestión del CEyE, con estándares de calidad...” SE CONSULTA LO SIGUIENTE: ¿Cuáles son los estándares de calidad que son requeridos para el sistema informático de gestión de la CEyE?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 18 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: En caso consorcio: Para el Punto e, la documentación requerida más arriba podrá estar a nombre del socio líder del consorcio. Favor modificar a: En caso consorcio: Para el Punto e, la documentación requerida más arriba podrá estar a nombre de cualquier integrante del consorcio. Lo solicitado es debido a que es irrelevante que el Certificado de Registro y Habilitación este a nombre del líder del consorcio, si sería relevante que en la escritura del consorcio constituido o en el acuerdo de intención, se verifique que la empresa que cuenta con el Certificado, sea la responsable del servicio de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 19 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: c Acta Notarial donde se presenten imágenes de todos los equipamientos de la Central de Esterilización y copia Autenticada por Escribanía Pública de las facturas de compra de todos los equipamientos de la Central de Esterilización. Se solicita la exclusión de los documentos del punto c, debido a que es totalmente desmedido, absurdo, y no garantiza en absoluto que se cuenten con los equipos para el servicio requerido, porque las fotos pueden ser antiguas y las facturas pueden ser de equipos que ya no se encuentran en funcionamiento, y además en el punto d, se prevé una visita al sitio de la central de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
DONDE DICE: El MSPyBS, en su red de Hospitales objetos de este pliego, cuenta con 13 quirófanos instalados en su capacidad máxima, CON UN PROMEDIO MENSUAL DE 1.350 CIRUGÍAS SE SOLICITA LO SIGUIENTE: Considerando que el objeto del llamado es para 2 centros asistenciales con una distancia importante uno del otro, se solicita especificar la cantidad promedio de cirugías por cada centro asistenciales, de manera a realizar un cálculo correcto de los costos logísticos para la posterior cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, para tal efecto se estableció en el PBC la posibilidad de que los potenciales oferentes puedan realizar la visita al los sitios de la ejecución del contrato, marcado para el 14 de febrero de 2025 el cual debía confirmarse a la DOC del MSPBS hasta 2 (dos) días hábiles previos a las fechas de visita al sitio.		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
DONDE DICE: Instrumentales quirúrgicos estériles en comodato: La empresa adjudicada pondrá a disposición del MSPyBS instrumentales quirúrgicos y motores en comodato que serán de la más alta calidad y funcionalidad. - Los motores quirúrgicos que la CEyE debe poner a disposición del MSPyBS son como mínimo los siguientes: Perforadores, Sierras oscilantes, Enterótomos y Craneótomos. Se solicita a la convocante se sirva detallar las características técnicas por cada caso, tales como las revoluciones del toque de cada motor autoclavable. - Si se produjera extravío, sustracción, perdida o mal uso de los instrumentales, la empresa informara formalmente inmediatamente (24 hs. como máximo) a las autoridades del Hospital y al Administrador del Contrato, a fin de tomar las medidas correctivas y preventivas correspondientes. Se solicita a la convocante modificar de la siguiente manera: Si se produjera extravío, sustracción, perdida o mal uso de los instrumentales, la empresa informara formalmente inmediatamente (24 hs. como máximo) a las autoridades del Hospital y al Administrador del Contrato, a fin de establecer las responsabilidades jurídicas según corresponda, y tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 22 - PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TRAUMA Y LUQUE

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
En los ítems 13, 14, 15, 16, 17 y 18 en la parte que refiere: - CADA PAQUETE DEBE CONTENER: 03 chalecos: 2 tamaño grande + 1 tamaño extragrande, todos con refuerzo delantero impermeable, puño c/ pretina de algodón, fijación con cierre de contacto o abrojo, lazo interno y externo Se solicita a la convocante aclarar el modelo del chaleco con manga requerido, en vista que cuando se habla de un chaleco en general se trata de una prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco hasta la cintura. - ...pares de guantes de guantes quirúrgicos estériles de látex. Se solicita a la convocante señalar los tamaños/ talles requeridos y si se requieren con polvo o sin polvo,		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 23 - PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TRAUMA Y LUQUE

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
Items 19, 20 - CADA PAQUETE DEBE CONTENER: Bata estéril descartable tamaño grande, cada paquete debe contener: 01 (un) chaleco tamaño grande con refuerzo delantero impermeable, puño c/ pretina de algodón, fijación con cierre de contacto o abrojo; lazo interno y externo. Se solicita a la convocante detallar claramente las especificaciones técnicas de la Bata y el chaleco sin perder de vista que este último se trata de una prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco hasta la cintura.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
MATERIAL CONSUMIBLE Las obligaciones de la empresa adjudicada, para gestión y suministro de este anexo, son como mínimo lo siguientes: - "Detergentes (enzimático, neutro y alcalino) para el lavado manual y automático". Se solicita a la convocante modificar de la siguiente manera: "Detergente (enzimático neutro) para el lavado manual y automático". Cabe resaltar en efecto que Los Detergentes /limpiadores enzimáticos son perfectos para la limpieza de instrumentales quirúrgicos, hospitalarios y endoscópicos de fibra óptica flexible, eliminan con eficacia los residuos de proteínas, grasas, almidón, celulosas y derivados, mientras un detergente alcalino es un producto también de limpieza y desinfección capaz de disolver la grasa incrustada, así como pinturas, barnices y suciedad orgánica pudiendo ser corrosivos y causar deterioros en forma de quemaduras químicas y dañar los materiales, motivo este a considerar para minimizar riesgos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 25 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
DONDE DICE: Declaración Jurada por la cual el oferente en caso de ser adjudicado se compromete a que, una vez finalizado el contrato, debe hacer entrega del área de depósito transitorio otorgado por la convocante en las mismas condiciones y con las mejoras realizadas. Favor aclarar si las mejoras realizadas se refieren únicamente a las relacionadas con la infraestructura edilicia, y no a equipamiento informático y /o materiales propios del servicio, como carros de transporte y otros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 26 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
DONDE DICE: Declaración Jurada por la cual el oferente en caso de ser adjudicado se compromete a que, una vez finalizado el contrato, debe hacer entrega del área de depósito transitorio otorgado por la convocante en las mismas condiciones y con las mejoras realizadas. Favor aclarar si las mejoras realizadas se refieren únicamente a las relacionadas con la infraestructura edilicia, y no a equipamiento informático y /o materiales propios del servicio, como carros de transporte y otros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 27 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
En donde solicita Cajas en comodato Estéril. Set AT/VAPOR Comodato 2 a 20 piezas T1, de 21 a 50 piezas T2 y de más de 50 piezas- T3, se solicita amablemente a la convocante si pudiera especificar las siguientes medidas: Dimensiones máximas aceptadas (Exterior): 592 x 281 x 204 mm 592 x 281 x 152 mm, 300 x 281 x 152 mm, 470 x 281 x 152 mm . Dimensiones máximas aceptadas (Interior): 544 x 258 x 172 mm, 544 x 258 x 120 mm, 254 x 258 x 120 mm, 421 x 258 x 120mm. Y que cada contenedor debe contar con: • Cestas internas de los contenedores adaptables a las medidas solicitadas • Esterillas de contenedores para instrumentales específicos • Placas identificadoras por color de los contenedores • Filtros de PTFE (Politetrafluoroetileno) para los contenedores. De hasta 5000 ciclos. • Instrumentales de referencia con "Datamatrix" según norma DIN Ya que las mismas son las medidas y condiciones aceptadas y recomendadas por las normas y estándares máximos de calidad para el reprocesamiento en contenedores rígidos de dicha cantidad de instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES la mención de medidas en el PBC condiciona el llamado. Todos los contenedores rígidos cumplen estándares y normas que garantizan reprocesos en condiciones de seguridad. Las especificaciones técnicas son definidas en formas genéricas para ampliar el universo de oferentes. En cuanto a los instrumentales pueden ser adaptados a cualquier tecnología de trazabilidad		

Consulta 28 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
Donde solicita Software de trazabilidad: La convocante debe solicitar que el software de trazabilidad debe ser de la misma empresa y marca proveedora de los instrumentales y contenedores. Con la información de pasaporte de higiene que garantice todo el proceso de reprocesamiento. Etiqueta de cada proceso con los siguientes datos: 1. Código de identificación 2. Nombre del Set 3. Fecha de producción 4. Usuario 5. Caducidad de esterilidad Ya que así garantiza todos los medios necesarios para su implementación y uso demostrando todos los procesos en tiempo real desde el inicio de operaciones hasta la culminación de las cirugías en el quirófano de forma integral.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, teniendo en cuenta que el software de trazabilidad debe ser un sistema versátil capaz de adaptarse a cualquier tecnología bajo el principio de innovación conforme, expresado en el PBC, está ampliamente demostrado en el rubro, que las tecnologías son compatibles independientemente de la marca brindando un seguimiento en tiempo real de todos los procesos realizados desde el ingreso del set con su denominación e identificación al área sucia, su paso por termo desinfección, preparado, esterilización, vida de anaquel, despacho de material estéril y vinculación al paciente en quirófano brindando así un servicio integral y un correcto seguimiento al reúso del material		

Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2025
En el penúltimo párrafo dice: “Deberá contar con equipos instalados y funcionando en un plazo no mayor a 5 días corridos posterior a la emisión de orden de trabajo” Se solicita aclaración si los equipos a los que se refiere, son equipos instalados con anterioridad y que operan para otros trabajos o contratos de la empresa adjudicada, porque el plazo es de cumplimiento imposible de tratarse de equipos para cumplir con los servicios del contrato para el hospital de luque y del trauma Un oferente puede tener un planta de esterilización en funcionamiento, pero no cubrirá las necesidades del contrato de esterilización para los hospitales de Luque y del trauma, además de sus compromisos anteriores asumidos, por tanto, solicitamos que se estudien nuevamente los plazos de puesta en marca, porque no por establecer plazos cortos, ésta podrá ser cumplido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES considerando que se contemplo en el PBC, las exigencias técnicas a través de las responsabilidades y obligaciones de la empresa adjudicada donde se expresa claramente la exigencia de la capacidad requerida a ser instalada que garantice el abastecimiento de la demanda de ambos hospitales, precautelando así la optimización y eficiencia de los servicios de esterilización de todos los dispositivos médicos a realizar en métodos de Alta y Baja Temperatura. La empresa adjudicada deberá tomar los recaudos necesarios con las inversiones correspondientes que garanticen una respuesta oportuna del servicio requerido cumpliendo con mejoras continuas La convocante realizará la visita a la CEyE ofertada para cumplir los servicios involucrados en el presente llamado, para lo cual determinará un comité de inspección a fin de asegurar que las instalaciones, equipos, y demás componentes necesarios existan, estén operativos y cuenten con la correspondencia de lo solicitado.		

Consulta 30 - Planilla de Precios y Carga en el SICP

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante aclarar en la planilla de precios respecto al ítem 13 cual será el servicio cotizado. Esto en razón a que en el PBC se solicita en dicho ítem el Servicio de Esterilización con Provisión de Materiales e Instrumentos Hospitalarios y en la planilla de precios se solicita Servicio de Esterilización de Materiales Hospitalarios. Favor aclarar dicha discrepancia a fin de cotizar lo que corresponde al ítem 13.		

Consulta 31 - Modificación de requerimientos y sistema de esterilizado

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante, modificar el PBC en cuanto a equipamientos exigidos, de manera a que un oferente que cuenta con Equipos de esterilización en ETO pueda participar de este llamado, y así no limitar la participación de posibles oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 32 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante permitir demostrar experiencia en esterilizado con ETO. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA ERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 33 - Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitan sistema de gestión de calidad ISO 9001 o similar, podrían indicar cual o cuales serian los similares que aceptarían para cumplir el requisito		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 34 - Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
En cuanto a los vehículos solicitados, 2 (dos) de 1 tonelada minima y 5 toneladas máxima, solicitamos a la convocante aclarar si estos deben de ser propiedad del oferente, o podrían ser alquiladas para el efecto, también consultamos si estos deben ser nuevos (0 KM) o podrían ser vehículos usados Ej: marca X, año de fabricación 2019.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, los vehículos deben estar equipados conforme a lo especificado en el pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 35 - Capital Operativo

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante, elevar el capital operativo solicitado al 40% del monto ofertado, debido a la envergadura del llamado y el periodo que contempla el mismos 5 (cinco) años, de manera a asegurar que el o los posibles oferentes cuente con una buena solvencia económica para poder sostener el contrato durante los 5 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 36 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Acta Notarial donde se presenten imágenes de todos los equipamientos de la Central de Esterilización y copia Autenticada por Escribanía Pública de las facturas de compra de todos los equipamientos de la Central de Esterilización. Solicitamos a la convocante eliminar este punto, debido a que con este requerimiento se limita la participación de posibles oferentes, direccionando así el llamado a la única empresa esterilizadora en PARAGUAY, que cuenta con los equipos solicitados en este PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. Para la convocante es vital la rigurosidad de que el oferente cuente con estas exigencias de Equipamiento de manera operativa y activa, permitiendo así a la Convocante garantizar y asegurar los procesos del Servicio de Esterilización conforme a lo expresado en la Resolución SG N° 234/2017- Normas de Procedimiento, Método de Esterilización y Desinfección. No obstante, es importante mencionar que existen en Paraguay más de cinco (05) Empresas habilitadas como Planta Esterilizadora con Certificado emitido por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria.		

Consulta 37 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante permitir demostrar experiencia Provisión de Packs esterilizado con ETO. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 38 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante modificar a acreditar que cuenta con al menos 30 empleados con una antigüedad mínima de 1 año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 39 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante, justificar técnicamente, el motivo por el cual NO se aceptarán productos esterilizados en Óxido de Etileno., siendo que todos los productos utilizados en la provisión de insumos médicos, utilizan este sistema de esterilización, ejemplo, guantes quirúrgicos, jeringas, batas, compresas de vientre, paquetes quirúrgicos, etc. Productos que con normalidad adquiere esta convocante, y son utilizados en el día a día dentro de todos los hospitales bajo la gestión del MSP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. Este llamado indica técnicamente procesos de Esterilización en VAPOR ALTA TEMPERATURA Y PLAMA/PEROXIDO DE HIDROGENO para BAJA TEMPERATURA, al igual que los llamados recientemente adjudicados para el MSPBS en el GRAN HOSPITAL DEL SUR Y el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO.		

Consulta 40 - Equipamientos mínimos

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Certificación ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad vigente. Solicitamos a la convocante indicar porque en este apartado solicitan específicamente Certificación ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad vigente, siendo que en el punto Evaluación basada en multiplicidad de criterios, solicitan ISO 9001 o similares, favor aclarar cual sería la certificación similar requerida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 41 - Equipamientos mínimos

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitaos a la convocante justificar técnicamente la solicitud de equipos mínimos exigidos en el presente, teniendo en cuenta que este requerimiento lleva un asterisco, por ende se entiende que es un requerimiento sustancial, *El oferente, al momento de ofertar, debe presentar documentación que avale contar con los siguientes equipamientos: - Mínimo 2 (dos) Termodesinfectadoras. - Mínimo 3 (tres) Autoclaves de vapor de prevació de doble puerta. - Mínimo 2 (dos) Lavadoras en sistema de ultrasonido. - Mínimo 1 (un) Esterilizador de baja temperatura que utiliza plasma. - Mínimo 2 (dos) Esterilizadores de baja temperatura que utiliza formaldehido. - Contar con una planta de tratamiento de agua propia para obtención de agua químicamente pura y desmineralizada, con mantenimiento controlado. - Sistemas de obtención de agua caliente. - Sistemas de transporte herméticos de materiales sucios y limpios dentro de la central. - Sistemas de transporte herméticos desde los quirófanos hasta la planta de reprocesamiento. - Sistema informático para el control de sets de instrumentales con lectores de código unívoco en los instrumentales. - Certificación ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad vigente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 42 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante, disminuir el porcentaje de experiencia a l 20% del monto máximo del presente llamado y ampliar los años exigidos a por lo menos 7 años 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023, con esto se estaría teniendo mayor participación de posibles oferentes para el llamado en cuestión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 43 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
En el punto D, solicitamos a la convocante disminuir o suprimir este requisito, siendo una limitante, el solicitar "20" empleados asegurados en la seguridad social, con una antigüedad mínima de 2 años cada uno. Esto sería una gran limitante para posibles oferentes, refiriéndonos a que se exija 2 años de antigüedad de estos, por ende solicitamos modificar o suprimir este requerimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 44 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante aclarar el Punto A, la actividad que se necesita contar ya sea como actividad principal o secundaria en la constancia del RUC, con una antigüedad de por lo menos 3 años, tener en cuenta también que en la escritura de constitución también figuran las actividades a las cuales se estará operando al momento de formalizar una empresa, favor considerar también la Escritura de Constitución para validar este punto, teniendo en cuenta que las actividades de la constancia del RUC sufre modificaciones según necesidad, pero no esto no significa que se haya dejado de prestar servicios, ni tampoco sirve como parámetro para acreditar años de experiencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 45 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
El oferente, al momento de ofertar, debe presentar documentación que avale contar con los siguientes equipamientos: - Mínimo 2 (dos) Termodesinfectadoras. - Mínimo 3 (tres) Autoclaves de vapor de prevacío de doble puerta. - Mínimo 2 (dos) Lavadoras en sistema de ultrasonido. - Mínimo 1 (un) Esterilizador de baja temperatura que utiliza plasma. Mínimo 2 (dos) Esterilizadores de baja temperatura que utiliza formaldehído. Solicitamos a la convocante aclarar las capacidades en volúmenes de los equipos solicitados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 46 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los años solicitados en este apartado a por los menos 10 (diez) años, 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023, de manera a dar mayor participación a posibles oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 47 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Solicitamos a la convocante aclarar el punto B Copias de facturaciones, contratos y actas de recepción satisfactoria, a instituciones públicas o privadas de los últimos 3 años, 2021, 2022, 2023) Si se podrán presentar solo Facturas, solo contratos, o deberán presentar en conjunto facturas, contratos y actas de recepción, si fuese así solicitamos a la convocante, solicitar copias autenticadas de los mismos, para garantizar la veracidad de los documentos presentados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		