

## Consultas Realizadas

### Licitación 460079 - ADQUISICION DE GASES DE LABORATORIO - AD REFERENDUM

#### Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 04-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde dice: Especificaciones técnicas -CPS<br>Gas nitrógeno "U" grado analítico<br>Consulta 1: ¿Es posible ofertar Gas nitrógeno "U" grado analítico p/GC Entre 7,5 y 11 m3? |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 05-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Si, es posible ofertar cilindro con gas nitrógeno grado analítico de capacidad entre 7,5 m3 - 11 m3. |                    |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 04-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Si, es posible ofertar cilindro con gas nitrógeno grado analítico de capacidad entre 7,5 m3 - 11 m3. |                    |            |

#### Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 04-03-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde dice: Especificaciones técnicas-CPS<br>Nitrógeno liquido entre 9,5 y 10,5 litros.<br>Consulta 2: Nitrógeno liquido Entre 9,5 y 10,5 litros, el termo para carga de Nitrógeno liquido es propiedad de la SENAD o Linde debe suministrar? |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 04-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El laboratorio cuenta con termo para recarga de nitrógeno líquido con capacidad máxima de 20 Litros. |                    |            |

#### Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 04-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde dice: Especificaciones técnicas -CPS<br>Nitrógeno liquido entre 9,5 y 10,5 litros.<br>Consulta 2: Nitrógeno liquido Entre 9,5 y 10,5 litros, el termo para carga de Nitrógeno liquido es propiedad de la SENAD o Linde debe suministrar? |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 04-03-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El laboratorio cuenta con termo para recarga de nitrógeno líquido con capacidad máxima de 20 Litros. |                    |            |