

Consultas Realizadas

Licitación 460398 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA PLANTA ALCOHOLERA DE PETROPAR EN M.J. TROCHE

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2025
Favor considerar el tiempo de entrega en 60 días, por que solicitan equipos que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-03-2025
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la última versión del PBC.		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2025
Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 75 o 90 días, ya que los equipos solicitados en este llamado requieren de importaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-03-2025
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la última versión del PBC.		

Consulta 3 - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2025
Solicitamos a la convocante admitir un equipo con diametro de 35mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-03-2025
En base a la consulta para el ítem 1, son equipos específicos ajustados a las necesidades de la planta alcoholera de PETROPAR en Mauricio José Troche, por tal motivo se debe mantener las especificaciones técnicas establecidas.		

Consulta 4 - Item Nº 1 - Esterilizador baticinerador

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Favor corroborar si no faltan completar las Especificaciones Técnicas ya que se indica " Calibre esterilizable (mm): " pero no tiene ningún valor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2025
En base al ítem 1. Estabilizador Baticinerador se tiene que debe decir: Calibre esterilizable (mm): ≤ 35 , Temp. máx/ temp. Esp: $850 \pm 50^\circ\text{C}/550^\circ\text{C}$, Tiempo de esterilización de 5 a 15 segundos, Entorno de Trabajo: Temp.Rango: $-10^\circ\text{C}-40^\circ\text{C}$, Humedad: $\leq 95\%$, Fuente de alimentación: $220 \text{ v} \pm 10\%$, 50 Hz, Tamaño:(Largo*Ancho* Alto) $2\text{mm} \pm 50 \times 180\text{mm} \pm 50 \times 110\text{mm} \pm 50$. Se realizan modificaciones, favor remitirse a la última versión del PBC.		

Consulta 5 - Item Nº 3 - Medidor de conductividad de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Se podría ofertar un medidor de conductividad cuyo Rango de compensación de temperatura sea igual al Rango de medición, o sea de 0 - 50°C ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2025
Si se podrá, manteniéndose según lo establecido en el PBC dicho rango de temperatura: 0 a 50 °C (Automático O manual)		

Consulta 6 - Item Nº 5 - Medidor portatil de dureza

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2025
Favor corroborar si no faltan completar las Especificaciones Técnicas ya que solo se solicita lo referente al rango de medición		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2025
Favor remitirse a lo establecido dentro de lo solicitado en el PBC: Medidor colorimétrico para dureza. Rango de medición de 0 a 4 ppm.		

Consulta 7 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-02-2025
Solicitamos a la convocante la ampliación del tiempo de entrega para los equipos, de 90 a 120 días, esto por ser específicos y por ende deben ser fabricados de cero, donde los tiempos de entrega actuales y el tiempo del transporte y logística aumentaron; esto facilitará la presentación de más y posibles mejores ofertas a la convocante para su elección y definición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2025
Favor remitirse a la última versión del PBC.		

Consulta 8 - Item Nº 4 - Turbidimetro

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2025
Favor corroborar si no faltan completar las Especificaciones Técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2025
Favor remitirse a lo establecido dentro de lo solicitado en el PBC: Rango de medición (NTU): 0-1000, Repetitibilidad:= 0< +/-2%, Resolución Mínima (NTU): 0,01, Fuente de alimentación: 240V, Tamaño: (450mm+/-50) x (360mm+/-50) x (340mm+/-50), Peso en Kg: 4 a 5		

Consulta 9 - PBC - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2025
Favor revisar el apartado Especificaciones Técnicas del PBC versión 3, ya que siguen sin aparecer completas las especificaciones de los equipos solicitados por más que en las respuestas de las consultas se indican varios parámetros adicionales y se refiere que se agregarán en la nueva versión del PBC, no aparecen en el mismo, se ve que hay algún problema al cargar las especificaciones al cuadro; ejemplo ver Item Nº 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-03-2025
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la última versión del PBC.		