

Consultas Realizadas

Licitación 460840 - LPN N° 56/2025 - ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPYBS

Consulta 1 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2025
<p>DONDE DICE: Cantidad: 700 Y 1.500, No condice con lo referido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE EN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS EN COMODATO A SER INSTALADOS indica que debe entregar de CANTIDAD MINIMA 1</p> <p>CANTIDAD MAXIMA 5: Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad. y CANTIDAD MINIMA 1</p> <p>CANTIDAD MAXIMA 5 :Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.</p> <p>POR FAVOR CORREGIR LA PLANILLA DE PRECIOS CON LAS CANTIDADES CORRECTAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-04-2025
<p>Se confirma que la especificación técnica establecida corresponde al bien requerido. La capacidad de los cilindros solicitados cumple con los requisitos mínimos necesarios para su uso en el hospital. Asimismo, la cantidad total en kilogramos corresponde a un período de 24 meses, y su entrega se realizará conforme a las necesidades del hospital, mediante recambios o recargas de los cilindros mencionados.</p>		

Consulta 2 - Experiencia requerida Y Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2025
<p>DONDE DICE: "Experiencia requerida</p> <p>Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:</p> <p>Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2022-2023-2024 o la sumatoria de ellos."</p> <p>- Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia</p> <p>1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.</p> <p>DEBE AGREGARSE A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES las mismas documentaciones que se indican en la experiencia requerida? porque le falta la palabra contratos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2025
<p>Favor verificar última versión del PBC</p>		

Consulta 3 - OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTALES.

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2025
<p>DONDE DICE: La empresa adjudicada será responsable de garantizar el buen estado de todos los componentes, preservando el correcto funcionamiento de todos los equipos y accesorios que correspondan a la centralización de los gases medicinales ya sean en comodato y de la Institución, tales como: las cañerías de Oxígeno, aire comprimido y de Vacío medicinal, consolas, tomas, alarmas, regulador de presión de segunda reducción, válvulas de sectorización, reguladores de línea, fluxómetros, vacuómetros, frascos de aspiraciones, humidificador, cuadro de válvula de sectorización, reguladores de oxígeno medicinal para balones, manifolds de gases médicos, el oferente deberá reemplazarlos en comodato en caso de que algunos de los equipos citados dejen de funcionar, garantizando así la correcta provisión de los gases medicinales, a excepción de los Compresores de Aire y Vacío.</p> <p>DEBE ELIMINARSE el párrafo, ya que el llamado solo compete a la entrega del cilindro con el gas solicitado que por supuesto requiere que este en buen estado, pero no necesita y no utiliza los demás componentes que ya están previstos en los contratos vigentes del Ministerio de Salud de suministro de gases.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2025
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 4 - OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTALES.

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2025
<p>La Constancia de Renovación de Apertura del local en trámite; como fraccionadora, envasadora y/o distribuidoras de gases medicinales expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, (Resolución Nº. 208 /09 de fecha 23/04/2009 del MSP y BS.) según la DINAVISA solo puede ser tramitada una vez que el Certificado fenezca, cual sería el documento que se tendrá en cuenta en caso que el vencimiento de nuestro certificado fenezca el día 5/04, día no hábil ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-04-2025
<p>En caso de que el vencimiento del certificado ocurra en un día no hábil, como el 5/04, y aún no sea posible obtener la Constancia de Renovación expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), se podrá presentar como documento válido la constancia de pago de la renovación, que demuestre que el trámite ha sido iniciado.</p> <p>Cabe aclarar que el certificado no debe estar vencido al momento de la presentación.</p>		

Consulta 5 - OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTALES

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2025
<p>DONDE DICE: "Declaración Jurada de Capacidad de proveer en comodato, de todo lo necesario para el buen funcionamiento de los tanques y balones en el Hospital Gral de Coronel Oviedo mientras dure el contrato. Así como del mantenimiento, reparación y correcto funcionamiento de la centralización de los gases médicos con todos los equipos y accesorios instalados en comodato, y los propios de la Dependencia, que se encuentren instalados.</p> <p>DEBE ELIMINARSE: la palabra tanques, ya que los productos solicitados solo pueden ser entregados en cilindros y además debe eliminarse la frase: "Así como del mantenimiento, reparación y correcto funcionamiento de la centralización de los gases médicos con todos los equipos y accesorios instalados en comodato, y los propios de la Dependencia, que se encuentren instalados." teniendo en cuenta que no aplica por el tipo de producto a ser entregado pues no requiere centralización y tampoco accesorios. y se debe tener en cuenta que ese tipo de obligaciones ya fue estipulado en el contrato de suministro de gases vigente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2025
Favor verificar última versión del PBC		