

Consultas Realizadas

Licitación 461260 - LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS

Consulta 1 - Cantidad Solicitada

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
¿Podrías indicarme por qué no se puede visualizar la cantidad mínima o máxima de los ítems solicitados?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-05-2025
No pueden ser visualizados la Cantidad Mínima y Máxima porque no aplica para el presente proceso. Este llamado, se encuentra previsto por Montos Mínimos y Montos Máximos de cada lote.		

Consulta 2 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
Favor aclarar para cual/es lote/s es obligatorio la presentación del acta de visita técnica, debido a también están solicitando insumos de laboratorio, reactivos de uso manual y en comodato un equipo de apoyo como por ejemplo en el lote 9, los mismos no necesitan del acta de visita técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
AJUSTARSE AL PBC SE ACLARA QUE ES OBLIGATORIA PARA LOS QUE QUIERAN OFERTAR EQUIPOS EN COMODATO (LOTE 1,2,3,4,5 Y 6) NO ASÍ PARA LO LOTES DONDE SE SOLICITA INSUMOS . DADAS LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS A SER OFERTADOS		

Consulta 3 - Lote 56

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante modificar el precio referencial a por lo menos a Gs. 650.000,- para el ítem N° 1 y a Gs. 150.000,- la caja x 10 unidades en el ítem N° 2, favor verificar los precios ofertados en licitaciones anteriores con vuestra institución correspondiente al año 2024, para que no sea declarado desierto por la discrepancia que pudiera existir con el precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA RECTIFICACION DEL DICTAMEN		

Consulta 4 - Cantidades Mínima - Máxima

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante, aclarar las cantidades mínimas y máximas de manera a evitar confusiones en las cantidades ofertadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-05-2025
No pueden ser visualizados la Cantidad Mínima y Máxima porque no aplica para el presente proceso. Este llamado, se encuentra previsto por Montos Mínimos y Montos Máximos de cada lote.		

Consulta 5 - Lote 52, ítem 1: Iodopovidona jabón líquido con una concentración de 7.5%

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
<p>Se consulta amablemente al convocante la posibilidad de ampliar el porcentaje de la concentración del producto a 10%, dado que esta concentración proporciona una acción más rápida y eficaz contra una amplia gama de patógenos, lo cual es fundamental en procedimientos que requieren máxima asepsia. Además, el 10% permite una mayor versatilidad, ya que puede diluirse según necesidad, mientras que las concentraciones más bajas ya vienen limitadas en su potencia. Por estas razones, es considerada el estándar en muchas guías clínicas y protocolos hospitalarios. Esperamos una respuesta favorable. Saludos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>AJUSTARSE AL PBC. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS FUERON EVALUADAS Y VERIFICADAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO.</p>		

Consulta 6 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
<p>Solicitamos a la convocante separar del lote 1 el ítem 101 de Tiras de Orina a modo de brindar mayor participación a los oferentes. Cabe recalcar que esta modalidad de que se solicite orina en un lote independiente se viene realizando en la mayoría de los llamados de MSYBS y como referencia podrán remitirse a la LPN N° 128/24 - Hospitales Generales ya que la complejidad de este hospital sería de la misma envergadura del antecedente mencionado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas han sido objeto de una evaluación exhaustiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas del laboratorio, así como la capacidad del personal asignado. Consideramos que la modificación solicitada resulta impráctico y poco funcional para la entidad convocante (operar con un equipo activo por cada proveedor y por grupo de determinaciones). Esta situación generaría un aumento considerable en las exigencias logísticas, temporales, lo que a su vez implicaría modificaciones sustanciales y costos adicionales que no son favorables para los intereses de la Institución.</p>		

Consulta 7 - LOTE N° 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
<p>En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GRAN HOSPITAL DEL SUR DE ENCARNACIÓN MSPBS COBERTURA 24 MESES Especificaciones técnicas adicionales REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, CON PROVISIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO. Equipo donde dice: e. El módulo de química debe tener la capacidad de 70 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Con el propósito de dar mayor participación de oferentes solicitamos a la convocante permita presentar un equipo de química que tenga una capacidad de 60 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones, teniendo en cuenta que se solicitan dos equipos de iguales características, y que con ellos se cubren suficientemente las necesidades en cuanto a las pruebas requeridas para la química clínica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Se solicita 1 equipo automatizado en comodato. La interpretación es errónea, NO se solicitan dos equipos en comodato, y por lo tanto no aplica la operación de duplicidad realizada en dicho módulo. Se aclara que se solicita 01(un) equipo de inmunología y 01(un) equipo de química unidos por un gestor de muestras, formando 01(un) equipo integrado automatizado. Se señala además que debido a los volúmenes de muestras esperados para este gran hospital el servicio requiere contar con posiciones extras de reactivos que permitan la carga doble de analitos de mayor volumen.</p>		

Consulta 8 - LOTE N° 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
<p>En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS Especificaciones técnicas adicionales REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, CON PROVISIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO. Equipo donde dice: e. El módulo de química debe tener la capacidad de 70 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Solicitamos aclarar si la capacidad se refiere a reactivos o analitos a bordo, teniendo en cuenta que las pruebas o analitos requeridas para la química clínica son menos de 50 en total.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Se aclara que se solicita 01(un) equipo de inmunología y 01(un) equipo de química unidos por un gestor de muestras formando 01(un) equipo integrado automatizado. Se refiere a reactivos, se señala además que, algunas marcas tienen reactivos complementarios (más de 1 frasco, para 1 determinación), aparte de controles de calidad interno, controles de calidad externos, y/o de 3ª opinión, además de que debido a los volúmenes de muestras esperados para este gran hospital el servicio requiere contar con posiciones extras de reactivos que permitan la carga doble de analitos de mayor volumen.</p>		

Consulta 9 - LOTE 1 - SEPARACIÓN EN LOTES

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
<p>Se solicita amablemente a la entidad convocante reconsiderar la conformación de ensayos en un solo lote, en este caso del Lote 1, ya que actualmente agrupa diversos equipos que, por su naturaleza y función, podrían licitarse de manera independiente. Esta agrupación limita la participación de múltiples oferentes especializados en cada tipo de equipo, reduciendo así la competencia y, potencialmente, la calidad de las propuestas recibidas. El único equipo integrado en el lote 1, y que no admite segmentación funcional, es el de Química Clínica e Inmunología.</p> <p>Con el fin de fomentar una mayor concurrencia y favorecer la pluralidad de ofertas técnicas y económicas, se propone disgregar el Lote 1, coherentemente, por ejemplo, un lote de Química Clínica e Inmunología (único equipo integrado en el lote), otro lote de Hematología, otro lote de Crasis, un lote separado de Orina, otro de Hemoglobina Glicosilada y otro lote de Gasometría. Cada uno de estos equipos podría estar vinculado contractualmente al requerimiento de conexión con el sistema de gestión de laboratorio, garantizando la interoperabilidad sin necesidad de concentrar la provisión en un único proveedor.</p> <p>Se destaca que el Gran Hospital del Sur posee suficiente espacio y una infraestructura robusta y moderna, por lo que el espacio no es un inconveniente. Adicionalmente, cada oferente debe garantizar la conectividad LIS, a fin de no afectar el flujo de trabajo ni los tiempos de respuesta diagnóstica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas han sido objeto de una evaluación exhaustiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas del laboratorio, así como la capacidad del personal asignado. Consideramos que la modificación solicitada no puede ser aplicable debido a la naturaleza particular del servicio que se pretende contratar. Dado que se trata de una adquisición de reactivos asociada a equipos en comodato, resulta impráctico y poco funcional para la entidad convocante operar con un equipo activo por cada proveedor y por grupo de determinaciones. Esta situación generaría un aumento considerable en las exigencias logísticas, temporales, entre otros, lo que a su vez implicaría modificaciones sustanciales y costos adicionales que no son favorables para los intereses de la Institución.</p>		

Consulta 10 - LOTE 1 ÍTEM 101 TIRAS REACTIVAS DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
<p>Se consulta amablemente a la convocante si sería factible separar en otro lote el ítem 101 del lote 1. Este planteamiento se realiza buscando fomentar una mayor participación de oferentes que pueda propiciar obtener mejores propuestas en cuanto a la oferta presentada, apuntando a contribuir con la posible disminución de precios durante la etapa de comparación de ofertas permitiendo administrar de manera óptima los recursos del estado.</p> <p>Además, se aseguraría una conectividad al LIS general que solicite el servicio y optimización del espacio físico disponible asignado para el equipo en el laboratorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas han sido objeto de una evaluación exhaustiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas del laboratorio, así como la capacidad del personal asignado. Consideramos que la modificación solicitada no puede ser aplicable debido a la naturaleza particular del servicio que se pretende contratar. Dado que se trata de una adquisición de reactivos asociada a equipos en comodato, resulta impráctico y poco funcional para la entidad convocante operar con un equipo activo por cada proveedor y por grupo de determinaciones. Esta situación generaría un aumento considerable en las exigencias logísticas, temporales, lo que a su vez implicaría modificaciones sustanciales y costos adicionales que no son favorables para los intereses de la Institución.</p>		

Consulta 11 - LOTE 6 ÍTEM 20 INTERLEUQUINA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta amablemente a la convocante si sería factible trasladar al lote 1 el ítem 20 (Interleuquina) del lote 6. Según historiales anteriores, en la licitación con ID 449516 en la versión 3 del pliego de bases y condiciones donde figuraban aún las solicitudes del Gran Hospital del Sur, esta determinación (marcador inflamatorio) figuraba dentro del Lote 81 dentro de lo que sería el equipo integrado de química clínica e inmunología lo cual tiene sentido ya que suele ser parte del repertorio de determinaciones que ofrecen estos equipos.

Dentro de lo que sería el lote 6 del llamado actual se solicitan determinaciones asociadas a perfiles autoinmunes, las cuales se solicitan sean procesadas en 1 solo equipo completamente automatizado por CLIA y/o ELISA. Los equipos disponibles en el mercado asociados a autoinmunidad no poseen interleuquina dentro de su repertorio en un único sistema automatizado, por lo cual sería necesario agregar un equipo de soporte extra para poder procesar esta determinación incluida en el lote. Tal equipo de soporte no se encuentra explícitamente solicitado en la versión actual del pliego de bases y condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 12 - Documentos adicionales del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante que aclare si, en relación con el apartado "Documentos adicionales del contrato: Informe de Evaluación e Informe Técnico", dicha exigencia también aplica para los insumos que no están vinculados a equipos en calidad de comodato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2025
-----------	--------------------	------------

SE ACLARA QUE SI APLICA PARA TODOS LOS CASOS

Consulta 13 - lote 1 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Lote 1 ítem 1: Equipo de Gases y Electrolitos
Solicita: "Con una capacidad mínima de 40 muestras por hora" Considerando que el tiempo promedio de medición de una muestra en un gasómetro en lo hace en 60 segundos, el ensayo debe completar un ciclo completo es de 120 segundos, en consecuencia, se solicita a la convocante un periodo de ensayo más realista y permita una capacidad mínima de 30 pruebas x hora

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 14 - lote 4. lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
<p>Lote 4, Lote 6: Requiere: "procese como mínimo 20 diferentes pruebas por corrida". Se consulta a la convocante aceptar "hasta 12 diferentes pruebas por corrida", suficiente para la cantidad de determinaciones solicitadas. Considerando además que los equipos automatizados de Elisa son equipos abiertos, donde algunos fabricantes de reactivos ponen el logo al instrumento solo con un propósito de marketing, pues estos equipos son fabricados por terceros, y además los kits de Elisa sin excepciones se suministran completos con los controles, calibradores, solución de parada, placas sensibilizadas, anticuerpos o antígenos, en consecuencia también se solicita a la convocante eliminar el requerimiento Nro 3 "Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 15 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
<p>En la Pagina 12 del PBC dice: Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Para todos los lotes. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Solicitamos a la Convocante requiera que la Autorización del fabricante se encuentre Inscripta en la Dirección General de los Registro Público Sección Persona Jurídica y Comercio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>AJUSTARSE AL PBC</p>		

Consulta 16 - lote 4, lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
<p>Lote 4 / lote 6 solicita: "Acceso random con parámetros individuales que procese como mínimo 20 diferentes pruebas por corrida, en un tiempo máximo de dos horas" Permitirá la convocante ofrecer un equipo monotest Elisa, con autodiagnóstico, calibrador y control de calidad interna incluidos en todos los kits, detección de coágulos, con capacidad de 30 posiciones, y una velocidad de ensayo de 60/120 minutos? Reactivos y equipo de la misma marca</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 17 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicita: Muestras: Suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Software de Gestión. Favor aclarar si los ítems abajo requeridos siguientes (reinician desde 1 al 11) a este enunciado, corresponden a un equipo diferente o solo es un error tipografico

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Muestras: Suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c)
Software de Gestión

Consulta 18 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Lote 1 REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, CON PROVISIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO. CONTADOR HEMATOLÓGICO EN COMODATO. REACTIVOS PARA HEMOSTASIA CON PROVISIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO. Para los 3 equipos requiere : Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit. Se solicita a la convocante reformular dicho requerimiento pues los instrumentos actuales los controles, calibradores y reactivos en la mayoría de los casos los fabricante los suministran separadamente, salvo excepciones los calibradores se suministran en el kit. En consecuencia, con se propósito de evitar inconvenientes tanto en el periodo de evaluación como al momento del suministro, se sugiere el siguiente enunciado: "Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo"

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 19 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Lote 1 ítem 101

Se solicita a la convocante reformular los parámetros requeridos considerando que turbidez y aspecto constituyen una redundancia, corresponden a un mismo parámetro, se sugiere reformular en los siguiente terminos "aspecto o turbidez", desde el punto de vista técnico ambos corresponden a un mismo concepto, por tanto cada fabricante traduce del idioma original según su criterio o el criterio del traductor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 20 - Modalidad de Cotización

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la entidad convocante que considere modificar la modalidad de cotización establecida. Actualmente, dicha modalidad se encuentra definida por el monto total del lote; proponemos que la misma se realice por unidad, detallando las cantidades requeridas, con el objetivo de facilitar una planificación más eficiente para el suministro de los productos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo requerido por la Unidad Requirente.

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas - Lote 19: Test Rápido para Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la entidad convocante que considere ampliar el rango de la presentación de entrega establecido en el PBC. Actualmente, se indica: "Presentación de entrega: mínimo 10 y máximo 25 determinaciones por presentación". Proponemos que se modifique por: "Presentación de entrega: mínimo 10 y máximo 40 determinaciones por presentación". Si la convocante amplía el plazo de presentación de las entregas, permitirá una mayor participación de los oferentes, lo que resultará en un mayor número de ofertas y mejores precios, en beneficio de la propia convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 22 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar la obligatoriedad de presentar los documentos según los materiales ofertados, Reactivos, Insumos, Medicamentos. Se sugiere publicar con cada rubro: Reactivos (si oferta), Insumos (si oferta), Medicamentos (si oferta), con el propósito de evitar inconvenientes al momento de la evaluación

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 23 - Lote 6 ítem 15-16-17

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante la posibilidad de presentar únicamente el ítem 15 (Anticuerpo anti-nRNP/Sm) en lugar de los ítems 12, 16 y 17 (Anticuerpo anti-RNP 70 y Anticuerpo anti-Sm). Esta solicitud se fundamenta en que los anticuerpos anti-nRNP/Sm permiten la detección de autoanticuerpos dirigidos contra múltiples epítomos del complejo ribonucleoproteico U1, incluyendo las subunidades RNP 70, RNP-A, RNP-C y Sm. Esta característica permite identificar en una sola prueba a pacientes con enfermedades como MCTD, lupus eritematoso sistémico (LES) y otras conectivopatías, optimizando así el diagnóstico serológico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 24 - LOTE 1 ÍTEM 101 TIRAS REACTIVAS DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
<p>Se consulta amablemente a la convocante si sería factible separar en otro lote el ítem 101 del lote 1. Este planteamiento se realiza buscando fomentar una mayor participación de oferentes que pueda propiciar obtener mejores propuestas en cuanto a la oferta presentada, apuntando a contribuir con la posible disminución de precios durante la etapa de comparación de ofertas permitiendo administrar de manera óptima los recursos del estado. Además, se aseguraría una conectividad al LIS general que solicite el servicio y optimización del espacio físico disponible asignado para el equipo en el laboratorio. Además de la independencia de la naturaleza las muestras, se debería analizar costo beneficio en la integración total en un mismo lote; puede darse el caso que solicitando todo en un lote, por ejemplo, en las determinaciones de química e inmunología los precios de las determinaciones sean muy elevados y en el equipo para orina los precios de las determinaciones sean exageradamente bajos, no acordes al mercado. También es muy importante si se quiere una competencia leal, pedir que todos los equipos sean nuevos de esa forma estaríamos todos los oferentes en igual condición.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC</p>		

Consulta 25 - LOTE 6 ÍTEM 20 INTERLEUQUINA

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2025
<p>Se consulta amablemente a la convocante si sería factible trasladar al lote 1 el ítem 20 (Interleuquina) del lote 6. Según el historial de licitaciones anteriores, se observa que siempre estuvo esta determinación en el equipo integrado de química clínica e inmunología, lo cual tiene sentido ya que suele ser parte del repertorio de determinaciones que ofrecen estos equipos. Dentro de lo que sería el lote 6 del llamado actual se solicitan determinaciones asociadas a perfiles autoinmunes, las cuales se solicitan sean procesadas en 1 solo equipo completamente automatizado por CLIA y/o ELISA. Los equipos disponibles en el mercado asociados a autoinmunidad no poseen interleuquina dentro de su repertorio en un único sistema automatizado, por lo cual sería necesario agregar un equipo de soporte extra para poder procesar esta determinación incluida en el lote. Tal equipo de soporte no se encuentra explícitamente solicitado en la versión actual del pliego de bases y condiciones. Esta situación delimita la participación de otros oferentes y aumenta el costo para la institución, el equipo de soporte sería solo para la interleuquina que tampoco se solicita en una cantidad suficiente que justifique ese costo. Menor costo para la institución sería mandar esta determinación interleuquina, al equipo integrado de química clínica e inmunología que si lo hace y no necesita un equipo aparte de soporte, es una determinación más dentro de su protocolo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Prueba rápida VIH 1/2, con sensibilidad superior a 98% Método: Inmunocromatografía, cualitativo de Cuarta generación, para detección de anticuerpos anti-VIH 1/2 y antígeno p24 en cassette o tiras. Las muestras: sangre total, suero o plasma no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los cassettes o tiras; permitir la lectura visual. Debe incluir buffer si la técnica lo requiere e instructivo de uso en español. Presentación: mínima de 20 pruebas por caja. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su defecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA vigente (validez 12 meses)." Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la exclusión de este requisito, ya que no todos los oferentes cuentan con productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS ni con la constancia de uso satisfactorio emitido por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA. Esto podría limitar la participación de proveedores que ofrecen pruebas de alta calidad certificadas por otros organismos internacionales. En su lugar, proponemos que se adopte un criterio técnico que exija pruebas diagnósticas certificadas bajo estándares internacionales de calidad, tales como la norma ISO 13485, el marcado CE o la aprobación de la FDA. Estos estándares garantizan que los productos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, asegurando su eficacia, seguridad y cumplimiento con las regulaciones vigentes. La aplicación de este enfoque permitiría ampliar la oferta de productos disponibles sin comprometer la calidad ni la seguridad, fomentando la competitividad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o cassetes y de lectura visual. Presentación de entrega: mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación." Se solicita respetuosamente a la entidad convocante considerar la admisión de una sensibilidad mínima del 94%, ya que este valor sigue siendo altamente efectivo para pruebas de tamizaje y se encuentra dentro de los rangos aceptados en la práctica clínica y regulatoria. Diversos estudios normativos e internacionales reconocen que una sensibilidad en este umbral permite detectar con alta precisión la mayoría de los casos positivos, garantizando resultados confiables y reduciendo el riesgo de falsos negativos en contextos de diagnóstico preliminar. Además, una sensibilidad del 94% es un parámetro alcanzable por la mayoría de las pruebas disponibles en el mercado, lo que asegura la disponibilidad de insumos de calidad sin comprometer el desempeño clínico. La implementación de este ajuste facilitaría una mayor participación de oferentes, fomentando la competitividad y ampliando el acceso a soluciones diagnósticas confiables. Por lo anterior, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o cassetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.</p>		

Consulta 28 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, (± 1 mm) banda mate. Con o sin separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina." Se solicita respetuosamente a la convocante admitir un rango de variación de ± 3 mm, considerando que dicha diferencia es insignificante en relación con lo especificado y no compromete la funcionalidad ni la utilidad del insumo. Este ajuste permitiría ampliar la competitividad entre oferentes, sin afectar la calidad ni el desempeño esperado del producto. Por consiguiente, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente forma: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, (± 3 mm) banda mate. Con o sin separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 29 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 20% DEL MONTO MÍNIMO: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Solicitamos respetuosamente la extensión del plazo de entrega a 45 días calendario, considerando los tiempos requeridos para la fabricación, logística de envío y trámites aduaneros, los cuales pueden fácilmente superar un mes. La limitación del plazo actual restringe injustificadamente la participación de oferentes que cuentan con la capacidad de suministro, pero que requieren un tiempo razonable para cumplir con los procesos mencionados. Mantener este plazo beneficia únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, lo que podría generar condiciones desiguales en el proceso de adquisición. La ampliación del plazo garantizaría una competencia más equitativa, promoviendo la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la calidad ni la disponibilidad del producto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.</p>		

Consulta 30 - Lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>Con respecto al lote 6, donde se indica "Método CLIA y/o ELISA totalmente automatizado", queremos consultar si es posible presentar dos equipos complementarios (uno CLIA y otro ELISA), ya que con un solo equipo no logramos cubrir todo el menú solicitado. Ambos equipos son totalmente automatizados y juntos permiten cumplir con los parámetros requeridos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.</p>		

Consulta 31 - Lote 2 REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
Lote 2 REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS		
Se solicita a la convocante aceptar equipo de electroforesis capilar automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 32 - LOTE 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEPARACIÓN EN LOTES

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
<p>Se solicita amablemente a la entidad convocante reconsiderar la conformación de ensayos en un solo lote, en este caso del Lote 1, ya que actualmente agrupa diversos equipos que, por su naturaleza y función, podrían licitarse de manera independiente. Esta agrupación limita la participación de múltiples oferentes especializados en cada tipo de equipo, reduciendo así la competencia y, potencialmente, la calidad de las propuestas recibidas. El único equipo integrado en el lote 1, y que no admite segmentación funcional, es el de Química Clínica e Inmunología; ya que, para los otros servicios de Hematología, crisis, orina etc, si o si se necesitan muestras independientes. Con el fin de fomentar una mayor concurrencia y favorecer la pluralidad de ofertas técnicas y económicas, se propone disgregar el Lote 1, coherentemente, por ejemplo, un lote de Química Clínica e Inmunología (único equipo integrado en el lote), otro lote de Hematología, otro lote de Crisis, un lote separado de Orina, otro de Hemoglobina Glicosilada y otro lote de Gasometría. Cada uno de estos equipos podría estar vinculado contractualmente al requerimiento de conexión con el sistema de gestión de laboratorio, garantizando la interoperabilidad sin necesidad de concentrar la provisión en un único proveedor. Se destaca que el Gran Hospital del Sur posee suficiente espacio y una infraestructura robusta y moderna, por lo que el espacio no es un inconveniente. Adicionalmente, cada oferente debe garantizar la conectividad LIS, a fin de no afectar el flujo de trabajo ni los tiempos de respuesta diagnóstica. Adicionalmente, se sugiere amablemente a la convocante analizar costo beneficio en la integración total, puede darse el caso que cerrando todo en un lote, por ejemplo, en química e inmunología los precios de las determinaciones sean muy elevados y en el equipo para orina(por ejemplo), los precios de las determinaciones sean exageradamente bajos no acordes al mercado.</p> <p>También es muy importante si se quiere una competencia leal, pedir que todos los equipos sean nuevos de esa forma estaríamos todos los oferentes en igual condición.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC		

Consulta 33 - LOTE 16, ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
En referencia al test Rápido - Virus Respiratorio: Panel de detección de VSR (Virus Sincitial Respiratorio), Virus de Influenza A y B, Adenovirus y Virus SARS COV 2, se solicita a la convocante aceptar la determinación Adenovirus en un único panel por separado a las demás determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 34 - LOTE 1: ITEM 34 AL 41 Y ITEMS 51 Y 52

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aceptar un equipo integrado que contemple un máximo de 10 canales abiertos para reactivos de otras marcas en los lotes 36 al 41 y los lotes 51 y 52, con el fin de fomentar una mayor competitividad y flexibilidad en el proceso de adquisición sin afectar el desempeño analítico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 35 - LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

En relación a la especificación técnica que dice: el módulo de inmunología debe tener la capacidad de 40 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Se solicita a la convocante aceptar un mínimo de 36 posiciones de reactivos a bordo, en lugar de las 40 indicadas, considerando que esta capacidad sigue siendo suficiente para cubrir una amplia gama de determinaciones inmunológicas. Esta flexibilización permitirá una mayor participación de oferentes, fomentando así la competencia y garantizando la eficiencia en el proceso de adquisición sin comprometer la calidad ni la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 36 - LOTE 31, ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aceptar el uso de tubos con citrato de sodio al 3,2 % en lugar de 3,8 %, dado que el primero es el más utilizado internacionalmente y cumple con las recomendaciones actuales para pruebas de coagulación, garantizando resultados válidos y estandarizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 37 - LOTE 32, ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aceptar el uso de tubos con citrato de sodio al 3,2 % en lugar de 3,8 %, dado que el primero es el más utilizado internacionalmente y cumple con las recomendaciones actuales para pruebas de coagulación, garantizando resultados válidos y estandarizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 38 - LOTE 1: ITEMS 101

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
Se solicita al convocante considerar la separación del equipo de análisis de orina del Lote 1, distinguiéndolo de los equipos de inmunología-química, gasometría, hemograma y crisis. Esta división facilitaría una mejor gestión en el proceso de adquisición y permitiría a los oferentes presentar propuestas más ajustadas a sus especialidades, optimizando así la calidad y eficiencia en cada categoría de equipos. Además, la separación de estos equipos podría contribuir a una distribución más adecuada de recursos y a una mejor atención a las necesidades específicas de cada área.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC		

Consulta 39 - LOTE 61 ITEMS 9

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
Se solicita a la convocante aceptar punteras desechables para pipetas automáticas en bolsas de 500 unidades como mínimo, en lugar de 1000 unidades como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 40 - LOTE 9, ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
En referencia al TEST MULTIDROGAS PARA ORINA - 10 DROGAS, Presentación de entrega: mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación. Se solicita a la convocante aceptar un mínimo de 12 determinaciones por presentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 41 - LOTE 1: ITEM 34 AL 41 Y ITEMS 51 Y 52

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
Se solicita a la convocante aceptar un equipo integrado que contemple un máximo de 10 canales abiertos para reactivos de otras marcas en los lotes 36 al 41 y los lotes 51 y 52, con el fin de fomentar una mayor competitividad y flexibilidad en el proceso de adquisición sin afectar el desempeño analítico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 42 - LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
----------	-------------------	------------

En relación a la especificación técnica que dice: el módulo de inmunología debe tener la capacidad de 40 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Se solicita a la convocante aceptar un mínimo de 36 posiciones de reactivos a bordo, en lugar de las 40 indicadas, considerando que esta capacidad sigue siendo suficiente para cubrir una amplia gama de determinaciones inmunológicas. Esta flexibilización permitirá una mayor participación de oferentes, fomentando así la competencia y garantizando la eficiencia en el proceso de adquisición sin comprometer la calidad ni la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 43 - LOTE 1: ITEMS 2, 3, 4,5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente la separación del lote del equipo de hemograma y crisis del lote 1 actualmente combinado con los equipos de química e inmunología, gasometría y orina. Consideramos que agrupar tecnologías de distinta naturaleza funcional, operativa y técnica en un único lote puede restringir la participación de más oferentes, limitando la competencia y reduciendo la posibilidad de obtener mejores condiciones comerciales y técnicas para la institución convocante. El equipamiento de hemograma posee características y requerimientos específicos distintos a los de los analizadores de química clínica e inmunología, tales como: Diferencias en la metodología analítica, mantenimiento operativo, distinta frecuencia de uso y reposición de reactivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 44 - LOTE 1: ITEMS 101

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita al convocante considerar la separación del equipo de análisis de orina del Lote 1, distinguiéndolo de los equipos de inmunología-química, gasometría, hemograma y crisis. Esta división facilitaría una mejor gestión en el proceso de adquisición y permitiría a los oferentes presentar propuestas más ajustadas a sus especialidades, optimizando así la calidad y eficiencia en cada categoría de equipos. Además, la separación de estos equipos podría contribuir a una distribución más adecuada de recursos y a una mejor atención a las necesidades específicas de cada área.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 45 - LOTE 9, ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
----------	-------------------	------------

En referencia al TEST MULTIDROGAS PARA ORINA - 10 DROGAS, Presentación de entrega: mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación. Se solicita a la convocante aceptar un mínimo de 12 determinaciones por presentación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 46 - LOTE 14 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
En referencia al test para mononucleosis infecciosa con controles + y -. Presentación de entrega: mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación. Se solicita a la convocante aceptar un máxima de 100 determinaciones por presentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 47 - LOTE 1: ITEMS 2, 3, 4,5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2025
Solicitamos respetuosamente la separación del lote del equipo de hemograma y crasis del lote 1 actualmente combinado con los equipos de química e inmunología, gasometría y orina. Consideramos que agrupar tecnologías de distinta naturaleza funcional, operativa y técnica en un único lote puede restringir la participación de más oferentes, limitando la competencia y reduciendo la posibilidad de obtener mejores condiciones comerciales y técnicas para la institución convocante. El equipamiento de hemograma posee características y requerimientos específicos distintos a los de los analizadores de química clínica e inmunología, tales como: Diferencias en la metodología analítica, mantenimiento operativo, distinta frecuencia de uso y reposición de reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 48 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2025
Lote 5 : Solicita: "REACTIVOS POR Inmunofluorescencia AUTOMATIZADO. IFI, Con automatización completa. Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit". Consulta: Se solicita a la convocante reformular el requerimiento considerando que los reactivos para Inmunofluorescencia no requieren calibradores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio		

Consulta 49 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Plazo de entrega Reactivo con equipos en comodato, Monto Minimo: No se visualiza el porcentaje de la 1er Entrega del Monto Minimo. Es dato muy importante para la prevision de disponibilidad en caso de ser adjudicados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Se aclara que la 1RA. ENTREGA DEL MONTO MÍNIMO será del 20% al igual que los demás reactivos e insumos contemplados en el Plan de Entrega.		

Consulta 50 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
----------	-------------------	------------

Vencimiento de los reactivos: considerando que existen excepciones en reactivos que por su naturaleza pueden tener vencimientos menores a 6 meses, o necesidad del servicio no se puede cumplir con el requisito, no se visualiza un protocolo para un tramite de excepcion en casos de vencimientos menores a los requeridos en el Pliego.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 51 - EETT LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
----------	-------------------	------------

Reactivos para ELISA solicitan: Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit. Considerando que se agrego al lote 6 el item 20 que no es un reactivo autoinmune, y se deberá ofrecer de una marca diferente, se solicita reformular este requerimiento con el siguiente enunciado: "Controles calibradores y reactivos de la misma marca y deben estar incluidos en cada kit".

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio

Consulta 52 - PRESENTACION DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
----------	-------------------	------------

LOTE 18 ITEM 1
Sífilis - Test Rápido: CON EL FIN DE DAR PARTICIPACIÓN A MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES SOLICITAMOS LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR LA SIGUIENTE PRESENTACION: de kits 40 test

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 53 - PRESENTACION DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
----------	-------------------	------------

LOTE 19 ITEM 1 Test Rápido para Hepatitis B
CON EL FIN DE DAR PARTICIPACIÓN A MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES SOLICITAMOS LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR LA SIGUIENTE PRESENTACION: de kits 40 test

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.

Consulta 54 - PRESENTACION DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
LOTE 20 ITEM 1 Chagas Test Rápido CON EL FIN DE DAR MAYOR PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA PRESENTACION DE: kits 40 test		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 55 - RENDIMIENTO DE REACTIVOS .

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Con respecto a los cartuchos individuales, como bien lo solicita el pbc es de UN SOLO USO. El mismo no aplica un rendimiento de 85% ni mucho menos ya que el mismo se utiliza 100 y es un CARTUCHO INDIVIDUAL. Favor tener en cuenta el 100% de las licitaciones anteriores donde especifican que: RENDIMIENTO DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO La convocante establece un rendimiento de productos a ser entregados, en los siguientes parámetros: Hematología, rendimiento establecido: 70%. Química Clínica, rendimiento establecido: 80%. Inmunología, rendimiento establecido: 80%. Crasis Sanguínea, rendimiento establecido: 70%. Gases y Electrolitos (electrodos), rendimiento: 70%. Cartuchos individuales (para gases y/o electrolitos), rendimiento establecido: 100%. Reactivo para Elisa, rendimiento establecido: 85% Favor modificar teniendo en cuenta que se trata de un error.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 56 - Lote 46 - Item 2 ESPÉCULO DESCARTABLE MEDIANO

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Lote 46 - Item 2 ESPÉCULO DESCARTABLE MEDIANO Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Cantidad mínima aproximada: 10.000 unidades y cantidad máxima aproximada: 20.000.		

Consulta 57 - Lote 46 - Item 1 ESPÉCULO DESCARTABLE GRANDE

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Lote 46 - Item 1 ESPÉCULO DESCARTABLE GRANDE Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Cantidad mínima aproximada: 5.000 unidades y cantidad máxima aproximada: 10.000 unidades.		

Consulta 58 - Lote 46 - Item 3 ESPÉCULO DESCARTABLE PEQUEÑO

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Lote 46 - Item 3 ESPÉCULO DESCARTABLE PEQUEÑO Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Cantidad mínima aproximada: 10.000 unidades y cantidad máxima aproximada: 20.000.		

Consulta 59 - Lote 61 ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
¿Podemos ofertas las puntas en una presentación de paquete x 500 unidades como mínimo? La consulta obedece a que normalmente la presentación de este tamaño de puntas viene en paquete x 500 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Prueba rápida VIH 1/2, con sensibilidad superior a 98% Método: Inmunocromatografía, cualitativo de Cuarta generación, para detección de anticuerpos anti-VIH 1/2 y antígeno p24 en cassette o tiras. Las muestras: sangre total, suero o plasma no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los cassettes o tiras; permitir la lectura visual. Debe incluir buffer si la técnica lo requiere e instructivo de uso en español. Presentación: mínima de 20 pruebas por caja. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su defecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA vigente (validez 12 meses)." Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la exclusión de este requisito, ya que no todos los oferentes cuentan con productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS ni con la constancia de uso satisfactorio emitido por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA. Esto podría limitar la participación de proveedores que ofrecen pruebas de alta calidad certificadas por otros organismos internacionales. En su lugar, proponemos que se adopte un criterio técnico que exija pruebas diagnósticas certificadas bajo estándares internacionales de calidad, tales como la norma ISO 13485, el marcado CE o la aprobación de la FDA. Estos estándares garantizan que los productos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, asegurando su eficacia, seguridad y cumplimiento con las regulaciones vigentes. La aplicación de este enfoque permitiría ampliar la oferta de productos disponibles sin comprometer la calidad ni la seguridad, fomentando la competitividad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Presentación de entrega: mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación." Se solicita respetuosamente a la entidad convocante considerar la admisión de una sensibilidad mínima del 94%, ya que este valor sigue siendo altamente efectivo para pruebas de tamizaje y se encuentra dentro de los rangos aceptados en la práctica clínica y regulatoria. Diversos estudios normativos e internacionales reconocen que una sensibilidad en este umbral permite detectar con alta precisión la mayoría de los casos positivos, garantizando resultados confiables y reduciendo el riesgo de falsos negativos en contextos de diagnóstico preliminar. Además, una sensibilidad del 94% es un parámetro alcanzable por la mayoría de las pruebas disponibles en el mercado, lo que asegura la disponibilidad de insumos de calidad sin comprometer el desempeño clínico. La implementación de este ajuste facilitaría una mayor participación de oferentes, fomentando la competitividad y ampliando el acceso a soluciones diagnósticas confiables. Por lo anterior, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 43 (Contenedor / frascos de esputo), donde dice: "Transparente con tapa rosca, boca ancha 4,5 cm de diámetro y 4 cm de base, 50 ml de capacidad." Se solicita amablemente a la convocante establecer una capacidad variable para este producto, en lugar de un volumen fijo. Esto se debe a que cada marca o fabricante puede presentar ligeras variaciones en el volumen de su producto. Al permitir esta flexibilidad, se evitará restringir la participación a un solo oferente que disponga de ese volumen específico. Por lo tanto, solicitamos que dicho requerimiento sea redactado de la siguiente manera: "Transparente con tapa rosca, boca ancha 4,5 cm de diámetro y 4 cm de base, 50 ml de capacidad como mínimo."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio		

Consulta 63 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, (± 1 mm) banda mate. Con o sin separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina." Se solicita respetuosamente a la convocante admitir un rango de variación de ± 3 mm, considerando que dicha diferencia es insignificante en relación con lo especificado y no compromete la funcionalidad ni la utilidad del insumo. Este ajuste permitiría ampliar la competitividad entre oferentes, sin afectar la calidad ni el desempeño esperado del producto. Por consiguiente, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente forma: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, (± 3 mm) banda mate. Con o sin separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 64 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 20% DEL MONTO MÍNIMO: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Solicitamos respetuosamente la extensión del plazo de entrega a 45 días calendario, considerando los tiempos requeridos para la fabricación, logística de envío y trámites aduaneros, los cuales pueden fácilmente superar un mes. La limitación del plazo actual restringe injustificadamente la participación de oferentes que cuentan con la capacidad de suministro, pero que requieren un tiempo razonable para cumplir con los procesos mencionados. Mantener este plazo beneficia únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, lo que podría generar condiciones desiguales en el proceso de adquisición. La ampliación del plazo garantizaría una competencia más equitativa, promoviendo la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la calidad ni la disponibilidad del producto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.</p>		

Consulta 65 - Lote 46 - Item 1 ESPÉCULO DESCARTABLE GRANDE

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
<p>Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
<p>Misma respuesta que la consulta 57.</p>		

Consulta 66 - Lote 46 - Item 2 ESPÉCULO DESCARTABLE MEDIANO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
<p>Lote 46 - Item 2 ESPÉCULO DESCARTABLE MEDIANO Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
<p>Misma respuesta que la consulta 56.</p>		

Consulta 67 - Lote 46 - Item 3 ESPÉCULO DESCARTABLE PEQUEÑO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
<p>Lote 46 - Item 3 ESPÉCULO DESCARTABLE PEQUEÑO Solicitamos aclarar la cantidad que pretenden adjudicar para este tamaño. Es a los efectos de colaborar con el potencial oferente para una estimación de la cantidad a ser importada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2025
<p>Misma respuesta que la consulta 58.</p>		