

Consultas Realizadas

Licitación 460096 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL H.P.M - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - Ítem N° 7 Creatinina

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2025
Favor seguir lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 30 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. NOTA: La solicitud se debe a que muchos de los insumos requieren ser importados del exterior (con su posterior despacho en aduanas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2025
Favor seguir lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - Ítem N° 41 Tubos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Favor aclarar que están precisando porque el pedido del PBC se refiere a 2 tipos de tubos ¿Necesitan Tubos con gel y acelerante? O ¿Necesitan tubos de vidrios con tapa rosca baquelita? En caso de ser tubo con gel y acelerante, favor aclarar de que volumen están necesitando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
Se toma en conocimiento su consulta, y se aclara que se procedera a la adecuación del PBC.		

Consulta 4 - Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Solicitamos la exclusión del pedido de presentación muestras especialmente de los Reactivos In Vitro debido a que perderían su cadena de frío el cual debe permanecer a una temperatura mínima de 2 a 8°C, normalmente se presenta hojas técnicas en el caso de los reactivos de uso In Vitro. Este pedido de muestra limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2025
Favor seguir lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - Ítem Nº 37 Protrombina

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 unidades de frascos de 10 ml.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en la EETT DEL PBC.

Consulta 6 - Ítem Nº 38 Tiempo Parcial de Tromboplastina

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 unidades de frascos de 2 ml.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
------------------	---------------------------	------------

Se aclara lo estipulado en el Ítem Nº38 en la sección de las EETT:

Reactivo para (TPA) caja por 6 unidades de frascos de 2 ml. para la determinación manual y automatizada del tiempo parcial de tromboplastina activada en formato líquido.

Consulta 7 - Ítem Nº 7 Creatinina

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan el Reactivo de Creatinina en una presentación de caja 4 x 200 ml. = 800 ml.

Aclaremos que normalmente este reactivo no viene en la presentación solicitada, es casi imposible de encontrar en el mercado con esa presentación, a menos que cuadruplicamos la cantidad en ml. solicitada y el precio referencial sea modificada para entregarles el ml. que precisan.

Por lo tanto, consultamos ¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2025
------------------	---------------------------	------------

Favor seguir lo establecido en el PBC.

Consulta 8 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir la presentación de test de sangre oculta en heces en caja x 40 test

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Agradecemos su consulta.

Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 9 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir un reactivo de Benedict en presentación de 500 ml. Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a un reactivo de la línea química clínica similar a Bilirrubina, GOT, GPT, etc; porque dicha reacción es semicuantitativa y es informado por cruces y no requiere la utilización de un espectro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 10 - ítem 18 - Eosina colorante

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir un test de HIV 1/2 AB en presentación de caja x 25 test como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 11 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue NS1, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 12 - ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se podría admitir un frasco de VDRL de 5,5 ml para 250 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 13 - ITEM 30

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test de rotavirus de presentación de 40 test por caja?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 14 - ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a caja x 100 o 10 unidades, ya que lo habitual es de presentaciones de caja por 100 unidades como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 15 - ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para Chinkunguya, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 16 - ITEM 37

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría admitir un reactivo de Protrombina en versión líquida, listo para uso?
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado es un reactivo en versión liofilizada o versión líquida teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas se mencionan ambos formatos

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
------------------	---------------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 17 - ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un reactivo de APTT en presentación de 6 x 2,5 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 18 - ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar las dimensiones de las copillas solicitadas, teniendo en cuenta que no se especifica el modelo de equipo de coagulación para el cual se solicitan las copillas

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 19 - ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue IGG/IGM, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 20 - ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un tubo con citrato de 0,9 ml de capacidad de volumen?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 21 - ITEM 43

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
----------	-------------------	------------

Se podría admitir unas punteras en presentación de paquete x 1000 unidades como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta.
Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Consulta 22 - ITEM 45/46

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se podría admitir un suero control normal y patológico en presentación de kit de 6x5 ml? Es decir, un kit que ya contenga ambos controles incluidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 23 - ITEM 47

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se podría admitir un test de HCG S/U en presentación de caja x 50 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 24 - ITEM 48

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita a la convocante aclarar para que equipo sería el reactivo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 25 - ITEM 49

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita a la convocante aclarar cual sería la determinación solicitada, ya que en la descripción del producto se solicita test para Hepatitis A y en las especificaciones técnicas se solicita Hepatitis B		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 26 - ITEM 50

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se podría admitir un test de Adenovirus/Rotavirus en presentación de caja por 40 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 27 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
¿Se podría admitir la oferta de un combo test que tenga SARS COV 2 + FLU A + FLU B + RSV, en presentación de 20 test como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la informacion necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 28 - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2025
Se solicita a la convocante admitir una solución de lugol de gram x 100 ml con (IODO 1% + KI 2%)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2025
Agradecemos su consulta. Respecto a su requerimiento, le solicitamos ceñirse amablemente por lo establecido en las EETT del PBC las cuales contienen toda la informacion necesaria para el cumplimiento de los requisitos solicitados.		

Consulta 29 - ..

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
Solicitamos a la convocante responder técnicamente como corresponde a todas las consultas realizadas, debido a que es casi imposible de cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitados en el pliego y a la vez corren el riesgo de que sea declarado desierto varios ítems, la falta de una buena respuesta evidencia que este llamado está muy direccionado, el cual reducen considerablemente la participación de diversos oferentes y atenta claramente contra los intereses de la institución/ciudadano pagador de impuestos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
En atención a su observación, informamos que todas las especificaciones técnicas incluida en el Pliego de Bases Y Condiciones (PBC) han sido definidas en base a los requerimientos técnicos del Hospital Pediátrico Municipal, con el fin de asegurar la calidad, seguridad y compatibilidad de los productos a ser adquiridos. Aclaremos que en ningún momento se ha pretendido restringir la participación de los oferentes, y que las condiciones establecidas buscan responder a las necesidades reales dela institución, en cumplimiento de los principios de transparencia, libre competencia y eficiencia del gasto publico. Las respuestas brindadas se realizan conforme a criterios técnicos y dentro del marco legal vigente, garantizando así un proceso equitativo y abierto todos los interesados que pueden cumplir con los requisitos establecidos. Quedamos a dispocion para continuar atendiendo todas las consultas en los plazos previsto.		

Consulta 30 - Ítem Nº 7 Creatinina

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo? Esta consulta es debido a que en los antecedentes de estimación de precios publicado en este llamado corresponde a la presentación de 200 ml., también el precio referencial corresponde a una presentación de caja x 200 ml., y no a caja 4 x 200 ml = 800 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
Agradecemos su consulta. En atención a la misma, le informamos que, según las EETT por el Hospital Pediátrico Municipal, el reactivo para creatinina requerido debe presentarse en caja de 4 x 200ml, compatible para su uso en los equipos BIOSYSTEMS BTS-350 Y A15. Por lo tanto, no sería procedente ofertar una presentación diferente, como caja x 200ml, ya que no se ajusta a lo solicitado en los términos del llamado. Quedamos atentos a cualquier otra consulta o aclaratoria que considere necesaria.		

Consulta 31 - Ítem Nº 38 Tiempo Parcial de Tromboplastina

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 unidades de frascos de 4 ml.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
Muchas gracias por su consulta le informamos cordialmente que la presentación solicitada en el llamado corresponde a los requerimientos establecidos por el Hospital Pediátrico Municipal. Estamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.		

Consulta 32 - Ítem Nº 37 Protrombina

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 unidades de frascos de 10 ml. como mínimo?. Esta consulta es debido a que en los antecedentes de estimación de precios publicado en este llamado corresponde a la presentación de Caja conteniendo 6 frascos de 10 ml., y no a caja 10 frascos x 10 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
En relación a su consulta, le informamos que deben guiarse por las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, conforme a los requerimientos del Hospital Pediátrico Municipal. Estamos a disposición para cualquier información adicional que necesite.		

Consulta 33 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante que tenga a bien considerar que las distintas marcas proveedoras pueden ofrecer sus productos en presentaciones variables. En virtud de ello, solicitamos se confirme si sería admisible ofrecer una presentación diferente a la indicada en el pliego, siempre que la misma sea equivalente en términos de cantidad y calidad al producto solicitado. Asimismo, agradeceremos se precise cuántas determinaciones deben cubrirse con cada presentación, dado que esta información resulta esencial para establecer la correspondencia entre las presentaciones disponibles en el mercado y las requeridas en la licitación, considerando que estas pueden variar según el rendimiento y la formulación particular de cada producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda.

Consulta 34 - Ítems 23 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem 23 - Test Sífilis VDRL, frasco x 100 ml -, solicitamos confirmar si la mención a "100 ml" corresponde efectivamente a una presentación por volumen, o si se trata de un error de tipeo y en realidad se refiere a una presentación para 100 determinaciones, que sería lo esperable para este tipo de reactivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda.

Consulta 35 - Ítem 18 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
----------	-------------------	------------

Con relación al Ítem 18 - Test Rápido para HIV 1/2, caja x 30 o 40 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual) -, se consulta si sería posible admitir presentaciones desde 25 test como mínimo y hasta 40 test como máximo, considerando que esto podría ampliar la posibilidad de participación de oferentes y facilitar la competitividad del proceso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda.

Consulta 36 - Ítem Nº 7 Creatinina

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 200 det. como mínimo?
Esta consulta es debido a que en los antecedentes de estimación de precios publicado en este llamado corresponde a la presentación de 200 ml., también el precio referencial corresponde a una presentación de caja x 200 ml., y no a caja 4 x 200 ml = 800 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se toma conocimiento de lo mencionado con respecto a los antecedentes de estimación de costos, en consecuencia se ha solicitado a la DNCP la eliminación del archivo de antecedentes referenciales correspondiente a la fecha 19 de marzo del 2025, el cual genera confusión debido a su contenido o falta de actualización.
Así mismo, solicitamos se proceda con la validación del archivo correcto de antecedentes referenciales, correspondiente a la fecha 21 de abril del 2025, el cual fue elaborado conforme a las disposiciones técnicas y normativas vigentes y refleja con precisión los requerimientos establecidos por esta institución.
Por lo cual favor ceñirse a las EETT del PBC.

Consulta 37 - Ítem Nº 37 Protrombina

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 unidades de frascos de 10 ml. como mínimo?
Esta consulta es debido a que en los antecedentes de estimación de precios publicado en este llamado corresponde a la presentación de Caja conteniendo 6 frascos de 10 ml., y no a caja 10 frascos x 10 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se toma conocimiento de lo mencionado con respecto a los antecedentes de estimación de costos, en consecuencia se ha solicitado a la DNCP la eliminación del archivo de antecedentes referenciales correspondiente a la fecha 19 de marzo del 2025, el cual genera confusión debido a su contenido o falta de actualización.
Así mismo, solicitamos se proceda con la validación del archivo correcto de antecedentes referenciales, correspondiente a la fecha 21 de abril del 2025, el cual fue elaborado conforme a las disposiciones técnicas y normativas vigentes y refleja con precisión los requerimientos establecidos por esta institución.
Por lo cual favor ceñirse a las EETT del PBC.

Consulta 38 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 30 días contados a partir de la recepción de la orden de compra.
NOTA: La solicitud se debe a que muchos de los reactivos e insumos no se disponen en stock, por lo que debemos importar del exterior (con su posterior despacho en aduanas) normalmente dicho proceso enlentece para una entrega inmediata.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
-----------	--------------------	------------

Favor ceñirse a lo establecido en el PBC

Consulta 39 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos la exclusión del pedido de presentación muestras especialmente de los Reactivos In Vitro debido a que perderían su cadena de frío el cual debe permanecer a una temperatura mínima de 2 a 8°C, normalmente se presenta HOJAS TECNICAS que brindan suficiente información en el caso de los reactivos de uso In Vitro.
Este pedido de muestra limita la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
-----------	--------------------	------------

favor ceñirse a la solicitado en el PBC

Consulta 40 - ITEM 13 TEST SANGRE OCULTA

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
----------	-------------------	------------

FAVOR CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN EN CAJA X 25 TEST COMO MINIMO...

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
-----------	--------------------	------------

favor ceñirse a lo establecido en el PBC

Consulta 41 - ítem 49 HEPATITIS A TEST

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
FAVOR ACLARAR A CUAL CORRESPONDE EL ÍTEM 49 = TEST DE HEPATITIS A o TEST HEPATITIS B (como indica en las especificaciones) => Test Rápido para la detección cualitativa de la hepatitis B suero total o plasma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2025
tomando en cuenta su consulta se ha procedido a la adenda respectiva.		

Consulta 42 - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para glucosa en presentación de caja 4 x250 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 y A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 43 - ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para triglicéridos en presentación de caja 1x100 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 44 - ÍTEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para albúmina en presentación de caja 1x120 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 45 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para proteínas totales en presentación de caja 1x120 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 46 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para ácido úrico en presentación de caja 2x100 + 1x50 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 47 - ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para creatinina en presentación de caja 2x100 + 2x25 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 48 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para urea en presentación de caja 4x100 + 4x25 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 49 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para GOT en presentación de caja 4x40 + 1x40 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 50 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para GPT en presentación de caja 4x40 + 1x40 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 51 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir un reactivo para ALP en presentación de caja 4x20 + 1x20 ml como mínimo? Compatible con espectro Biosystems BTS-350 A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 52 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se podría admitir la oferta de un reactivo para bilirrubina directa y otro reactivo para bilirrubina total por separado, compatibles con Biosystems BTS-350 A 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 53 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante que aclare si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue NS1, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 54 - ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante que aclare si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue IGG/IGM, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 55 - ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a caja x 100 o 10 unidades, ya que lo habitual es de presentaciones de caja por 100 unidades como mínimo, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
Favor ceñirse a lo establecido en las EETT.		

Consulta 56 - ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para Chinkunguya, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda

Consulta 57 - ITEM 37

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado es un reactivo en versión liofilizada o versión líquida teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas se mencionan ambos formatos, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda

Consulta 58 - ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar las dimensiones de las copillas solicitadas, teniendo en cuenta que no se especifica el modelo de equipo de coagulación para el cual se solicitan las copillas, o en su defecto indicar para que equipo de coagulación se solicita el producto. Teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada. .

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Las copillas son compatible con equipo Humacloot Junior.

Consulta 59 - ITEM 49

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar cuál sería la determinación solicitada, ya que en la descripción del producto se solicita test para Hepatitis A y en las especificaciones técnicas se solicita Hepatitis B, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda

Consulta 60 - ITEM 49

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar cuál sería la determinación solicitada, ya que en la descripción del producto se solicita test para Hepatitis A y en las especificaciones técnicas se solicita Hepatitis B, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se ha tomado en cuenta su consulta y se han hecho modificaciones al PBC a través de una adenda

Consulta 61 - ITEM 48

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que equipo sería el reactivo solicitado, teniendo en cuenta que la respuesta indicada no aclara la consulta realizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Compatible con equipo HEMATOLOGICO GENRUI.

Consulta 62 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar el rendimiento mínimo y máximo esperado por cada presentación de los reactivos requeridos

Esta solicitud se fundamenta en que, según las especificaciones técnicas y el equipo mencionado, existen diversas marcas compatibles cuyas presentaciones varían tanto en cantidad como en rendimiento.

A fin de fomentar la libre competencia y evitar direccionamientos hacia una marca específica, solicitamos considerar esta aclaración para garantizar igualdad de condiciones entre los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-05-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que las presentaciones y rendimientos de los reactivos solicitados corresponden a las EEPP de los equipos con los que actualmente cuenta el Hospital Pediátrico Municipal, por lo que deben ser plenamente compatibles con los siguientes analizadores:

- Analizador hematológico Genrui
- Analizador Biosystem BTS-350
- Analizador A15
- Humaclo Junior

Asimismo se requiere que los reactivos ofrezcan el rendimiento máximo posible por presentación a fin de optimizar los recursos y garantizar la eficiencia operativa.

Consulta 63 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante que aclare si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue NS1, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden entre sí, es la tercera tanda de consulta en referencia al ítem

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
-----------	--------------------	------------

Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems están de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.

Consulta 64 - ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a test rápido para virus respiratorio o a test para dengue IGG/IGM, ya que la descripción del producto y las especificaciones técnicas no coinciden entre sí, es la tercera tanda de consulta en referencia al ítem

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
-----------	--------------------	------------

Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems están de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.

Consulta 65 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
¿Se podría admitir la oferta de un combo test que tenga SARS COV 2 + FLU A + FLU B + RSV, en presentación de 20 test como mínimo? Se solicita a la convocante aclara si las siglas VCR se refiere a RSV?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.		

Consulta 66 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto Lugar de entrega de los bienes, donde menciona: "Hospital Pediátrico Municipal de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas. Dentro de un plazo máximo de 10 (DIEZ) días hábiles posteriores a la recepción efectiva por parte del PROVEEDOR de la ORDEN DE COMPRA." Se solicita amablemente a la convocante la ampliación del plazo de entrega a 30 días hábiles. Esta extensión resulta fundamental debido a los tiempos requeridos para la fabricación de los productos, los procesos logísticos de envío y los trámites aduaneros, los cuales, en muchos casos, pueden superar el mes. Ampliar el plazo de entrega permitirá la participación de un mayor número de oferentes con capacidad de suministro, fomentando una competencia más equitativa. De esta manera, se evitaría restringir la adjudicación únicamente a proveedores con stock disponible inmediata, asegurando condiciones justas y promoviendo la adquisición de productos con los más altos estándares de calidad. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Hospital Pediátrico Municipal de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas. Dentro de un plazo máximo de 30 (TREINTA) días hábiles posteriores a la recepción efectiva por parte del PROVEEDOR de la ORDEN DE COMPRA."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
: Favor ceñirse a las EETT del pliego PBC.		

Consulta 67 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Se ha identificado una inconsistencia en el ítem 50 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido Rotavirus Adenovirus", mientras que en la descripción técnica se indica: "Test Rápido Adenovirus Hisopado NASOFARINGEO (método inmunocromatográfico manual) (caja por 20 a 25 unidades como mínimo)". Dado que el rotavirus no se detecta mediante hisopado nasofaríngeo, y que la descripción técnica se refiere exclusivamente a un test para adenovirus en muestra respiratoria, solicitamos respetuosamente que se corrija el nombre del producto en dicho ítem a: "Test Rápido para Adenovirus". Esta modificación permitirá alinear el nombre del producto con su descripción técnica, evitando confusiones entre los oferentes y contribuyendo a una mayor claridad y transparencia en el proceso de licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.		

Consulta 68 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 30: (Test Rápido para Rotavirus), donde dice: "Test Rotavirus caja x 25 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test Rotavirus caja x 20 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC</p>		

Consulta 69 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se observa una inconsistencia en el ítem 21 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido - Virus Respiratorio", mientras que la descripción corresponde a un "Test de Dengue Anticuerpos IGG, IGM caja por 20 a 25 unidades (como mínimo)". Cabe señalar que el virus del dengue no es clasificado como un virus respiratorio, sino como un arbovirus transmitido por vectores (principalmente el mosquito <i>Aedes aegypti</i>), por lo que su inclusión bajo esa categoría resulta incorrecta. Por lo tanto, se solicita a la entidad convocante corregir el nombre del producto en dicho ítem para que guarde coherencia con la descripción técnica y las características del producto requerido. Esta modificación contribuirá a evitar confusiones entre los oferentes y garantizará una mayor claridad en el proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.</p>		

Consulta 70 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se observa una inconsistencia en el ítem 20 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido - Virus Respiratorio", mientras que la descripción corresponde a un "Test de Dengue Antígeno NS1, caja por 20 a 25 unidades (como mínimo)". Cabe señalar que el virus del dengue no es clasificado como un virus respiratorio, sino como un arbovirus transmitido por vectores (principalmente el mosquito <i>Aedes aegypti</i>), por lo que su inclusión bajo esa categoría resulta incorrecta. Por lo tanto, se solicita a la entidad convocante corregir el nombre del producto en dicho ítem para que guarde coherencia con la descripción técnica y las características del producto requerido. Esta modificación contribuirá a evitar confusiones entre los oferentes y garantizará una mayor claridad en el proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.</p>		

Consulta 71 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 13: (Test para sangre oculta), donde dice: "Test de sangre oculta en heces caja x24 test. (como mínimo)." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test de sangre oculta en heces caja x20 test. (como mínimo)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.</p>		

Consulta 72 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 18: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Test Rápido para HIV 1/2, caja x 30 o 40 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)." Se solicita a la entidad convocante aceptar una presentación mínima de 25 determinaciones por caja, considerando que ello no afecta el propósito del test ni compromete su eficacia. Asimismo, se asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación permitiría una mayor participación de oferentes, lo que contribuiría a un proceso más equitativo y transparente. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test Rápido para HIV 1/2, caja x 25 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.</p>		

Consulta 73 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto Lugar de entrega de los bienes, donde menciona: "Hospital Pediátrico Municipal de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas. Dentro de un plazo máximo de 10 (DIEZ) días hábiles posteriores a la recepción efectiva por parte del PROVEEDOR de la ORDEN DE COMPRA." Se solicita amablemente a la convocante la ampliación del plazo de entrega a 30 días hábiles. Esta extensión resulta fundamental debido a los tiempos requeridos para la fabricación de los productos, los procesos logísticos de envío y los trámites aduaneros, los cuales, en muchos casos, pueden superar el mes. Ampliar el plazo de entrega permitirá la participación de un mayor número de oferentes con capacidad de suministro, fomentando una competencia más equitativa. De esta manera, se evitaría restringir la adjudicación únicamente a proveedores con stock disponible inmediata, asegurando condiciones justas y promoviendo la adquisición de productos con los más altos estándares de calidad. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Hospital Pediátrico Municipal de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas. Dentro de un plazo máximo de 30 (TREINTA) días hábiles posteriores a la recepción efectiva por parte del PROVEEDOR de la ORDEN DE COMPRA."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC.</p>		

Consulta 74 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se ha identificado una inconsistencia en el ítem 50 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido Rotavirus Adenovirus", mientras que en la descripción técnica se indica: "Test Rápido Adenovirus Hisopado NASOFARINGEO (método inmunocromatográfico manual) (caja por 20 a 25 unidades como mínimo)". Dado que el rotavirus no se detecta mediante hisopado nasofaríngeo, y que la descripción técnica se refiere exclusivamente a un test para adenovirus en muestra respiratoria, solicitamos respetuosamente que se corrija el nombre del producto en dicho ítem a: "Test Rápido para Adenovirus". Esta modificación permitirá alinear el nombre del producto con su descripción técnica, evitando confusiones entre los oferentes y contribuyendo a una mayor claridad y transparencia en el proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.</p>		

Consulta 75 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 30: (Test Rápido para Rotavirus), donde dice: "Test Rotavirus caja x 25 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test Rotavirus caja x 20 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.</p>		

Consulta 76 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se observa una inconsistencia en el ítem 21 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido - Virus Respiratorio", mientras que la descripción corresponde a un "Test de Dengue Anticuerpos IGG, IGM caja por 20 a 25 unidades (como mínimo)". Cabe señalar que el virus del dengue no es clasificado como un virus respiratorio, sino como un arbovirus transmitido por vectores (principalmente el mosquito <i>Aedes aegypti</i>), por lo que su inclusión bajo esa categoría resulta incorrecta. Por lo tanto, se solicita a la entidad convocante corregir el nombre del producto en dicho ítem para que guarde coherencia con la descripción técnica y las características del producto requerido. Esta modificación contribuirá a evitar confusiones entre los oferentes y garantizará una mayor claridad en el proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.</p>		

Consulta 77 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se observa una inconsistencia en el ítem 20 del pliego, donde el nombre del producto figura como "Test Rápido - Virus Respiratorio", mientras que la descripción corresponde a un "Test de Dengue Antígeno NS1, caja por 20 a 25 unidades (como mínimo)". Cabe señalar que el virus del dengue no es clasificado como un virus respiratorio, sino como un arbovirus transmitido por vectores (principalmente el mosquito <i>Aedes aegypti</i>), por lo que su inclusión bajo esa categoría resulta incorrecta. Por lo tanto, se solicita a la entidad convocante corregir el nombre del producto en dicho ítem para que guarde coherencia con la descripción técnica y las características del producto requerido. Esta modificación contribuirá a evitar confusiones entre los oferentes y garantizará una mayor claridad en el proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que el nombre de los ítems está de acuerdo al código de catálogo estipulado por el técnico verificador de la DNCP.</p>		

Consulta 78 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 18: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Test Rápido para HIV 1/2, caja x 30 o 40 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)." Se solicita a la entidad convocante aceptar una presentación mínima de 25 determinaciones por caja, considerando que ello no afecta el propósito del test ni compromete su eficacia. Asimismo, se asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación permitiría una mayor participación de oferentes, lo que contribuiría a un proceso más equitativo y transparente. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test Rápido para HIV 1/2, caja x 25 test (como mínimo) (método inmunocromatográfico manual)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.</p>		

Consulta 79 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el ítem 13: (Test para sangre oculta), donde dice: "Test de sangre oculta en heces caja x24 test. (como mínimo)." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test de sangre oculta en heces caja x20 test. (como mínimo)."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse a las EETT del PBC ya que la solicitud se basa a las necesidades del H.P.M.</p>		

Consulta 80 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Se solicita respetuosamente a la entidad convocante que aclare si los precios unitarios referenciales establecidos en el proceso son correctos. Esto debido a que, al realizar los cálculos con base en los montos mínimos y máximos establecidos en el requerimiento, se observa que las cantidades resultantes no son números enteros. En varios casos, las cantidades calculadas implican fracciones de unidades (por ejemplo, media caja), lo cual no es viable en términos logísticos ni operativos. En este sentido, se solicita que se considere ajustar los precios unitarios referenciales de modo que, al aplicar los montos mínimo y máximo del producto, se obtengan cantidades enteras que permitan una correcta y factible ejecución del contrato. Esto garantizaría claridad en la cotización y posterior entrega, evitando interpretaciones ambiguas o dificultades durante la ejecución contractual.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Favor ceñirse al PBC.</p>		

Consulta 81 - ítem 52

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Solicitan Bolsas Patológicas de 200 litros, Tipo IV, color Blanco, 80 micrones de espesor., Solicitamos aclarar si las bolsas debe de llevar el símbolo universal de riesgo biológico en unas de la caras de las bolsas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Bolsa para residuos patológicos blanca paquete de 10 unidades.-capacidad 200 ltrs. 80 micrones. Con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de la bolsa.-</p>		

Consulta 82 - ítem 53

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Solicitan Bolsas Patológicas de 200 litros, Tipo IV, color rojo, 80 micrones de espesor., Solicitamos aclarar si las bolsas debe de llevar el símbolo universal de riesgo biológico en unas de la caras de las bolsas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>Bolsa para residuos patológicos blanca paquete de 10 unidades.-capacidad 200 ltrs. 80 micrones. Con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de la bolsa.-</p>		

Consulta 83 - ítem 52

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
<p>Solicitan Bolsas Patológicas de 200 litros, Tipo IV, color Blanco, 80 micrones de espesor solicitan Paquete 1, solicitamos aclarar la cantidad que debe contener los paquetes o bien colocar las cantidades unitarios mínimo y máximo solicitados para dicho ítem</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
<p>: Bolsa para residuos patológicos blanca paquete de 10 unidades.-capacidad 200 ltrs. 80 micrones. Con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de la bolsa.-</p>		

Consulta 84 - ítem 53

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Solicitan Bolsas Patológicas de 200 litros, Tipo IV, color rojo, 80 micrones de espesor., solicitan Paquete 1, solicitamos aclarar la cantidad que debe contener los paquetes o bien colocar las cantidades unitarios mínimo y máximo solicitados para dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
Bolsa para residuos patológicos blanca paquete de 10 unidades.-capacidad 200 ltrs. 80 micrones. Con el símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de la bolsa.-		

Consulta 85 - Ítem N° 13 Test de Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Favor aclarar para que método están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
Corresponde a test rápido inmunocromatográfico		

Consulta 86 - Ítem N° 23 Sífilis

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Favor aclarar para que método están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
corresponde a test rápido inmunocromatográfico.		

Consulta 87 - Ítem N° 25 Artritis

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Favor aclarar para que método están precisando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2025
corresponde a test factor reumautideo por aglutinación latex.		