

Consultas Realizadas

Licitación 461084 - LPN N° 03 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS, QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS

Consulta 1 - Criterios de Evaluación - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2025
La redacción dice: Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos COMO LOS OFERTADOS... Favor aclarar si "COMO LOS OFERTADOS", se refiere a demostrar experiencia en provisión de insumos y/o dispositivos médicos del mismo tipo de especialidad a lo ofertado, como ser cardiocirugía o prótesis/osteosíntesis o suturas para los lotes de ese tipo de especialidad; o Si se refiere a demostrar la experiencia en provisión de insumos y/o dispositivos médicos exactamente iguales a los ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

Consulta 2 - EETT - LOTE 8.1 MARCAPASOS BICAMERAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2025
DONDE DICE: ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL: ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 60 CM. FIJACIÓN PASIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. FAVOR MODIFICAR A: ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL: ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 60 CM. FIJACIÓN ACTIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. Lo solicitado es debido a que con el electrodo activo, se tiene menos riesgo de desplazamiento del electrodo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2025
Favor considerar la ultima versión del PBC.		

Consulta 3 - Criterios de Evaluación - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2025
Se solicita aclarar los ejercicios fiscales que serán analizados a efectos de la presentación de los Balances y Estados de Resultados para contribuyentes de IRE GENERAL..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima Versión del PbyC., según Adenda.		

Consulta 4 - Lote 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Consultamos la posibilidad de establecer un rango de +/-1mm en los diámetros solicitados de las suturas mecánicas, ítems 1 al 5		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima versión del PbyC, según próxima Adenda.		

Consulta 5 - Lote 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Ítem nº 8. ¿Se podría cotizar con articulación de 90º a 120º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima versión del PbyC, según próxima Adenda.		

Consulta 6 - Lote 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Ítem nº 10. ¿Se podría cotizar con articulación de 90º a 120º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima versión del PbyC, según próxima Adenda.		

Consulta 7 - Lote 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Ítem nº 9. ¿Se podría cotizar con articulación de 90º a 120º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima versión del PbyC, según próxima Adenda.		

Consulta 8 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Solicita: Contar con al menos una de las siguientes Certificaciones: FDA, CE, EMA, ANMAT, ANVISA, ISO 1348. Favor verificar el ISO parece faltarle un numero, seria ISO13548?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Favor considerar la Ultima versión del PbyC, según próxima Adenda.		

Consulta 9 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
<p>El PBC exige: Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos "COMO LOS OFERTADOS". Solicitamos respetuosamente a la Convocante eliminar dicha frase y aceptar experiencia en dispositivos médicos en general, ya que todo lo solicitado en las especificaciones técnicas se encuentran agrupados en la familia de dispositivos médicos, según la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, y con ello brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC.</p>		

Consulta 10 - Seccion Formularios PByC

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Cual es el formulario de Declaración de Personas que sera utilizado, ya que en el apartado de formularios estándar, hay dos distintos formularios, uno mencionando al decreto Reglamentario N° 2264 y el otro formulario menciona el Decreto Reglamentario N° 9823/23, aclarar dicho punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC, próxima Adenda.</p>		

Consulta 11 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>ontar con al menos una de las siguientes Certificaciones: FDA, CE, EMA, ANMAT, ANVISA, ISO 1348., solicitamos a la convocante aclarar si la certificacion ISO 1348, corresponde a la ISO 13485.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC, próxima Adenda.</p>		

Consulta 12 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos como los ofertados, con contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotes ofertados, ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021 al 2025 (no excluyente). Solicitamos a la convocante, permitir demostrar experiencia en insumos médicos y/o dispositivos médicos, de manera a permitir mayor participación de posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 13 - Lote 12 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante para una mejor interpretacion de las EETT, y que no limite oferentes, omitiendio los diámetros proximales y distales tan específicos ya que se evidencia el detalle de una sola marca "BALT" que cumpliría con estas medidas, siendo lo importante en la materia los FR y la longitud. Por lo tanto, modificar las EETT a lo siguiente : INTRODUTOR DE 4 FR A 7FR, Y DESDE 80 A 110 CM DE LARGO, CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO TRENZADO Y/O COILING. FDA PARA USO NEUROLOGICO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a todo potencial oferente considerar la ultima versión del PBC.</p>		

Consulta 14 - Lote 12 Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante agregar el tipo de coil Helicoidal (asi como detallan en el ITEM 4) ya que este tipo de coil es si o si usado en aneurismas. Por lo que sugerimos que las EETT digan : COIL CEREBRAL. TIPO TRIDIMENSIONAL Y/O HELICOIDAL. SEGUN MEDIDA QUE SE SOLICITE</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Favor considerar la ultima modificación al PbyC., según próxima Adenda.</p>		

Consulta 15 - Lote 12 Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante agregar el tipo de coil Helicoidal (asi como detallan en el ITEM 4) ya que este tipo de coil es si o si usado en aneurismas. Por lo que sugerimos que las EETT digan : COIL CEREBRAL. TIPO TRIDIMENSIONAL Y/O HELICOIDAL. SEGUN MEDIDA QUE SE SOLICITE</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 16 - Lote 12 Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas. Solo una marca en el mercado cumple con el .007 y la diferencia no afecta con la compatibilidad del resto de los insumos solicitados en este LOTE, por lo que solicitamos que las eett pasen a ser : GUÍA PARA MALFORMACIONES VASCULARES DE 0.007 Y/O 0.008 DE 200 CM +/- 20 CM DE LARGO. MATERIAL HIDROFILICO. PUNTA RECTA o J o PREFORMABLE</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 17 - Lote 12 Item 6,7 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante en caso de aceptar la consulta y sugerencia a la respuesta del item 5, anular los ITEMS 6,7 y 8 ya que se trataría del mismo producto y esto se repetiría cuando haya emisión de ordenes. Se entregaría mucho de un mismo producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 18 - Lote 12 Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas o que el Lote se declare desierto por lo que aconsejamos que las eett pasen a ser: GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, DE 0.010 A 0.012 DE 170 A 300 CM.MATERIAL HIDROFILICO. PUNTA J O RECTA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 19 - Lote 12 Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas o que el Lote se declare desierto por lo que aconsejamos que las eett pasen a ser: GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, DE 0.014 DE 175 A 300 CM. MATERIAL HIDROFILICO. PUNTA BLANDA J O RECTA PARA NAVEGACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 20 - Lote 12 Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante analizar dicho item ya que se repite con el item anterior. Es lo mismo pero dirigiendolo mas a una marca Y QUE MANTENDINEDOSE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES SE PODRIA ESTAR DIRIEGIENDO A LA MARCA BALT, Y SER PASIBLE DE POTENCIAL PROTESTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 21 - Lote 12 Item 16

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES VASCULARES. VISCOSIDAD DE ETHYL VINIL ALCOHOL, EVOH 12 Y/O 18 Y/O 34, Y DILUYENTE DMSO. RADIOPACO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 22 - Lote 12 Item 19

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 FR DE DIAMETRO INTERNO ENTRE 0.070 Y 0.072 INCHES Y DIAMETRO EXTERNO DE 6 FR. PUNTA TIPO VERTEBRAL Y/O RECTA. DESCARTABLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 23 - Lote 12 Item 20

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: CATETER BALON DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS MALFORMACIONES. CATÉTER ENTRE 150 Y160 CM BALÓN Y DE 3 A 7 MM X 10 A 30 MM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP..		

Consulta 24 - Lote 12 Item 21

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 5 A 6 FR DE DIAMETRO PROXIMAL CON 4.9 A 5 FR DE DIAMETRO DISTAL, DIAMETRO INTERNO DE 1.40MM (0.055) A 1.46MM (0.058)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 25 - Lote 12 Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 F DE DIAMETRO PROXIMAL CON 6 F DE DIAMETRO DISTAL, 95 CM DE LARGO, PUNTA MULTIPROPOSITO DIAMETRO INTERNO DESDE 1.78 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 26 - Lote 12 Item 23

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: CATETER BALON DE OCLUSIÓN UN LUMEN O DOBLE LUMEN. BALÓN ENTRE 4 Y 6 MM Y POR 7 A 20 MM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 27 - Lote 12 Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: STENT DIVERSOR DE FLUJO AUTOEXPANSIBLE CEREBRAL, PARA ANEURISMAS SIN CUELLO O DISECCIONES. CON NITINOL O CROMOCOBALTO DEBE SER RECUPERABLE, DIAMETRO entre los rangos 2,25 Y 6 MM Y LARGO ENTRE 10 Y 50 MM. DEBE CABER POR MICROCATETER DE TAMAÑO ENTRE 0,017 Y 0.027, CON MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 28 - Lote 12 Item 25

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: STENT AUTOEXPANSIBLE CEREBRAL, PARA ANEURISMAS SIN CUELLO O DISECCIONES. DEBE SER RECUPERABLE, DIAMETRO ENTRE 2 Y 6.5 MM Y LARGO ENTRE 12 Y 75 MM., CON MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DEBE CABER POR MICROCATETER DE TAMAÑO ENTRE 0,017 Y 0,027, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN EN CASO DE REQUERIR EL PRODUCTO PARA DESPRENDER STENT. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 29 - Lote 12 Item 26

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser: STENT PARA TROMBECTOMIA MECÁNICA AUTOEXPANDIBLE, CEREBRAL ENTRE 4 Y 6 MM DE DIAMETRO Y DE LARGO ENTRE 10 Y 50 MM., CON MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 30 - Lote 12 INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR -ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
En relación al Lote 12 - Insumos para Cirugía Endovascular, específicamente al Ítem 3 : Coil Cerebral, cuya descripción indica: "Coil cerebral. Tipo tridimensional. Según medida que se solicite", solicitamos a la entidad convocante considerar la inclusión de coils helicoidales dentro de este ítem.Llevando en cuenta que los coils helicoidales son comúnmente utilizados en procedimientos de embolización cerebral, especialmente en aneurismas, . Ambos tipos de coils forman parte del estándar terapéutico actual en neurointervencionismo. Solicitamos que las especificaciones tecnicas queden de la siguiente manera: "Coil cerebral. Tipo tridimensional y/o helicoidal. Según medida que se solicite."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.		

Consulta 31 - Lote 12 INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR -ITEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
<p>Respecto al ítem 19 : "Catéter guía cerebral de 6 Fr de diámetro interno de 0.070 inches y diámetro externo de 6 Fr. Punta tipo vertebral. Descartable", solicitamos a la entidad convocante autorizar la posibilidad de ofertar catéteres con punta tipo vertebral y/o multipropósito, manteniendo las demás características técnicas requeridas (6 Fr, 0.070" de diámetro interno, descartable) llevando en cuenta que los catéteres guía multipropósito también son ampliamente utilizados en procedimientos de neurointervencionismo, y su diseño permite una navegación segura y eficaz en anatomías variables. Su funcionalidad es comparable a la de los catéteres con punta tipo vertebral, y su inclusión no afecta los requisitos funcionales del procedimiento, sino que amplía las opciones disponibles para una adecuada selección clínica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 32 - Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2025
<p>En el lote stent medicado, solicitan en el ítem 1 , stent medicado que es de uso cardiologico sin embargo en el ítem 2, solicitan stent no medicado, se puede observar en el detalle de especificaciones Solicitamos a la convocante separar este lote, en dos lotes diferentes, de tal forma que pueda cotizar ambos productos por mas proveedores y puede beneficiar a la convocante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 33 - Sistema de abastecimiento

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2025
<p>La convocatoria , indica abastecimiento por lotes Solicitamos a la convocante que el abastecimiento sea por ítem y abastecimiento simultaneo eso permite tener mayor cantidad de oferentes , y economia de mercado que favorece a los usuarios finales , a la convocante y a los proveedores ya que la convocante puede comprar de varios proveedores y con calidad</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 34 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad tecnica punto 4. Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica punto 4. Registro Sanitario, solicitamos que en caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido y en proceso de renovación, sea aceptada la Constancia emitida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria donde declara eso mismo, ya que los tiempos para la emisión de la renovación de los registros sanitarios son muy largos actualmente por la demora de dicha Dirección.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se aclara a potencial oferente que dicha situación ya se encuentra contemplado en el PbyC, favor considerar la ultima versión a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 35 - Suministros Requeridos Lote 3 Anclas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Suministros requeridos Lote 3, Item 1 y 3 Anclas, solicitamos la apertura del rango en el material requerido para el ancla donde dice sutura doble de Poliester a Sutura de Polietileno de Alto Peso Molecular (UHMWPE), que es el material que manejan las marcas de alta calidad con Certificaciones FDA o CE, ya que es un material mucho mas resistente ya acorde a la finalidad del mismo. Es necesaria esta apertura del material ya que en uno de los puntos requeridos del pliego solicita Certificacion Internacional FDA, CE, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 36 - Suministros Requeridos Lote 3 Anclas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Suministros Requeridos Lote 3 Item 3 Anclas, solicitamos la apertura en el rango de la medida solicitada en +-0.5mm para dar oportunidad a mas oferentes y no unicamente a la marca en el cual se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas. La apertura de dicho rango no afecta en nada a la calidad y finalidad de dicho implante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 37 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Teniendo en cuenta la ultima versión del pliego de bases y condiciones de fecha 04/07/25, el mismo exige lo siguiente: Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos similares al genero de lo ofertado, con contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotos cotizados que fueran ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021 al 2025). Solicitamos a la Convocante aclarar la frase "SIMILARES" al genero de lo ofertado, que incluye en el mismo, o bien aguardamos la modificación del requerimiento eliminando la frase "Similares al genero de lo ofertado", dejando de esta forma el mismo; Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos, con contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotos cotizados que fueran ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021 al 2025).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP. , y la Convocante aclara que la frase "SIMILARES" se refiere a productos, servicios o bienes que no son exactamente los mismos que los ofertados, pero que pertenecen a la misma categoría, tipo o naturaleza. Es decir: - "Género" = tipo, clase o categoría del bien o servicio. - "Similares" = que tienen características comparables, aunque no idénticas. EJEMPLO: Si en una licitación se ofertan computadoras portátiles, entonces "similares al género de lo ofertado" podrían ser: - Tablet de alto rendimiento,- Estaciones de trabajo móviles,- Accesorios tecnológicos relacionados (dependiendo del contexto). No serían similares, por ejemplo, muebles de oficina o impresoras, porque no pertenecen al mismo género tecnológico.</p>		

Consulta 38 - Lote 7 - MARCAPASOS UNICAMERAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
<p>Se le solicita respetuosamente a la Convocante retirar el ítem 4 ELECTRODO DE MARCAPASOS TEMPORARIO 7FR del Lote de MARCAPASOS UNICAMERAL.</p> <p>No tiene razón de ser incluir un insumo de un EQUIPO MÉDICO de EMERGENCIA (Marcapasos Temporario).</p> <p>En el mismo Lote que un DISPOSITIVO TERAPÉUTICO implantable: MARCAPASOS UNICAMERAL (definitivo) que queda implantado en el paciente.</p> <p>En el caso de querer adquirir insumos de Equipos Médicos, éstos deberían estar fuera de este lote.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita a potenciales oferentes, favor considerar la ultima versión del PbyC, a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 39 - Lote 8 - MARCAPASOS BICAMERAL - ¿dimensiones físicas? - relevancia

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2025
<p>No se comprende la necesidad de la Convocante de definir las características físicas de los componentes del KIT de MARCAPASOS BICAMERAL.</p> <p>Es completamente irrelevante definir el tamaño, volumen, peso del ítem 1 - Generador de MARCAPASOS BICAMERAL, ya que sus características físicas nada tienen que ver con su funcionalidad y terapia. Simplemente cada fabricante de marcapasos tiene su diseño del generador, y TODOS brindan terapia y pueden ser implantados en los pacientes. Definir con tal exactitud las características físicas del generador de MARCAPASOS BICAMERAL lo único que logra es segmentar a una sola oferta por una característica física irrelevante en cuanto a la funcionalidad del dispositivo. Lo mismo acontece con la definición de los ítems 2 y 3. Los largos de los electrodos NO pueden estar fijados en una cifra absoluta, deben expresarse en un rango de largos permitidos, para que todas las marcas SOLVENTES y PROBADAS puedan ofertar sus productos.</p> <p>Por tanto se le solicita a la Convocante:</p> <p>a) Eliminar las características físicas (totalmente irrelevantes) de la definición del ítem 1 del generador de MARCAPASOS BICAMERAL.</p> <p>b) ítem 2: colocar un RANGO de medidas de largo de 50cm a 53cm para ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL, FIJACIÓN ACTIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES, y no solamente de 53cm.</p> <p>c) ítem 3: colocar un RANGO de medidas de largo de 57cm a 60cm para ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL, FIJACIÓN PASIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES, y no solamente de 60cm.</p> <p>Con estos cambios la Convocante permitirá que todas las marcas ofrezcan sus productos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 40 - Fecha de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
<p>Solicitamos respetuosamente se evalúe la posibilidad de extender el período de consultas establecido en el Pliego, a fin de contar con mayor tiempo para el análisis detallado de los requerimientos y asegurar una presentación adecuada de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 41 - Suministros Requeridos Lote 11 Sutura Meniscal

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
<p>Suministros requeridos Lote 11 Sutura Meniscal, solicitamos la división de dicho lote en dos lotes, uno de sutura meniscal (Item 1 y 2) y otro de Implantes para LCA o medicina deportiva (Items 3 al 6), debido a que son implantes diferentes indicados para diferentes usos. Con esto se dará oportunidad a las empresas que se dedican a dichos implantes ya que con las especificaciones técnicas actuales solicitadas en las suturas meniscales (Item 2 principalmente) se le esta dando ventaja y la adjudicación prácticamente a una sola empresa que trabaja dicho material.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 42 - 1 Marcapasos bicameral:

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante la aceptación de marcapasos de igual funcionamiento y finalidad, pero con diferentes pesos y medidas, ya que sus características no afectan la funcionalidad y terapia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 43 - 2 Electrodo Marcapaso Bicameral:

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
<p>Solicitamos la apertura en el rango de la medida solicitada del electrodo 53 cm +/- 2cm. De tal manera a dar oportunidad a mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 44 - 3 Electrodo Marcapaso Bicameral:

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2025
<p>Solicitamos la apertura en el rango de la medida solicitada del electrodo 60 cm +/- 2cm. De tal manera a dar oportunidad a mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a potenciales oferentes, teniendo en cuenta la urgencia de los bienes requeridos, favor considerar la ultima versión del PbyC., a ser publicada en el SICP.</p>		

Consulta 45 - LOTE 8 - MARCAPASOS BICAMERAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
Se solicita a la Convocante dentro de las Especificaciones Técnicas de este LOTE 8, modificar: ítem 1: MARCAPASOS BICAMERAL DEFINITIVO, eliminando las características físicas de volumen y peso del dispositivo; y así permitir a TODOS los oferentes ofrecer productos probados, de calidad y utilizados en Paraguay y el mundo entero. ítem 2: ELECTRODO DE MARCAPASOS BICAMERAL, modificar el LARGO a un rango de 50cm a 53cm para darle oportunidad a TODOS los oferentes a ofrecer su producto - electrodo para la posición auricular. ítem 3: ELECTRODO DE MARCAPASOS BICAMERAL, modificar el LARGO a un rango de 58cm a 60cm para darle oportunidad a TODOS los oferentes a ofrecer su producto - electrodo para la posición ventricular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 46 - LOTE 7 - MARCAPASOS UNICAMERAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
Se solicita a la CONVOCANTE. RETIRAR el ítem 4 - ELECTRODO DE MARCAPASOS TEMPORARIO de 7Fr de este LOTE. El ítem 4, NO hace parte de un kit de implante de marcapasos DEFINITIVO. El ítem 4, es un INSUMO de un EQUIPO MÉDICO. Se debe licitar de forma INDEPENDIENTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 47 - Lote 12 INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR -ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Donde dice: STENT DIVERSOR DE FLUJO AUTOEXPANSIBLE CEREBRAL, PARA ANEURISMAS SIN CUELLO O DISECCIONES. CON NITINOL O CROMOCOBALTO DEBE SER RECUPERABLE, DIAMETRO DE 2,25 A 6 MM Y LARGO ENTRE 10 A 50 MM. DEBE CABER POR MICROCATETER DE TAMAÑO 0,017 Y 0,027, CON MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DESCARTABLE. KIT. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA VARIACION DE (+/- 0,002 ") AL TAMAÑO DEL MICROCATETER , PARA DAR OPORTUNIDAD A LA PACTICIPACION DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Favor considerar la ultima versión de la Adenda al PbyC.		

Consulta 48 - 2 Electrodo Marcapaso Bicameral:

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Solicitamos la apertura en el rango de la medida solicitada del electrodo 53 cm +/- 2cm, ya que no afecta la funcionalidad del marcapasos. De tal manera a dar oportunidad a mas oferentes, a fomentar la libre y justa competencia y además evitar el direccionamiento a un solo proveedor, que es lo que está ocurriendo en este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 49 - 3 Electrodo Marcapaso Bicameral:

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Solicitamos la apertura en el rango de la medida solicitada del electrodo 60 cm +/- 2cm, ya que no afecta la funcionalidad del marcapasos. De tal manera a dar oportunidad a mas oferentes, a fomentar la libre y justa competencia y además evitar el direccionamiento a un solo proveedor, que es lo que está ocurriendo en este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 50 - LOTE 12 Item 2 Introdutor Arterial

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Solicitamos a la convocante aclarar los diámetros externos , internos y distales por cada medida. ya que están pidiendo de 4 a 7 fr y estas medidas varían sus diámetros internos, externos y distales por cada medida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, y sus características mencionadas inicialmente como así también la urgencia de la presente Licitación por el interés publico.		

Consulta 51 - Lote 7 - MARCAPASOS UNICAMERAL - ELECTRODO DE MARCAPASO TRANSITORIO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2025
Marcapaso Unicameral: Solicitamos excluir del lote el electrodo de marcapaso transitorio 7FR, debido a que el uso del mismo es totalmente independiente y no forma parte del kit de marcapaso definitivo. El marcapaso temporario no se utiliza en todos los casos y se utiliza de forma independiente. En el caso de adquirir electrodo de marcapaso transitorio se debería de separar en un lote independiente ya que es un dispositivo de urgencia y no queda dentro del paciente de manera definitiva. De tal manera a dar oportunidad a mas oferentes, a fomentar la libre y justa competencia y además evitar el direccionamiento a un solo proveedor, que es lo que está ocurriendo en este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 52 - Lote 10 Suturas Varias y/o Mecánicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2025
Consultamos la posibilidad de establecer un rango de +/-1mm en los diámetros solicitados de las suturas mecánicas, ítems 1 al 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 53 - Lote 10 Suturas Varias y/o Mecánicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2025
Para los ítems 8, 9 y 10. ¿Se podría cotizar con articulación de 90º a 120º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 54 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>DICE: SUTURA MECANICA CIRCULAR 29 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 3.5 MM-4.8MM</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER AMPLIAR LOS RANGOS; PERMITIENDO OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR 29 MM (+/- 1 MM) DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 3.5 MM-4.8MM. SOLICITAMOS SEAB AMPLIADAS, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES YA QUE LAS EETT VAN DIRIGIDA A LA MARCA DAVID VERYKIND MEDICAL, REPRESENTADA EN PARAGUAY POR LA EMPRESA BIOERIX, DE OTRA FORMA NO SERIA UNA LICITACION NI COMPETENCIA, SOLO UNA COMPRA DIRIGIDA, VIOLANDO LO PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación introducida.		

Consulta 55 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>DICE: SUTURA MECANICA CIRCULAR 31 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER AMPLIAR LOS RANGOS; PERMITIENDO OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR 31 MM (+/- 1 MM) DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM. SOLICITAMOS SEAN AMPLIADAS, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES YA QUE LAS EETT VAN DIRIGIDA A LA MARCA DAVID VERYKIND MEDICAL, REPRESENTADA EN PARAGUAY POR LA EMPRESA BIOERIX, DE OTRA FORMA NO SERIA UNA LICITACION NI COMPETENCIA, SOLO UNA COMPRA DIRIGIDA, VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 56 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>DICE: SUTURA MECANICA CIRCULAR 33 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER AMPLIAR LOS RANGOS; PERMITIENDO OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR 33 MM (+/- 1 MM) DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM. SOLICITAMOS SEAN AMPLIADAS, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES YA QUE LAS EETT VAN DIRIGIDA UNICAMENTE A LA MARCA DAVID VERYKIND MEDICAL, REPRESENTADA EN PARAGUAY POR LA EMPRESA BIOERIX, DE OTRA FORMA NO SERIA UNA LICITACION NI COMPETENCIA, SOLO UNA COMPRA DIRIGIDA, VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.</p>		

Consulta 57 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>DICE: DISPOSITIVO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 45 Y 60 MM, DE 12 MM DE DIAMETRO, CON FLEXIBILIDAD DE PALANCA DOBLE ARTICULACION DE 120° PARA FACIL ACCESO A AREAS ANATOMICAS.</p> <p>CONSULTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SER RAZOBABLE Y AMPLIAR LAS EETT SOLICITADOS, PERMITIENDO OFERTAR DISPOSITIVO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 45 Y 60 MM, DE 12 MM DE DIAMETRO, CON FLEXIBILIDAD DE PALANCA DOBLE ARTICULACION DE 90° A 120° PARA FACIL ACCESO A AREAS ANATOMICAS. LAS EETT SOLICITADAS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MARCA "DAVID VERYKIND MEDICAL" EN SU MODELO "ENDRIVE" QUE ES LA UNICA MARCA Y MODELO DEL MERCADO CON ARTICULACION HASTA 120° REPRESENTADA EN PARAGUAY POR LA EMPRESA BIOERIX S.A., EMPRESA PERTENECIENTE A UN GRUPO EMPRESARIAL MUY PODEROSO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.</p>		

Consulta 58 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
<p>DICE: CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 45 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 120°.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT SOLICITADAS, PERMITIENDO OFERTAR CON CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 45 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 90° A 120°. LO SOLICITADO ESTA TOTAL Y UNICAMENTE DIRIGIDO A LA MARCA "DAVID MEDICAL" QUE ES LA UNICA MARCA EN EL MERCADO QUE CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS, DE ESTA MANERA NO ES UNA LICITACIÓN PUBLICA , ES UNA COMPRA DIRECTA, VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.</p>		

Consulta 59 - EETT - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
DICE: CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 60 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 120°. CONSULTA: SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT SOLICITADAS, PERMITIENDO OFERTAR CON CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 60 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 90° A 120°. LO SOLICITADO ESTA TOTAL Y UNICAMENTE DIRIGIDO A LA MARCA "DAVID MEDICAL" QUE ES LA UNICA MARCA EN EL MERCADO QUE CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS, YA QUE ES LA UNICA MARCA DEL MUNDO QUE TIENE ARTICULACION DE 120°, DE ESTA MANERA NO ES UNA LICITACIÓN PUBLICA , ES UNA COMPRA DIRECTA, VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 60 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR DE 28 MM A 29 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 3.5 MM-4.8MM. SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 61 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR DE 31 MM A 32 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM. SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 62 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR SUTURA MECANICA CIRCULAR DE 31 MM A 32 MM DE DIAMETRO DE UN SOLO USO, CON ALTURA MÍNIMA DE GRAPADO DE 4.8MM. SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 63 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS – ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR CON CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 45 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 90º O MEJOR. PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES. LAS EETT SOLICITADAS CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS DE LA MARCA DAVID MEDICAL Y SU MODELO ENDRIVE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 64 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS – ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR CON CARTUCHO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL DE 60 MM DE LONGITUD PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 12MM DE DIAMETRO, CORTANTE, ARTICULACION DE 90º O MEJOR. PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES. LAS EETT SOLICITADAS CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS DE LA MARCA DAVID MEDICAL Y SU MODELO ENDRIVE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 65 - LOTE 10 SUTURAS VARIAS Y/O MECANICAS – ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
SE SOLICITA PODER OFERTAR DISPOSITIVO DE SUTURA MECANICA ENDOLINEAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 45 Y 60 MM, DE 12 MM DE DIAMETRO, CON FLEXIBILIDAD DE PALANCA DE ARTICULACION DE AL MENOS 90º O MEJOR. PARA FACIL ACCESO A AREAS ANATOMICAS. PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES. LAS EETT SOLICITADAS CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS DE LA MARCA DAVID MEDICAL Y SU MODELO ENDRIVE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		

Consulta 66 - Suministros Requeridos Lote 11 Sutura Meniscal

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
Solicitamos a la convocante que el Ítem 1 y 2 Agujas para sutura sean separados de dicho Lote, debido a que claramente las especificaciones técnicas están dirigidas a un oferente en particular. Es una situación lamentable que se repite todos los años, verificando mínimamente las ultimas 3 adjudicaciones de años anteriores se puede observar que han tenido un mismo adjudicado en dicho lote. Solicitamos encarecidamente que este año se demuestre imparcialidad en dicho lote y se separe dichos Items en un lote aparte. Con este mínimo gesto se lograra mejores ofertas en el Lote 11 y una cantidad importante de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Favor considerar la ultima versión del PbyC, la urgencia de la Licitación por el interés publico, y la Resolución DNCP N° 230/25, art. 50, teniendo como base la ultima modificación realizada.		