

## Consultas Realizadas

# Licitación 460763 - LPN N° 07/2025 "ADQUISICIÓN DE AGUJAS PARA BIOPSIA MAMARIA PARA EL PNPCACUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"

### Consulta 1 - Aclarar marca y modelo.

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
¿Favor aclarar marca y modelo de la pistola de biopsia para la cual están comprando las agujas? Esta información es importante a modo de verificar la compatibilidad de las agujas con la pistola.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2025
Las agujas se destinarán exclusivamente a las pistolas existentes en los servicios: PAJUNK Delcaut Ref 304B000001 (Alemania). Será crucial garantizar la compatibilidad 100% con el mecanismo de inserción de las pistolas ya existentes en más de 25 servicios de mastología a nivel nacional.		

### Consulta 2 - EETT - PISTOLA

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
En caso de que la aguja no sea compatible con la pistola, ofrecemos a la convocante 1 (una) pistola de biopsia nueva con las mismas especificaciones técnicas en la modalidad de comodato la cual estará a disposición del servicio durante la duración del contrato. Favor responder si esto es posible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2025
Esto no es posible debido a que implicaría un sobrecosto ya que actualmente se cuenta con pistolas ya existentes en más de 25 servicios de mastología a nivel nacional, sin necesidad de recambio de equipamiento.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos a la convocante confirmar si la aguja para biopsia automática solicitada en este ítem se trata de una aguja y con el mango disparador, es decir todo en uno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2025
Corresponde a un cartucho-aguja + mango disparador preensamblado, esterilizado, de un solo uso, en empaque individual, listo para usar. Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante analizar también el tipo de medida ya que están pidiendo mucha cantidad de una sola medida siendo que para mama también se utiliza la medida 14 G. por lo que sugerimos que la convocante amplíe a mayores medidas para diferentes criterios de toma de muestras si lo considera los profesionales del INCAN y que las EETT sean: Agujas Automáticas para biopsias mamarias de uso único, estéril, centimetrada, de 14 a 16 G x 150 a 160 mm, de 20 a 22 mm de penetración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2025
<p>Dimensiones obligatorias: 16 G * 160 mm +- 10 mm (longitud total) con muesca de corte de 20-22 mm. Centimetrado legible en tramos de 1 cm. Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y así evitar posibles protestas y que las EETT sean: Agujas automáticas para biopsias mamarias de uso único, estéril, centimetrada, de 16 G x 150 a 160 mm, de 20 a 22 mm de penetración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2025
<p>Se exigen las medidas indicadas 16 G x 160 mm +- 10 mm. Las paradas de penetración deben ser ajustables entre 20 mm y 22 mm. Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 6 - Ítem N° 1 Aguja para biopsia mamaria- Discrepancia en Modelo de Pistola

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2025
<p>Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una aclaración respecto al Ítem N.º 1 Aguja para Biopsia de mamaria. Hemos detectado una discrepancia entre el modelo de pistola indicado en el PBC versión 2 y el modelo mencionado en la respuesta a la consulta publicada en el portal.</p> <p>Agradeceremos se sirvan confirmar cuál es el modelo correcto requerido para el referido ítem, a fin de poder preparar nuestra propuesta de manera adecuada y conforme a los requerimientos establecidos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2025
<p>Aclaremos que el ítem N° 1. Aguja para Biopsia mamaria, corresponde al modelo: PAJUNK Delcaut Ref 304B000001 (Alemania). Favor remitirse a la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		