

## Consultas Realizadas

# Licitación 459786 - ADQUISICIÓN DE BALONES DE OXÍGENO CON CARGA PARA EL VMG

### Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicito respetuosamente a la convocante la modificación o inclusión de las siguientes especificaciones técnicas de la adquisición de tubos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ítem 1</li> <li>-Capacidad 10m3 calidad líquida 50 litros</li> <li>-Altura 1450mm</li> <li>-peso 52,7kg</li> <li>-diámetro 232mm</li> <li>-espesor 5.7mm.</li> <li>- ítem 2</li> <li>-Capacidad 6m3 capacidad líquida 40 litros</li> <li>-Altura 1320mm</li> <li>-peso 47,7kg</li> <li>-diámetro 219mm</li> <li>-espesor 5.7mm.</li> </ul> <p>Cumpliendo a las mismas funciones a lo solicitado y Así también de esta manera dar cumplimiento a la ley 7021/22 y el poyo a las mipymes para competir en igualdad de condiciones.</p> <p>Saludos</p>	16-06-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas en el PBC.	18-06-2025	

### Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Donde menciona: Detalle de los bienes y/o servicios</p> <p>Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:</p> <p>Tubo de Oxígeno con sistema regulador de oxígeno para balón</p> <p>*LA CARGA DE PRODUCTO SERIA CARGA INDUSTRIAL?</p>	25-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
LA CARGA DE OXIGENO SERIA MEDICINAL.	28-10-2025	

## Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde menciona: Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas: •Se puede cotizar un regulador de presión o de caudal? Cual seria la presión/caudal de salida máximo?		25-10-2025
Respuesta	Fecha de Respuesta	
el caudal máxima de salida es de 200.		28-10-2025

## Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde menciona:Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas: •Cual es la norma de la válvula del cilindro? Puede ser ABNT-218-1?		25-10-2025
Respuesta	Fecha de Respuesta	
a norma de la válvula es ABNT-218-1		28-10-2025