Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 467220 - Adquisición de Equipos de Laboratorio

Consulta 1 - Horario de Apertura

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2025

Solicitamos a la convocante tenga el bien de extender el horario de entrega y apertura de sobres de por lo menos hasta las 11:00, este pedido obedece a que a las empresas de courrier les cuenta llegar muy temprano, esto dará para mayor participación de posibles oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2025

En atención a su consulta, se informa que la Convocante ha generado la Adenda Nº 1, la cual se encuentra actualmente en proceso de publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Una vez publicada, formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del proceso.

Consulta 2 - Plan de Entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2025

Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 60 días hábiles como mínimo.
NOTA: Teniendo en cuenta que los equipos solicitados no se disponen en el país para una pronta entrega y considerando que deben ser importados del exterior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2025

En atención a su consulta, se informa que la Convocante ha generado la Adenda Nº 1, la cual se encuentra actualmente en proceso de publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Una vez publicada, formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del proceso.

Consulta 3 - ITEM 3 (LUPAS ESTEREOSCÓPICAS DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2025

Ítem 3 (Lupas estereoscópicas de laboratorio): Se solicita amablemente a la convocante aceptar entre sus especificaciones ILUMINACIÓN LED de 3.6 W ya que posee un menor consumo energético, mayor duración (> 65.000 horas), menor generación de calor siendo así más seguro para las muestras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-07-2025

En atención a la consulta presentada, se informa que no existe inconveniente en aceptar la especificación de ILUMINACIÓN LED de 3.6 W para las lupas estereoscópicas de laboratorio, toda vez que esta tecnología ofrezca ventajas como menor consumo energético, y una reducción significativa en la generación de calor, lo cual contribuye a la seguridad de las muestras observadas. Por lo tanto, dicha característica será considerada como admisible dentro de los requisitos técnicos del presente proceso.

Consulta 4 - ITEM N°04

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025

Ítem 4 - pHmetro:
Se solicita amablemente a la entidad convocante considerar el uso de un electrodo de vidrio de alta calidad como alternativa al electrodo Blueline 19 pH, ya que no representa incompatibilidad funcional ni técnica. Además, cumple o supera los parámetros técnicos esenciales para las aplicaciones solicitadas, incluyendo rango de medición, resolución, respuesta rápida y estabilidad, asegurando resultados confiables. Está fabricado con materiales resistentes a golpes y productos químicos, lo que le proporciona una larga vida útil y reduce costos asociados a mantenimiento o reemplazos frecuentes. Su inclusión promueve la mayor participación de oferentes favoreciendo la competitividad y disponibilidad en el mercado local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-07-2025

En atención a la consulta, se comunica que no existe inconveniente en aceptar un electrodo de vidrio de alta calidad como alternativa al modelo Blueline 19 pH, siempre que este cumpla con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el pliego.

Consulta 5 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025

Solicitamos considerar ampliar a 60 días el tiempo de entrega, con el fin de favorecer la mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-07-2025

En atención a su consulta, se informa que la Convocante ha generado la Adenda Nº 1, la cual se encuentra actualmente publicada y formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del proceso.

Consulta 6 - ITEM 3 LUPAS ESTEREOSCÓPICAS DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025

El PBC solicita: Ocular ajustable de campo amplio y punto alto 0.67 x 4,5X
Favor considerar solicitar como opción también ocular 10X, dado que es características más común en este tipo de equipos y para favorecer la participación de más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-07-2025

En atención a su consulta, se aceptará también la oferta de oculares 10X como alternativa válida, al ocular ajustable de campo amplio y punto alto 0.67 x 4.5X, siempre que se cumplan los demás requisitos técnicos establecidos

Consulta 7 - ITEM 3 LUPAS ESTEREOSCÓPICAS DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025

Establece el PBC: Objetivo auxiliar: 0,5X/177mm”
Favor considerar objetivo Auxiliar con un aumento de 0,5X a 0,7X con el fin de favorecer mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-07-2025

Con respecto a la consulta, se informa que no existe inconveniente en aceptar, como alternativa válida, objetivos auxiliares con un aumento dentro del rango de 0,5X a 0,7X, siempre que se mantengan condiciones técnicas compatibles con el equipo y la calidad optica requerida.

Consulta 8 - Ítem Nº 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
¿Podemos ofertar la balanza con un campo de pesaje de 12 kg.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
En relación a la consulta, la balanza con un campo de pesaje de 12 kg, las características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta.		

Consulta 9 - Ítem Nº 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
¿Podemos ofertar la balanza con una superficie de pesaje de 160 x 200 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
En atención a su consulta, las características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta.		

Consulta 10 - Ítem Nº 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
¿Podemos ofertar la Lupa Binocular con tubo binocular inclinado en 45 º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
En atención a su consulta, es preferible la Lupa Binocular con tubo binocular con inclinacion en 60º, pero se podria aceptar con tubo binocular inclinado en 45° siempre y cuando cumpla minimamente las demas especificaciones de la lupa binocular estipulada en el PBC.		

Consulta 11 - ITEM N°05 , CUENTAS COLONIAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
Ítem 5, Cuenta colonias: Se solicita respetuosamente a la convocante considerar las siguientes dimensiones del Contador de Colonias, ya que no representan una incompatibilidad funcional ni técnica con los requerimientos establecidos. El equipo es compatible con placas de Petri de 60 mm y ajustable hasta 150 mm de diámetro. Sus dimensiones (351 × 302 × 370 mm) y peso neto (5,6 kg) aseguran estabilidad y robustez durante el uso, sin afectar su funcionalidad ni precisión. Por tanto, se considera que cumple con los criterios técnicos esenciales y su inclusión fomenta la mayor participación de oferentes favoreciendo la competitividad y disponibilidad en el mercado local. Saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Con respecto a la consulta, se informa que no existe inconveniente en aceptar, como alternativa válida con placas de Petri de 60 mm y ajustable hasta 150 mm de diámetro. Sus dimensiones (351 × 302 × 370 mm) y peso neto (5,6 kg),siempre y cuando cumpla minimamente las demas especificaciones estipulada en el PBC.		

Consulta 12 - ítem 4 (PHMETRO)

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025

En el apartado de Detalles de los bienes y/o servicios, en el ítem 4 (PHMETRO), donde dice: “pHmetro para mediciones de pH, mV, ISE temperatura. Como mínimo.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante considerar la admisión de un pH-metro que permita, como mínimo, la medición de pH, mV y temperatura, y que además sea compatible con electrodos selectivos de iones (ISE). Esta compatibilidad permite la realización de curvas de calibración manuales mediante la lectura en milivoltios (mV), lo que posibilita la determinación de concentraciones iónicas en las muestras analizadas. La aceptación de esta modificación técnica favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso de adquisición más inclusivo, competitivo y transparente. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “pHmetro para mediciones de pH, mV, temperatura. Como mínimo.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025

En atención a su consulta se aceptaran como alternativa pHmetro para mediciones de pH, mV, temperatura.

Consulta 13 - ítem 4 (PHMETRO)

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025

En el apartado de Detalles de los bienes y/o servicios, en el ítem 4 (PHMETRO), donde dice: “Precisión de pH más o menos 0,001 (más o menos 2 pH alrededor del punto de calibración. Mínimo.” Se solicita amablemente a la entidad convocante la aceptación de un pH-metro con una precisión de ±0.01 pH, ya que esta especificación resulta más realista, confiable y suficiente para la mayoría de las aplicaciones en laboratorio. Establecer como requisito una precisión de ±0.001 pH podría generar una falsa percepción de exactitud, ya que en la práctica esta precisión no puede mantenerse sin condiciones altamente controladas propias de laboratorios de investigación avanzada. Alcanzar dicha exactitud implica el uso de soluciones tampón de alta precisión trazables a NIST, electrodos de alto costo y un programa de calibración y mantenimiento rigurosos, lo cual incrementa considerablemente los costos sin aportar beneficios proporcionales en contextos de uso general. Por tanto, aceptar equipos con precisión de ±0.01 pH contribuiría a una mayor participación de oferentes, manteniendo al mismo tiempo la calidad y confiabilidad de los resultados. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Precisión de pH más o menos 0,01 (más o menos 2 pH alrededor del punto de calibración. Mínimo.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025

Buenos días en atención a su consulta se podrá aceptar como alternativa precisión de pH más o menos 0,01 (más o menos 2 pH alrededor del punto de calibración mínimo.

Consulta 14 - ítem 4 (PHMETRO)

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025

En el apartado de Detalles de los bienes y/o servicios, en el ítem 4 (PHMETRO), donde dice: “Con fuente de alimentación, soporte, electrodo blueline 19 pH cuerpo de vidrio y buffer de calibración. Como mínimo.” Se solicita amablemente a la entidad convocante que el requerimiento del electrodo BlueLine 19 pH no sea obligatorio, considerando que existen equipos que cumplen plenamente con las funciones requeridas utilizando electrodos estándar incluidos por el fabricante. La exigencia de un modelo específico de electrodo no representa una mejora técnica esencial, pero sí implica un aumento injustificado de costos, restringe la participación de oferentes y puede contradecir los principios de transparencia, competencia y equidad que deben regir los procesos de adquisición pública. Por lo tanto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente

manera: “Con fuente de alimentación, soporte, con/sin electrodo blueline 19 pH cuerpo de vidrio y buffer de calibración. Como mínimo.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025

Buenos días en atención a su consulta se podrá aceptar como alternativa con fuente de alimentación, soporte, con/sin electrodo blueline 19 pH cuerpo de vidrio y buffer de calibración.

Consulta 15 - Item 5 (Cuenta colonias)

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
En el apartado de Detalles de los bienes y/o servicios, en el ítem 5 (Cuenta colonias), donde dice: “Dimensiones: 255x210x160mm; Peso: 2.2kg como mínimo.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la aceptación de un contador de colonias con dimensiones de 270 × 200 × 70 mm, el cual presenta ventajas significativas en términos de compacidad, ergonomía, eficiencia en el uso del espacio y facilidad operativa, sin afectar en absoluto su funcionalidad. Su diseño más bajo resulta especialmente apropiado para laboratorios modernos, donde la optimización del espacio de trabajo y la comodidad del operador son factores clave. En este sentido, el equipo propuesto no debe ser considerado desfavorable frente a modelos de mayor altura, los cuales, en muchos casos, implican un uso ineficiente del volumen disponible sin aportar mejoras técnicas sustanciales. Por consiguiente, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Dimensiones: 255x200x70mm; Peso: 2.2kg como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
Buenos días en atención a su consulta se podrá aceptar como alternativa dimensiones: 255x200x70mm; Peso: 2.2kg		

Consulta 16 - Item 3 (Lupas estereoscópicas de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
En el apartado de Detalles de los bienes y/o servicios, en el ítem 3 (Lupas estereoscópicas de laboratorio), donde dice: “Iluminación halógena de 12 V/15 W. Como mínimo.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la aceptación de iluminación LED en lugar de halógena en la lupa estereoscópica requerida. La tecnología LED presenta ventajas ampliamente reconocidas frente a la halógena, al ofrecer: mayor eficiencia energética, menor generación de calor, mayor vida útil, reducción de mantenimiento, y mejor conservación de las muestras durante la observación. En este sentido, mantener como requisito la iluminación halógena representaría un retroceso técnico que no aporta beneficios funcionales reales y que, por el contrario, incrementa los costos operativos a largo plazo. Asimismo, la aceptación de tecnología LED ampliaría la base de oferentes, promoviendo un proceso de adquisición más competitivo, equitativo y alineado con los estándares actuales del sector. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente forma: “Iluminación halógena de 12 V/15 W, como mínimo o iluminación LED.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
Buenos días en atención a su consulta se podrá aceptar como alternativa la Iluminación halógena de 12 V/15 W, como mínimo o iluminación LED.		

Consulta 17 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
En el apartado de ‘Plan de entrega de los bienes’, específicamente en ‘Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes’, donde dice: “60 (sesenta) días calendarios contados desde el día siguiente de la firma de contrato por parte del proveedor adjudicado.” Se solicita amablemente a la convocante la extensión del plazo de entrega a 90 días calendario, debido a que el equipo debe ser importado desde el extranjero, y el tiempo originalmente solicitado no refleja la realidad del proceso, dado que la fabricación, importación y despacho del equipo podría superar los dos meses. A demás, esta ampliación permitiría evitar que solo los oferentes con el equipo en stock sean favorecidos en el proceso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, REMITIRSE A LA ADENDA N° 1 EMITIDA POR LA CONVOCANTE Y PUBLICADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 18 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
Se solicita favor considerar demostrar la experiencia en la provisión de equipos similares, con contratos y/o facturaciones y recepciones finales, cuyos montos en conjunto de los tres últimos años (2022,2023 y 2024), represente el 30% del monto total de la oferta, de forma de dar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
En atención a su consulta se solicita amablemente remitirse AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 19 - ÍTEMS 4 PHMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
En relación al Ítem 4 – PHmetro, se solicita amablemente a la convocante que tenga a bien confirmar si se requiere un PHmetro de mesa o un PHmetro portátil, ya que las características técnicas y los costos entre ambos tipos de equipos difieren considerablemente. Esta aclaración resulta necesaria a fin de presentar una oferta ajustada a los requerimientos reales del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
Buenos días en atención a su consulta. se requiere un pHmetro de mesa que es para la utilización en el laboratorio de suelos		

Consulta 20 - Ítem 4 del Pliego

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
En relación al Ítem 4 – PHmetro, se solicita amablemente a la convocante que tenga a bien confirmar si se requiere un PHmetro de mesa o un PHmetro portátil, ya que las características técnicas y los costos entre ambos tipos de equipos difieren considerablemente. Esta aclaración resulta necesaria a fin de presentar una oferta ajustada a los requerimientos reales del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2025
Buenos días en atención a su cosulta. se requiere un pHmetro de mesa que es para la utilización en el laboratorio de suelos		