

## Consultas Realizadas

# Licitación 467828 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENCARNACION

### Consulta 1 - item 1 - Esfigmomanometro o tensiometro

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
Solicitamos a la convocante modificar donde dice: Tipo de brazalete: Deben ser de diferentes tamaños para adaptarse a adultos, niños o pacientes con brazos más grandes. Y pase a decir Tipo de brazalete: Debe ser ajustable para adaptarse a adultos, niños o pacientes con brazos más grandes. Esto para aclarar que lo solicitado es un solo brazalete ajustable para adaptarse a esos pacientes mencionados y teniendo en cuenta que el precio referencial es para un solo brazalete (que normalmente es de tamaño ajustable para el tamaño de brazos) y no así varios brazos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que se encuentre publicado en el portal de la DNCP.		

### Consulta 2 - item 1 - Esfigmomanometro o tensiometro

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "cristal de protección en el esfigmomanómetro." Si esto se refiere a la campana del estetoscopio o al manómetro del esfigmomanómetro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
El cristal de protección en el esfigmomanómetro se refiere al manómetro del esfigmomanómetro		

### Consulta 3 - Item 2 - ETENSIOMETRO DIGITAL (Medidor de presión arterial digital)

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
Solicitamos a la convocante cambiar donde dice: "e incluso funciones de voz." y declare esta opción como funcional, de modo a permitir mayor participación de oferentes y la libre competencia, teniendo en cuenta que no es una función que afecte a la utilidad real del equipo,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que se encuentre publicada en el portal de la DNCP.		

### Consulta 4 - Item 3 - Termometro Digital

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
Solicitamos a la convocante modifique donde dice: "Dimensiones: 125mm x 19 mm x 11mm." y diga "Dimensiones aproximadas: 125mm x 19 mm x 11mm." teniendo en cuenta que cada marca tiene una presentación diferente, por lo que no podría permitirse ninguna variedad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que se encuentre publicada en el portal de la DNCP.		

## Consulta 5 - Item 4 - Saturometro

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que modifique donde dice: Medidas: 57x31x30mm. a Medidas aproximadas: 57x31x30mm. Teniendo en cuenta que una medida especifica solo direcciona a una marca en especifica, no permitiendo la libre competencia y demostrando direccionamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que se encuentre publicada en el portal de la DNCP.

## Consulta 6 - ITEM 20 - CAJA DE CIRUGIA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
----------	-------------------	------------

Con todo respeto solicitamos a la Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros para los instrumentales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2025
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que se encuentre publicada en el portal de la DNCP.