

Consultas Realizadas

Licitación 465819 - Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio

Consulta 1 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría admitir la oferta de pipeta de rango de medición de 100 a 1000 uL con incremento de 0,1ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establece una resolución de ajuste de 1 µL como máximo. Por lo tanto, la resolución consultada se encuentra dentro del rango solicitado.		

Consulta 2 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría admitir la oferta de pipeta de rango de medición de 100 a 1000 uL con incremento de 0,1ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establece para el ítem 9, un rango de medición de 10 µL a 100 µL con una resolución de ajuste de 0,2 µL como máximo. En este sentido, la resolución consultada de 0,1 µL se encuentra dentro del rango solicitado.		

Consulta 3 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría admitir la oferta de puntas de 5ml compatibles con pipetas tipo Finn?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), las puntas proveídas deben ser compatibles con la pipeta automática a proveer.		

Consulta 4 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría admitir pipeta de rango de medición de 0,5 mL a 5 mL con incremento de 10ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
La consulta no corresponde al ítem 12 ya que el mismo corresponde a la provisión de "punteras para micropipeta."		

Consulta 5 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
Favor considerar 60 días para la entrega, de modo a poder ofertar productos que requieren importación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), teniendo en cuenta que el plazo de entregas se expresa en días hábiles y no en días corridos.		