

Consultas Realizadas

Licitación 472317 - ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO

Consulta 1 - Ítem Nº 26 Pipeta Automática

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
¿Podemos ofertar Pipeta automática de 1 a 10 mililitros?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 2 - Ítem Nº 27 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 1 a 10 mililitros ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 3 - Ítem Nº 27 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
¿Podemos ofertar en una presentación Bolsa x 100 unidades como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 4 - Ítem Nº 28 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
¿Podemos ofertar las puntas en una presentación Bolsa x 200 unidades como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 5 - Ítem Nº 29 Pipeta

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están precisando Pipeta Automática o Pipeta aforada de 1 ml., este pedido obedece a que existe una discrepancia en las especificaciones técnicas solicitadas debido a que son 2 insumos totalmente diferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 6 - Ítem Nº 42 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 0,5 a 20 ul ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Le informamos que las puntas requeridas deben ser exclusivamente de 0,5 a 10 µl, garantizando compatibilidad con pipetas marca Eppendorf. Por este motivo, no es posible aceptar presentaciones con rangos mayores.

Consulta 7 - Ítem Nº 44 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 50 a 1.000 ul como mínimo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 8 - Ítem Nº 45 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2 a 200 ul como mínimo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 9 - Ítem Nº 48 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 0,5 a 20 ul ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Le informamos que las puntas requeridas deben ser exclusivamente de 1 a 10 µl, garantizando compatibilidad con pipetas marca Eppendorf. Por este motivo, no es posible aceptar presentaciones con rangos mayores.

Consulta 10 - Item N° 23 - Guantes de nitrilo sin talco (tamaño M)

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas dice "Guantes de nitrilo sin talco (tamaño M) caja de 100 pares", favor aclarar si lo que están solicitando es que se cotice caja dispensadora x 100 unidades, que es la presentación normal de los guantes, o 2 cajas x 100 unidades, que correspondería a los 100 pares = 200 unidades, que dice la especificación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 11 - Item N° 24 - Guante de latex sin talco (tamaño P)

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas dice "Guante de latex sin talco (tamaño P) caja de 100 pares", favor aclarar si lo que están solicitando es que se cotice caja dispensadora x 100 unidades, que es la presentación normal de los guantes, o 2 cajas x 100 unidades, que correspondería a los 100 pares = 200 unidades, que dice la especificación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 12 - Item N° 24 - Guante de latex sin talco (tamaño P)

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Se podrían ofertar guantes de latex para procedimientos semiempolvados, que son los normales que vienen en cajas dispensadoras x 100 unidades

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que, para el ítem 24, los guantes requeridos deben ser de látex sin talco, tamaño P, por lo que no es posible aceptar presentaciones semiempolvadas.

Consulta 13 - Item N° 38 - Guantes de Latex

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Se podrían ofertar guantes de latex para procedimientos semiempolvados, que son los normales que vienen en cajas dispensadoras x 100 unidades

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Le informamos que, para el ítem solicitado, los guantes deben ser de látex sin polvo, por lo que no es posible aceptar presentaciones semiempolvadas

Consulta 14 - Item N° 37 - Guante de latex sin talco (tamaño P)

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar que es lo que están necesitando porque en la Descripción dice "Guante de latex sin talco (tamaño P)", pero en las Especificaciones Técnicas dice "Guantes de nitrilo sin talco (tamaño P)", necesitan guantes de latex o de nitrilo en este ítem?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 15 - Inscripción SENAD

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Favor informar si IPTA cuenta con inscripción en MSP y SENAD para la compra de reactivos sujetos a control. Acido Sulfúrico, a partir de 10 u al mes y Cloroformo, desde 1 mL, requieren el formulario de autorización para ser entregados

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se informa que el IPTA contará con la inscripción correspondiente ante el MSP y la SENAD al momento de la solicitud de provisión, conforme a los requerimientos establecidos para la adquisición de reactivos sujetos a control

Consulta 16 - Item Nº 43 - Tubos Conicos

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Favor indicar bolsa x cuantas unidades necesitan para poder ofertar, ya que en la Presentación dice bolsa, pero en las Especificaciones Técnicas, no indica nada al respecto

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 17 - ITEM 26 PIPETA AUTOMATICA 0 -10 ML

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar de 2 a 10 mL?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 18 - Item 11. Tubos Falcon 15ml

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante si se puede ofertar presentación en paquete de 50 unidades, que totalicen las 2.000 unidades finales que solicitan, para así dar mayor participación a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Confirmamos que lo requerido son 2.000 unidades en total, por lo que la presentación en la que se oferten (por ejemplo, paquetes de 50 unidades u otra) no afecta, siempre que se cumpla con la cantidad final solicitada.

Consulta 19 - Item 28. Puntas tips para pipetas 1ml

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante si se puede ofertar presentación en paquete de 500 unidades, que totalicen las 1000 solicitadas. Adicional aclarar si las puntas solicitadas son con o sin filtro ; esteriles o no esteriles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 20 - Item 44. Puntas tips para micropipetas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
Se consulta a la convocante aclarar la presentación del items, bolsa por cuantas unidades. Adicional si las puntas solicitadas son, con o sin filtro; esteriles o no esteriles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 21 - Item 45. Puntas tips para micropipetas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2025
Se consulta a la convocante aclarar la presentación del item, bolsa por cuantas unidades. Adicional si las puntas solicitadas son, con o sin filtro; esteriles o no esteriles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 22 - Item N° 48 - Puntas tips para micropipetas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se consulta a la convocante aclarar la presentación del item, bolsa por cuantas unidades. Adicional si las puntas solicitadas son, con o sin filtro; esteriles o no esteriles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 23 - ITEM 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera: Tubo de Polipropileno de 15 mL, con calibración, tapa de rosca plano, no estéril. A modo de que más oferentes puedan presentarse a la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 24 - Item N° 27 - Puntas tips para pipeta 0 - 10ml

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se pueden ofertar puntas de 2 a 10 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 25 - EETT ITEM 44: Puntas tips para micropipetas 100 - 1000µL

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera: Puntas tips para micropipetas 200 - 1000µL. A modo de que más oferentes puedan presentarse a la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 26 - ITEM 7 -Placas Petri redondas de 90 mm

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar Placas de Petri de poliestireno, estériles enteras de 90 mm de diámetro y 15 mm de altura. Presentación Caja x 500. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 27 - ITEM 15 - Kit extracción de ADN

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante especificar si el Kit de purificación de ADN genómico de alto peso molecular debe ser para 50 muestras, si la tecnología es la de membrana de sílice en columna compatible con una variedad de muestras como sangre completa, cultivo celular, tejidos, bacterias y levaduras. Para aplicaciones como PCR, Southern blotting y reacciones enzimáticas. Si es necesario incluir como mínimo solución proteinasa K, solución RNasa A, buffer de digestión, solución de lisis, buffer de lavados, buffer de elución, tubos de colección y columnas de purificación. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 28 - ITEM 16 - Solución buffer Ph 10

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se Solicita amablemente a la convocante Especificar si la solución de calibración de pH 10.01 a 25 °C debe ser con precisión de ±0,01 pH. Si se podría aceptar Frasco de 500 mL como mínimo. Se solicita que se especifique contar con certificado de análisis. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 29 - ITEM 32- Oligonucleotidos

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar si los Primers liofilizados (secuencias a definir para de 25 pb cada uno), son de Presentación vial 200 nmol. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 30 - ITEM 31- Marcador de peso molecular

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar si el Marcador de peso molecular size marker 100-pb, debe estar compuesta por fragmentos de ADN bicatenario de 100 a 1.000 pares de bases en incrementos de 100 pb. Si la presentación debe ser con 50 µg de ADN a 0,1 µg/µL, que incluya buffer de carga 6X con colorantes. Y si debe ser de uso exclusivo en investigación. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 31 - ITEM 33 - Taq polimerasa

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar si la Taq Polimerasa de ADN con buffer es termoestable colorless, con una concentración de 5 U/µL, Si debe incluir buffer de reacción 10X . Si la presentación debe de ser Vial de 500 U Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 32 - ITEM 35 – Marcador de peso molecular

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar si el Marcador de peso molecular size marker 50-pb, debe estar compuesta por fragmentos de ADN bicatenario de 50 a 1.000 pares de bases en incrementos de 50 pb. Si la presentación debe ser con 50 µg de ADN a 0,1 µg/µL, que incluya buffer de carga 6X con colorantes. Y si debe ser de uso exclusivo en investigación. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58 a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 33 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 60 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a la importación y el volumen solicitado. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos. Hacemos esta solicitud a fin de permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 34 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 60 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a que algunos productos, por su naturaleza, son muy específicos, cuyo proceso de fabricación demora al menos 45 días, sumado a esto el tiempo de embarque, importación(tránsito) y proceso de despacho en Aduanas. En caso de que no sea posible la extensión de los plazos de entrega, los ítems podrían quedar desiertos, afectando la operativa del IPTA, en la ejecución de proyectos,. Esta ampliación en los plazos, permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos, sin afectar también al oferente, que por la naturaleza del producto, se ve imposibilitado a cumplir con el plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden de compra. En caso de que esta solicitud no pueda ser aplicado a todos los ítems, favor considerar al menos, 60 días como plazo de entrega, para los ítems 15, 31, 32, 33 y 35.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 35 - ítem 12, Frascos 500 ml

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita a la convocante considerar la siguiente descripción: Frasco de reactivo incoloro fabricado en vidrio neutro, con tapa de rosca azul con o sin dispositivo antigoteo (anillo de sellado) fabricado en polipropileno. Cuenta con graduación y campo para etiquetado. esterilizable en autoclave.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Agradecemos su consulta. Le informamos que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el frasco requerido debe contar con tapa de rosca azul con dispositivo antigoteo (anillo de sellado), fabricado en polipropileno. Esto se debe a que el insumo será utilizado en operaciones que requieren evitar cualquier tipo de goteo, por lo cual no es posible aceptar frascos sin este sistema de sellado		

Consulta 36 - ítem 13, Frascos 250 ml

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante considerar la siguiente descripción: Frasco de reactivo incoloro fabricado en vidrio neutro, con tapa de rosca azul con o sin dispositivo antigoteo (anillo de sellado) fabricado en polipropileno. Cuenta con graduación y campo para etiquetado. esterilizable en autoclave.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Agradecemos su consulta. Le informamos que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el frasco requerido debe contar con tapa de rosca azul con dispositivo antigoteo (anillo de sellado), fabricado en polipropileno. Esto se debe a que el insumo será utilizado en operaciones que requieren evitar cualquier tipo de goteo, por lo cual no es posible aceptar frascos sin este sistema de sellado

Consulta 37 - ítem 16, solución buffer pH 10

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Solución tampón de pH de 10, para calibración de pH metro en el rango de pH básico. Exactitud ± 0.01 pH. Valor de pH a 25 ° C: 10.01. Botella mínima de 500 ml, con certificado de calidad, la división en frascos más pequeños permite un mejor control del producto, reduciendo el riesgo de contaminación y desperdicio, al facilitar que cada frasco se utilice completamente antes de su vencimiento una vez abierto

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 38 - ítem 22, solución buffer pH 7

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Solución tampón de pH de 7, para calibración de pH metro en el rango de pH neutro. Valor de pH a 25 ° C: 7.01. Exactitud ± 0.01 pH. Botella mínima de 500 ml, la división en frascos más pequeños permite un mejor control del producto, reduciendo el riesgo de contaminación y desperdicio, al facilitar que cada frasco se utilice completamente antes de su vencimiento una vez abierto. Con certificado de calidad y Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 39 - ítem 25, solución buffer pH 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante considerar: Solución tampón de pH de 4,00, para calibración de pH metro en el rango de pH ácido. Exactitud ± 0.01 pH. Valor de pH a 25 ° C: 4.01. Botella mínima de 500 ml, la división en frascos más pequeños permite un mejor control del producto, reduciendo el riesgo de contaminación y desperdicio, al facilitar que cada frasco se utilice completamente antes de su vencimiento una vez abierto. Con certificado de calidad y Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 40 - ítem 26, Pipeta automática de 0-10 ml

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de 1-10 mL, con incrementos de 20.0 MI en bolsas de 100		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 41 - ítem 40, Tubos de plásticos

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita a la convocante considerar la presentación en bolsas de 500 unidades, siempre que la suma total sea igual a la solicitada, ya que esta modalidad permite un manejo más eficiente y controlado del material, facilita la distribución y almacenamiento en el laboratorio, y reduce riesgos de contaminación y desperdicio al abrir cantidades adecuadas a las necesidades operativas, asegurando así un uso óptimo y seguro del total requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta		

Consulta 42 - ítem 48, Pipeta automática de 0-10 ml

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de 1-10 mL, con incrementos de 20.0 MI en bolsas de 100		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Se aclara que el ítem 48 no corresponde a una pipeta, sino a puntas para micropipetas de 1 a 10 µL		

Consulta 43 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación de caja de 200 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2025
Se mantiene la presentación establecida en el PBC, por lo que no se aceptarán presentaciones diferentes a la allí indicada.		

Consulta 44 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si sería kit de extracción manual o automatizado lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2025
Se aclara que el kit de extracción solicitado es de tipo manual, conforme a las necesidades operativas del laboratorio		

Consulta 45 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que tipo de microorganismos sería el kit de extracción?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el kit de extracción solicitado es para hongos filamentosos, conforme a lo establecido en el PBC

Consulta 46 - Ítem 40

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir una oferta en presentación de 500 unidades como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 47 - Ítem 43 - Tubos Cónicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante la presentación de la bolsa de tubos falcon de 50 mL. En presentación se menciona bolsa, pero no se agrega la cantidad de unidades que debe tener como mínimo cada bolsa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2025
-----------	--------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones será ajustado en base a esta consulta

Consulta 48 - Ítem 36 - Dithiothreitol

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Con respecto al reactivo Dithiothreitol, se consulta a la convocante cuál sería la presentación (gramos) del ítem mencionado, ya que no se especifica en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se realiza la modificación en el PBC indicando "en frasco de 25 gr"

Consulta 49 - Ítem 29 - Pipeta automática 1 mL

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante; aclarar si la siguiente especificación: Pipeta automática de 1 mililitro aforado
 Se refiere a una pipeta automática fija de 1mL no variable o una pipeta de vidrio aforada

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se realizaran los cambios para no generar malas interpretaciones

Consulta 50 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: ULTIMOS TRES AÑOS (2022, 2023, 2024) años. Favor Aclarar si seria 50% por cada año, o será considerado la sumatoria de uno o de los años mencionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
Se modifica el PBC para evitar malas interpretaciones		

Consulta 51 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Nueva Consulta: Se podria admitir la oferta de placa de petri en caja de 200 unidades como minimo? Teniendo en cuenta que se proveeran las cajas equivalentes a la cantidad final solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
Remitirse al PBC		

Consulta 52 - Item 39

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Nueva Consulta: Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de un microtubo para PCR de 1,5ml como minimo, en presentacion de paquete x 500 unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
Se mantiene lo exigido en el PBC		

Consulta 53 - Item 43

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Nueva Consulta: Se podria admitir unos tubos falcon en presentacion de 50 unidades como minimo, teniendo en cuenta que se proveera la cantidad final solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
Se mantiene la presentación establecida en el PBC		

Consulta 54 - Item 44

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Nueva Consulta: Se podria admitir unas puntas de 1000 ul en presentacion de 500 unidades como minimo, teniendo en cuenta que se va a proveer la cantidad final indicada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
se mantiene la presentación establecida en el PBC		

Consulta 55 - Item 48

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
<p>Nueva Consulta: Se solicita amablemente a la convocante admitir una oferta de puntas esteriles de 10ul en presentacion de rack x 96 puntas, teniendo en cuenta que esta es la presentacion habitual y adecuada para lo solicitado. Se estaria entregando la cantidad final solicitada equivalente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
<p>se mantiene lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 56 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>Con respecto a la Versión del Pliego, así como también, lo que figura en el portal, tanto en la planilla de precios, como en "Items Solicitados". Hay una discrepancia en cuanto a la cantidad se refiere, debido a que en el portal, y en la planilla de precios, en dicho Item figura una cantidad de 25 unidades, no así en el PBC, donde figura una cantidad de 30.</p> <p>Por lo que solicitamos saber cual cantidad sería la correcta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
<p>Se ha corregido el PBC, la cantidad es 25 unidades</p>		

Consulta 57 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>Nos dirigimos amablemente a la convocante para solicitar aclaración de lo expuesto en el plan de entrega de los bienes: "Dentro de los 60 (treinta días) días, a partir de la recepción de la nota de pedido de entrega de los ítems adjudicados."</p> <p>Se consulta si se considerará 60 o 30 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2025
<p>Se modifica el PBC para eliminar la discrepancia</p>		

Consulta 58 - Precio Referencial Item 29

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Se consulta a la convocante si el precio referencial del ítem 29 es correcto, para una pipeta automática de 1 mL = 37100 Gs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
<p>Se realizaran los cambios correspondientes</p>		

Consulta 59 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Con relacion a este punto, El oferente deberá demostrar experiencia en la provisión de reactivos, insumos y materiales para laboratorio , mediante facturaciones de venta y/o recepciones finales que, en su sumatoria correspondiente a los últimos tres años (2022, 2023 y 2024), representen como mínimo el 50 % del monto total ofertado en la presente licitación , se podria presentar Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Puede presentar contratos o facturas para demostrar la experiencia, siempre dentro del plazo evaluado		

Consulta 60 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir una oferta de polvo de agar agar en presentacion de 100 gramos como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.		

Consulta 61 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir una oferta de potato dextrosa agar en presentacion de 100 gramos como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.		

Consulta 62 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir una oferta de tubos falcon en presentacon de bolsa x 50 unidades no esteriles, teniendo en cuenta que viene en bolsa cerrada hermeticamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.		

Consulta 63 - Item 23

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de guantes con talco en el tamaño solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.		

Consulta 64 - Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de guantes con talco en el tamaño solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.

Consulta 65 - Item 26

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de un pipeta de 0 a 10 ul o especificar si lo solicitado corresponde a 10 ul o 10 ml, ya que no coincide lo indicado en la descripción con lo descrito en las especificaciones técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se harán las modificaciones en el PBC

Consulta 66 - Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado debería ser compatible con el ítem 26.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Si deben ser compatibles

Consulta 67 - Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de puntas de 0 a 10 ul o especificar si lo solicitado corresponde a 10 ul o 10 ml, ya que no coincide lo indicado en la descripción con lo descrito en las especificaciones técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se harán las modificaciones en el PBC

Consulta 68 - Item 37

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de guantes con talco en el tamaño solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.

Consulta 69 - Item 38

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de guantes con talco en el tamaño solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.

Consulta 70 - Item 39

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
----------	-------------------	------------

Nueva Consulta: Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de un microtubo para PCR de 1,5ml como mínimo, en presentación de paquete x 500 unidades, teniendo en cuenta que nunca se utiliza el total del volumen.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme al artículo 50 de la Resolución DNCP N.º 230/2025, la presente consulta no guarda relación con el contenido de la adenda modificatoria, motivo por el cual no será objeto de análisis.