Consultas Realizadas

Licitación 472337 - LPN 61-25 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE JUNIO DEL IPS

Consulta 1 - LOTE 1, ítem 1 CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante modificar el volumen de muestra necesario de 80 a 140 ul (microlitros) de manera a dar mayor lugar a la participación de los oferentes.		

Consulta 2 - LOTE 2, ítem 1 Equipo para hemocultivo

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar la capacidad de carga de tubos equipo solicitado.		

Consulta 3 - LOTE 2, soporte para hemocultivo, Equipo para plaquear medio agar en placas de Petri automatizado

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante especificar la capacidad del equipo plaqueador, además de la velocidad del mismo, y si debe venir con un equipo a parte que prepare el agar de manera automatizada.		

Consulta 4 - LOTE 2, ítem 3 REACTIVO PARA GASOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante aceptar equipo automatizado, con tecnología de microsensores que utiliza cartuchos de uso único, que se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la heladera a ser utilizada para la conservación de los cartuchos y controles de calidad.		

Consulta 5 - LOTE 2, Soporte para complementar medios de cultivos e insumos, Agar Mycobiotic frasco de 500 gramos

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si el Agar Mycobiotic se refiere a una marca comercial en específico, o en todo caso aclarar que tipo microorganismos se desea cultivar para seleccionar un agar genérico.		

Consulta 6 - LOTE 2, ítem 3 Equipo GASOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante aceptar equipo que no dispone de cooximetría directa, pero entrega valores estimados de saturación de oxígeno (sO_2 est), suficientes para la evaluación de oxigenación en la mayoría de los escenarios clínicos; así también se solicita a la convocante eliminar del listado la bilirrubina total ya que dicho parámetro no afecta la evaluación ácido base ni respiratoria.		

Consulta 7 - LOTE 2, ítem 3 Equipo GASOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Se solicita a la convocante aceptar equipo que no dispone de cooximetría directa, pero entrega valores estimados de saturación de oxígeno (sO_2 est), suficientes para la evaluación de oxigenación en la mayoría de los escenarios clínicos; así también se solicita a la convocante eliminar del listado la bilirrubina total ya que dicho parámetro no afecta la evaluación ácido base ni respiratoria.		