

## Consultas Realizadas

# Licitación 472373 - Lpn 81-25 Adquisición de Equipos de Monitoreo de Integridad Neurofisiologica con sus Correspondientes Accesorios y Suministros para el Hospital de Especialidades Qirurgicas del Ips

### Consulta 1 - Equipo solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
Favor verificar las EETT de lo solicitado ya que no coincide con el nombre del llamado, la consulta es si la convocante necesita adquirir un equipo para monitoreo de nervios o un neuronavegador (se aclara que son cosas distintas)		

### Consulta 2 - Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
Para el primer pago del 5% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria. Para el segundo pago del 90% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento.		
Hay una contradicción en el PBC ya que se otorga anticipo del 5%, pero en este apartado se solicita ACTA DE RECEPCION PROVISORIA para el primer pago del 5% debería ser de la siguiente forma:		
Para el primer pago del 90% se requiere la presentación del Acta de Recepción Provisoria. Para el segundo pago del saldo del 5% se requiere la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento.		

### Consulta 3 - EETT solicitadas

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
DICE: RMS 0,1016 mm de precisión de cámara y 0,7 mm - 1,2 mm de precisión al integrar la cámara con todo el sistema (+/- 2%)		
Se puede ofertar con RMS 0,1016 mm de precisión de cámara y 0,7 mm - 1,2 a 1,7 mm de precisión al integrar la cámara con todo el sistema (+/- 2%)		

### Consulta 4 - indicadores de cumplimiento de contrato

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
Acta de recepción definitiva 720 días de la fecha de la firma de contrato CONSULTA: Se puede mejorar este plazo??		

### Consulta 5 - indicadores de cumplimiento de contrato

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
Dice Acta de recepción provisoria Acta de recepción 90 días de la fecha de firma del contrato CONSULTA, se puede mejorar el plazo a 30 días posteriores a la entrega del equipo?		

## Consulta 6 - Planificación de indicadores de cumplimiento:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
DICE: Acta de recepción conformidad 365 días de la fecha de firma del contrato. CONSULTA: Este es un requisito para solicitar el pago, se puede mejorar el plazo a 30 o 60 días después de la entrega del equipo?		

## Consulta 7 - Capacidad Técnica Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2025
Se solicita Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada. Consulta: Se puede presentar en copia simple, esto dependiendo de cada país demora mucho tiempo, y para la entrega del equipo o firma de contrato presentar el documento solicitado apostillado		