

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 466541 - Lp1938-25 Adquisición de Equipos e Instrumentales para los Sistemas de Comunicación y Control

Consulta 1 - Lote N°2, Ítem 1 Equipo Reflectometro Óptico

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Con respecto a la especificación "Interfaces: RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s", solicitamos que, en lugar de requerirse RJ45, se acepten Bluetooth y/o Wi-Fi como alternativas de conexión a la red, considerando que actualmente existe una tendencia hacia el reemplazo de Ethernet cableado por tecnologías inalámbricas.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvase considera para la elaboración de su oferta lo establecido en el Ítem 7 del Anexo 2 - Características Técnicas Específicas de los Equipos. Si bien es una tendencia tecnológica, no es utilizado en el contexto de infraestructura crítica de la ANDE por cuestiones de ciberseguridad.

# Consulta 2 - Lote N°2, Ítem 1 Equipo Reflectometro Óptico

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Con relación a la especificación "8 Capacidad de almacenamiento de datos: ≥ 2 Gb", solicitamos que se acepten equipos con capacidad de almacenamiento que permita al menos 20.000 trazas de OTDR, lo cual resulta más que suficiente para una operación típica.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvase considera para la elaboración de su oferta lo establecido en el Ítem 8 del Anexo 2 - Características Técnicas Específicas de los Equipos. Los requerimientos de operación típica no están definidas en la especificación técnica.

# Consulta 3 - Lote N°2, Ítem 2 Equipo Fusionador de Fibra Óptica

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Solicitamos que se especifique el tipo de alineación requerido, es decir, alineación por núcleo o por revestimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta el tipo de alineación requerida es por núcleo.

# Consulta 4 - Lote N°2, Ítem 3 Equipo Power Meter

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Sobre "12 Licencias perpetuas para uso de todas las funcionalidades", solicitamos se aclare qué funcionalidades o aplicaciones específicas deben incluirse (por ejemplo: aplicación móvil para Android, aplicación para PC para generar reportes, aplicación en la nube para administrar el instrumento y sus datos de medición, etc.).

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, que el equipo debe contar con todas las licencias de acuerdo al modelo de negocio del fabricante, de todas las funcionalidades disponibles en el equipo.

23/11/25 23:20



#### Consulta 5 - Solicitud de Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Solicitamos una prorroga en loso plazos de consulta y entrega de oferta a fin poder realizar un mejor análisis y ajustes en los precios a ofertar, esto se traducirá en la posibilidad de poder presentar precios mas bajos para beneficio la contratante.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos establecidos en el Portal de DNCP.

#### Consulta 6 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Solicitamos amablemente a la convocante extender los plazos de entrega, ya que los bienes a suministrar no se encuentran en stock y deberán ser importados.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

#### Consulta 7 - Plan de entrega

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Para que la convocante tenga una mayor participación de ofertas competitivas, solicitamos que al Plazo de Entrega Máximo de los Bienes pueda ser aumentado a 60 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

#### Consulta 8 - OTDR

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2025

Solicitamos a la convocante que considere el uso de un conversor USB a RJ45 para cumplir la interfaz solicitada. Confirmar aceptación.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-09-2025

Sírvase considera para la elaboración de su oferta lo establecido en el Ítem 7 del Anexo 2 - Características Técnicas Específicas de los Equipos.

23/11/25 23:20 2/2