

## Consultas Realizadas

### Licitación 467489 - Lp1939-25 Adquisición de Cromatógrafo de Gases Disueltos en Aceites Dieléctricos

#### Consulta 1 - Item 3.13 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
Se solicita a la convocante aceptar Muestreador con capacidad de 40 viales mínimo, de manera a dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que en relación al Muestreador Headspace, el mismo debe tener Capacidad para cuarenta y ocho (48) viales como mínimo. Por favor, sírvase considerar las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas en el punto 3.13.		