

## Consultas Realizadas

# Licitación 472586 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
<p>DONDE DICE: Fecha de vencimiento para todos los ítems: 12 (doce) meses como mínimo. 12 (doce) meses como mínimo.</p> <p>Se solicita modificar el vencimiento al momento de la entrega del ítem 1 "Casette H2O2", y establecerlo ente 6 meses, con el compromiso de cambiarlo en caso de no ser utilizado 30 días antes del vencimiento.</p> <p>Lo solicitado se debe a que el Casette H2O2 para esterilizadores a plasma ASP STERRAD, salen de fábrica con vencimiento de 12 meses, y se debe considerar el tiempo de importación, despacho y otros.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2025
Remitirse a la Adenda.		