

Consultas Realizadas

Licitación 472609 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de Hematoxilina de Harris, ya que es la habitualmente utilizada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Ajustarse a las especificaciones técnicas.		

Consulta 2 - Plan de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
Establece el PBC: EL 100 % DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. Se solicita considerar establecer 15 días hábiles, dado que los productos requieren codificación para su entrega.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 3 - ITEM 10 Fosfato Dibásico de Sodio

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
Favor establecer presentación mínima requerida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Ajustarse a las especificaciones técnicas.		

Consulta 4 - ITEM 7 PARAFINA

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
¿Se puede ofertar 58º a 60º C?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 5 - ITEM 7 PARAFINA

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
Establece el PBC: Caja por 5 Panes x 5kg. Favor aclarar si es total de la presentación de la caja es 5kg o son 5 panes x 5 kg - unidad de caja:25 kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 6 - ITEM 4 LAMINA ESMERILADA

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
Favor considerar establecer tamaño 76x26 mm(+/- 1 mm) x1mm, así favorecer la presentación de mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 7 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
Se solicita respetuosamente a la convocante la posibilidad de extender el plazo de entrega establecido, de 5 días a 30 días, con el objetivo de brindar mayor margen logístico a los interesados y, de esta manera, fomentar una mayor participación de oferentes en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 8 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
Con relación al Ítem 4, se consulta amablemente a la convocante si estaría permitido ofertar Láminas Portaobjeto Esmeriladas de 25,4 x 76,2 mm, en caso de que dichas dimensiones cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 9 - ítem 2 CUCHILLA PARA MICROTOMO:

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
ítem 2 CUCHILLA PARA MICROTOMO: "A fin de ofrecer el producto más adecuado, solicitamos a la convocante que aclare el tipo de muestra que será procesada (muestras blandas o muestras duras), ya que esta información es esencial para la correcta selección del insumo."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas. Se aclara que lo establecido en las Especificaciones Técnicas con respecto a las medidas requeridas es para procesar muestras blandas y duras.		

Consulta 10 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
DONDE DICE: Registro Sanitario Vigente o Inscripción vigente de que el producto se encuentra en trámite de renovación expedido por DINAVISA, según corresponda CONSULTA: Solicitamos a la convocante nos puedan confirmar si dicho documento aplica para todos los productos ofertados, ya que en ciertos ítems entendemos que no corresponde su presentación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Remitirse a la Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - ITEM 07 : PARAFINA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
ítem 7: Parafina " La primera versión del PBC establecía: Caja por 5 Panes x 5kg, donde no se aclaraba si el total de la presentación de la caja es 5kg o son 5 panes x 5 kg = unidad de caja:25 kg. En la siguiente versión solo establecieron "caja por 5 panes" generando aun mas confusión. Se pide a la convocante amablemente aclarar cuantos kg debe tener la presentación. Ej: 1 Pan = 5 kg "		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Remitirse a la Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Item 7 Parafina Parafina solida 58° - 60° en pan de 5 kg. Permitira la convocante ofertar Parafina 56-58º granulada en paquete de 5kg , pues no afecta la utilidad del producto sea en granulos o en pan, además la fusión a 56-58º representa una mejor Elasticidad que protege tejidos frágiles.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Remitirse a la Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Rojo Congo Pro análisis Coloración Rojo Congo – Kit 100 det. Solicitamos a la convocante verificar si esta correcta la presentación requerida para este item, pues el rojo Congo proanálisis, es un producto analítico, que viene en polvo o solución, en polvo presentación de 25gr o 100gr. Solución presentación de 100ml		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 14 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Capacidad técnica Solicita documentación: PARA REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO, PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA MEDICAMENTOS. Ninguno de los ítems requeridos en la presente licitación encuadran en los parámetros regulatorios mencionados. Los productos requeridos son material de uso general de laboratorio y reactivos analíticos que no requieren registro sanitario para su comercialización. Res MSPYBS 669/16 y Res DINAVISA 262/23		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Remitirse a la Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Item 7 Parafina Parafina solida 58° - 60° en pan de 5 kg. En la primera Version solicita "Parafina Parafina solida 54°- 58° de 5Kg" , visto que en la segunda versión hubo modificación, consultamos Permitira la convocante ofertar Parafina 56-58º granulada en paquete de 5kg? , considerando tanto en gránulos o pan sigue en estado solido, además a fusión a 58º-60º la parafina es mas dura, pudiendo ocasionar inconvenientes al momento tanto del fraccionamiento, en el caso de la presentación en pan, como así al corte de los tejidos. Este tipo de parafina, en pan y a punto de fusión de 58-60º, seria mas adecuada para fabricación de velas. La parafina a un punto de fusión 56-58º utilizada para histología facilita cortes limpios y produce secciones con mínima compresión. Recomendada para tejidos frágiles o difíciles de manipular, gracias a su elasticidad evita la formación de arrugas en las secciones. En gránulos permite una fusión rápida y uniforme		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2025
Remitirse a la Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones.		