Consultas Realizadas

Licitación 462133 - ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025

En el PBC la convocante solicita lo siguiente: Provisión de Desfibrilador con las mismas características que las requeridas en esta convocatoria, a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito.
Al respecto solicitamos a la convocante considerar la experiencia en la Provisión de Desfibrilador Automático Externo (DEA) a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025

Solicitamos a la convocante incluir como requisito de la capacidad técnica la presentación del registro sanitario vigente del producto cotizado y a nombre del oferente, ya que es una documentación fidedigna emitida por la entidad reguladora DINAVISA, que permite y habilita la comercialización, importación del producto medico en el Paraguay el cual se encuentra requerido en el presente llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 3 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025

Solicitamos a la convocante incluir como requisito de la capacidad técnica la presentación de la Habilitación del oferente vigente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ya que es una documentación fidedigna emitida por la entidad reguladora DINAVISA quien autoriza y habilita a la empresa poder comercializar dispositivos médicos

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
Solicitamos a la convocante incluir como requisito de la capacidad técnica la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Deposito vigente a nombre del oferente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 5 - Especificaciones t

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
Solicitamos agregar en las especificaciones el siguiente requerimiento: “Capacitación a al menos 2 usuarios designados”, considerando que es de suma importancia que el personal que operará el DEA reciba instrucción adecuada para garantizar su correcto uso, optimizar la respuesta en situaciones de emergencia y cumplir con las buenas prácticas internacionales en capacitación para reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 6 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En el punto 8.1 donde dice “Memoria: 300 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG.”, solicitamos a la convocante tener en cuenta que este tipo de almacenamiento no es estándar en los equipos DEA ya que solo se tiene en cuenta el análisis de ECG, por lo que sugerimos modificar por “Memoria: 30 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG”, esta modificación sigue garantizando su correcto funcionamiento sin exigir prestaciones que exceden las especificaciones comerciales comunes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 7 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En el punto donde dice “05 horas de monitoreo de ECG como mínimo” favor considerar este punto como opcional ya que los DEA están diseñados para a detectar ritmos y administrar descargas, no para vigilancia prolongada como un monitor multiparámetro, mantener este requisito como obligatorio restringe innesariamente la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 8 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En donde dice “Capacidad mínima de descargas: 200 descargas a 150 Joules.”, solicitamos a la convocante considerar la “Capacidad mínima de descargas: al menos 180 descargas a 150 Joules”,. esta cantidad resulta suficiente para el uso clínico previsto y se encuentra dentro de los estándares recomendados por la Asociación Americana del Corazón (AHA), evitando así exigir prestaciones superiores a las necesarias, lo que podría limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En donde dice “Con acelerómetro, para la lectura de la profundidad y frecuencia durante el masaje cardiaco”, solicitamos a la convocante considerar este requisito como opcional, ya que no es un componente esencial para que el DEA cumpla su función principal, que es de detectar ritmos y administrar descargas en casos de paro cardíaco, mantenerlo como obligatorio limitaría la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 10 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En donde dice “Auto ajuste de volumen y brillo de la pantalla”, solicitamos a la convocante omitir este requisito o considerarlo como opcional, ya que no todos los modelos DEAS cuentan con pantallas que requieran ajuste de brillo además esta característica no impacta en la función principal del equipo y solo limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes sin aportar un beneficio real.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
En el punto donde dice “Acceso a la ayuda (Help) presionando un solo botón”, solicitamos a la convocante considerar opcional este punto ya que la función del botón es la de guía al usuario y la mayoría de los equipos actuales se activan de forma automática sin la necesidad de presionar un botón, lo que resulta incluso más eficiente, al ahorrar tiempo en situaciones críticas, solicitar dicho botón como obligatorio solo restringe innecesariamente la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 12 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
Donde dice “Tiempo de encendido: 25 segundos como máximo”, solicitamos a la convocante considerar un tiempo de encendido no mayor a 3 segundos. Esta modificación es de suma importancia, ya que en situaciones críticas, cada segundo cuenta. Un encendido casi inmediato permite una intervención más rápida y efectiva, acorde al propósito vital de estos equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 13 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
¿Se podría considerar los años 2022, 2023 y 2024 para equipos DEA y/o Cardiodesfribriladores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 14 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
¿Se podría considerar válida, la experiencia en caso de lograrse en un solo año, sin considerar el promedio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 15 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
Favor incluir este requisito entre los documentos a presentar, teniendo en cuenta que se trata de un equipo médico que lo requiere para la importación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 16 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
4.10 ¿ Se podría cotizar tiempo de encendido menor a 5 segundos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 17 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
4.11 ¿Se podría cotizar tiempo de análisis de ECG menor a 20 segundos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 18 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
4.12 ¿Se podría cotizar tiempo de carga menor a 25 segundos cuando el dispositivo está precargado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
4.13 ¿Se podría cotizar tiempo de encendido hasta que el equipo esté listo para descargas menor a 35 a segundos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
5.1 Se podría cotizar 4 (cuatro) pares de electrodos/parches para adultos y 4 (cuatro) pares de electrodos/parches pediátricos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
8.1 ¿ Se podría cotizar con memoria de 60 minutos como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
8.3 ¿Se podría considerar almacenamiento de 100 eventos como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 23 - CONSULTA – Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En las características del ítem 01, en el punto 3.2 donde dice ¨Acceso a la ayuda (Help) presionando un solo botón¨ Se solicita el convocante a modificar el punto por ¨Acceso a la ayuda (Help) de manera automática y/o presionando un solo botón¨. De manera a permitir un número mayor de oferentes ya que cada fabricante tiene un sistema que ofrece indicaciones de voz que guían al usuario en el proceso de desfibrilación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 24 - CONSULTA – Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En las características del ítem 01, en el punto 3.3 donde dice ¨Auto ajuste de volumen y brillo de la pantalla¨ Se solicita al convocante a modificar el punto por ¨Auto ajuste de volumen¨ De manera a permitir un número mayor de oferentes ya que cada fabricante dispone de opciones de guía por pictogramas y sistema audible. Esto permitirá una mayor participación de oferentes debido a que el precio referencial no se ajusta a un equipo con pantalla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 25 - CONSULTA – Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En las características del ítem 01, en el punto 5.5 donde dice “Con acelerómetro, para la lectura de la profundidad y frecuencia durante el masaje cardiaco “. Se solicita al convocante a modificar este punto a OPCIONAL, ya que el precio referencial fijado no contempla la inclusión del accesorio necesario para poder cumplir con esta función, imposibilitando que se pueda presentar una oferta acorde a los demas puntos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 26 - CONSULTA – Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En las características del ítem 01, en el punto 5.5 donde dice “Con acelerómetro, para la lectura de la profundidad y frecuencia durante el masaje cardiaco “. Se solicita al convocante a modificar este punto a OPCIONAL, ya que el precio referencial fijado no contempla la inclusión del accesorio necesario para poder cumplir con esta función, imposibilitando que se pueda presentar una oferta acorde a los demas puntos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 27 - CONSULTA – Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En las características del ítem 01, en el punto 7.3 donde dice “Tiempo de carga de la batería: 100% en menos de 6 horas “. Se solicita al convocante a modificar este punto por “Tiempo de funcionamiento mínimo de 12 horas¨. Esto ya que en el punto 7.1 se solicita que el tipo de batería sea no recargable por lo cual existe una discrepancia entre ambos puntos sobre el tipo de batería solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 28 - CONSULTA - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
En la base del pliego para el ítem 01 Experiencia especifica: “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Desfibrilador con las mismas características que las requeridas en esta convocatoria, a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito.” Solicitamos la convocante modificar este punto por “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Dispositivos Médicos, a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito”. De manera a permitir que oferentes que cuenten con experiencia en equipos de terapia, quirófano, etc, los cuales son de mayor complejidad que el equipo ofertado, tambien puedan presentar oferta para este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 29 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
3.3 Solicitamos que sea considerado opcional, atendiendo a que limita la participación ya que una sola marca en el mercado la cumple		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 30 - EETT ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
Donde dice “Tiempo de carga de la batería: 100% en menos de 6 horas”, solicitamos a la convocante considerar este requisito como opcional o, en su defecto, eliminarlo, ya que presenta una contradicción con lo establecido en el punto 7.1, donde se solicita una “batería de litio, no recargable”. Al solicitar una batería no recargable, no corresponde establecer un tiempo de carga, por lo que ambos requerimientos resultan incompatibles entre sí		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 31 - Bateria

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos eliminar el requisito de tiempo de carga de la bateria ya que se contradice con la especificacion "Bateria de Litio NO recargable"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 32 - Bateria

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitan "Duracion de la bateria de 4 años como mínimo". Normalmente la duración de la bateria se mide estando el equipo en standby. Para sacar provecho a la inversión y adquirir equipos de calidad, solicitamos que aumentar los años de duración de la bateria y que la especificación quede redactada de la siguiente manera: "Duración de la batería estando el equipo en standby: de 8 años como mínimo "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 33 - Bateria

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitan: "Capacidad mínima de descargas: 200 descargas a 150 Joules". Para asegurar la adquisición de equipos de buena calidad y garantizar la inversión, solicitamos modificar este requerimiento por "Capacidad mínima de descargas: al menos 400 descargas a 200 Joules."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 34 - Pads

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos aumentar la vida util de los pads a un mimimo de 3 (tres) años de manera a reducir costos de reposición y mantenimiento, disminuir interrupciones operativas, mejorar la disponibilidad en emergencias. Varios fabricantes líderes ofrecen esta opción. Con esto se puede sincronizar el reemplazo de los pads con el de la batería, optimizando recursos y garantizando mayor eficiencia en el uso del DEA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 35 - Resistencia del equipo

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitan: "Equipo compacto resistente, liviano y transportable, con selector de pacientes adultos/pediátrico". Sugerimos especificar el método de medición de la resistencia, por ejemplo: que el equipo soporte caídas de al menos 1,5 m sobre todos sus lados sin pérdida de funcionalidad. Asimismo, que el cambio entre modo adulto y pediátrico se realice presionando un único botón para mayor rapidez y facilidad de uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 36 - Temperatura:

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Sugerimos ampliar el rango de temperatura de funcionamiento hasta 50 °C, considerando que en los últimos años se han registrado temperaturas extremas en el país superiores a 45 °C. Esto garantizará el funcionamiento seguro y continuo del equipo en condiciones climáticas reales, evitando riesgos de falla durante olas de calor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 37 - Condicion ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Sugerimos incorporar en la especificación el "rango de humedad de funcionamiento: 0 % a 95 % sin condensación", a fin de garantizar que el equipo opere de forma segura y estable en las condiciones de alta humedad relativa que se presentan con frecuencia en el país.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 38 - Modo de funcionamiento

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Sugerimos especificar el modo de funcionamiento como “DEA automático o semiautomático”, a fin de asegurar que el equipo cuente con una de las configuraciones operativas reconocidas internacionalmente para desfibriladores externos automáticos, garantizando así su compatibilidad con protocolos de reanimación y el entrenamiento estándar del personal de respuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 39 - Caracteristicas Generales

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Sugerimos incluir la especificación “Pantalla a color de 7 pulgadas, que permita visualizar al menos 1 forma de onda en pantalla”, ya que este tamaño facilita la lectura clara de mensajes, instrucciones, ECG y parámetros durante la reanimación, incluso en entornos con alta luminosidad, y la visualización de la forma de onda mejora la supervisión y precisión en la toma de decisiones clínicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 40 - Impedancia

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025

Piden "Salida de energia de acuerdo a la impedancia del paciente". Pero no especifican un rango. Sugerimos agregar a esta especificación lo siguiente: “Rango de impedancia del paciente: 20 a 300 Ω”, con el fin de garantizar que el equipo pueda detectar y ajustar la energía de desfibrilación de manera segura y efectiva en el rango de impedancias habitualmente encontrado en pacientes adultos y pediátricos, asegurando compatibilidad con estándares internacionales y máxima eficacia en la descarga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 41 - Pads

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025

Sugerimos que la pantalla del equipo permita verificar la caducidad de los pads, de modo que el usuario pueda verificar rápidamente esta información sin abrir el compartimiento ni retirar el consumible, lo que facilita el control preventivo y reduce el riesgo de encontrar pads vencidos en una emergencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 4.1 Equipo compacto resistente, liviano y transportable, con selector de pacientes adultos/pediátrico

Se solicita aceptar equipos con reconocimiento automático del paciente según el parche colocado.

Esta modificación permite mayor competencia y mejores condiciones de contratación para la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 4.4 Forma de Onda bifásica exponencial truncada, con compensación de impedancia.

La forma de onda bifásica rectilínea se considera generalmente más segura y eficaz que la bifásica exponencial truncada (BTE) porque ofrece una entrega de energía más controlada y uniforme, reduciendo el daño potencial al miocardio. Por ende, se solicita modificar el requerimiento de la siguiente manera:
Forma de Onda bifásica exponencial truncada o bifásica rectilínea, con compensación de impedancia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 4.10 Tiempo de encendido menor a 2 segundos.

Se solicita modificar este ítem como OPCIONAL, considerando que en los puntos 4.11, 4.12 y 4.13 ya se establecen los tiempos de encendido para el uso efectivo del dispositivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 5.3 Longitud de los cables: mínimo 120 cm.

Para mayor pluralidad de postores que puedan satisfacer la demanda, se solicita modificar el requerimiento, quedando: Longitud de los cables: mínimo 100 cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 46 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 8.3 Almacenamiento de 500 eventos como mínimo.

Favor modificar a: posibilidad de almacenar el evento para descarga.

Para este tipo de equipos, no resulta lógico el almacenamiento de tal cantidad de eventos, a diferencia de un desfibrilador de uso en terapias intensivas. Los DEA son para uso en lugares públicos y su uso es esporádico, por lo cual no requiere almacenamiento, considerando que posterior al evento los datos ya deben ser descargados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 47 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025

DONDE DICE: 8.4 Los datos deben poder ser exportados a una PC a través de una memoria flash USB y/o Bluetooth 2.0 y/o tarjeta de memoria.

Se propone ampliar este punto incorporando la opción adicional de exportación mediante infrarrojo (IR), ya que aumenta la flexibilidad y compatibilidad del equipo, sin afectar negativamente el cumplimiento original. Quedando:
Los datos deben poder ser exportados a una PC a través de una memoria flash USB y/o Bluetooth 2.0 y/o tarjeta de memoria y/o infrarrojo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 48 - Capacitaciones

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2025
Favor modificar la cantidad de horas, porque la misma es irrelevante. La capacitación para el uso de los equipos para el personal de la convocante, debe tomar el tiempo necesario para que los mismos comprendan su funcionamiento, sea el tiempo 2 horas o 5 o 6 horas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Donde dice: Energía predeterminada:200 300 360 y/o 150 200 Joules (pacientes adultos) y/o Salida nominal de 150 Joules. Solicitamos a la convocante considerar las recomendaciones mundiales en cuanto a la potencia de entrega a ser utilizado, con un limite maximo de 200J, debido a que una potencia mayor, podría causar la daños irreversibles en energía Bifásica que es lo que solicitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
En el punto 3.3 Auto ajuste de volumen y brillo de la pantalla, solicitamos que la pantalla sea opcional, los DEA que son para uso de personal no médico no utilizan pantalla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
7.3 Tiempo de carga de la batería: 100% en menos de 6 hs. Solicitamos considerar este punto como opcional, las baterías selladas para DEA no son recargables		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
En el punto 5.1 8 (ocho) pares de electrodos/parches que sirvan tanto para pacientes adultos como pediátricos, con una vida útil mínima de 2 (dos) años, solicitamos se pueda entregar el equipo con un par de electrodos/parches considerando que el precio referencial es muy bajo para la entrega de ocho pares.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 51 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Solicitamos que el punto 7.5 05 horas de monitoreo de ECG como mínimo sea eliminado de las especificaciones técnicas, considerando que el DEA no es un monitor de ECG, y realiza el análisis del ECG únicamente durante su uso para analizar la necesidad de descarga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
El punto 8 Almacenamiento de Datos, solicitamos que el almacenamiento de datos sea considerado opcional o en su defecto aceptar el tipo de almacenamiento con que cuente el equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 53 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Donde dice: 9.4 Protección contra polvo y agua: IP55, solicitamos se puedan ofertar equipos con A prueba de goteo por EN60529 clase IPX1, Objetos sólidos por EN60529 clase IP2X, que son los fijados por las normas mencionadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 54 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Punto 8.1 Memoria: 300 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG, solicitamos permita ofertar equipos con Memoria: 100 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG para permitir mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 55 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
En el inciso 7, en el punto 7.1 Solicitan Batería de Litio, no recargable y en el punto 7.3 dice: Tiempo de carga de la batería 100% en menos de 6hs Favor eliminar el punto 7.3 ya que se contradicen además por seguridad se recomienda que las baterías de los DEA sean no recargable y recomendamos agregar que la misma tenga una con vida útil de al menos 4 años y que el equipo realice verificaciones diarias del estado de la batería		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 56 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Punto 5.1 Favor aclarar si se requiere 8 unidades de Parches para pacientes adultos como pediátricos con una vida útil mínima de 2 (dos) años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 57 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Item 4.15 Donde dice : Resistencia a caidas de 1 metro o mayor, solicitamos diga: Resistencia a caidas de 0,75 metro o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 58 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
4.12 Donde dice: Tiempo de carga menor a 10 segundos cuando el dispositivo está precargado Solicitamos diga: Tiempo de carga menor a 16 segundos cuando el dispositivo está precargado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 59 - Suministros requeridos - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Donde dice: Tiempo de carga menor a 10 segundos cuando el dispositivo está precargado, solicitamos permita ofertar con Tiempo de carga menor a 16 segundos cuando el dispositivo está precargado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 60 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Donde dice: 9.2 Deberá ser instalado en las oficinas de la CGR. Se deberá proveer un gabinete con alarma sonora y luz destellante en caso de apertura del mismo. Cabina original de la misma marca del desfibrilador o de fabricación nacional con Certificado de Buenas Practicas y Control emitido por DINAVISA , Solicitamos que permita ofertar cabinas importadas que no sean de la misma marca del desfibrilador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 61 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Punto 8.1 Solicitan Memotia: 300 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG, para permitir mayor participación de oferentes, solicitamos diga: 8.1. Memoria: 100 minutos como mínimo para almacenamiento de datos ECG		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 62 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
En el punto 7.1 Solicitan Bateria de Litio, no recargable y en el Punto 7.3 Tiempo de carga de la batería: 100% en menos de 6hs. para evitar confusiones solicitamos eliminar el punto 7.3 ya que por norma de seguridad se requiere que los equipos DEA cuenten con batería no recargable y que el equipo cuente con análisis diario/semanal de estado de batería para asegurar su buen funcionamiento cuando se requiera su utilización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 63 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
5.1 Solicitan 8 (ocho) pares de electrodos/parches que sirvan tanto para adultos como pediatricos, con una vida util mínima de 2 (dos) años, 8 (ocho) pares de electrodos/parches que sirvan tanto para adultos como pediatricos, con una vida util mínima de 2 (dos) años Favor aclarar si se solicitan 8 (ocho) pares de electrodos/parches que sirvan tanto para adultos como pediatricos, con una vida util mínima de 2 (dos) años o si en total se requiere 16 (dieciseis) pares de electrodos/parches que sirvan tanto para adultos como pediatricos, con una vida util mínima de 2 (dos) años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 64 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Solicitan 4.15 Resistencia a caída de 1 metro o mayor, Solicitamos: 4.15 Resistencia a caída de 0,75 metro o mayor para permitir la participación del oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.		

Consulta 65 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025

Punto 3.2 Solicitan Acceso a la ayuda Help presionando un solo botón. Solicitamos que este punto sea opcional, los equipos DEA debido a que su utilidad radica en que la posibilidad de actuar con rapidez, por lo que un boton de Help no es recomendado por lo que se recomienda diga: Punto 3.2 Pictogramas o imágenes acompañados de indicaciones de voz que señalen paso a paso el procedimiento a seguir para el rescate

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 66 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025

En el punto 5.1 5.1 Solicitamos aclarar si el requerimiento corresponde a 8 (ocho) pares en total de electrodos/parches para adultos y pediátricos con vida útil mínima de 2 años, o si en realidad se requieren 16 (dieciséis) pares en total.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y a la Adenda 1.

Consulta 67 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025

DONDE DICE:

Presentación del registro sanitario vigente del producto cotizado y a nombre del oferente

FAVOR MODIFICAR A:

Presentación del registro sanitario vigente del producto cotizado

Lo solicitado es a fin de adecuar el texto a lo requerido en el requisito documental de cumplimiento del criterio, y evitar interpretaciones subjetivas, considerando que la redacción del requisito documental, difiera con lo requerido en el criterio de capacidad técnica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025

Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.

Consulta 68 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

En el punto 3.3 donde dice “El equipo deberá contar con una pantalla, que permita una visualización clara y cómoda de la información”, solicitamos a la convocante considerar esto como opcional o excluirlo ya que un DEA no necesita pantalla para cumplir con su función, las guías internacionales priorizan que sea accesible, fácil de usar y con instrucciones claras de voz y luces por lo que no es un requisito indispensable

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025

Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.

Consulta 69 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
En el punto donde dice “05 horas de monitoreo de ECG como mínimo” favor considerar este punto como opcional ya que los DEA están diseñados para a detectar ritmos y administrar descargas, no para vigilancia prolongada como un monitor multiparámetro, mantener este requisito como obligatorio, restringe innesariamente la competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025
Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.		

Consulta 70 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
En donde dice “Capacidad mínima de descargas: 200 descargas a 150 Joules.”, solicitamos a la convocante considerar la “Capacidad mínima de descargas: al menos 150 descargas a 150 Joules”. esta cantidad resulta suficiente para el uso clínico previsto y se encuentra dentro de los estándares recomendados por la Asociación Americana del Corazón (AHA), evitando así exigir prestaciones superiores a las necesarias, lo que podría limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025
Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.		

Consulta 71 - Experiencia técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
En la base del pliego para el ítem 01 Experiencia especifica: “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Desfibrilador Automático Externo (DEA), a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, entre los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta la sumatoria de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito. El oferente deberá demostrar que su actividad comercial o industrial se encuentra vinculada con el tipo de bien a contratar. En caso de consorcio, todos los integrantes deberán cumplir este requisito” Solicitamos la convocante modificar este punto por “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Dispositivos Médicos, a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito”. De manera a permitir que oferentes que cuenten con experiencia en equipos de terapia, quirófano, etc, los cuales son de mayor complejidad que el equipo ofertado, también puedan presentar oferta para este llamado. Por tanto, acreditar experiencia en dispositivos médicos generales es una garantía adecuada de capacidad técnica; no limitando la participación a una sola empresa que cumple este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025
Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.		

Consulta 72 - Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
En las características del ítem 01, en el punto 3.3 donde dice ¨El equipo deberá contar con una pantalla, que permita una visualización clara y cómoda de la información¨. Se solicita al convocante a modificar este punto a OPCIONAL, ya que el precio referencial fijado no contempla la inclusión de esta característica e imposibilitando que se pueda presentar una oferta acorde a los puntos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025
Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.		

Consulta 73 - Características Generales

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025

En las características del ítem 01, en el punto 4.8 donde dice ¨Energía predeterminada: 200, 300, 360 Joules (pacientes adultos) y/o Salida nominal de 150 Joules. 50,70,100 Joules (pacientes pediátricos) y/o Salida nominal de 50 Joules¨ Se solicita al convocante a modificar este punto por ¨Energía predeterminada: 200, 300, 360 Joules (pacientes adultos) y/o Salida nominal de 150 Joules. 100, 100, 200 Joules (pacientes pediátricos) y/o Salida nominal de 50 Joules¨. Esta modificación no afecta al rendimiento del equipo, ya que dichas descargas corresponden a valores estándar de referencia según la AHA (American Heart Association) además de permitir la participación de potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025

Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.

Consulta 74 - Experiencia técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025

En la base del pliego para el ítem 01 Experiencia especifica: “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Desfibrilador Automático Externo (DEA), a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, entre los años 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta la sumatoria de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito. El oferente deberá demostrar que su actividad comercial o industrial se encuentra vinculada con el tipo de bien a contratar. En caso de consorcio, todos los integrantes deberán cumplir este requisito” Solicitamos la convocante modificar este punto por “El oferente, deberá acreditar su experiencia y cumplimiento satisfactorio en la Provisión de Dispositivos Médicos, a Instituciones Públicas y/o empresas privadas, referentes a los años 2022, 2023 y 2024, por un monto igual o mayor al 30 (treinta) % del monto total de su oferta. Se tendrá en cuenta el promedio de los años mencionados para el cumplimiento de este requisito”. Solicitamos al convocante la modificación de este punto y sean acepta la experiencia en provisión de equipos médicos; teniendo en cuenta que el equipo solicitado es de adquisición excepcional; que no son frecuentemente comercializados salvo demanda específica, es decir son bienes que no tienen una demanda continua en el mercado, por lo que salvo una sola empresa ha sido adjudicada con un monto superior al solicitado como experiencia especifica. Por tanto, acreditar experiencia en dispositivos médicos generales es una garantía adecuada de capacidad técnica. Esta modificación permitiría la participación de otros potenciales oferentes, aumentando la competitividad y asegurando la mejor relación calidad-precio para la entidad licitante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025

Ajustarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1 y 2.

Consulta 75 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025

4.12 Tiempo de encendido hasta que el equipo esté listo para descargar menor a 25 segundos
¿Se podría cotizar menor a 35 segundos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.

Consulta 76 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Solicitamos ampliar el plan de entregas a 30 (treinta) días hábiles, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
Donde dice “El equipo deberá contar con una pantalla, que permita una visualización clara y cómoda de la información.”, solicitamos nuevamente a la convocante que este requisito sea considerado como opcional, dado que no constituye un elemento indispensable para el funcionamiento seguro y eficaz del equipo. Mantenerlo como obligatorio restringe innecesariamente la libre competencia, sin aportar un beneficio clínico adicional comprobado. Además, no existe justificación técnica válida que sustente su obligatoriedad, por lo que su flexibilización favorecería una mayor participación de oferentes y un proceso más transparente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.		

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2025
En donde dice “Capacidad mínima de descargas: mayor o igual a 200 descargas a 150 Joule” solicitamos nuevamente ampliar este requisito por Capacidad mínima de descargas: mayor o igual a 180 descargas a 150 Joules, ya que está capacidad es mas que suficientes para cubrir escenarios clínicos reales porque en la práctica real los DEAs son utilizados en eventos de emergencias y no en descargas sucesivas masivas, incluso 180 descargas superan las necesidades habituales durante la vida útil de la batería en condiciones normales de uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.		

Consulta 79 - Suministros requeridos - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
Donde dice: Temperatura de funcionamiento entre 0° C o menor a 50° C o mayor, solicitamos diga Temperatura de funcionamiento entre 0° C o menor a 43° C o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.		

Consulta 80 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2025
4.15 Resistencia a caídas de 1 metro o mayor. Solicitamos diga: Resistencia a caídas de 0,75 metro o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2025
Adecuarse a lo establecido en el PBC y las Adendas 1, 2, 3 y 4.		

Consulta 81 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
En el punto donde dice “05 horas de monitoreo de ECG como mínimo” favor considerar este punto como opcional ya que los DEA están diseñados para a detectar ritmos y administrar descargas, no para vigilancia prolongada como un monitor multiparámetro, mantener este requisito como obligatorio, restringe la libre competencia además de que en la práctica real está función no es utilizado en DEAs		