

Consultas Realizadas

Licitación 473508 - LPN 100-25 ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS

Consulta 1 - ITEM 5 (3.1) EETT: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Consulta Fecha de Consulta 01-10-2025

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 2 - ITEM 5 (4.1) EETT: Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

Consulta Fecha de Consulta 01-10-2025

CONSULTA: Se sugiere amablemente a la convocante permitir la presentación de autoclave con capacidad de hasta 25 litros. Esto permitirá que más oferentes proveedores de Instituciones de Salud puedan participar del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 3 - ITEM 6 (3.1) EETT: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Consulta Fecha de Consulta 01-10-2025

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.



Consulta 4 - ITEM 6 (4.1) EETT: Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

Consulta Fecha de Consulta 01-10-2025

CONSULTA: Se sugiere amablemente a la convocante permitir la presentación de autoclave con capacidad de hasta 25 litros. Esto permitirá que más oferentes proveedores de Instituciones de Salud puedan participar del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 5 - Consulta: Para las destiladoras, Selladoras, y Lavadoras Ultrasonicas

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2025

Se sugiere amablemente considerar la posibilidad de dejar sin efecto la solicitud del certificado bajo normas ISO 13485, CE o FDA, teniendo en cuenta que ciertos equipos, como las selladoras, destiladoras y lavadoras, no son considerados equipos electromédicos y, por tanto, no se encuentran sujetos a dichos requerimientos normativos.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 6 - items 2 Compresor de 1HP

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 7 - Items 3 Compresor de 10 HP

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 8 - Items 4 Secadora para compresor de 10 HP

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

13/11/25 18:39 2/17



Consulta 9 - Items 8 Sellador para Esterilizacion

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 10 - Items 9 Ultrasonidp

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 11 - Items 12 Equipo Destilador

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 12 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 13 - Items 5 Autoclave de Vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 3/17



Consulta 14 - Items 6 Autoclave de Vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 15 - Items 7 Autoclave de vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 16 - Items 7 Autoclave de vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 17 - Items 10 Equipo de Fotopolimerizador

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 18 - Items 11 Equipo Quita Sarro

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 4/17



Consulta 19 - Items 13 Equipo de RAyos X Portatil Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 20 - Items 14 Turbina Odontologica

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 21 - Items 15 Kit de Micromotor y contraangulo

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 22 - Items 16 Set de Equipos Odontologicos

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 23 - Items 5 Autoclave de Esterilziacion de vapòr

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Certificado de Calidad e inspección técnica, a que se refiere esto?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que cualquier equipo de vapor a presión debe cumplir con procesos de validación para evitar explosiones que destruyan vidas humanas y materiales (ASME, CE PED etc). El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

13/11/25 18:39 5/17



Consulta 24 - Items 6 Autoclave de Vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Destiladora con el Autoclave ¿?, si es así todas las destiladoras trabajan a 220V y no a 24V como pide la descripción .

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 25 - Items 6 Autoclave de Vapor

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Tecla press es necesaria ¿?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 26 - Items 9 Lavadora de 6 litros

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Configuración de 40 50 hasta 60 grados . se puede cotizar desde 50 grados en adelante ¿?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 27 - Items 14 Turbina Odontologica

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden Velocidad de 30.000 rpm , creemos fue un error de tipeo ya que las turbinas por ser de alta velocidad , se encuentran desde 250.000 rpm en adelante . Favor corregir este error.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

Consulta 28 - Items 14 Turbina Odontologica

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Sugerimos esta descripcion que faltaria a la especificacion tecnica, ya que hubo un error en la descripcion de la rotacion

- potencia igual o mayor a 26 W
- tamaño de cabeza como máximo de 10,8 x 12,5 mm
- 4 orificios de spray de refrigeración
- sistema cabezal limpio
- válvula anti reflujo
- Válvula reguladora de presión
- · Rodamientos cerámicos

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 6/17



Consulta 29 - Items 15 Micomotor y contraangulo

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden accesorio 10 conjuntos de rulemanes por la totalidad de los contrangulos , se entiende que si uno sale adjudicado se entregaran los 10 rulemanes por la totalidad de la adjudicación de ese ítems, favor aclarar esto.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que la cantidad de conjuntos de rulemanes en principio es de 10, en caso de avería la condición es que el equipo este operativo, aunque se necesiten en mayor cantidad. Como parte de la garantía de funcionamiento. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 30 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.1. Solicitan: . Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante.

Consultas:

Sugerimos estas especificaciones

- -La base completa debe ser totalmente protegida por bordes antideslizantes, ya que es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad del sillón, bordes antideslizantes, para así ser estables y no se vean afectados por pisos con imperfecciones?
- Para lograr estabilidad y durabilidad es importante que la estructura de la base (no debe ser en forma de cruz o tipo enjambre o similar, por no dar la estabilidad necesaria tanto en el respaldo como en la base) y del respaldo fabricado en acero macizo.

Por cuestiones de seguridad en caso de urgencias el sillon deberia tener un boton de emergencia destacado en la base.

- Es importante que los sillones sean Ambidiestro, para adaptación para diestros y zurdos.

MEDIDAS DEL SILLON:

la base debería tener como mínimo un espesor de 26 mm. para tener una mayor estabilidad y adherencia al suelo

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 31 - Documentos para Consorcio

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Si bien el PBC acepta el consorcio no menciona si es consorcio Constituido o se puede presentar consorcio por intención , favor aclarar esto.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 32 - Items 10 Fotopolimerizador

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Piden operación programable de 1 seg. , todas las Fotopolimerizadoras del mercado tienen programación desde 5 seg. Tener en cuenta y cambiar la confirguracion para poder cotizar los oferentes este producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 7/17



Consulta 33 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.5. Solicitan: Apoyabrazos derecho e izquierdo, rebatibles.

Consulta: El brazo izquierdo debe ser fijo, ya que se encuentra al lado de la unidad de agua. El paciente siempre sale por el lado derecho. Teniendo en cuenta esto solicitamos el cambio en las especificaciones técnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 34 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.7 Solicitan: Tapizado con acolchado anatómico sin costuras, en PVC, alta densidad, fácilmente desmontable.

Consulta: , se recomienda agreagar esta sugerencia atóxico y anti flama con protector para los pies del paciente.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 35 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.11. Solicitan: Posiciones de Trabajo: 5 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo Vuelta a cero

Consulta: Se podría cotizar 3 o mas posiciones de trabajo programables por el odontologo?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 36 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitan: Vuelta a cero

Consulta: Al presionar esta funcion de vuelta cero debe apagar el reflector automaticamente al presionar esta funcion. ?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que en las condiciones iniciales los datos de trabajo deben volver a los valores de fábrica. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 8/17



Consulta 37 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

6,5 Solicitan: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y

42.000 Lux GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR

Consulta: Podrían considerar de 8.000 a 35.000 lux

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 38 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.2 Solicitan:Escupidera de cerámica, desmontable para fácil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando manual.

Consulta: La cuba es de ceramica esmaltada por completa, no comprendemos la solicitud de rejilla esmaltada

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que solo la tapa de rejilla debe ser esmaltada. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 39 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

5,6 Solicitan: Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de presión. Consulta: A que se refiere cuando mencionan regulador de presión en un ultrasonido? Deberia ser regulador de potencia

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que regulador de potencia es sinónimo de regulación de presión. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 40 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.11. Solicitan: 2 (dos) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotación con refrigeración

Consulta: A que se refiere 2H?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara 2 orificios (aire + agua). Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 9/17



Consulta 41 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

5,5 Solicitan: 1(una) manguera con jeringa triple con 3 (tres) puntas o insertos como mínimo con

regulador de agua y de potencia

Consulta: que serian 3 puntas o insertos ? A que se refiere cuando mencionan regulador de potencia en una JT? Deberia ser

de agua, aire y spray

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 42 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.4 Solicitan: Un suctor de saliva venturi con pico de aluminio pulido.

Consulta: Podrían aclarar a que se refieren con el pico de aluminio....

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 43 - Items 1

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

4.6. Solicitan: Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo.

Consulta: Deberia ser desmontable y regulable en altura, con movimientos frontales, posteriores y longitudinales y sistema de bloqueo de palanca para facilitar atención a los pacientes discapacitados en sillas de ruedas, que sea extraíble, lo que permite una rápida limpieza y desinfección.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 44 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso

Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que es un depósito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 10/17



Consulta 45 - Item 13 Rayo X Portatil

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

*Item 13 / Recomendamos el Rayo X Portátil con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes, practico de usar y compatible con cualquier Sensor Intraoral.

Item 13.4

Punto focal: 0.4 mm Tensión del tubo 65KV Corriente del tubo 2.6 mA

Alcance del tiempo de exposición: 0.01-2 segundos

Filtración inherente: 0.8mmAl Filtración adicional: 1.0 mmAl Campos de rayos X: 60mm Potencia de entrada: 22.2 V Peso máximo: 2.1 KG

Anillo de protección externa: La protección de retrodispersión minimiza

notablemente la dosis de radiación del operador.

Protección interna: La protección a la radiación interna del fuselaje está diseñada de forma óptima para proteger al operador de una fuga de radiación Dosis de exposición predeterminada: adulto o niños y selección del diente.

300 exposiciones como mínimo con una sola carga.

Estacion de carga permitiendo su uso siempre que sea necesario una

exposición.

Estacion de carga que sirve como base para mayor comodidad.

Item 13.5 Sensor Intraoral Recomendamos con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y la convocante adquirir un equipo de ultima generación.

Escala de grises: 65.536 nivel de gris (16 bits) Area de imagen como mínimo: 25*30mm2 Area del sensor como mínimo: 30*37 mm2

Espesor máximo: 5mm

Formato de imagen: BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF

Tamaño 1.5

Sensor intra oral con chip de silicio para evitar el desonfoque de la imagen y deterioro del rendimiento.

Cable duradero de alta resistencia. Capaz de soportar tracción de hasta 10 kg.

Resistencia al gua probada según IECP IP68 con capacidad de resistir a 1 metro de agua durante 60 minutos como mínimo.

Sensor con conteo de fotones. Actualizaciones de software sin costo

Incluye posicionador

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 46 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

5,7 Solicitan: Con pedal neumático con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano.

Consulta: PODRÍAN CONSIDERAR OTRO MATERIAL como.....: El acero inoxidable.....

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 11/17



Consulta 47 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.5 Solicitan: Un suctor de mayor potencia con pico de aluminio pulido con llaves de paso regulable

Consulta: Podrían aclarar a que se refieren con el pico de aluminio pulido....

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En el punto Nº 1.4.8 dice: Peso de Trabajo: 150 Kg o más

Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera:

Peso de Trabajo: 150 Kg (+-10)

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En el punto 1.6.5 dice: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y

42.000 Lux GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR

Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera:

Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 42.000 Lux (o mayor Rango) GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD

DENTAL, PEDAL O REFLECTOR

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 50 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso

Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que es un depósito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 12/17



Consulta 51 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso

Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

Se aclara que la llave de paso es importante para que el aire a presión no se desperdicie en la reposición de agua de la botella. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 52 - Item 5 Autoclave de 21lt.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Item 5 Autoclave de 21Litros - 5.4 Características: Recomendamos con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y la convocante adquirir un equipo de última generación.

Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 21 litros . Comando digital- display: LCD Iluminado. 3 Programas de esterilización como mínimo. Tanque de acero inoxidable, pantalla LCD. Secado: Puerta cerrada. Esterilización; 121°C/1,15 Bar y 134°C/2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica. Seguridad; Sistema mecánicos y digitales. Potencia 1400 W. Con indicador de mantenimiento Preventivo, con contador de ciclos, con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

"En el punto 1.7.2 dice: Escupidera de cerámica, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando

Solicitamos a la convocante que esta parte quede de la siguiente manera:

Escupidera de cerámica o de Vidrio, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando"

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 54 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

8.3 Solicitan: Base metálica acero inoxidable de alta resistencia con 5 o más ruedas de silicona para fácil desplazamiento y resistencia.

Consulta: Podrían considerar base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia. Debido a que la base metálica cromada pertenece a una marca especifica

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025



Consulta 55 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

8.3 Solicitan: Base metálica acero inoxidable de alta resistencia con 5 o más ruedas de silicona para fácil desplazamiento y resistencia.

Consulta: Podrían considerar base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia. Debido a que la base metálica cromada pertenece a una marca especifica

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 56 - Autorización del Fabricante

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Autorización del fabricante:

En la Página 17 del PBC dice Autorización del fabricante:

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem.

"Solicitamos amablemente al Convocante que para la firma de Contrato la misma se encuentre Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio".

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 57 - Multa

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En la Página 56 del PBC dice Porcentaje de multas:

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0.10 %

Solicitamos amablemente al Convocante que reduzca el porcentaje de multas al 0.01% por el atraso en la entrega de los bienes.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025



Consulta 58 - Item 1 Sillon Odontologico

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Recomendamos adaptar con estas especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y así también la convocante adquirir un sillón de alta calidad, cualidad y resistente.

Sillón Odontológico: con brazo articulado, tapizado sin costura, con sistema de freno neumatico en la platina, anclado la salivadera al sillón, con 1 reflector de led, 1 platina,1 salivadera, 1 jeringa triple, con 5 puntas con terminal borden. El sillón sin fijación al piso. Estructura de acero con tratamiento anticorrosivo con pintura secado al horno (Esmalte Epoxi -Poliamida de alta calidad, o similar para uso Sanitario, especialmente desarrollado para proteger estructuras de hierro y acero galvanizado que estén expuestos a ambientes muy corrosivos y/ó ataques químicos). Comando eléctrico en la platina con pantalla táctil, Comando digital touch, 9 programas de trabajo, sistema vuelta cero, con parada de emergencia. La Platina con bandeja de 5 soportes frontal, 4 cuatro unidades terminales borden, 1 unidad de jeringa triple, salida de las puntas con sistema neumatico, con acople tipo borden, y cabezal bi articulado para adaptarse a pacientes de diferentes estaturas, removible y reversible, para pacientes en silla de rueda, respaldo metálico, apoya brazos de alta resistencia, y lavable, capacidad de soportar 200 kilos o más. Pedal multifunción con joystick que permite el control del aire y agua al mismo tiempo, La caja de conexiones separada del sillón. El brazo del sillón articulado neumático. Con Reflector LED con 8 led, de 8.000 a 40.000 lux como mínimo, temperatura de color de 4.500 - 5.000k, ajustando la temperatura fría y cálida, encendido y apagado desde el comando digital de la platina. Regulador independiente de aire y agua para cada válvula de las piezas de mano. Sistema de agua presurizada y sistema de agua de red, pedal neumático pieza de mano progresivo (sistema microswitach) Salivadera: Bacha de cerámica desmontable, movimiento de 180 grados. con llena vaso (sistema de agua tibia o caliente). Picos de bacha y llena vaso desmontable autoclavable con filtro incorporado reusable y lavable, con banqueta para el odontólogo.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 59 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente que los plazos de entrega de los bienes sean de 120 días para todos los ítems a partir de la firma del contrato

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 60 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025



Consulta 61 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente, Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia capacidad técnica punto 2 La autorización/ resolución de apertura vigente, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MÉDICOS; aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 62 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 3 Autorización de apertura y funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPByBS como fabricante, importador, representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de Dispositivos Médicos. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 63 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 4 Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4959/12. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 64 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 13 Certificado buenas prácticas de fabricación y control, si es de fabricación nacional, y buenas prácticas de almacenamiento y depósito, para los importados. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 65 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica punto 2 La autorización/ resolución de apertura vigente, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MÉDICOS. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025



Consulta 66 - Muestra

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos la Presentación de las Muestra de los ítems, así la convocante puede ver in situ los equipos ofertados si cumple las especificaciones técnica solicitadas..

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 67 - Multa

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0.10 %

Solicitamos amablemente al Convocante que el porcentaje de multas por el atraso en la entrega de los bienes sea de 0,05% por cada día de atraso.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 68 - Autorización del Fabricante

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Autorización del fabricante:

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS. Solicitamos al Convocante que para la firma de Contrato la misma se encuentre Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

Consulta 69 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Solicitamos a la convocante solicite el siguiente documento:

Certificación ISO 9001:2024 de la empresa oferente vigente al momento de la apertura de ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 07-11-2025

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

13/11/25 18:39 17/17