

Consultas Realizadas

Licitación 464549 - Adquisición de Equipamiento, Insumos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

Consulta 1 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2025

Favor revisar si es realmente necesaria y obligatoria la visita al Laboratorio de Control de Calidad de Fábrica Vallemí para visualizar los requerimientos necesarios para el montaje de la Cámara de Curado, cuando la licitación en cuestión ID N° 464549 no es referente a la Cámara de Curado sino a insumos, reactivos, equipos y accesorios para la laboratorio.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2025

Se aclara que la visita técnica obligatoria aplica únicamente para los oferentes interesados en presentar oferta para el Lote N.º 13, no siendo exigible para los demás lotes del presente llamado. Se solicita a los participantes ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Consulta 2 - VISITA TECNICA OBLIGATORIA

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Favor se solicita a la convocante aclarar sobre la visita técnica obligatoria, esclarecer si la visita obligatoria aplica solo para los proveedores que cotizaran la Cámara de Curado

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2025

Se aclara que la visita técnica obligatoria aplica únicamente para los oferentes interesados en presentar oferta para el Lote N.º 13, no siendo requerida para los demás lotes del presente llamado.

Consulta 3 - VISITA TECNICA PARA EJECUCION DE CONTRATO

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2025

Favor se solicita a la convocante que para los potenciales oferentes que generalmente hacemos entregas en las fabricas de vallemi, pueda ser valido la presentación de una DDJJ como documento formal de compromiso que el proveedor se encargara de cualquier adecuación necesaria para la instalación del equipo. A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes por falta de esta documentación. Desde ya muchas gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2025

Se aclara que la visita técnica obligatoria aplica únicamente para los oferentes interesados en presentar oferta para el Lote N.º 13, no siendo exigible para los demás lotes del presente llamado. Se solicita a los participantes ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

04/11/25 22:14 1/3



Consulta 4 - visita tecnica

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2025

SE ENTIENDE QUE LA VISITA TECNICA ES OBLIGATORIA SOLO PARA COTIZAR EL LOTE 13?

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2025

Se aclara que la visita técnica obligatoria aplica únicamente para los oferentes interesados en presentar oferta para el Lote N.º 13, no siendo requerida para los demás lotes del presente llamado.

Consulta 5 - Lote 2 ítem 5 - HORNO MUFLA

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Se solicita a la convocante considerar la presentación con Dimensiones (Pr x An x Al) Interior 25 x 33 x 18 cm y exteriores de 51 x 48,5 x 53,3 cm, con una potencia de 3095 w y voltaje de 240 V ya que dichas características corresponden a un modelo industrial de alto desempeño que cumple con los requerimientos funcionales del equipo solicitado. Estas especificaciones aseguran un volumen útil adecuado, alta eficiencia térmica y compatibilidad con instalaciones eléctricas estándar, garantizando un funcionamiento seguro y continuo en ambientes de laboratorio exigentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2025

Las características técnicas solicitadas responden a experiencias de uso con los mejores resultados, por lo que no admitimos cambios al mismo, solicitamos remitirse al PBC

Consulta 6 - Lote 4 ítem 3 - PAPEL DE FILTRO 12.5 CM BB

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Se solicita a la convocante considerar la presentación con peso base de 85 g/m², ya que este gramaje es común en papeles de filtro cuantitativos de alta resistencia mecánica, permitiendo una manipulación segura durante procedimientos gravimétricos. Asimismo, la opción con velocidad de filtración muy rápida resulta adecuada para muestras con alto contenido particulado o cuando se requiere optimizar tiempos de análisis sin comprometer la retención. Finalmente, el cumplimiento con la norma DIN 54370 garantiza un contenido de cenizas controlado, asegurando resultados confiables en determinaciones donde la baja interferencia por residuos es crítica.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Favor remitirse a lo establecido a la Adenda N° 3 - Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7 - Lote 4 ítem 4 - PAPEL DE FILTRO 12.5 CM BN

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de papel de filtro grado 589/1 sin ceniza, ya que este cumple con los requisitos técnicos necesarios para su uso en la prueba de Blaine dentro de la industria del cemento. Este filtro cuantitativo, de banda negra, presenta una estructura uniforme, alta permeabilidad al aire y un contenido de cenizas menor al 0,01 %, lo que lo hace adecuado para garantizar resultados precisos.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Favor remitirse a lo establecido a la Adenda N° 3 - Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

04/11/25 22:14



Consulta 8 - Lote 10 ítem 3 - EMBUDO DE VIDRIO DE 8CM

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Con el fin permitir la participación del mayor número de oferentes, se solicita respetuosamente a la convocante considerar la presentación con diámetro de vástago de 8 mm, longitud de 130 mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Favor remitirse a lo establecido a la Adenda N° 3 - Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - Capacidad Financiera y Experiencia Requerida

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2025

Solicitamos a la convocante considerar habilitar la posibilidad de presentación de ofertas a consorcios en donde uno de sus integrantes es una empresa nueva en el país representando a prestigiosas marcas de los rubros solicitados, en donde se requiera el % respetivo en estos condicionantes, habilitar estos puntos como ser: "En caso de Consorcios; por lo menos uno de los integrantes del Consorcio deberá cumplir con los requisitos exigidos".

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2025

Favor remitirise a lo establecido en el PBC.

Consulta 10 - LOTE 3 ITEM 1 ETILENGLICOL

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2025

Solicita el PBC una acidez de máx. 0,001 mEq/g

¿Se puede presentar una acidez igual a 0,00167 mEq/g equivalente aprox. a 0,01% ?

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

Favor remitirse a lo establecido en el PBC.

04/11/25 22:14 3/3