

Consultas Realizadas

Licitación 464577 - REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA DEL BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS A COMODATO

Consulta 1 - GENERALIDADES:

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
GENERALIDADES: se solicita amablemente a la convocante aclarar la decisión técnica de solicitar única y exclusivamente como matriz el GEL. Teniendo en cuenta que la metodología para las pruebas de inmunohematología es la Aglutinación en Columna y que existen otras matrices avaladas y recomendadas por organismos como la ISBT y el GCIAMT cuya equivalencia técnica son las mismas que las que ofrece el gel. Se solicita amablemente incluir como matriz "Esferas de vidrio"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
La Convocante se mantiene en el requerimiento de solicitar exclusivamente la matriz GEL (Column Agglutination Technology) para las tarjetas reactivas. La decisión de solicitar única y exclusivamente la matriz GEL como estándar se fundamenta estrictamente en criterios operativos, técnicos y de calidad ya establecidos: Estandarización y Capacitación: El personal técnico del Banco de Sangre se encuentra capacitado, certificado y tiene experiencia demostrable en la interpretación exclusiva de los patrones de aglutinación que produce la matriz GEL. Riesgo Operacional: Aunque las tecnologías de GEL y Esferas de vidrio son consideradas equivalentes en principio, la variación en la morfología y el patrón de aglutinación entre ambas matrices podría introducir un riesgo de error en la interpretación visual por parte del personal, lo cual podría comprometer la seguridad transfusional. Y en la Homogeneidad de Procesos: Mantener una sola tecnología (GEL) garantiza la homogeneidad en los reactivos, consumibles y en los Manuales de Procedimientos Operacionales (POEs), simplificando la gestión de inventario y optimizando el flujo de trabajo en los equipos semiautomatizados. Por todo lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - TARJETA CON REACTIVO EN COLUMNA GEL PARA TEST DE COOMBS DIRECTO MONOESPECIFICO

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
"Tarjeta con reactivo en columna gel para Test de Coombs Directo Monoespecífico con Anti-IgG, Anti-IgA, Anti-IgM, C3, C3-b, C3c, C3d y C4. para uso en pacientes adultos en equipos semiautomatizados con software a impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato semiautomatizado" Se solicita amablemente incluir la posibilidad de ofertar reactivos poliespecíficos ya que dicho flujo se encuentra direccionado a la marca BIORAD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se informa al potencial oferente que el requerimiento de reactivos poliespecíficos ya se encuentra contemplado dentro del presente Pliego de Condiciones, basado en los siguientes fundamentos técnicos: Requerimiento Específico: El ítem actual solicita de manera precisa la Tarjeta con reactivo en columna gel para Test de Coombs Directo Monoespecífico con el panel completo de especificidades (Anti-IgG, Anti-IgA, Anti-IgM, C3, C3-b, C3c, C3d y C4). Este requerimiento obedece a una necesidad clínica y protocolar específica del Banco de Sangre para los estudios de referencia de la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) y/o estudios inmunohematológicos complejos. Disponibilidad en el Pliego: La solicitud de reactivos poliespecíficos está cubierta por otro ítem del mismo Pliego de Condiciones, donde se exige específicamente la provisión de dichas tarjetas y Mantenimiento del Requisito: Dado que la necesidad de tarjetas monoespecíficas es distinta y específica, se mantiene inalterable el requisito detallado para este ítem. Se exhorta al potencial oferente a ajustarse íntegramente al Pliego de Condiciones y a la Estructura de Ítems para verificar que la posibilidad de ofertar tarjetas poliespecíficas ya está prevista, debiendo ofertar para el presente ítem el reactivo monoespecífico solicitado.		

Consulta 3 - TARJETA CON REACTIVOS EN COLUMNA GEL PARA TEST

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
<p>"Tarjeta con reactivo en columna gel para Test de Coombs Directo Monoespecífico con Anti-IgG, Anti-IgA, Anti-IgM, C3, C3-b, C3c, C3d y C4. para uso en pacientes adultos en equipos semiautomatizados con software a impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato semiautomatizado"</p> <p>Se solicita amablemente incluir la posibilidad de ofertar reactivos poliespecíficos ya que dicho flujo se encuentra direccionado a la marca BIORAD</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
<p>Se informa al potencial oferente que el requerimiento de reactivos poliespecíficos ya se encuentra contemplado dentro del presente Pliego de Condiciones, basado en los siguientes fundamentos técnicos: Requerimiento Específico: El ítem actual solicita de manera precisa la Tarjeta con reactivo en columna gel para Test de Coombs Directo Monoespecífico con el panel completo de especificidades (Anti-IgG, Anti-IgA, Anti-IgM, C3, C3-b, C3c, C3d y C4). Este requerimiento obedece a una necesidad clínica y protocolar específica del Banco de Sangre para los estudios de referencia de la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) y/o estudios inmunohematológicos complejos. Disponibilidad en el Pliego: La solicitud de reactivos poliespecíficos está cubierta por otro ítem del mismo Pliego de Condiciones, donde se exige específicamente la provisión de dichas tarjetas y Mantenimiento del Requisito: Dado que la necesidad de tarjetas monoespecíficas es distinta y específica, se mantiene inalterable el requisito detallado para este ítem. Se exhorta al potencial oferente a ajustarse íntegramente al Pliego de Condiciones y a la Estructura de Ítems para verificar que la posibilidad de ofertar tarjetas poliespecíficas ya está prevista, debiendo ofertar para el presente ítem el reactivo monoespecífico solicitado.</p>		

Consulta 4 - ITEMS 1 2 Y 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
<p>Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar la modalidad del plan de entrega, especificando si se prevé una primera entrega parcial o una entrega única por la cantidad total. Asimismo, agradeceremos se precise si, en caso de ser una única entrega, correspondería a la cantidad máxima establecida, considerando que en el PBC se mencionan tanto cantidades mínimas como máximas. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58. Permitiendo así una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el plazo de entrega para los reactivos y equipos en comodato se encuentran establecidas en el PBC en la página 36. Y se aclara que la emisión de las ordenes de compras se generan según la necesidad del del Servicio de Hematología y Medicina Transfusional del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. Ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 5 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
<p>Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 65 días calendario contados a partir del retiro de la Orden de Compra. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de importación, el volumen requerido y la naturaleza de ciertos reactivos altamente específicos. Teniendo en cuenta que algunos reactivos son de origen europeos, la ampliación del plazo permitirá cumplir adecuadamente con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, el transporte internacional y los procesos de aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. Asimismo, dicha flexibilización fomentará una mayor participación de oferentes y promoverá la libre competencia en el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el plazo de entrega para los reactivos y equipos en comodato se encuentran establecidas en el PBC en la página 36. Y se aclara que la emisión de las ordenes de compras se generan según la necesidad del del Servicio de Hematología y Medicina Transfusional del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. Ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 6 - ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
----------	-------------------	------------

consultamos si se aceptaría para el ítem 5 Una tarjeta monoespecifica con anticuerpos con Anti IGG, IGM, IGA, C3c y C3d

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que sí se acepta la tarjeta que tenga los siguientes anticuerpos de más importancia clinica Anti IgG, Anti IgA, Anti IgM, C3c, y C3d, teniendo en cuenta que no afecta el resultado laboratorial requerido.