

#### **Consultas Realizadas**

# Licitación 475064 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO Y DPTO DE CRIMINALISTICA - SEGUNDO LLAMADO.

Consulta 1 - Muestra

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Se solicita amablemente a la convocante, que en reemplazo de presentación de muestras, solamente sea aceptado la ficha técnica o catálogo del bien a ofertar, esto es debido a los tiempos de importación y despacho de las muestras, lo cual podría ser un obstáculo al momento de presentar la oferta del bien.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones atendiendo a que se necesita de la muestra a fin de proceder con la evaluación y comparación con los demás y posterior recepción del bien conforme a la adjudicación.

09/11/25 21:10 1/10



## Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta Fecha de Consulta 29-09-2025

Se solicita a la convocante que en el apartado "b. Certificado de Registro Sanitario vigente", se añada un apartado que indique: - En caso de que el producto sea nuevo y se encuentre en trámite de obtención de registro sanitario o que el registro se encuentre vencido, el oferente deberá presentar constancia de trámite de DINAVISA. Justificación Técnica:

Promoción de la participación y competencia: La modificación permite la inclusión de oferentes cuyos productos se encuentran en trámite de registro inicial, evitando exclusiones innecesarias que reducen la concurrencia y limitan la oferta en perjuicio de la institución convocante.

Cumplimiento sanitario garantizado: Al requerirse la Constancia oficial de DINAVISA, se asegura que los productos ofertados están sometidos al control sanitario nacional, independientemente de que se encuentren en proceso de registro o renovación, cumpliendo con los requisitos de trazabilidad, seguridad y eficacia. Justificación Legal:

Principio de igualdad y libre concurrencia (Ley de Contrataciones Públicas): La exigencia exclusiva de un registro vigente podría constituir una restricción desproporcionada, contraria a los principios de igualdad, libre participación y concurrencia que rigen los procesos licitatorios.

Reconocimiento del trámite en curso: Conforme a la práctica administrativa de DINAVISA, los productos en trámite de registro o renovación cuentan con validez legal para su importación y comercialización mediante la constancia expedida por dicho Ente, por lo que corresponde otorgar igual reconocimiento en el marco de la presente licitación.

Principio de razonabilidad: La modificación no elimina el requisito sanitario, sino que flexibiliza su forma de acreditación, manteniendo intacto el control estatal sobre los productos ofertados y, al mismo tiempo, otorgando mayor equidad y transparencia al proceso.

En caso de no aceptar la modificación, justificar técnicamente de acuerdo a lo establecido en la Ley 7021/22.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que en el apartado Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, se encuentra estipulado cada situación.

# Consulta 3 - ITEM 34 EETT: Jeringa desechable 10 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Punta siliconada y tribiselada. Estéril

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

ITEM 34 EETT: Jeringa desechable 10 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Punta siliconada y tribiselada. Estéril

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar su solicitud de la siguiente manera: Jeringa desechable 10 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Con Punta siliconada y tribiselada (OPCIONAL). Estéril. A fin de que más oferentes, actuales proveedores de Instituciones de Salud puedan participar de llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de bases y condiciones, atendiendo a que la solicitud fue realizada conforme a la necesidad y utilidad de cada servicio médico requirente.

09/11/25 21:10 2/10



# Consulta 4 - ITEM 35 EET: Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja desmontable de 27,5 G x $\frac{1}{2}$ protegida, graduado en centécimas de unidades. U-100 para administración de insulina. Punta siliconizada y tribiselada.

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la flexibilización de la especificación del ítem de la siguiente manera: "Jeringa desechable para insulina 1 mL, con aguja desmontable 27G x ½ protegida, graduada en centésimas de unidades, U-100. Punta siliconizada y tribiselada (OPCIONAL)." Esta modificación permitiría la participación de más oferentes, incluyendo proveedores con experiencia en instituciones de salud.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de bases y condiciones, atendiendo a que la solicitud fue realizada conforme a la necesidad y utilidad de cada servicio médico requirente.

#### Consulta 5 - ÍTEM 25. CEFTRIAXONA

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Para el ítem de referencia, entendemos que no existen inconvenientes de que el producto este acompañado de su correspondiente solvente. Esto considerando que dicho solvente no guarda relación con la indicación, calidad y seguridad del producto. Tornando inclusive más sencillo el uso y administración del mismo. Favor confirmar este entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Dicha consulta, no corresponde al objeto del proceso en cuestión.

#### Consulta 6 - ÍTEM 33. CLINDAMICINA

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación de entrega a ampolla/vial, esto considerando que ambas presentaciones se encuentran disponibles en el mercado y esta ampliación no guarda relación con la indicación, calidad y seguridad del producto. Y ademas garantiza un mayor numero de ofertas susceptibles de ser adjudicada.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Dicha consulta, no corresponde al objeto del proceso en cuestión.

#### Consulta 7 - ITEM 45. COLISTINA INYECTABLE

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Para el ítem de referencia, entendemos que no existen inconvenientes de que el producto este acompañado de su correspondiente solvente. Esto considerando que dicho solvente no guarda relación con la indicación, calidad y seguridad del producto. Tornando inclusive más sencillo el uso y administración del mismo. Favor confirmar este entendimiento.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 23-10-2025

Dicha consulta, no corresponde al objeto del proceso en cuestión.

09/11/25 21:10 3/10



#### Consulta 8 - ÍTEM 59. DOMPERIDONA + SIMETICONA

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Solicitamos aceptar presentaciones de 30mL. como mínimo. Esto a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes en el ítem de referencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Dicha consulta, no corresponde al objeto del proceso en cuestión.

## Consulta 9 - ITEM 36 EETT: Jeringa desechable 5 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Punta siliconizada y tribiselada. Estéril

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

ITEM 36 EETT: Jeringa desechable 5 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Punta siliconizada y tribiselada. Estéril

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar su solicitud de la siguiente manera: Jeringa desechable 10 mL. con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Con Punta siliconada y tribiselada (OPCIONAL). Estéril. A fin de que más oferentes, actuales proveedores de Instituciones de Salud puedan participar de llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de bases y condiciones, atendiendo a que la solicitud fue realizada conforme a la necesidad y utilidad de cada servicio médico requirente.

#### Consulta 10 - ÍTEMS 93 Y 94

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

A la fecha existen dos registros sanitarios para los productos requeridos. Al respecto, entendemos que no serán considerados los decimales declarados en los registros sanitarios en cuanto a la concentración del producto. Ejemplo: Concentración del medio 612mg/mL. En registro sanitario: 612,4mg/mL. Ya que ambos registros cuentan con decimales en cuanto a la concentración requerida. Favor confirmar este entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Dicha consulta, no corresponde al objeto del proceso en cuestión

# Consulta 11 - ITEM 62 EETT: Equipo simple para transfusión de sangre con aguja 18 G x 1 1/2. estéril en superficies internas y áreas bajo protecciones. Atoxico

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

ITEM 62 EETT: Equipo simple para transfusión de sangre con aguja 18 G x 1 1/2. estéril en superficies internas y áreas bajo protecciones. Atoxico

CONSULTA: Respetuosamente solicitamos a la convocante flexibilizar su solicitud en el ítem en cuestión de la siguiente manera: Equipo simple para transfusión de sangre con aguja 18G. Estéril en superficies internas y áreas bajo protecciones. Atoxico. Esta adaptación permitiría ampliar la participación de proveedores calificados, sin comprometer la calidad ni la seguridad del procedimiento de transfusión.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de bases y condiciones, atendiendo a que la solicitud fue realizada conforme a la necesidad y utilidad de cada servicio médico requirente.

09/11/25 21:10 4/10



#### Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2025

Ítem 4: Aguja raquídea. En las especificaciones técnicas de este ítem solicitan; "Calibre 25 G, longitud 90mm (± 2). biselada Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio.".

Solicitamos respetuosamente especificar si la aguja debe ser con punta lápiz o punta quincke, ya que este ítem pude ser proveído en cualquiera de estas especificaciones, y la descripción del pliego no menciona este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se aceptarán ambos tipos de agujas.

#### Consulta 13 - Item 30 - Grapa quirúrgica

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante aclarar la medida del clip, ya sea en ML, L o XL ya que 300mm serian 30cm, no apto para uso HUMANO

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 14 - Item 30 - Grapa quirúrgica - Precio referencial

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante revisar los precios referenciales, en promedio de 350.000 gs por unidad, para tener opciones más competitivas y permitir la mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fueron establecidos en observancia a la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22. Además, se aclara al potencial oferente que el precio referencial es un precio estimativo, la empresa puede cotizar al precio del mercado.

#### Consulta 15 - Especificaciones técnicas Item 4 Aguja Raquidea

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de entrega sea modificada de modo que la aguja y el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto cotizado. Conforme al llamado ID 445964 LPN N° 100 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, las características se han establecido de manera general.

09/11/25 21:10 5/10



# Consulta 16 - Especificaciones técnicas Item 62 Equipo para transfusión de sangre

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Solicitamos a la convocante que el equipo de transfusión debe contar con cámara de goteo dividido en dos compartimientos con filtro en la parte superior y en el inferior un espacio vacío que permita la purga de aire, y espiga de perforación única

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, las características se han establecido de manera general.

#### Consulta 17 - FFTT Item 16

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT que permita un caudal de flujo igual o mayor a 36 ml/min. Quedando de la siguiente manera: "N°22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel, bianguladoy trifacetado, cámara de reflujo, transparente, termosensible. Con flujo igual o mayor a 36 ml/min. Con sistema de bioseguridad."

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 18 - EETT Item 17

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT que permita un caudal de flujo igual o mayor a 25 ml/min. Quedando de la siguiente manera: "N°24G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel, bianguladoy trifacetado, cámara de reflujo, transparente, termosensible. Con flujo igual o mayor a 25 ml/min. Con sistema de bioseguridad."

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 19 - Precio referencial Item 12

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial acorde al tipo de material solicitado en las especificaciones técnicas (100% silicona). Teniendo en cuenta el ultimo llamado adjudicado a Gs. 93.000 en Licitación 445964 - LPN N° 100 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fueron establecidos en observancia a la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22. Además, se aclara al potencial oferente que el precio referencial es un precio estimativo, la empresa puede cotizar al precio del mercado

09/11/25 21:10 6/10



#### Consulta 20 - EETT Item 37

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante reformular las EETT de la siguiente manera: "Jeringa desechable para Tuberculina 1 mL. con aguja desmontable de  $27,5 \text{ G} \times 1/2$ " sin rosca, embolo extremo distal de goma. Punta siliconizada y tribiselada. Estéril" Teniendo en cuenta que la medida de la aguja comercializada con las jeringas para tuberculina 1 ml corresponde a 27,5 G.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 21 - Precio referencial

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita a la convocante para el Item 62 ajustar el precio referencial a Gs. 16.500, ya que el precio en el SCIP no se ajusta al precio del mercado actual.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fueron establecidos en observancia a la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22. Además, se aclara al potencial oferente que el precio referencial es un precio estimativo, la empresa puede cotizar al precio del mercado

#### Consulta 22 - Muestras

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante aclarar cuanto sigue.

Que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem correspondiente; de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones atendiendo a que se necesita de la muestra a fin de proceder con la evaluación y comparación con los demás y posterior recepción del bien conforme a la adjudicación.

#### Consulta 23 - ÍTEM 13: Canula nasal para oxigenoterapia

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Solicitamos amablemente al convocante incluir lo siguiente: tubo de PVC de grado médico con revestimiento de silicona (siliconado), libre de látex, libre de DEHP. Cánula 100% de silicona. No tóxico. Inodoro. Textura suave. Longitud: tubo de 2,5 m. Calibre del tubo: 15 Fr. Calibre de la bigotera: 10 Fr. Diámetro externo: 4,0 mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, las características se han establecido de manera general. Consulta 24

09/11/25 21:10 7/10



#### Consulta 24 - ÍTEM 14: CATETER DE ASPIRACIÓN

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Solicitamos amablemente al convocante incluir el siguiente: Material PVC grado médico. Contiene PHT y DEHP.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, las caracteristicas se han establecido de manera general.

#### Consulta 25 - ITEM 22: COMPRESA DE VIENTRE

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita al convocante agregar las siguientes medidas: Fabricado en algodón 100% de 15 hilos. Cuenta con un lazo de seguridad. Con alta absorbencia y suavidad. Cuenta con línea radiopaca. Prelavado. 4 (cuatro) pliegos. Esterilizado por óxido de etileno. Dimensiones: 45 cm x 45 cm. Empague de PVC.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ya que el pedido se ha realizado conforme al uso y necesidad de los servicios requirentes.

#### Consulta 26 - ITEM 24: Espatula para patologia cervical

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita amablemente al convocante agregar las siguientes caracteristicas: Espátula de ayre. Presentación: caja por 100 unidades. Empague: envase de polietileno y papel de grado médico. Material: polipropileno.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, las características se han establecido de manera general.

#### Consulta 27 - ITEM 26: FILTRO ANTIBACTERIANO

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita amablemente al convocante especificar: Las medidas del filtro, marca y modelo del Equipo de Espirometria.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 28 - ITEM 33: Hilo para Sutura Polipropileno

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se solicita al convocante agregar las siguientes medidas: Longitud de la aguja 26 mm y 75 cm de longitud de la hebra.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

09/11/25 21:10 8/10



#### Consulta 29 - ITEM 39: Malla de polipropileno para Hernia

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se soliciya amablemente al convocante con agregar las siguiente medida de poros de 0,45 a 1.0 mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 30 - ITEM 53: Sonda nasogastrica pediatrico

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se consulta amablemente al convocante que admita longitud de 45 cm en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 31 - ITEM 55: Sonda nasogastrica pediatrico

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se consulta amablemente al convocante que admita longitud de 45 cm en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 32 - ITEM 54: Sonda nasogastrica pediatrico

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Se consulta amablemente al convocante que admita longitud de 45 cm en adelante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

#### Consulta 33 - FFTT Item 20

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR COMO REQUISITO LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS QUE RESPALDEN QUE EL PRODUCTO OFERTADO POSEE ACTIVIDAD BACTERICIDA COMPROBADA FRENTE A LAS SIGUIENTES BACTERIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ENTEROCOCCUS HIRAE, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y ESCHERICHIA COLI, CON UN TIEMPO DE CONTACTO DE 30 SEGUNDOS.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-10-2025

Se hará la modificación correspondiente, conforme a la Adenda

09/11/25 21:10 9/10



#### Consulta 34 - item 40

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2025

solicitamos a la convocante que el ítem 40 donde dice: Pañal anatómico elastizado de uso adulto descartable en paquete, tamaño GRANDE. Barrera antiescurrimiento, suave elástico entre las piernas. Material absorvente. Cubierta exterior. Banda Frontal. Elástico en la cintura.

Sea reemplazado por Adulto tamaño grande. Elastico en la cintura de alta capacidad de absorción. Con Cierre adhesivo resellable a la altura de la cintura. (Con cintas adhesivas ajustables que se pegan y despegan las veces que sean necesarias) barrera antifugas, hipoalergénico, tela exterior impermeable.

Ya que con la descripción solicitada excede el precio referencial y también así puedan participar otros proveedores. Favor aceptar

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, teniendo que cuenta que las características técnicas solicitadas es conforme a la necesidad del Hospital Central de Policía.

#### Consulta 35 - ITEM 33 HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO

Consulta Fecha de Consulta 24-10-2025

Se solicita a la convocante se amplie el rango de medida de la aguja en +-1mm, aclarar también si solicitado es aguja de 26mm(+-1mm) o de 36mm (+-1mm)

**Respuesta** Fecha de Respuesta 29-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, teniendo que cuenta que las caracteristicas tecnicas solicitadas es conforme a la necesidad del Hospital Central de Policía.

#### Consulta 36 - Ítem 2

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2025

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las eett pasen a ser: Aguja para biopsia mamaria automática. Tamaño:  $16 \text{ G} \times 15 \text{ a } 16 \text{ cm}$ . Lo solicitado es mínimo y no afecta su uso .

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2025

Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, teniendo que cuenta que las características tecnicas solicitadas es conforme a la necesidad del Hospital Central de Policía.

09/11/25 21:10 10/10