

Consultas Realizadas

Licitación 475627 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA AÑO 2025 - 2026

Consulta 1 - En el Item de especificaciones técnicas del equipo en comodato:
Capacidad para 48 láminas por corrida

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se puede tener un rango de Capacidad de laminas por corrida?, como por ejemplo de 40 a 50 ya que el equipo Autostainer Link 48 (Dako/Agilent) es el que cumple con estas características y deja afuera a otros oferentes quebrantando los principios de igualdad y libre competencia establecidas por Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - En el item de Especificaciones técnicas del equipo en comodato:
Carga hasta 60 reactivos y número ilimitado de protocolos con hasta 35
pasos incluyendo enjuagues y sopladors entre incubaciones

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
El numero de capacidad de carga de Reactivos va dirigido al equipo Autostainer Link 48 , favor dar un rango de capacidad de reactivos para dar participación a mas oferentes y que se establezca una competencia ya que con estas especificaciones va totalmente dirigido a una sola marca de equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - En las especificaciones técnicas del equipo en comodato:
Capacidad para 48 láminas por corrida

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
La convocante solicita un equipo con capacidad para 48 láminas por corrida. ¿Sería posible que se acepte un equipo con capacidad para 30 láminas por corrida, en el cual cada posición de tinción opere de manera independiente? Esto permitiría optimizar el proceso de tinción, reducir los tiempos de ejecución y, además, ampliar el número de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - "Teñido automático para IHQ - IVD"

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
"Teñido automático para IHQ - IVD" CARACTERÍSTICAS: • Capacidad para 48 láminas por corrida • Carga hasta 60 reactivos y número ilimitado de protocolos con hasta 35 pasos incluyendo enjuagues y sopladors entre incubaciones. • Pre cargado con protocolos de reactivos, kits, sondas, etc. del fabricante, ahorrando el tiempo del operador y evitando diferencias con otros laboratorios. Capacidad para nuevos protocolos de acuerdo a la necesidad." Se solicita a la convocante cambiar dichas especificaciones ya que se encuentran direccionadas hacia una marca en específico. Se sugiere lo siguiente Capacidad para como minimo 36 láminas por corrida y alto flujo de trabajo (trabajo continuo de 24 hs). • Carga de hasta 40 reactivos y número ilimitado de protocolos • Pre cargado con protocolos de reactivos, kits, sondas, etc. del fabricante, ahorrando el tiempo del operador y evitando diferencias con otros laboratorios. Capacidad para nuevos protocolos de acuerdo a la necesidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		