

Consultas Realizadas

Licitación 475877 - SBEN N° 44/2025 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EQUIPOS DE AUTOCLAVE DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

Consulta 1 - REQUISITOS DOCUMENTALES: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante el permiso de presentar la constancia oficial de trámite por primera vez del Registro Sanitario emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) para los productos que se buscan ofertar, mientras se completa la emisión del certificado definitivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a lo solicitado, la Convocante solicita presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), tal lo estipula el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ITEM 7 EETT: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 50 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 50 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado médico de 60 g/m2 o superior que cumpla con la norma EN 868-3, copolímero multicapa reforzado transparente 52 um (CPP/PET o BOPET/PP), indicador de proceso preciso, no tóxico a base de agua certificado ISO 11140-1, tres líneas de sello independiente, excelente permeabilidad al gas y propiedades de barrera microbiana.) En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ITEM 8 EETT: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 100 mm x 200 m, Barrera superior con papel de grado medica de 60 g/m2 que cumpla con la norma EN 868-3,

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 100 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado médico de 60 g/m2 o superior que cumpla con la norma EN 868-3, copolímero multicapa reforzado transparente 52 um (CPP/PET o BOPET/PP), indicador de proceso preciso, no tóxico a base de agua certificado ISO 11140-1, tres líneas de sello independiente, excelente permeabilidad al gas y propiedades de barrera microbiana.) En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación tecnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue alPliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ITEM 9 EETT: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 200 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado medica de 60 g/m2 que cumpla con la norma EN 868-3

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Papel envoltorio celulosa esterilización (Envoltorio para vapor en rollo de 200 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado médico de 60 g/m2 o superior que cumpla con la norma EN 868-3, copolímero multicapa reforzado transparente 52 um (CPP/PET o BOPET/PP), indicador de proceso preciso, no tóxico a base de agua certificado ISO 11140-1, tres líneas de sello independiente, excelente permeabilidad al gas y propiedades de barrera microbiana.) En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación tecnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue alPliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - ITEM 10 EETT: Bolsa de papel con indicador químico (Bolsas de papel para esterilización, tamaño 110mm x 30mm x 190mm, material de fabricación papel de uso médico según normas internacionales EN868-4

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Bolsa de papel con indicador químico (Bolsas de papel para esterilización, tamaño aproximado 100-110 mm x 30-50 mm x 190-300 mm, material de fabricación papel de uso médico de 60 g/m² o superior, según normas internacionales EN 868-3, EN 868-4 y EN 868-5 al menos una de ellas, con sellado longitudinal y transversal (doble o triple según fabricante) para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoestable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador químico de esterilización por vapor que cambia de color. En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde que las medidas sugeridas se aceptan establecer para la especificaciones técnicas, asimismo también lo sugerido para el Sellado longitudinal y transversal pueden ser doble o triple según el fabricante; pero en cuanto a las Normas Internacionales se menciona que las que pueden ser utilizadas son solo las Normas EN 868-4 y EN 868-5.		

Consulta 6 - ITEM 11 EETT: Bolsa de papel con indicador químico (Bolsa de papel termosellable, tamaño 250mm x 100mm x 380mm, material de fabricación papel de uso médico según normas internacionales EN868-4,

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
ITEM 11 EETT: Bolsa de papel con indicador químico (Bolsa de papel termosellable, tamaño 250mm x 100mm x 380mm, material de fabricación papel de uso médico según normas internacionales EN868-4, doble sellado longitudinal y transversal para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoestable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador químico de esterilización por vapor que cambia de color.) CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Bolsa de papel con indicador químico (Bolsas de papel para esterilización, tamaño aproximado 250 mm x 65-100 mm x 380-480 mm, material de fabricación papel de uso médico de 60 g/m² o superior, según normas internacionales EN 868-3, EN 868-4 y EN 868-5 al menos una de ellas, con sellado longitudinal y transversal (doble o triple según fabricante) para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoestable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador químico de esterilización por vapor que cambia de color. En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde que las medidas sugeridas se aceptan establecer para la especificaciones técnicas, asimismo también lo sugerido para el Sellado longitudinal y transversal pueden ser doble o triple según el fabricante; pero en cuanto a las Normas Internacionales se menciona que las que pueden ser utilizadas son solo las Normas EN 868-4 y EN 868-5.		

Consulta 7 - ITEM 12 EETT: Papel para esterilización (Papel crepado grado médico de 120 cm x 120 cm, fabricado con material de celulosa ecológico, elaborado 100% con pulpa de madera, el peso disponible de 45 g/m2

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
ITEM 12 EETT: Papel para esterilización (Papel crepado grado médico de 120 cm x 120 cm, fabricado con material de celulosa ecológico, elaborado 100% con pulpa de madera, el peso disponible de 45 g/m2, sin olor, sin fibra, no tóxico, repelencia a líquidos: agua, alcohol, yodo, textura uniforme para permitir la detección visual inmediata de pequeños poros /desgarros, esterilización por vapor, cumple con ISO 11607 y EN868-2 como norma de calidad.) CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Papel crepado grado médico, tamaño 120 cm x 120 cm, fabricado con material de celulosa 100% pulpa de madera, blanqueada o ecológica, de peso 45 g/m² o superior, sin olor, sin fibras visibles, no tóxico, repelente a líquidos como agua, alcohol e yodo, textura uniforme para permitir la detección visual inmediata de pequeños poros o desgarros, por vapor, cumple con ISO 11607 y EN868-2 como norma de calidad. En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - ITEM 14 EETT: Tela no tejida o TNT (Tela no tejida TNT de polipropileno 100% (SMS) de 43-56 Gr/M2 de grado médico de 2 metros de ancho aproximadamente. Para esterilización en autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
ITEM 14 EETT: Tela no tejida o TNT (Tela no tejida TNT de polipropileno 100% (SMS) de 43-56 Gr/M2 de grado médico de 2 metros de ancho aproximadamente. Para esterilización en autoclave, para uso en envoltura de instrumental médico, gases, apósitos, mechas y textiles quirúrgicos, resistente, impermeable a agua, que pueda soportar altas temperaturas, creando una barrera efectiva contra la contaminación post - esterilización, apta para envolver paquetes medianos/grandes de insumos médicos. Color Celeste, Verde.) CONSULTA: Se solicita con el debido respeto a la convocante solicitar de la siguiente manera: Tela no tejida o TNT (Tela no tejida polipropileno 100% (SMS) o pulpa de madera virgen y fibras de poliéster de 43-56 Gr/M2 de grado médico de 1,2 metros de ancho aproximadamente. Para esterilización en autoclave, para uso en envoltura de instrumental médico, gases, apósitos, mechas y textiles quirúrgicos, resistente, impermeable a agua, que pueda soportar altas temperaturas, creando una barrera efectiva contra la contaminación post - esterilización, apta para envolver paquetes medianos/grandes de insumos médicos. Color Celeste, Verde.) En virtud de lo expuesto, se considera que el equipo ofrecido cumple plenamente con la funcionalidad exigida y representa una alternativa técnicamente superior a la configuración tradicional especificada. Además, la aceptación de esta propuesta permitirá la participación de un mayor número de oferentes y proveedores especializados en equipamiento para instituciones de salud, favoreciendo la competitividad y la obtención de mejores condiciones para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Para el ítem 3 Test de Bowie Dick: Solicitamos a la convocante incluir en las EETT que la presentación sea individual en envoltorio con papel crepado sellado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Para el ítem 3 Test de Bowie Dick: Solicitamos a la convocante incluir en las EETT que la presentación sea individual en envoltorio con papel crepado, sellado. Teniendo en cuenta que ofrece una mejor protección y esterilidad del paquete de prueba, resistencia a la humedad, facilidad de manejo y una garantía de que el contenido está sellado hasta su uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 4 a Gs. 770, ya que el precio referencial no se ajusta al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En atención a la consulta formulada, se informa que la convocante procedió a la estimación del precio referencial mediante la realización del correspondiente estudio de mercado, aplicando los métodos establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024: el Método 3 - Historial de Precios Adjudicados en el SICP y el Método 4 - Cotizaciones.		

Consulta 12 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 5 a Gs. 770, ya que el precio referencial no se ajusta al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En atención a la consulta formulada, se informa que la convocante procedió a la estimación del precio referencial mediante la realización del correspondiente estudio de mercado, aplicando los métodos establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024: el Método 3 - Historial de Precios Adjudicados en el SICP y el Método 4 - Cotizaciones.		

Consulta 13 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 6 a Gs. 2.200, ya que el precio referencial no se ajusta al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En atención a la consulta formulada, se informa que la convocante procedió a la estimación del precio referencial mediante la realización del correspondiente estudio de mercado, aplicando los métodos establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024: el Método 3 - Historial de Precios Adjudicados en el SICP y el Método 4 - Cotizaciones.		

Consulta 14 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 10 a Gs. 500, ya que el precio referencial no se ajusta al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En atención a la consulta formulada, se informa que la convocante procedió a la estimación del precio referencial mediante la realización del correspondiente estudio de mercado, aplicando los métodos establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024: el Método 3 - Historial de Precios Adjudicados en el SICP y el Método 4 - Cotizaciones.		

Consulta 15 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Solicitamos a la convocante ajustar las medidas de las EETT del ítem 14 a 120x120cm. Teniendo en cuenta que esas son las medidas estándar solicitadas en todas las licitaciones públicas y sus respectivos PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En respuesta a la consulta, se responde la especificación técnica de lo solicitado por la convocante reúne las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 11 a Gs. 1.650, ya que el precio referencial no se ajusta al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
En atención a la consulta formulada, se informa que la convocante procedió a la estimación del precio referencial mediante la realización del correspondiente estudio de mercado, aplicando los métodos establecidos en la Resolución DNCP N° 454/2024: el Método 3 - Historial de Precios Adjudicados en el SICP y el Método 4 - Cotizaciones.		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 3 Test de Bowie and Dick Solicitamos amablemente a la convocante especificar el tipo de Bowie and Dick que requieren, si es de paquete u hoja considerando que existen diferentes condiciones y costos entre ambos productos, sugerimos que opten por tipo paquete. Los de tipo paquete evitan errores herroses que puedan ser introducidos durante la preparación del paquete para la inserción de las hojas. Sugerimos que se solicite de la siguiente manera: Paquete de prueba de bowie and Dick prueba especifica que se utiliza para evaluar el sistema de evacuacion de aire de un esterilizador con pre-vacio. Biodegradable y sin látex, de fácil interpretar con transición de color, Validado parar ejecuciones a 134°C durante 3.5 minutos, 132°C durante 4 minutos, con indicador no reversible, y tinta libre de cualquier componente tóxico"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento del PBC, Test de Bowie and Dick tipo paquete, por ser el método estandarizado y recomendado para la verificación del sistema de evacuación de aire en esterilizadores de vapor con pre-vacío		

Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 4 Integrador para control de proceso de autoclave de vapor Solicitamos a la convocante modificar los requerimientos de las siguiente manera, Tira unica tipo Clase 4, diseñado para vapor a 121° 12 minutos, considerando que este tipo de indicador amplia la posibilidad de monitorización de distintos tipos de programacion de ciclos acorde a diferentes marcas y modelos de equipamientos distinto "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento de la PBC, Indicador quimico tira unica tipo Clase 4, diseñado para vapor a 121°C - 15 minutos. Indicador quimico a base de agua. Cambio de color claro y preciso. Fabricado en ausencia de plomo y metales pesados. Con suficiente exposicion al vapor, el indicador cambia de color, un cambio de color incompleto indica un mal funcionamiento del esterilizador		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 5 Integrador para control de proceso de autoclave por vapor Solicitamos amablemente a la convocante modificar el requerimiento de exposición del indicador de 3.5 minutos a 7 minutos considerando que el ciclo de esterilización estandarizado para 3.5 minutos es el bowie and Dick el cual es un ciclo de prueba. Las demás programaciones de ciclos a 134° se estipulan a un tiempo superior de exposición para garantizar la esterilización"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantieneel rquerimiento de la PBC, Indicador quimico tira unica tipo Clase 5, Diseñado para vapor a 134°C 3 3.5.responde a todos los parametros criticos del proceso de la esterilizacion como tiempo, temperatura, calidad de vapor dentro de un intervalo especifico del ciclo de la esterilización, indicador quimico a base de agua. Fabricado en ausencia de plomo y metales pesados. Con suficiente exposicion al vapor, el indicador cambia de color; un cambio de color incompleto indica un mal funcionamiento del esterilizador. Sin metales pesados ni sustancias tóxicas. Despues del cambio de color inicial del indicador ya no cambia.		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 5 Integrador para control de proceso de autoclave por vapor Solicitamos amablemente a la convocante modificar el requerimiento de exposición del indicador de 3.5 minutos a 7 minutos considerando que el ciclo de esterilización estandarizado para 3.5 minutos es el bowie and Dick el cual es un ciclo de prueba. Las demás programaciones de ciclos a 134° se estipulan a un tiempo superior de exposición para garantizar la esterilización"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento de la PBC, Indicador quimico tira unica tipo Clase 5, Diseñado para vapor a 134°C 3 3,5.responde a todos los parametros criticos del proceso de la esterilizacion como tiempo, temperatura, calidad de vapor dentro de un intervalo especifico del ciclo de la esterilización, indicador quimico a base de agua. Fabricado en ausencia de plomo y metales pesados. Con suficiente exposicion al vapor, el indicador cambia de color; un cambio de color incompleto indica un mal funcionamiento del esterilizador. Sin metales pesados ni sustancias tóxicas. Despues del cambio de color inicial del indicador ya no cambia.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 6 Indicador quimico de esterilización por peroxido de hidrogeno. Solicitamos amablemente a la convocante modificar la descripción del bien por Rotulo indicador quimico para vapor, considerando que las especificaciones tecnicas hace referencia a equipos de vapor y no de peroxido de hidrogeno"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento de la PBC, Rotulo Indicador quimico para vapor.		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
Item 10 Bolsa de papel con indicador quimico Solicitamos amablemente a la convocante modificar las acotaciones considrando muy amplias las solicitadas actualmente. Estos embalajes contienen tamaños estandarizados, sugerimos que los rangos de medidas no superen los 2 mm en cada dimensión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento de la PBC, Bolsas de papel para esterilizacion, tamaño aproximado 110-110 mm x 30-50 mm x 190-300 mm, material de fabricacion papel de uso medico según normas internacionales EN 868-4 y EN 868-5, con doble sellado longitudinal y transversal (doble o triple segun fabricante) para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoestable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador quimico de esterilización por vapor que cambia de color.		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 11 Bolsa de papel con indicador quimico Solicitamos amablemente a la convocante modificar las acotaciones considrando muy amplias las solicitadas actualmente. Estos embalajes contienen tamaños estandarizados, sugerimos que los rangos de medidas no superen los 2 mm en cada dimensión."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se mantiene el requerimiento de la PBC, Bolsa de papel termosellable, tamaño 250mm x 65-100mm x 380-480 mm, material de fabricacion papel de uso medico según normas internacionales EN 868-4 y EN 868-5, con doble sellado longitudinal y transversal (doble o triple segun fabricante) para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoestable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador quimico de esterilización por vapor que cambia de color.		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 12 Tela no tejida Solicitamos amablemente a la convocante requerir este item por unidad y con dimensiones especificas del producto, considerando que la presentación de fábrica de estos productos vienen con tamaños específicos, cortados, y en caja. Además de brindar comodidad al usuario, mejor condicion de almacenamiento, mejor control de inventario, ayuda a estipular la cantidad necesaria precisa para solicitar la compra. Sugerimos al convocante requerir de la siguiente manera: ""Envoltorio de tela no tejida SNS/SM MS/SMMMS, con protección bacteriana fuerte, y duradera, repelente de fluidos y resistente a la humedad. Buenas resistencia a perforaciones y desgarros de 40gr, tamaño de 140cm x 140cm o mayor."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
En respuesta a la consulta realizada, se informa que la especificacion solicitada por la convocante reunen las características correspondientes, por lo tanto se solicita se adecue al PBC.		

Consulta 25 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"En el apartado del PBC donde dice MUESTRAS Solicitamos amablemente a la convocante de requerir muestras de los productos ofertados con plazo máximo de 1 dia posterior a la presentación de la oferta. Esto garantizará la correcta evaluación y dará mayor soporte al momento de calificar el producto a ser adquirido, tambien evitar todo tipo de ambigüedades o interpretación subjetiva por parte del oferente con respecto al producto que oferta y beneficiar a la convocante a obtener el producto que realmente requiere"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes de la siguiente manera: Primera entrega: 60 días hábiles desde la firma del contrato y será el 20% de la cantidad minima adjudicada a cada empres. Esta solicitud corresponde a que la mayoría de los productos son importados y requieren de fabricación, transporte, e importación para suministrar al hospital. Es de publico conocimiento que fabricantes de estos tipos de productos no existen en el territorio NACIONAL. Además si fuera el caso de que la empresa adjudicada ya cuente con los bienes (cosa que es muy difícil salvo acuerdo con la institución), esto afecta directamente al plazo de validez del producto que se estipula como minimo de 18 meses al momento de la entrega."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes de la siguiente manera: SALDP: 60 días hábiles desde la emisión de la orden de compra. Esta solicitud corresponde a que la mayoría de los productos son importados y requieren de fabricación, transporte, e importación para suministrar al hospital. Es de publico conocimiento que fabricantes de estos tipos de productos no existen en el territorio NACIONAL. Tambien tener en cuenta que la planificación de consumo y pedido de estos productos es exclusivo del servicio de esterilización y que los oferentes desconocemos en que momento se realizarán los pedidos. Además si fuera el caso de que la empresa adjudicada ya cuente con los bienes (cosa que es muy difícil salvo acuerdo con la institución), esto afecta directamente al plazo de validez del producto que se estipula como minimo de 18 meses al momento de la entrega."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 1 Solicitamos amablemente a la convocante que para el item 1 requiera de norma ISO13485 considerando que es la norma de calidad específica para dispositivos medicos, sugerimos ""Para item 1, Certificado Norma ISO16890 o Certificado Norma EN1822 o ISO13485"""		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se solicita adecuar al requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
Solicitamos amablemente a la convocate requerir el certificado ISO13485 para todos los items considerando que es la norma de calidad específica para dispositivos medicos tanto de origen Nacional como internacional, de esta manera garantizar que la fábrica cumpla con los estándares internaionales requeridos. El certificado debe estar vigente, apostillado o consularizado para validar su autenticidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se solicita adecuar al requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
"Item 1 Solicitamos amablemente a la convocante que para el item 1 requiera de norma ISO13485 considerando que es la norma de calidad específica para dispositivos medicos, sugerimos ""Para item 1, Certificado Norma ISO16890 o Certificado Norma EN1822 o ISO13485"""		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2025
Se solicita adecuar al requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones.		