

## Consultas Realizadas

# Licitación 478808 - ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES, INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO DE LA DIV. ASIST. MED. DE URGENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS Y USUARIOS DEL SIST. JUDICIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

### Consulta 1 - Item 56 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante considere agregar parametros técnicos, para mejorar el equipo que será adquirido, a " EQUIPO CON PROCESO DE DESIBRILACIÓN EN TRE ETAPAS ACCIONADO CON DOS BOTENES CON PROTECCION DE BLOQUEO PARA EVITAR DESFIBRILACIÓN INADVERTIDA, SEGURO PORTATIL Y CON MOCHILA DE TRANSPORTE CON ELECTRODOS INCLUIDOS, Desfibrilador Salida: exponencial truncada bifásica Secuencia de energía: 150, 150, 200 J, Tiempo de carga: 4 segundos a 150 J como minimo, 8 segundos para alcanzar 200 J. como minimo Precisión de la energía de salida: <math>\pm 15\%</math> o <math>\pm 3J</math> (lo que sea mayor) a cualquier impedancia de 25 a 175<math>\Omega</math>". Desde el inicio del análisis hasta la preparación para el impacto debe alcanzar al menos los siguientes parametros: 1-Menos de 20 segundos para alcanzar 150 J. 2-Menos de 30 segundos para alcanzar los 200 J. Indicadores visuales: Indicadores LED. Batería Capacidad: 100 descargas a 200 julios o 120 descargas a 150 julios como minimo. Peso maximo de 2 kg. indicaciones de voz y visuales para el operador.</p>		

### Consulta 2 - ITEM 137 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante considere agregar parametros técnicos, para mejorar el equipo que será adquirido, a "MONITOR DE PACIENTES MULTIPARAMÉTRICOS, PANTALLA DE TACTIL DE 12.1" COMO MINIMO, Resolucion minima de 800 x 600 pixeles, PERMITE LA COLOCACION INDIVIDUAL DE PIE O COLGADO DE LA CAMA. PARA MONITOREO DE ECG: Puede reconocer al menos 27 tipos de arritmias, Frecuencia cardiaca con un rango de medicion de 10 a 300bpm en adultos y hasta 350bpm en neo y pediaticos (+-1 bpm), SpO2 rango de medicion de 0 a 100% (precision de igual o menor del 3% en el rango del 70 a 100%), PNI medido por oscilometria automatica, con modos de medicion "manual y automatico como minimo", con rangos de medicion sistolico, diastolico y media, con un rango de medicion +-3mmHg , TEMPERATURA Y FRECUENCIA RESPIRATORIA, Memoria interna de eventos, alarmas sonoras y visuales, bloqueo de pantalla, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO 5 HORAS COMO MINIMO Bateria de litio recargable. . 12 -15 V DC- TAMBIEN ADECUADO PARA AMBULANCIAS."</p>		

### Consulta 3 - Item 172 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante eliminar la marca solicitada en el item mencionado del PBC</p>		

## Consulta 4 - Item 72 - ESFIGMOMANOMETRO O TENSIONOMETRO DE MERCURIO

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
Solicitamos a la convocante que considere eliminar de las especificaciones técnicas del item mencionado el parametro que solicita que sea de MERCURIO, teniendo en cuenta que en nuestro país se encuentra vigente el "Convenio de Minamata" que mediante la Ley N° 6036/18, en el cual este tratado internacional establece la prohibición de importacion de artículos con mercurio, por lo que no se podrá competir en este item, estableciendo el nuevo parametro a medición automática, teniendo en cuenta que uno manual ya se estaria solicitando en el item 73		

## Consulta 5 - ITEM 146 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
Solicitamos a la convocante considere agregar parametros técnicos, para mejorar el equipo que será adquirido, a "OXIMETRO DE PULSO DE MESA, PANTALLA A COLOR DE 2,4" COMO MINIMO, ROTACION DE PANTALLA AUTOMATICA, LECTURA DE SPO2, ECG Y FRECUENCIA CARDIACA COMO MINIMO, SENSOR DE DEDO ADULTO, CON Base de carga, pilas o baterías recargables"		

## Consulta 6 - ITEM 160 - SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
Solicitamos a la convocante agregar mas datos tecnicos a sus especificaciones y que puedan adaptarse al precio referencial, y que pase a decir: ""SILLA DE RUEDA EN MARCO DE ACERO REFORZADO CON RECUBRIMIENTO, APOYA BRAZO Y REPOSA PIERNAS DESMONTABLES, ANCHO DEL ASIENTO DE 56CENTIMETROS, REFORZADO CON DOBLE CRUCETA, ASIENTO ACOLCHADO, ASAS DE EMPUJE, PLEGABLE, RUEDAS DELANTERAS SOLIDAS Y TRASERAS NEUMATICAS DE 62 CENTIMETROS, COLOR NEGRO. PARA PESO MAXIMO DE 150 KG."		

## Consulta 7 - Item 159 - SATUROMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2026
Solicitamos a la convocante agregar mas parametros técnicos, y que pase a decir " EQUIPO para pacientes Adultos, adolescentes y pediátricos. CON PARAMETROS PARA SPO2, rango de medición de 0 a 100% con precisión de +-2% analizando del 70 a 100%, PR de 25 a 250 bpm Y ONDAS EN PANTALLA y barras de pulso, pantalla a color LED.APAGADO AUTOMATICO en 8 segundos, a pilas, peso maximo de 22g (sin contar las pilas)"		