

Consultas Realizadas

Licitación 481369 - Adquisición de Materiales, Reactivos e Insumos para Diagnóstico Veterinario, Control de Vacunas y Control de Alimentos Declarados Desiertos en LPN 08/2025 (Contrato Abierto Por Ítem) - Plurianual

Consulta 1 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
Solicitamos excluir el pedido de muestras para los ítems Nº 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190, debido a que podrían perder la cadena de frío en la verificación de evaluación y en caso de adjudicación no podremos dejar en resguardo de la institución hasta la entrega total de los bienes ya que cuentan con vencimientos no mayor a 18 meses, en su lugar solicitamos aceptar la hoja técnica de cada reactivo donde encontrarán toda información necesaria para el profesional de laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Con relación a la solicitud de excluir la presentación de muestras, se aclara que no se requiere la presentación obligatoria de muestras junto con la oferta para dichos ítems. No obstante, conforme a lo establecido en el apartado de "Muestras" del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité Evaluador se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o muestras referentes a la oferta, en caso de considerarlo necesario durante la etapa de evaluación. Dicha solicitud, de ser requerido, será realizada por escrito, otorgando al oferente el plazo establecido para su presentación. Asimismo, se aclara que, para una mejor individualización y evaluación del bien ofertado, los técnicos del laboratorio podrán requerir al oferente la presentación de catálogos, hojas técnicas y/o fichas de productos, documentos que permitirán verificar las características técnicas de los reactivos ofertados, especialmente considerando las condiciones particulares de conservación, cadena de frío y vida útil señaladas en la consulta. Por tanto, no se solicita la presentación inicial de muestras, salvo que el Comité Evaluador lo considere estrictamente necesario durante el proceso de evaluación, conforme a las disposiciones previstas en el Pliego.		

Consulta 2 - Consultas - Ítem 11 al 43

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita que se permita la entrega de cepa en cultura viva, en un medio semisólido (Fletcher) o líquido (EMJH) - no liofilizado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
Las presentaciones de los ítems 11 al 32, 42 y 43 será modificadas mediante adenda.		

Consulta 3 - Item 90 - Kit ELISA Brucelosis

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita que se permita la utilización de planilla de calculo en reemplazo de software de interpretación de resultados, permitiendo la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 4 - Kit 91 - Kit ELISA BTB

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita aceptar kits que contengan la proteína MPB70 como target antígeno, permitiendo mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 5 - Item 42

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
CH 11 Serovar Hardjo es una confusión con el serogrupo Sejroe. Serovar Hardjo tipo Prajitno o el serovar Hardjo tipo Bovis y la cepa CH 11 del serogrupo Andaman (CH 11 (serovar Andamana, especie L. biflexa, serogrupo Andaman). Agradeceríamos una aclaración sobre qué serovar se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 6 - Item 99

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita permitir ELISA de bloqueo y no solamente indirecto, permitiendo mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 7 - Item 201 - ASFV - Datos de performance

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita permitir kits con los siguientes datos tecnicos/performance: Los resultados de la prueba muestran una especificidad del 99,8% y una sensibilidad del 91,1% en comparación con la IPT / 100% para la postvacunación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Item 201 - ASFV - Conjugado y contenido

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita permitir controles en un solo vial (no 2 como mínimo). También se solicita aceptar conjugado con p30 & p22 proteína recombinante y/o anti-VP72.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Item 130 al 133

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita desconsiderar la necesidad de inserto técnico ya que los productos son producidos a medida/dedicados al pedido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Se solicita solamente certificados de análisis de los oligonucleótidos.		

Consulta 10 - Item 201 - Contenido

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita ofertar kits con las siguientes características: Placa recubierta con antígeno ASFV — 5 placas Buffer de lavado 10X — 240 ml x 1 Buffer de dilución — 240 ml x 1 Conjugado HRPO — 70 ml x 1 Control positivo — 7 ml x 1 Control negativo — 7 ml x 1 Sustrato TMB — 70 ml x 1 Solución de parada — 40 ml x 1 Film sellador — 5 láminas Manual de instrucciones — 1 libro/manual		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Item 197

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
Se solicita aceptar kits para 96 determinaciones y con tubos de pared delgada de 0,2 mL con tapa incorporadas, para ampliar posibilidades de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - EETT-Presentación de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2026
ITEMS: 86-87-196. Solicitamos a la Convocante ampliar a 24 determinaciones como mínimo la presentación del kit, teniendo en cuenta que de esa manera habilita a participar a potenciales oferentes cuyos productos están actualmente en le mercado con una buena experiencia de uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
Las presentaciones serán modificadas mediante adenda.		

Consulta 13 - ITEM 74

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
ITEM 74: Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si la cantidad requerida corresponde a unidades individuales o a paquetes, a fin de presentar la oferta en forma correcta y conforme a lo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
La presentación es por unidades individuales.		

Consulta 14 - TEM 86

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
ITEM 86: Se solicita amablemente a la convocante indicar el modelo del analizador de ácidos nucleicos existente en el laboratorio del SENACSA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
El equipo es POKIT Nucleic Acid Analyzer		

Consulta 15 - ITEM 119

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
ITEM 119: Se solicita amablemente a la Convocante considerar que el medio esencial mínimo pueda presentarse en forma líquida de 500 ml, de manera a permitir una mayor participación de oferentes y promover una competencia más amplia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La presentación será modificada mediante adenda.		

Consulta 16 - ítem 4 - Agar base brucella

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Consultamos si, para cumplir con las especificaciones de la licitación del Agar Base Brucella destinado al aislamiento y crecimiento de bacterias exigentes a partir de muestras clínicas, se requiere además la provisión de los suplementos selectivos/enriquecedores recomendados por el fabricante, o si el medio base deshidratado por sí solo es suficiente para el cumplimiento técnico solicitado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
El Agar Base Brucella (CM0169), utilizado sin suplementos adicionales, resulta suficiente para las actividades y aplicaciones desarrolladas.		

Consulta 17 - ítem 4 - Agar base brucella

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Consultamos si, para cumplir con las especificaciones de la licitación del Agar Base Brucella destinado al aislamiento y crecimiento de bacterias exigentes a partir de muestras clínicas, se requiere además la provisión de los suplementos selectivos/enriquecedores recomendados por el fabricante, o si el medio base deshidratado por sí solo es suficiente para el cumplimiento técnico solicitado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
El Agar Base Brucella (CM0169), utilizado sin suplementos adicionales, resulta suficiente para las actividades y aplicaciones desarrolladas.		

Consulta 18 - Ítem 68 - Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita a la convocante considerar la presentación de 25 mm de diámetro debido a que este formato ofrece el mismo desempeño analítico que el de 33 mm en términos de retención (0,45 µm), compatibilidad de membrana (PVDF) y baja adsorción de proteínas, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones microbiológicas y de preparación de muestras. Además, el formato de 25 mm es estándar en la mayoría de fabricantes internacionales, lo que garantiza mayor disponibilidad en el mercado, mejor trazabilidad de insumos y optimización de costos sin afectar la calidad ni la validez de los resultados analíticos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 19 - ítem 69 - Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita a la convocante considerar la presentación en paquete de 100 unidades debido a que este formato corresponde a las presentaciones estándar de los fabricantes internacionales, lo que garantiza la disponibilidad del producto, facilita la gestión de inventarios y reduce el riesgo de desabastecimiento. Asimismo, permite una mejor optimización de costos logísticos y administrativos, sin afectar la calidad ni el desempeño del insumo en las aplicaciones de laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La presentación será modificada mediante adenda.		

Consulta 20 - Cronograma de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si existe un cronograma de entregas previsto para la ejecución del contrato, a fin de poder estimar adecuadamente las cantidades de insumos a ser suministradas en cada entrega.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
El documento será adjuntado al SICP a través de una adenda		

Consulta 21 - ITEM 37 - BOLSA DE ESTERILIZACION - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Donde dice: "Material: Polipropileno con 2 mm de espesor. Autoclavable como mínimo 135°C. Medida: 63.5 x 89 cm. Volumen: mínimo 100 lts. Presentación: Paquete de 200 unidades." Solicitamos a la Convocante considerar igualmente la aceptación de bolsas rojas para desechos biológicos de polipropileno, autoclavables hasta 135 °C, con medidas de 64 x 89 cm, espesor de 1.5 milésimas de pulgada, capacidad de 13 a 20 galones, presentadas en paquetes de 200 unidades, con símbolo de riesgo biológico impreso e indicador de esterilización incorporado, cuyo parche cambia de color al ser expuesto al proceso de esterilización por vapor. Asimismo, dichas bolsas cuentan con resistencia certificada conforme a normas ASTM 1922 y ASTM 1709, correspondiendo a productos técnicamente equivalentes y aptos para el manejo de residuos biológicos contaminados, sin afectar la funcionalidad, seguridad ni finalidad requerida por la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
Si, se puede aceptar las bolsas de 1,5milésimas de pulgadas no así de 13 a 20 galones, debe al menos tener capacidad de 26,4 galones o 100 litros. La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 22 - ITEM 37 - BOLSA DE ESTERILIZACION - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Donde dice: "Material: Polipropileno con 2 mm de espesor. Autoclavable como mínimo 135°C. Medida: 63.5 x 89 cm. Volumen: mínimo 100 lts. Presentación: Paquete de 200 unidades." Solicitamos a la Convocante considerar igualmente la aceptación de bolsas rojas para desechos biológicos de polipropileno, autoclavables hasta 135 °C, con medidas de 63.5 x 89 cm, espesor de 0.1 mm de espesor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 23 - ITEM 40 - BOLSA PARA RESIDUOS PATOLOGICOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Donde dice: Espesor minimo: 120 micrones. Color: rojo. Capacidad: de 150 litros como mínimo de alta resistencia de boca ancha. Inscripciones: deberá llevar impreso al logotipo internacional de riesgos biológicos. Solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptadas ofertas de bolsas con capacidad de mínimo 100 litros, siempre que mantengan las demás características técnicas exigidas, tales como espesor, resistencia, color e identificación de riesgo biológico, atendiendo a la disponibilidad de distintas presentaciones comerciales en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 24 - ITEM 4 - AGAR BASE BRUCELLA

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Consultamos si, para cumplir con las especificaciones de la licitación del Agar Base Brucella destinado al aislamiento y crecimiento de bacterias exigentes a partir de muestras clínicas, se requiere además la provisión de los suplementos selectivos/enriquecedores recomendados por el fabricante, o si el medio base deshidratado por sí solo es suficiente para el cumplimiento técnico solicitado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
El Agar Base Brucella (CM0169), utilizado sin suplementos adicionales, resulta suficiente para las actividades y aplicaciones desarrolladas.		

Consulta 25 - Ítem 68 - Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita a la convocante considerar la presentación de 25 mm de diámetro debido a que este formato ofrece el mismo desempeño analítico que el de 33 mm en términos de retención (0,45 µm), compatibilidad de membrana (PVDF) y baja adsorción de proteínas, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones microbiológicas y de preparación de muestras. Además, el formato de 25 mm es estándar en la mayoría de fabricantes internacionales, lo que garantiza mayor disponibilidad en el mercado, mejor trazabilidad de insumos y optimización de costos sin afectar la calidad ni la validez de los resultados analíticos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 26 - ítem 69 - Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita a la convocante considerar la presentación en paquete de 100 unidades debido a que este formato corresponde a las presentaciones estándar de los fabricantes internacionales, lo que garantiza la disponibilidad del producto, facilita la gestión de inventarios y reduce el riesgo de desabastecimiento. Asimismo, permite una mejor optimización de costos logísticos y administrativos, sin afectar la calidad ni el desempeño del insumo en las aplicaciones de laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La presentación será modificada mediante adenda.		

Consulta 27 - Cronograma de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si existe un cronograma de entregas previsto para la ejecución del contrato, a fin de poder estimar adecuadamente las cantidades de insumos a ser suministradas en cada entrega.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
El documento será adjuntado al SICP a través de una adenda		

Consulta 28 - ITEM 74:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si la cantidad requerida corresponde a unidades individuales o a paquetes, a fin de presentar la oferta en forma correcta y conforme a lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
-----------	--------------------	------------

La presentación es por unidades individuales

Consulta 29 - ITEM 86:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante indicar el modelo del analizador de ácidos nucleicos existente en el laboratorio del SENACSA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
-----------	--------------------	------------

El equipo es POKIT Nucleic Acid Analyzer

Consulta 30 - ITEM 119:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la Convocante considerar que el medio esencial mínimo pueda presentarse en forma líquida de 500 ml, de manera a permitir una mayor participación de oferentes y promover una competencia más amplia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
-----------	--------------------	------------

La presentación será modificada mediante adenda.

Consulta 31 - ITEM 58 - CRIOTUBOS TAPA ROSCA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Criotubos con faldón x 2 ml de polipropileno con tapa rosca interna. Caja de 50 unidades como mínimo." Solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptadas presentaciones en paquetes de 1000 unidades, en lugar de cajas de 50 unidades, siempre que el producto cumpla con las demás especificaciones técnicas requeridas, atendiendo a que corresponden a distintas modalidades de presentación comercial disponibles en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
-----------	--------------------	------------

Sí se puede considerar, atendiendo que el mínimo requerido es de 50 como mínimo, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas del producto solicitado.

Consulta 32 - ITEM 171 - TUBO DE PLASTICO - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Donde dice: "Tubo descartable de polipropileno. Utilizado en procedimiento de extracción de sangre. Capacidad 9 ml como mínimo, tipo vacutainer, con tapa de goma e interior recubierto de silicona." Presentación: Unidad. Solicitamos a la Convocante aclarar si los tubos requeridos deben ser sin aditivos químicos, atendiendo a que dicha característica no se encuentra expresamente especificada en las bases técnicas y considerando que existen distintas configuraciones disponibles en el mercado según el uso laboral requerido. Asimismo, solicitamos aclarar si serán aceptadas presentaciones en rack de 100 unidades, considerando que dicha modalidad corresponde a una presentación comercial habitual en el mercado, sin afectar las características técnicas ni la funcionalidad del producto solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2026
Los tubos no requieren aditivos químicos son tubos al vacío, podrían ser de 100 unidades o 50 unidades		

Consulta 33 - Item 74 Frasco estéril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2026
Donde menciona: Frasco modelo falcón de 175cm² estéril, de polipropileno con tapa rosca ventilada para cultivo celular (sin filtro). Consulta: Solicitamos a la convocante considerar el material de fabricación en poliestireno o polipropileno, siempre que cumpla con las demás especificaciones técnicas (esterilidad, tapa rosca ventilada sin filtro y acto para cultivo celular).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2026
La especificación técnica será modificada mediante adenda.		

Consulta 34 - Item 90

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2026
Se solicita permitir kit con vencimiento de 9 meses como mínimo (en el momento de la entrega) por la naturaleza del kit que tiene 12 meses de vencimiento al término de su producción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizarán mediante Adenda		

Consulta 35 - Item 91

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2026
Se solicita permitir kit con vencimiento de 9 meses como mínimo (en el momento de la entrega) por la naturaleza del kit que tiene 12 meses de vencimiento al término de su producción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizarán mediante Adenda		

Consulta 36 - CONSULTA N° 1: Item N° 148 - Presentación y Periodo de Vida Útil

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2026
Se solicita aclarar: Para el ítem mencionado en PBC se solicita CAJAS X 100 PLACAS. Con relación a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), donde se solicitan "Cajas por 100 placas", se solicita respetuosamente a la convocante aclarar si serán aceptadas ofertas en la presentación de Cajas por 20 placas, manteniendo la equivalencia en la cantidad total requerida. Adicionalmente, considerando que se trata de medios de cultivo preparados y listos para su uso —caracterizados inherentemente por una vida útil más acortada—, se solicita determinar el periodo mínimo de vencimiento (vigencia) aceptable al momento de la entrega, a fin de garantizar la estabilidad del producto durante su ejecución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Sobre las presentaciones las modificaciones se realizarán mediante Adenda. Sobre el vencimiento, deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Ítem 2 permitirá cotizar con pureza ≥ 98 y masa molecular 46,026 grado ACS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizarán mediante Adenda.		

Consulta 38 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Ítem 6 favor confirmar si la presentación de 5.000ml es correcta o si es agar deshidratado para un rendimiento de 5.000ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizarán mediante Adenda		

Consulta 39 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Ítem 65 Taleranol D4: permitirá ofertar Taleranol D5		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Ítem 36 permitirá la convocante ofertar: β-Glucuronidase from Helix pomatia - Type H-2, $\geq 85,000$ units/mL (CAS 9001-45-0)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizarán mediante Adenda		

Consulta 41 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Item 76 favor aclarar si requiere para enterobacterias o campylobacter y si permitirá ofertar en una presentacion hasta 20 test		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Se refiere a Galerías para identificación de Campylobacter y puede ser ofertado la cantidad, presentación y el vencimiento según lo requerido en el pliego.		

Consulta 42 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Favor aclarar para que ítems se requerirán muestras pues la licitacion abarca una variedad de productos incluyendo algunos de usos muy específicos que el oferente podría no disponer en deposito, como ejemplo reactivos, estándares, materiales para preparación de muestras. Usualmente se requieren muestras de materiales tales como los insumos y accesorios laborales de uso corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Con relación a la solicitud de excluir la presentación de muestras, se aclara que no se requiere la presentación obligatoria de muestras junto con la oferta para dichos ítems. No obstante, conforme a lo establecido en el apartado de "Muestras" del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité Evaluador se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o muestras referentes a la oferta, en caso de considerarlo necesario durante la etapa de evaluación. Dicha solicitud, de ser requerido, será realizada por escrito, otorgando al oferente el plazo establecido para su presentación. Asimismo, se aclara que, para una mejor individualización y evaluación del bien ofertado, los técnicos del laboratorio podrán requerir al oferente la presentación de catálogos, hojas técnicas y/o fichas de productos, documentos que permitirán verificar las características técnicas de los reactivos ofertados, especialmente considerando las condiciones particulares de conservación, cadena de frío y vida útil señaladas en la consulta. Por tanto, no se solicita la presentación inicial de muestras, salvo que el Comité Evaluador lo considere estrictamente necesario durante el proceso de evaluación, conforme a las disposiciones previstas en el Pliego.		

Consulta 43 - ítem 148

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
permitira la convocante ofertar en presentacion de paquete x 5placas preparadas tomando en cuenta que las placas preparadas tienen un vencimiento menor a 3 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Sobre las presentaciones las modificaciones se realizaran mediante Adenda. Sobre el vencimiento, deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 44 - Consulta Técnica - Lote 166: Tubo con Anticoagulante para Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas del Lote 166 - Tubo con anticoagulante para hemograma, respetuosamente solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados tubos fabricados en PET (Polietileno Tereftalato), considerando que la especificación solicita tubos elaborados en PP (Polipropileno). La presente consulta se fundamenta en que los tubos fabricados en PET son ampliamente utilizados en laboratorios clínicos y bancos de sangre a nivel mundial, cumpliendo con los mismos fines diagnósticos y requisitos de calidad que los tubos fabricados en PP, además de ofrecer ventajas técnicas relevantes, entre ellas: • Mayor transparencia y claridad óptica para la visualización de la muestra. • Excelente resistencia mecánica durante el transporte, almacenamiento y procesamiento. • Compatibilidad con sistemas automatizados de análisis hematológico. • Estabilidad y conservación adecuada de la muestra en combinación con anticoagulantes EDTA. • Amplia utilización en dispositivos médicos para diagnóstico in vitro fabricados bajo estándares internacionales de calidad. • Cumplimiento de certificaciones y normativas internacionales aplicables a dispositivos médicos y productos para diagnóstico in vitro. Considerando que el material PET no afecta el desempeño analítico, la calidad de la muestra ni los resultados del hemograma, y que sus prestaciones son equivalentes o superiores a las del PP para esta aplicación, solicitamos que se considere como requisito el cumplimiento de la funcionalidad y desempeño del producto, permitiendo la presentación de ofertas de tubos fabricados en PET o PP. Esta apertura favorecerá una mayor concurrencia de oferentes, promoverá la libre competencia y permitirá a la Convocante acceder a alternativas tecnológicamente equivalentes o superiores, sin comprometer la calidad ni la finalidad prevista del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizaran mediante Adenda		

Consulta 45 - Consulta Técnica - Lote 167: Tubo con Anticoagulante para Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas del Lote 167 - Tubo con anticoagulante para hemograma, respetuosamente solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados tubos fabricados en PET (Polietileno Tereftalato), considerando que la especificación solicita tubos elaborados en PP (Polipropileno). La presente consulta se fundamenta en que los tubos fabricados en PET son ampliamente utilizados en laboratorios clínicos y bancos de sangre a nivel mundial, cumpliendo con los mismos fines diagnósticos y requisitos de calidad que los tubos fabricados en PP, además de ofrecer ventajas técnicas relevantes, entre ellas: • Mayor transparencia y claridad óptica para la visualización de la muestra. • Excelente resistencia mecánica durante el transporte, almacenamiento y procesamiento. • Compatibilidad con sistemas automatizados de análisis hematológico. • Estabilidad y conservación adecuada de la muestra en combinación con anticoagulantes EDTA. • Amplia utilización en dispositivos médicos para diagnóstico in vitro fabricados bajo estándares internacionales de calidad. • Cumplimiento de certificaciones y normativas internacionales aplicables a dispositivos médicos y productos para diagnóstico in vitro. Considerando que el material PET no afecta el desempeño analítico, la calidad de la muestra ni los resultados del hemograma, y que sus prestaciones son equivalentes o superiores a las del PP para esta aplicación, solicitamos que se considere como requisito el cumplimiento de la funcionalidad y desempeño del producto, permitiendo la presentación de ofertas de tubos fabricados en PET o PP. Esta apertura favorecerá una mayor concurrencia de oferentes, promoverá la libre competencia y permitirá a la Convocante acceder a alternativas tecnológicamente equivalentes o superiores, sin comprometer la calidad ni la finalidad prevista del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizaran mediante Adenda		

Consulta 46 - Consulta Técnica - Lote 169 : Tubo con Anticoagulante X

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas del Lote 169 - Tubo con anticoagulante para hemograma, respetuosamente solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados tubos fabricados en PET (Polietileno Tereftalato), considerando que la especificación solicita tubos elaborados en PP (Polipropileno). La presente consulta se fundamenta en que los tubos fabricados en PET son ampliamente utilizados en laboratorios clínicos y bancos de sangre a nivel mundial, cumpliendo con los mismos fines diagnósticos y requisitos de calidad que los tubos fabricados en PP, además de ofrecer ventajas técnicas relevantes, entre ellas: • Mayor transparencia y claridad óptica para la visualización de la muestra. • Excelente resistencia mecánica durante el transporte, almacenamiento y procesamiento. • Compatibilidad con sistemas automatizados de análisis hematológico. • Estabilidad y conservación adecuada de la muestra en combinación con anticoagulantes EDTA. • Amplia utilización en dispositivos médicos para diagnóstico in vitro fabricados bajo estándares internacionales de calidad. • Cumplimiento de certificaciones y normativas internacionales aplicables a dispositivos médicos y productos para diagnóstico in vitro. Considerando que el material PET no afecta el desempeño analítico, la calidad de la muestra ni los resultados del hemograma, y que sus prestaciones son equivalentes o superiores a las del PP para esta aplicación, solicitamos que se considere como requisito el cumplimiento de la funcionalidad y desempeño del producto, permitiendo la presentación de ofertas de tubos fabricados en PET o PP. Esta apertura favorecerá una mayor concurrencia de oferentes, promoverá la libre competencia y permitirá a la Convocante acceder a alternativas tecnológicamente equivalentes o superiores, sin comprometer la calidad ni la finalidad prevista del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizaran mediante Adenda		

Consulta 47 - ITEM 70 - FILTRO

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita especificar marca y modelo del equipo en el cual se utilizará el insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Filtros para desionizador Arium Mini de Sartorius: Arium H2O-CPR (Arium mini cartucho pretratamiento RO),ARIUM H2O-S-PACK(Arium mini cartucho desionizador),ARIUM H2O-CBS-5-S(Arium mini bolsa Tanque 5 litros),ARIUM 5441307H4-CE(Arium Cápsula Sartopore 2 150)		

Consulta 48 - ITEM 67 - FILTRO

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita especificar marca y modelo del equipo en el que será utilizado el insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Filtros para destilador por OSMOSIS REVERSA MARCA GEHAKA OS 10 LZ: Filtro de 50 x 0.5 micras y filtro block de carbón		

Consulta 49 - ITEM 78 - GRADILLA SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita especificar la marca y modelo del homogeneizador en el cual será utilizado el insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Se realizaran modificaciones mediante adenda.		

Consulta 50 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
item 101, permitira la convocante ofertar kit x 96 test como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizaran mediante Adenda		

Consulta 51 - ITEM 121 - MICROPLACAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita especificar marca y modelo del termociclador en el que se utilizará el insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Los termocicladores que se usan en el laboratorio son: Bioron, Bioevopeak y Bioer.		

Consulta 52 - ITEM 152 - Solución acondicionadora de electrodos

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita al convocante aclarar si cuando dice "La solución de almacenamiento garantiza que el electrodo de pH funcione correctamente después de un almacenamiento prolongado, durante la noche y entre muestras" se refiere a la solución de KCl 3 M comúnmente utilizada para el almacenamiento de electrodos de pH.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
las modificaciones se realizaran mediante Adenda		

Consulta 53 - 170 - TUBO DE CENTRIFUGA TAPA ROSCA

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Se solicita especificar la marca y modelo de la centrifuga en la que se utilizará estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
La centrifuga corresponde a la MARCA: KOKUSAN; Modelo: H-103N.		

Consulta 54 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Item 106 al 109 considerando que usualmente este tipo de antisueros vienen en caja x 1frasco (antisuero) sin palillos, controles ni tarjetas. Se solicita a convocante considerar ofertas de contemplen únicamente el frasco del antisuero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 55 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2026
Item 200 permitira la convocante ofertar test indirecto de influenza aviar H9?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2026
Para emitir una respuesta técnica objetiva, se requiere la información técnica del test de Influenza Aviar H9 ofertado. No obstante, considerando que la metodología propuesta (ELISA indirecto) difiere de la requerida (ELISA de competición), el producto deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que no resulta procedente realizar una evaluación de equivalencia entre metodologías distintas.		