Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 482108 - SBEN N° 01/2026 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ANTICUERPOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"

Consulta 1 - plataformas automatizadas de inmunohistoquímica e hibridación in situ

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2026

"Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si serán aceptadas plataformas automatizadas de inmunohistoquímica e hibridación in situ que, en lugar de utilizar específicamente un “mezclador de aire giratorio debajo del cubreobjeto”, incorporen módulos de reacción cerrados con sistemas de agitación e incubación cinética controlada, siempre que estos garanticen una reacción homogénea, uniforme y reproducible sobre toda la superficie de las láminas. La razón de la consulta se basa en el mismo objetivo analítico mediante principios técnicos equivalentes o superiores. En este sentido, los sistemas basados en módulos de reacción cerrados con incubación cinética permiten:
• Homogeneización uniforme de reactivos sobre toda la superficie tisular.
• Control preciso de temperatura e incubación individual por lámina.
• Reducción de evaporación y variabilidad preanalítica.
• Mayor estabilidad de reacción en protocolos de IHC, ISH, FISH y tinciones multiplex.
• Disminución del riesgo de contaminación cruzada entre muestras.
• Optimización de sensibilidad y reproducibilidad analítica."

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2026

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que este sistema asegura una reacción uniforme a lo largo de toda la superficie de la lámina, lo que garantiza un procesamiento óptimo de cada protololo

Consulta 2 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026

Solicita: 1) Constancia de uso Satisfactorio expedida por la Unidad de Gestión de Calidad del LCSP para los lotes en los cuales se solicita la misma. 2) Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la LCSP. Solicitamos a la convocante confirmar si ambos requerimientos corresponden al presente llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026

Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - REQUISITOS SOLICITADOS CAPACIDAD TECNICA - OTROS DOCUMENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
El PBC solicita EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA PLANILLA ADICIONAL DE COTIZACION EN FORMATO EDITABLE (PENDRIVE), DEBIDAMENTE FIRMADAS. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requerimiento ya que el proceso es una subasta a la baja electronica nacional, y/o aclarar porque solicitan en formato editable y debidamente firmada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Se requiere debidamente firmada para contar con el respaldo de lo presentado por la empresa oferente se corresponda con el formato editable.		

Consulta 4 - item 88

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
PD - L1 (SP263) Consulta el PD - L1 con la clona (SP263) cuenta con protocolos patentados y cerrados que solo se pueden ejecutar con los kits de detección avanzados OptiView exclusivos de los equipos de Roche. Se solicita a convocante permita ofertar PD-L1 clon CAL10 del cual hay estudios publicados dan cuenta la excelente correlación, publicados por NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (Cancers (Basel) . 2022 Jun 27;14(13):3138. doi: 10.3390/cancers14133138 cuya conclusión fue: El ensayo CAL10 PD-L1 ha demostrado un rendimiento comparable al del ensayo SP263. Además, las láminas de vidrio teñidas con PD-L1 CAL10 y las imágenes correspondientes de la superficie completa generadas por GT 450 mostraron una tasa de concordancia comparable). y la prestigiosa NordicQC la incluye dentro de los protocolos equivalentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
Solicita: “Mezclador de aire giratorio debajo del cubreobjeto”. Se solicita a la convocante permitir ofertar otro sistema de control de temperatura para integrar sistemas de incubación con platinas calefactoras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si serán aceptadas plataformas automatizadas de inmunohistoquímica e hibridación in situ que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas y en lugar de utilizar específicamente un “mezclador de aire giratorio debajo del cubreobjeto”, incorpore un modulo que reemplaze el cubreobjetos tradicional por una pieza reutilizable que realiza la homogeneización mediante la dispensación y aspiración secuencial controlada por microfluídica. De esta manera se protege la morfología celular de la evaporación generada por las altas temperaturas de la recuperación de epítopos. Y como el líquido se mantiene perfectamente confinado y homogéneo, el laboratorio reduciría drásticamente el desperdicio de reactivos. Esta forma se podria establecer las EETT en siguiente enunciado "mezclador de aire giratorio debajo del cubreobjeto o alternativamente modulo de homogenizacion mediante dispensacion y aspiracion secuencial controlada por microfluidica mediante una pieza reutilizable"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
Solicita: ADEMAS, DEBERAN PRESENTAR DECLARACION JURADA POR LA CUAL EL OFERENTE SE COMPROMETE EN CASO DE SER ADJUDICADOS A CANJEAR EL MEDICAMENTO 3 A 6 MESES ANTES DE SU VENCIMIENTO. Se solicita a la convocante verificar el enunciado pues el presente llamado es de REACTIVOS no medicamentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - requisitos documentales para la evaluacion de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2026
solicita: "tres certificados o actas de recepcion final como minimo, de la provision de medicamentos". Se solicita a la convocante verificar esta enunciado, pues el presente llamado es de reactivos con equipo comodato, no medicamentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2026
Se solicita remitirse a los requisitos y especificaciones técnicas de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
El PBC solicita Copia de facturaciones de venta y/o nota de remisión con sus respectivas actas de recepción, tanto en el sector público y/o el sector privado que avalen la experiencia requerida. Solicitamos a la Convocante incluir de igual forma copia de contratos a fin de poder demostrar la experiencia requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2026
La Convocante requiere documentos que demuestren la entrega efectiva de productos vinculados a la naturaleza del objeto del llamado. El contrato seria un documento marco donde para certificar el volumen de provisión se requeriran los documentos de entrega efectiva, configurandose el mismo contexto actual. Se mantienen las bases y condiciones.		

Consulta 10 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
El PBC solicita Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen. Solicitamos a la Convocante aceptar el documento solicitado en el idioma de origen o indefectiblemente debe estar traducido al castellano?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2026
Los documentos deben presentarse conforme lo estipulado en la Seccion Datos de la Convocatoria - Idioma de la Oferta - del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 11 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
El PBC solicita Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la LCSP. Solicitamos a la Convocante aclarar quien será el administrador del contrato el INCAN o el LCSP, a fin de colocar de forma correcta la declaración jurada solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2026
El Administrador del Contrato será el INCAN. La Declaración Jurada se remite a consignar la direccion oficial de correo electronico en la se notificarán las Ordenes de Compra.		

Consulta 12 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
EL PBC solicita Registro Sanitario emitido por DINAVISA para los productos a ser ofertados o constancia de inscripción vigente en la VUI por el Laboratorio Central de Salud Pública. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requerimiento ya que primeramente esta solicitando el mismo documento Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnostico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública o Registro Sanitario de DINAVISA según corresponda. En caso de que los documentos se encuentren vencidos deberá acompañar la Constancia o Certificado de Trámite emitido por DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2026
Se mantienen los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
El PBC solicita EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA PLANILLA ADICIONAL DE COTIZACION EN FORMATO EDITABLE (PENDRIVE), DEBIDAMENTE FIRMADA. Se entiende que la presentación de la planilla de cotización, se haría una vez solicitada por el Comité de Evaluación de ofertas, ya que el proceso referido es Subasta a la Baja Electrónica Nacional, y dicho documento se esta solicitando en un pendrive.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2026
Los documentos formales serán requeridos por el Comité de Evaluación. En el PBC se establece la obligatoriedad de presentación.		