

Consultas Realizadas

Licitación 484126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos ampliar el tiempo de entrega en 60 días, considerando los productos que requieren importación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que de haber necesidad, se estaría teniendo consideración para la entrega de ítems que pudieran requerir de mayor plazo de entrega a lo establecido en el PBC, previa justificación efectiva.		

Consulta 2 - ITEM 85 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Establece el PBC: Laminas Esmeriladas medidas 75 x 26mm. Favor considerar solicitar 75x26 +/-1 mm para favorecer la mayor participación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se considerará la medida 75x26 (+/-1).		

Consulta 3 - ITEM 88 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicita el PBC: Erlenmeyer Favor establecer volumen requerido.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 250 ml y 500 ml.		

Consulta 4 - ITEM 93 ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Establece el PBC: Micropipeta automática. Favor determinar el volumen requerido y si es unicanal o multicanal		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 20 a 200 µl, monocal.		

Consulta 5 - ITEM 122 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicita el PBC: Microscopio binocular...Medidas de la platina: 140 x 140 mm., rango de movimiento 75 x 50 mm. Favor considerar aceptar rango de movimiento de 75x40 mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que será aceptable el rango de movimiento de 75x40 mm.		

Consulta 6 - ITEM 144 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Establece el PBC: Balanza digital. 300 g/0,001 g. Solicitamos tener en cuenta y aceptar equipos con una capacidad máxima de pesaje de hasta 210 gramos, siempre que cumplan rigurosamente con la precisión analítica requerida. Hacemos esta observación debido a que la capacidad de 210 g es el estándar más comercial y disponible en el mercado internacional para balanzas analíticas de alta precisión		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se aceptará la balanza digital con capacidad de pesaje de 210 gramos, siempre que cumplan rigurosamente con la precisión analítica requerida, ya que el cambio de la capacidad no afectaría el proceso de aprendizaje (prácticas de laboratorio).		

Consulta 7 - ÍTEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar si la especificación correspondiente al Ítem 16 hace referencia a: Un kit de extracción/detección mediante la metodología PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa); o Un kit de reactivos para la determinación de Proteína C Reactiva (PCR). Agradeceremos la aclaración correspondiente, considerando que la sigla PCR puede hacer referencia a ambos conceptos, lo cual genera ambigüedad en la interpretación de la especificación técnica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que lo solicitado hace referencia a Reactivo para determinación de Proteína C Reactiva (aglutinación).		

Consulta 8 - ÍTEM 34

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, considerar aceptar otras marcas de reactivos para VDRL con la misma metodología de suspensión látex. Esto con el fin de permitir una mayor participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se aceptarán marcas que presenten la metodología requerida.		

Consulta 9 - ÍTEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar las cantidades mínimas y máximas de determinaciones requeridas, ya que la EETT combina la presentación comercial del producto (unidades por caja) con el número de determinaciones, lo que genera ambigüedad respecto a la presentación solicitada y dificulta la correcta elaboración de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requerirá de Caja de 40 determinaciones.		

Consulta 10 - ÍTEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, especificar las características técnicas requeridas para la gradilla de tubos, incluyendo el material de fabricación, la capacidad (cantidad y diámetro de tubos que debe contener) y las dimensiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que las características de la gradilla requerida son: de plástico (o metal) para tubos de 13 mm de diámetro y capacidad 60 tubos.		

Consulta 11 - ÍTEM 88

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, especificar el volumen requerido del Erlenmeyer.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 250 ml y 500 ml.		

Consulta 12 - ÍTEM 93

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar el volumen requerido para las Micropipetas Automáticas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 20 a 200 µl.		

Consulta 13 - ÍTEM 99

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar la metodología requerida para la detección de Hbs-Ag.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requerirá el Método de inmunocromatografía.		

Consulta 14 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, que el Certificado de Libre Venta vigente expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen, sea requerido únicamente para los dispositivos médicos y los productos para diagnóstico de uso in vitro. Esto debido a que los demás productos, como los artículos de plástico y vidrio para laboratorio, son considerados insumos de laboratorio y, por lo tanto, no requieren registro sanitario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que dicho Certificado de Libre Venta vigente expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen, No Aplica para los ítems que no requieran la referida certificación.		

Consulta 15 - Ítem N° 2 - Guantes de Nitrilo Pequeño

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Se podría ofertar guante de nitrilo tamaño pequeño de color azul?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se aceptará igual el color azul.		

Consulta 16 - Ítem N° 27 - Probeta

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
De que material sería la probeta solicitada?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el material requerido sería vidrio.		

Consulta 17 - Ítem N° 32 - Bolsa para residuos patológico color rojo

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Se podrían cotizar bolsas para residuos patológicos color rojo de 100 litros?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que será aceptable.		

Consulta 18 - Ítem N° 33 - Bolsa para residuos patológico color blanco

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Se podrían cotizar bolsas para residuos patológicos color blanco de 100 litros?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que será aceptable.		

Consulta 19 - Ítem N° 36 - Pipeta de plástico

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar que tipo de pipeta de plástico están necesitando: pipeta serológica graduada o pipeta pasteur, estéril o no estéril?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de Pipeta pasteur, de plástico desechable, de 1ml.		

Consulta 20 - Ítem N° 38 - Tubo sin Anticoagulantes

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar para cuantos mL de sangre es el tubo requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de Tubos sin anticoagulante de 3 ml.		

Consulta 21 - Ítem N° 88 - Erlenmeyer

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar las especificaciones del erlenmeyer solicitado, de que material necesitan, de que capacidad, si necesitan con o sin tapa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 250 ml y 500 ml, sin tapa, de vidrio.		

Consulta 22 - Ítem N° 92 - Gradillas soporte

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar las especificaciones de la gradilla solicitada, de que material necesitan o si es indistinto y de que capacidad o sea para cuantos tubos necesitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de gradilla de plástico (o metal) para tubos de 13 mm de diámetro y capacidad de 60 tubos.		

Consulta 23 - Ítem N° 93 - Micropipeta

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar las especificaciones de la micropipeta automática solicitada, de que volumen necesitan y si debe ser fija o variable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que el volumen requerido es de 20 a 200 µl, debe ser fija.		

Consulta 24 - Ítem N° 95 - Placa para tipificación

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar de cuantas cavidades debe ser la placa de tipificación solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere con 6 cavidades como mínimo.		

Consulta 25 - Ítem N° 97 - Esparadrapo

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar de que ancho es el esparadrapo que están solicitando y rollo por cuantos metros necesitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requieren las siguientes medidas: 50 mm x 3 m.		

Consulta 26 - Ítem N° 100 - Hisopo

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar la cantidad de hisopos por caja requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de caja de 150 unidades.		

Consulta 27 - Ítem N° 100 - Hisopo

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar las especificaciones del hisopo solicitado, tales como material y largo del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de caja de 150 unidades, de plástico, con puntas de algodón, de largo 8 cm.		

Consulta 28 - Ítem N° 101 - Tubos de Ensayo

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar la capacidad de los tubos de centrifuga solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requieren tubos de fondo cónicos para orina, de plástico, de 12 ml.		

Consulta 29 - Ítem N° 118 - Camilla con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar si necesitan una camilla fija o con ruedas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de camilla con ruedas para poder deslizar.		

Consulta 30 - Ítem N° 129 - Placa calefactora de cerámica

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar dimensiones aproximadas de la placa calefactora solicitada, así como la temperatura requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que las especificaciones mínimas requeridas son: temperatura de trabajo de hasta 380° C y dimensiones aproximadas de 15 cm x 15 cm. Dichas medidas se consideran referenciales y responden a los requerimientos funcionales del bien solicitado.		

Consulta 31 - Ítem N° 29 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar la presentación solicitada, caja x cuantas unidades necesitan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de caja por 100 unidades.		

Consulta 32 - Ítem N° 85 - Laminas Esmeriladas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor indicar si lo solicitado son 4 unidades como dice, o deben corregir a 4 cajas, en cuyo caso favor indicar caja por cuantas unidades debe cotizarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que son 4 cajas de láminas esmeriladas de 50 unidades cada una.		

Consulta 33 - ÍTEM 37

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, favor aclarar la presentación del anticoagulante EDTA. En las Especificaciones Técnicas se menciona "Anticoagulante EDTA Tubo tapa lila", sin embargo, el número de catálogo corresponde a "Anticoagulante EDTA frasco gotero".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requiere de tubos con EDTA de 1 ml, no el anticoagulante solo, sino tubos para hemograma.		

Consulta 34 - ÍTEM 40

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Solicitamos amablemente a la convocante, aceptar la presentación de placas de Petri con división en dos compartimientos. Los mismos siguen cumpliendo con la especificaciones técnicas requeridas siendo descartables, de 90 x 15 mm y en presentación de paquete por 10 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que será aceptable, siempre que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 35 - ITEM 89 - Vaso precipitado de 600ml de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Aceptarían vasos de volumen de 500 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que será aceptable.		

Consulta 36 - ITEM 101 - Tubos de ensayos de orina de plástico para centrifuga

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor aclarar si se refiere a los tubos para centrífuga de fondo cónico, comúnmente llamados tubos falcón. De ser así cual sería el volumen requerido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2026
Se menciona que se requieren de tubos de fondo cónicos para orina, de plástico, de 12 ml.		