

## Consultas Realizadas

# Licitación 490985 - Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio

### Consulta 1 - ESPECIFICACION TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta  | 25-08-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Items 4 " Donde dice Luces halogenas Compacto, anatómico y fácil de transportar" , puede ser presentado y/o sustituido por Tecnología LED de alta eficiencia. Diseño ultra compacto, ergonómico y portátil, refiriéndose a Fotopolimerizador Led, |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 25-08-2026 |
| Sí, se considera técnicamente aceptable la sustitución propuesta, pudiendo presentarse el equipo con tecnología LED de alta eficiencia, diseño ultra compacto, ergonómico y portátil, en reemplazo de la especificación originalmente establecida |                    |            |