

Consultas Realizadas

Licitación 491036 - Adquisición de Productos Farmacéuticos, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y Laboratorio - Plurianual

Consulta 1 - EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2026
EQUIPO 1: solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien aclarar respecto al “Coagulómetro semiautomatizado de tres posiciones de reactivo”, establecido entre los equipos a ser entregados en modalidad de comodato: ¿Podrían indicar cuáles son las determinaciones de coagulación que se prevé realizar mediante dicho equipo y, asimismo, especificar la cantidad estimada de determinaciones requerida para cada una de las pruebas durante el periodo de contratación?, a fin de poder dimensionar adecuadamente los insumos necesarios y presentar una oferta que se ajuste a los requerimientos de la Convocante. La presente consulta tiene como finalidad contar con mayor precisión respecto al alcance técnico del equipo y las cantidades de insumos requeridas para su correcto funcionamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adenda		

Consulta 2 - Para los equipos que serán entregados en la modalidad comodato

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2026
EQUIPO 3: solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien aclarar respecto al “Equipo de Procesamiento de Análisis Químicos de Rutina Automatizado”, establecido entre los equipos a ser entregados en modalidad de comodato, con una capacidad mínima de procesamiento de 200 determinaciones por hora: ¿Podrían indicar cuáles son las determinaciones de química clínica y/o parámetros bioquímicos que se prevé procesar mediante dicho equipo. La presente consulta tiene como finalidad contar con mayor precisión respecto al alcance técnico del equipo solicitado y asegurar que la propuesta presentada se ajuste adecuadamente a las necesidades de la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2026
PLAN DE ENTREGA: Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 60 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a la importación y el volumen solicitado. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes se determinó que se mantiene al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - EQUIPO 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2026
EQUIPO 3: Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si, para el "Equipo de Procesamiento de Análisis Químicos de Rutina Automatizado", cuya capacidad mínima requerida es de 200 determinaciones por hora, sería aceptada la presentación de un equipo con capacidad de 180 determinaciones por hora. El equipo mantiene las demás características y funcionalidades requeridas, agradeceríamos confirmar si dicha capacidad podría ser considerada técnicamente aceptable para el cumplimiento del requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas		

Consulta 5 - ITEM 95: Tubo con anticoagulante

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si, para el requerimiento de tubo de anticoagulante en polipropileno transparente, con tapa y conteniendo EDTA, con volumen de muestra máximo de 2,5 mL, sería aceptada la presentación de un tubo con capacidad de 3 mL como máximo, manteniendo el material, tipo de anticoagulante y demás características solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 6 - Lote: 34 - EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Lote: 34 - EETT: Se solicita amablemente a la convocante Respecto al ítem que solicita jeringa descartable de 5 mL con aguja desmontable 21 G x 1", solicitamos se permita ofertar la presentación 21 G x 1 1/2", manteniendo las demás características técnicas requeridas: volumen, calibre, conexión con rosca, graduación, émbolo de goma, esterilidad y libre de pirógenos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 7 - Lote: 35 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Lote: 35 – EETT: Se solicita amablemente a la convocante Respecto al ítem que solicita jeringa descartable de 10 mL con aguja desmontable 21 G x 1", solicitamos se permita ofertar la presentación 21 G x 1 1/2", manteniendo las demás características técnicas requeridas: volumen, calibre, conexión con rosca, graduación, émbolo de goma, esterilidad y libre de pirógenos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 8 - Lote: 40 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Lote: 40 – EETT: Respecto al ítem que solicita “Hoja de bisturí N.º 24 de acero inoxidable, presentación en cajas de 100 unidades”, solicitamos se permita ofertar hojas de bisturí N.º 24 fabricadas en acero al carbono, manteniendo las mismas características de corte, precisión y presentación de 100 unidades por caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 9 - Lote: 89 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Lote: 89 – EETT: Respecto al ítem que solicita reactivo de antígeno HBsAg (Hepatitis B, antígeno de superficie), método inmunocromatográfico, en caja por 25 determinaciones, solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la presentación de 50 determinaciones por caja, manteniendo el mismo método y finalidad diagnóstica. La diferencia corresponde únicamente a la cantidad de determinaciones por caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 10 - Lote: 89 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Respecto al ítem que solicita reactivo de antígeno HBsAg (Hepatitis B, antígeno de superficie), método inmunocromatográfico, en caja por 25 determinaciones, solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la presentación de 50 determinaciones por caja, manteniendo el mismo método y finalidad diagnóstica. La diferencia corresponde únicamente a la cantidad de determinaciones por caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 11 - Lote: 96 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2026
Lote: 96 – EETT: Respecto al ítem que solicita reactivo de inmunoensayo cromatográfico para detección rápida del antígeno NS1 del virus del dengue, caja por 10 determinaciones, solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la presentación de kit por 25 determinaciones, manteniendo el mismo método y finalidad diagnóstica. La diferencia corresponde únicamente a la cantidad de determinaciones por presentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2026
En referencia a la mencionada consulta, esta convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de la misma y conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, realizara modificaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones mediante adendas.		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas – Equipo de Procesamiento de Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Solicitamos a la Convocante aclarar en donde se solicita “Equipo de Procesamiento de Análisis Químicos de Rutina Automatizado”, cuáles son las determinaciones de química correspondientes a los ítems de la presente licitación que se prevé procesar mediante dicho equipo.		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas – Equipo de Coagulación Semiautomatizado

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Solicitamos a la Convocante aclarar en donde se solicita “Equipo de Coagulímetro Semiautomatizado”, cuáles son las determinaciones de coagulación correspondientes a los ítems de la presente licitación que se prevé procesar mediante dicho equipo.		

Consulta 14 - Ítem 92 – Test rápido de HIV

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Respecto al ítem donde se solicita test para detección rápida del HIV, se observa la solicitud de caja por 10 determinaciones, solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la presentación de kit por 25 determinaciones, manteniendo el mismo método y finalidad diagnóstica. Por tanto, sugerimos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “Caja por 10 determinaciones como mínimo”		

Consulta 15 - Ítem 96 – Test rápido de Dengue

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Respecto al ítem que solicita reactivo de inmunoensayo cromatográfico para detección rápida del antígeno NS1 del virus del dengue, caja por 10 determinaciones, solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la presentación de kit por 25 determinaciones, manteniendo el mismo método y finalidad diagnóstica. Por tanto, sugerimos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “Caja por 10 determinaciones como mínimo”		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas – Analizador de Hematología en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Solicitamos a la Convocante flexibilizar el requerimiento, permitiendo la oferta de analizadores de hematología de 3 partes, siempre que estos cumplan con los parámetros hematológicos, rendimiento y demás especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		