

Consultas Realizadas

Licitación 486152 - Adquisición de Equipos e Insumos para el Laboratorio de Agua de la UNCA

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2026
Se solicita por favor ampliar el tiempo de entrega en 60 días para el ítem 1 Cabina de flujo laminar tipo I, esto con el fin tener mas opciones de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2026
Se realizará una adenda para la modificación del plazo de entrega.		

Consulta 2 - Consulta sobre plazo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2026
En relación con el Plan de Entrega de los Bienes, en el cual se establece un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente a la suscripción del contrato por parte del proveedor, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la ampliación del plazo máximo de entrega a 60 (sesenta) días hábiles. La presente solicitud se fundamenta en la naturaleza y características técnicas de los equipos e insumos requeridos. Algunos de los bienes objeto del llamado corresponden a equipamientos e insumos especializados de laboratorio, cuya provisión puede encontrarse sujeta a disponibilidad de fábrica, procesos de importación, despacho y logística hasta su entrega final. La ampliación solicitada permitiría una mayor participación de potenciales oferentes y posibilitaría garantizar la provisión de bienes que cumplan íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante, sin que los tiempos propios de abastecimiento e importación constituyan una limitación para la presentación de ofertas. Por lo expuesto, consultamos si la Convocante podría ampliar el plazo máximo de entrega establecido en el PBC de 15 (quince) días hábiles a por lo menos 60 (sesenta) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente a la suscripción del contrato. Lilian		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2026
Se realizará una adenda para la modificación del plazo de entrega.		

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2026
Plazo de entrega: Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 30 días calendario de haber retirado la Orden de Compra. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2026
Se realizará una adenda para la modificación del plazo de entrega.		

Consulta 4 - ITEM 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Item 1 - EETT: Sistema de filtración: Filtro HEPA. Eficiencia mínima: 99,97% para partículas $\geq 0,3 \mu\text{m}$. Consulta: Solicitamos amablemente a la convocante se considere la aceptación de un filtro HEPA H14 con una eficiencia de 99,995% MPPS, conforme a la norma EN 1822, como cumplimiento del requisito de eficiencia mínima de 99,97% para partículas $\geq 0,3 \mu\text{m}$.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
Se acepta la utilización de filtro HEPA H14 con eficiencia mínima de 99,995 % para MPPS, conforme a la norma EN 1822, considerando que dicha especificación cumple y supera el nivel de eficiencia mínima requerido en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 5 - ITEM 15 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Item 15 - EETT: Solicitamos amablemente a la Convocante considerar la aceptación de las siguientes alternativas de puntas de pipeta: Puntas amarillas: 1-200 μL, en lugar de 2-200 μL. Considerando que las puntas ofertadas cubren el rango máximo de volumen solicitado y permiten trabajar dentro de los rangos requeridos, solicitamos confirmar si la Convocante aceptaría dichas especificaciones como técnicamente equivalentes a las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La Convocante acepta puntas de pipeta con rango de volumen de 1-200 μL, considerando que las mismas cubren en su totalidad el rango de volumen requerido de 2-200 μL y, por tanto, resultan técnicamente equivalentes o superiores a la especificación establecida.		

Consulta 6 - ITEM 16 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Item 16 - EETT: Solicitamos amablemente a la Convocante considerar la aceptación de las siguientes alternativas de puntas de pipeta: Puntas azules: 200-1000 μL, en lugar de 100-1000 μL. Considerando que las puntas ofertadas cubren el rango máximo de volumen solicitado y permiten trabajar dentro de los rangos requeridos, solicitamos confirmar si la Convocante aceptaría dichas especificaciones como técnicamente equivalentes a las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La convocante acepta las alternativas de puntas de pipeta mencionada, con rango de volumen 200-1000 μL. considerando que las mismas cubren el rango máximo de volumen solicitado.		

Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Consulta para Plan de entrega: Solicitamos amablemente considerar la ampliación del plazo máximo de entrega establecido en 15 (quince) días hábiles a un plazo de 90 (noventa) o, alternatively, 120 (ciento veinte) días hábiles, computados conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La presente solicitud obedece a que, tratándose de equipamientos que requieren fabricación, preparación, importación y logística internacional, el plazo actualmente establecido podría resultar insuficiente para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega en las condiciones requeridas. En ese sentido, a fin de favorecer una mayor participación de potenciales oferentes y garantizar la presentación de equipos de procedencia internacional, solicitamos considerar la ampliación del plazo de entrega a 90 o 120 días, según estime conveniente la Convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2026
El Plan de Entrega de los Bienes, se ha modificado según Adenda N° 1		

Consulta 8 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
¿Podría el ente convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días desde la recepción de la orden de compra? La solicitud obedece a que algunos equipos de gran porte están sujetos a disponibilidad de fábrica y coordinación logística internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2026
El Plan de Entrega de los Bienes, se ha modificado según Adenda N° 1		

Consulta 9 - Ítem 1 - Cabina de flujo laminar tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Menciona el pliego: "Cabina de flujo laminar horizontal (Tipo I)". ¿Podría el ente convocante confirmar si requiere una cabina de flujo laminar horizontal, o una cabina de seguridad biológica Tipo I? Se realiza la consulta debido a que la denominación "Tipo I" podría referirse a una cabina de seguridad biológica, mientras que las demás características técnicas indicadas corresponden a una cabina de flujo laminar horizontal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La Convocante aclara que el equipo requerido corresponde a una Cabina de Flujo Laminar Horizontal, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.		

Consulta 10 - Ítem 1 - Cabina de flujo laminar tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Menciona el pliego: "Prefiltro para retención de partículas gruesas". ¿Aceptaría el ente convocante un prefiltro de fibra de poliéster, recomendado por el fabricante del equipo para la retención de partículas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La convocante acepta un prefiltro de fibra de poliéster, siempre que el mismo sea recomendado por el fabricante del equipo y esté destinado a la retención de partículas gruesas.		

Consulta 11 - Ítem 1 - Cabina de flujo laminar tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Menciona el pliego: "Velocidad de aire: 0,3-0,5 m/s". ¿Aceptaría el ente convocante una velocidad de aire comprendida entre 0,4- 0,5 m/s?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La convocante acepta una velocidad de aire comprendida entre 0,4 y 0,5 m/s, siempre que se garantice un flujo laminar uniforme y se cumplan las demás especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 12 - Ítem 1 – Cabina de flujo laminar tipo I

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2026
Menciona el pliego: “Iluminación uniforme ≥ 800 lux en la superficie de trabajo” ¿Aceptaría el ente convocante una iluminación de ≥ 300 lux?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2026
La convocante acepta una iluminación uniforme ≥ 300 lux en la superficie de trabajo, considerando que dicho nivel de iluminación resulta técnicamente adecuado para las actividades previstas y no afecta las características funcionales esenciales del equipo.		

Consulta 13 - ITEM 3: Cronómetro para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Pregunta 1: en relación con el requisito que establece que el cronómetro deberá contar con función de temporizador regresivo (countdown) y alarma audible al finalizar el conteo, se solicita al convocante aclarar si serán aceptados equipos que cuenten con funciones de cronómetro, medición de tiempo transcurrido, tiempos parciales (lap/split) y medición acumulativa, pero que no incorporen la función de temporizador regresivo ni alarma audible al finalizar el conteo, siempre que cumplan con las demás especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante mantiene el requisito establecido en las especificaciones técnicas de que el equipo deberá contar con función de temporizador regresivo (countdown) y alarma audible al finalizar el conteo. Estas características se consideran necesarias para el uso previsto en el laboratorio, debido a que determinados procedimientos requieren el control de intervalos de tiempo previamente establecidos y una señal audible que permita advertir al usuario la finalización del periodo programado, sin necesidad de realizar una supervisión visual continua del equipo.		

Consulta 14 - ITEM 3: Cronómetro para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Pregunta 2: respecto al requisito de precisión de ± 1 segundo/día o mejor, se solicita al convocante aclarar si serán aceptados equipos cuya precisión sea expresada por el fabricante mediante un parámetro o metodología diferente, siempre que dicha precisión se encuentre respaldada mediante documentación oficial del fabricante y permita acreditar el desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante acepta que la precisión del equipo sea expresada por el fabricante mediante un parámetro, unidad o metodología diferente a ± 1 segundo/día, siempre que dicha especificación se encuentre respaldada mediante documentación técnica oficial del fabricante y permita verificar de manera objetiva que el desempeño del equipo ofertado es equivalente o superior al requisito de precisión establecido.		

Consulta 15 - ITEM 3: Cronómetro para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Pregunta 3 En relación con el requisito de rango de medición de 0 segundos a un mínimo de 5 horas, se solicita al Convocante aclarar si serán aceptados equipos cuya capacidad máxima de medición sea superior a las 5 horas, manteniendo una resolución de 1/100 de segundo, aun cuando las funciones de medición se encuentren expresadas bajo las modalidades de tiempo transcurrido, tiempos parciales y fraccionados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante aclara que serán aceptados equipos cuya capacidad máxima de medición sea superior a 5 (cinco) horas, considerando que la especificación establecida corresponde a un rango mínimo requerido, siempre que el equipo cumpla con la resolución de 1/100 de segundo y con las demás especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - ITEM 3: Cronómetro para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Pregunta 4: En relación con el requisito de certificado de calibración, se solicita aclarar si este deberá ser entregado obligatoriamente con el equipo al momento de la provisión, o si será suficiente que el fabricante declare las especificaciones de precisión y resolución del instrumento, pudiendo realizarse la calibración posteriormente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante aclara que el certificado de calibración deberá ser entregado conjuntamente con el equipo al momento de la provisión, conforme a las especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 17 - ITEM 4: Bomba y manguera de conexión (Bomba de vacío)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
El pliego menciona: "Capacidad de vacío: Vacío final: ≤ 100 mbar" Pregunta: Podría aceptarse de: 200 mbar?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante acepta una capacidad de vacío de 200 mbar, siempre que el equipo sea apto para procesos de filtración al vacío en laboratorio, particularmente para filtración por membrana, y que dicha capacidad se encuentre respaldada mediante documentación técnica oficial del fabricante.		

Consulta 18 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Si bien se realizó la extensión a 45 días corridos, consideramos que podría ser insuficiente el plazo para dar cumplimiento a las exigencias requeridas. Solicitamos atentamente que el plazo de entrega sea extendido a 90 días corridos posteriores a la notificación de la Orden de Compra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
La convocante mantiene el plazo de entrega indicado en el PBC (cuarenta y cinco) 45 días corridos.		