

Consultas Realizadas

Licitación 488183 - LPN 79-26 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA DE VILLETÁ, UNIDAD SANITARIA DE YPACARAI

Consulta 1 - Lotes 1, 2 y 3: Coagulómetro totalmente automatizado

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
En las EETT, donde se establece una “capacidad mínima de 30 muestras en tubos primarios y 15 posiciones refrigeradas para reactivos”, solicitamos a la Convocante considerar la aceptación de coagulómetros totalmente automatizados con las siguientes características: 1. Un mínimo de 14 posiciones refrigeradas, más 4 posiciones adicionales para reactivos y consumibles, totalizando 18 posiciones. 2. Capacidad de carga continua de al menos 30 muestras en tubos primarios, con priorización de urgencias, sin necesidad de mantenerlas todas simultáneamente a bordo. Esta configuración permite procesar las determinaciones solicitadas (TP, TTPa, fibrinógeno y dímero D), manteniendo la capacidad operativa y analítica requerida. La modificación propuesta permitiría una mayor participación de oferentes, sin comprometer las prestaciones del equipo, en concordancia con los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley N.º 7021/22.		

Consulta 2 - Lote 3: US Ypacaraí, ítem 35 – Troponina

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
En las EETT del Lote 3, donde se solicita la determinación de troponina mediante metodología totalmente automatizada, solicitamos a la Convocante considerar también la aceptación de la metodología de inmunofluorescencia cuantitativa en analizadores totalmente automatizados, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 1. Percentil 99 del límite superior de referencia declarado por el fabricante. 2. Coeficiente de variación $\leq 10\%$ en el percentil 99. 3. Resultados cuantitativos con conexión al LIS/SIH y utilización y controles originales de la marca. Considerando que la troponina es el único inmunoensayo solicitado en este lote, esta alternativa permitiría utilizar equipos compactos, adecuados para laboratorios con espacio reducido, siempre que acrediten el desempeño analítico requerido. La modificación propuesta permitiría una mayor participación de oferentes, sin comprometer la calidad analítica ni las prestaciones requeridas, en concordancia con los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley N.º 7021/22.		

Consulta 3 - Lote 1: US San Antonio – Equipo de soporte de bioquímica e inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
En las EETT del Lote 1, donde se establece que “en caso de que el equipo principal no realice algunas de las determinaciones (una a dos), podrá contar con un equipo de soporte”, solicitamos a la Convocante confirmar que dicho equipo podrá emplear la metodología de inmunofluorescencia cuantitativa en analizador totalmente automatizado, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 1. Resultado cuantitativo, con desempeño analítico en precisión, rango de medición y trazabilidad declarado por el fabricante. 2. Conexión bidireccional al LIS/SIH y utilización de calibradores y controles originales de la misma marca del equipo. 3. Registro sanitario vigente tanto del analizador como de los reactivos correspondientes. Para determinaciones de baja frecuencia, un analizador compacto con reactivos de presentación individual permite reducir pérdidas por vencimiento y optimizar el espacio físico, sin afectar la calidad de los resultados. La modificación propuesta permitiría una mayor participación de oferentes, sin comprometer la calidad analítica ni las prestaciones requeridas, en concordancia con los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley N.º 7021/22.		

Consulta 4 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Consulta 5 - LOTE 1, ITEM 2 AL 5 EQUIPO CRASIS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar la velocidad de procesamiento requerida expresada en determinaciones por hora, dado que la especificación del apartado N° 1: "Capacidad mínima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos" define exclusivamente la capacidad física de carga a bordo de tubos en simultáneo y no la velocidad analítica del equipo, por lo que se agradecerá confirmar dicho parámetro para ajustar la propuesta técnica a la demanda operativa real de la institución.		

Consulta 6 - LOTE 2, ITEM 2 AL 4 EQUIPO CRASIS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar la velocidad de procesamiento requerida expresada en determinaciones por hora, dado que la especificación del apartado N° 1: "Capacidad mínima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos" define exclusivamente la capacidad física de carga a bordo de tubos en simultáneo y no la velocidad analítica del equipo, por lo que se agradecerá confirmar dicho parámetro para ajustar la propuesta técnica a la demanda operativa real de la institución.		

Consulta 7 - LOTE 3, ITEMS 2 AL 4. EQUIPO CRASIS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar la velocidad de procesamiento requerida expresada en determinaciones por hora, dado que la especificación del apartado N° 1: "Capacidad mínima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos" define exclusivamente la capacidad física de carga a bordo de tubos en simultáneo y no la velocidad analítica del equipo, por lo que se agradecerá confirmar dicho parámetro para ajustar la propuesta técnica a la demanda operativa real de la institución.		

**Consulta 8 - LOTE 1, ITEMS 15 Y 16 REACTIVOS QUÍMICA
CLÍNICA/INMUNOLOGÍA**

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual de estos dos ítems corresponde a bilirrubina total y/o bilirrubina directa.		

**Consulta 9 - LOTE 2, ITEMS 14 Y 15 REACTIVOS QUÍMICA
CLÍNICA/INMUNOLOGÍA**

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual de estos dos ítems corresponde a bilirrubina total y/o bilirrubina directa.		

**Consulta 10 - LOTE 3, ITEMS 15 Y 16 REACTIVOS QUÍMICA
CLÍNICA/INMUNOLOGÍA**

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual de estos dos ítems corresponde a bilirrubina total y/o bilirrubina directa.		

**Consulta 11 - LOTE 1, ITEMS 56 Y 57 - REACTIVOS QUÍMICA
CLÍNICA/INMUNOLOGÍA**

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual de estos dos ítems corresponde a antígeno prostático específico (PAS) libre y/o antígeno prostático específico (PAS) total.		

Consulta 12 - LOTE 2, ITEM 43. REACTIVOS QUÍMICA CLÍNICA/INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante aclarar este ítem, si hace referencia al antígeno prostático específico (PAS) TOTAL O LIBRE.		

Consulta 13 - LOTE 3, ITEM 35 - REACTIVOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
• Se solicita amablemente a la convocante confirmar si, para el ítem de Bioquímica Clínica, se permitirá la provisión en comodato de un equipo automatizado pequeño de soporte/apoyo por Quimioluminiscencia (CLIA) para el procesamiento exclusivo de la prueba de Troponina I, considerando que esta metodología garantiza una mayor sensibilidad analítica, especificidad diagnóstica y un límite de detección superior de dicha determinación, manteniendo el equipo principal ofertado para la totalidad de las determinaciones fotométricas, turbidimétricas e ISE.		